PREGLED POSTUPKA #102715

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI DR JOVAN BULAJIĆ BREZOVIK
PIB	02001594
E-mail	brezovik@t-com.me
Telefon	040/217-011
Internet adresa	www.brezovik.me
Fax	040/217-312
Adresa	Brezovik bb
Grad	Nikšić
Poštanski broj	81400

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka robe-KONCENTRATOR KISEONIKA
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ana Dragićević
Kontakt	040/217-011
Datum objave	31.10.2025. 07:00

Napomena	Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu.Ponuđač podnosi ponudu, kojom nudi predmet nabavke za određenu cijenu sa svim troškovima i popustima za cjelokupan predmet nabavke, u skladu sa uslovima i zahtjevima predviđenim zahtjevom za dostavljanje ponuda.Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2 koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki („Službeni list CG“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24). U slučaju podnošenja zajedničke ponude ili ponude sa podugovaračem, svaki član zajedničke ponude i podugovarač treba da dostavi izjavu Obrazac 2. Ponuđač čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, treba da dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku, a koji su utvrđeni zahtjevom najkasnije u roku od osam dana. Na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev	31.10.2025 07:00	05.11.2025 08:00	05.11.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok važenja ponude - 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok plaćanja odloženo, 30 dana po ispostavljanju fakture i prateće dokumentacije o isporuci	Rok plaćanja
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.	Obrazac 2
Mjesto izvršenja ugovora je ustanova naručioca Bolnica Brezovik, Brezovik bb.	Mjesto izvršenja ugovora
Način sprovođenja kontrole kvaliteta : komisijski prijem robe u prisustvu predstavnika naručioca i ponuđača , koji podrazumjeva kontrolu usaglašenosti isporuke sa uslovima iz ponude.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Rok izvršenja ugovora: maximum 7 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač je u obavezi da u Finansijskom dijelu ponude navede naziv proizvoda i proizvođača.	Drugi uslovi
Garantni rok: ne može biti kraći od 24 mjeseca. Garancija počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji.	Garantni rok
Način plaćanja:Virmanski	Način plaćanja

Ponuđač je dužan da dostavi originalni katalog proizvođača za ponuđenu opremu sa jasno naznačenim tehničkim karakteristikama koje je naručilac utvrdio zahtjevom za dostavljanje ponuda.Ponuđač je dužan u priloženom katalogu zaokružiti ili markirati markerom svaku tehničku karakteristiku koja se zahtijeva,sa naznakom broja karakteristike iz tehničke specifikacije Naručioca.Ukoliko sve zahtijevane karakteristike nijesu sadržane u katalogu,ponuđač može dostaviti izjavu proizvođača,pečatiranu i potpisanu od strane ovlašćenog lica proizvođača ,kojom se dokazuje da ponuđeni aparat posjeduje zahtijevanu karakteristiku i na kojoj će precizno biti naveden broj stavke i njen puni naziv iz tehničke specifikacije Naručioca na koju se karakteristika odnosi.Katalog i izjava poizvođača mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku.Naručilac zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva prevod i provjeru priloženih informacija.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će biti obezbjeđen servis i potrošni materijal u narednih 5 godina. Obezbjeđen servis u ustanovi SB Brezovik	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti dokaz da ima zaposlenog licenciranog servisera.	Stručna i tehnička sposobnost
Pod datumom isporuke opreme se podrazumjeva datum potpisivanja zapisnika da je izvršena isporuka, instaliranje, testiranje opreme i predato korisničko uputstvo na crnogorskom jeziku.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **4.300,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka KONCENTRATORA KISEONIKA	1. Uređaj mora da radi na struji od 230V 2. Postavljen na točkove radi lakšeg kretanja 3. Aparat treba da poseduje • Ovlaživač i cijev za ovlaživač • Prekidač za podešavanje protoka kiseonika • Kontrolni ventil • Spoljni/ulazni/ filter • Unutrašnji filter • Displej • Kabal za napajanje • Uputstvo za upotrebu 4. Alarmi: • Prekid napajanja • Nizak/visok protok • Kiseonik < 82% 5. Ugrađeni senzor za trenutnu koncentraciju kiseonika sa zvučnim i vizuelnim alarmom ako koncentracija padne ispod 82% 6. Nivo zvuka ne veći od 43 dBA 7. Protok kiseonika treba da bude podesiv od 1 do 5 litara u minuti 8. Koncentracija kiseonika 93% (+/- 3%) 9. Maksimalni ulazni pritisak 0.5 bara 10. Uređaj treba da bude lak i jednostavan za korišćenje od strane bolničkog osoblja i pacijenata. 11. Uređaj zahteva minimalno održavanje i zamenu djelova, filtera itd. 12. MobiacCare Golden series Irene ili ekvivalent	7,00 kom