

JU Dom starih „Podgorica“

Broj: 04-426-4929/25-5

Mjesto i datum: Podgorica, 03.11.2025. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 i 3/23), ovlašteno lice JU Dom starih „Podgorica“, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku medicinske opreme broj 04-426-5502/25-3 od 29.09.2025. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku medicinske opreme broj 04-426-5502/25-3 od 29.09.2025. godine:

- 1) Ponuda ponuđača INEL MEDICA DOO je najpovoljnija;
- 2) Ponuda ponuđača PDG Professional Development Group d.o.o. se odbija kao neispravna.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

<i>Naziv naručioca</i>	<i>JU Dom starih „Podgorica“</i>
<i>Ovlašteno lice naručioca</i>	<i>Jelena Šofranac</i>
<i>Kontakt osoba</i>	<i>Ljiljana Ljiljanić</i>
<i>Adresa</i>	<i>Bulevar Veljka Vlahovića bb</i>
<i>Grad</i>	<i>Podgorica</i>
<i>Poštanski broj</i>	<i>81000</i>
<i>Identifikacioni broj</i>	<i>03327981</i>

2. Podaci o postupku javne nabavke

<i>Broj tenderske dokumentacije</i>	<i>04-426-5502/25-3</i>
<i>Vrsta postupka</i>	<i>Otvoreni</i>
<i>Vrsta predmeta</i>	<i>Robe</i>
<i>Opis predmeta nabavke</i>	<i>Medicinska oprema</i>
<i>Šifra postupka</i>	<i>100367</i>
<i>CPV šifra</i>	<i>33100000 - Medicinska oprema</i>
<i>Predmet javne nabavke se nabavlja</i>	<i>Kao cjelina</i>
<i>Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini / po partijama</i>	<i>39.669,42 EUR</i>

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama¹

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
INEL MEDICA DOO	141844	14.10.2025. 13:36	38.222,00 EUR
PDG Professional Development Group d.o.o.	142349	14.10.2025. 08:43	39.665,00 EUR

Ponude su otvorene dana 14.10.2025. godine u 14:00 sati od strane ESJN-a, o čemu je automatski generisan Zapisnik o otvaranju ponuda.

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

/

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke

Nije bilo ponuđača koji su isključeni iz postupka.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

1. PDG Professional Development Group d.o.o.

Ponuda ponuđača PDG Professional Development Group d.o.o. je neispravna u smislu člana 133 stav 1 tačka 1 ZJN iz razloga što ovaj ponuđač nije sačinio finansijski dio ponude u skladu sa uslovom iz Tenderske dokumentacije, jer u rubrici „odgovor“ nije naveo naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke.“ Ovo iz sljedećih razloga:

Odredbom člana 120 stav 1 ZJN propisano je da je ponuda izjava namjere ponuđača da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove za određenu cijenu i pod određenim uslovima, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, te stavom 17 ovog člana propisano da se nakon isteka roka za podnošenje ponuda ne smije mijenjati i dopunjavati u dijelu podataka o ponuđaču, finansijskom dijelu, garancije ponude i podataka na osnovu kojih se vrši vrednovanje ponude, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom, dok je odredbom člana 133 tačka 1 ovog zakona propisano da je neispravna ponuda koja nije sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom, u skladu sa ovim zakonom.

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom utvrdio tehničku specifikaciju predmeta nabavke koju je rayvrstao na 30 stavki.

Takođe, Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom u uslovima za učešće u postupku javne nabavke u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke pod stavkom 10 kao „Drugi uslovi“ predvidio sljedeće: „Ponuđači su dužni da, u koloni „bitne karakteristike predmeta nabavke“ u finansijskom dijelu ponude navedu naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke.“, te tačkom 12 stav 1 iste (Uputstvo za sačinjavanje ponude) predvidio: „Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude“.

Ponuđač PDG Professional Development Group d.o.o. je u finansijskom dijelu svoje ponude u rubrici „odgovor“ za stavke 1-16 u dijelu „odgovor“ samo prepisao bitne karakteristike koje je naručilac zahtijevao, bez navođenja naziva proizvođača, a što je bio dužan da učini shodno zahtjevu iz tenderske dokumentacije. Imajući u vidu naprijed navedeno, Komisija je ponudu ponuđača PDG Professional Development Group d.o.o. odbila kao neispravnu, sa pozivom na član 133 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano da je neispravna ponuda koja nije sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa ovim zakonom.

¹ Ukoliko je primjenjivo

7. Podaci o ispravnim ponudama

7.1. INEL MEDICA DOO

Komisija je, u skladu sa članom 134 ZJN izvršila pregled i ocjenu ispravnosti dostavljene ponude, na sledeći način:

7.1.1. Utvrđivanje da li su uz ponudu dostavljeni svi zahtijevani dokazi

U skladu sa članom 134 stav 2 tačka 1 ZJN Komisija je utvrdila da je ponuđač uz ponudu dostavio:

- Izjavu privrednog subjekta;
- Kopiju garancije ponude broj 10-0-14473 od 09.10.2025. godine izdatu od strane CKB banke;
- Određene dokaze za dokazivanje ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti zahtijevanih Tenderskom dokumentacijom.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač uz ponudu dostavio dokumentaciju u skladu sa članom 120 stav 16 ZJN i tačkom 12 stav 1 Tenderske dokumentacije, kojom je predviđeno da se ponuda sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

7.1.2. Utvrđivanje ispravnosti garancije ponude

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude." Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. U skladu sa članom 122 ZJN, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Takođe, tenderskom dokumentacijom precizirano je, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Adresa za dostavljanje Garancije ponude je: neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Bulevar Veljka Vlahovića bb, Podgorica; preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Veljka Vlahovića bb, Podgorica, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 8 do 15 sati, zaključno sa danom 14.10.2025. godine do 14:00 sati. Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

U skladu sa članom 134 stav 2 tačke 2 i 3 ZJN, Komisija je utvrdila sledeće:

Ponuđač INEL MEDICA DOO Podgorica je uz ponudu dostavio kopiju garancije ponude, izdatu od strane CKB banke, broj 10-0-14473 od 09.10.2025. godine, na iznos 793,39 EUR što iznosi 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, sa istekom roka važenja 22.01.2026. godine, dok je dana 13.10.2025. godine u 11:10 časova, prije isteka roka za podnošenje ponuda, neposrednom predajom na arhivi naručioca, u zatvorenoj koverti na kojoj je naveden naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda", dostavio original navedene garancije ponude, o čemu je sačinjena odgovarajuća potvrda.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ovaj ponuđač dostavio garanciju ponude u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.

7.1.3. Utvrđivanje da li je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da li sadrži sve tražene podatke i informacije, te da li zbog sadržaja izjave postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke

Tenderskom dokumentacijom je pod tačkom 12. (uputstvo za sačinjavanje ponude) predviđeno: „Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.“

U skladu sa članom 134 stav 2 tačke 4 i 5 ZJN, Komisija je izvršila uvid u izjavu privrednog subjekta

ponuđača INEL MEDICA DOO Podgorica i utvrdila sledeće:

- Izjava je sačinjena na obrascu 1 koji je propisan Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. List CG”, broj 55/23, 83/23 i 114/24).

- U Izjavi u poglavlju I (PODACI O NARUČIOCU, POSTUPKU I PREDMETU JAVNE NABAVKE I PONUDI), u predviđenim rubrikama upisani su sledeći podaci: „Naziv naručioca: JU DOM STARIH PODGORICA, Šifra postupka: 100367, Vrsta predmeta nabavke: Robe, Opis predmeta nabavke: Medicinska oprema, Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini / za partije: u cjelini”.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač INEL MEDICA DOO Podgorica u Izjavi privrednog subjekta tačno naveo sve zahtijevane podatke o naručiocu i postupku javne nabavke.

- U Izjavi u poglavlju II (PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU), u dijelu OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, u predviđenim rubrikama upisani su sledeći podaci: „Naziv: INEL MEDICA DOO; Poreski identifikacioni broj: 02272504; Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Marina Vujović; Poštanska adresa: Radosava Burica 4a, Podgorica, 81000, Crna Gora; Kontakt osoba: Marina Vujović; Telefon: 020647246; E-mail adresa: prodaja@inelmedica.me; Internet adresa (web-adresa): /.”

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač INEL MEDICA DOO Podgorica u Izjavi privrednog subjekta tačno naveo sve zahtijevane podatke o sebi kao privrednom subjektu.

- U Izjavi u poglavlju II, u dijelu NAČIN PODNOŠENJA PONUDE, na pitanje: „Podnosi li privredni subjekat ponudu samostalno?“, naveden je odgovor „Da“, zatim na pitanje: „Podnosi li privredni subjekat zajedničku ponudu?“, naveden je odgovor „Ne“, zatim na pitanje: „Ustupa li privredni subjekat dio predmeta javne nabavke podugovaraču/podugovaračima?“, naveden je odgovor „Ne“, te na pitanje: „Koristi li privredni subjekat sposobnosti drugog subjekta?“, naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da podnosi ponudu samostalno, da ne podnosi zajedničku ponudu, da ne ustupa dio predmeta nabavke podugovaraču i da ne koristi sposobnosti drugog subjekta.

- U Izjavi u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA, na pitanje „Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?“, naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač INEL MEDICA DOO Podgorica u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da on i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđeni za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN.

- U Izjavi u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu B: USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, na pitanje „Da li je privredni subjekat izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište?“, naveden je odgovor „Da“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač INEL MEDICA DOO Podgorica u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da je izmirio svoje dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

- U Izjavi, u poglavlju IV SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA, na pitanje: „Da li je privredni subjekat vršio nepimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?“, naveden je odgovor „Ne“.

Takođe, u istom dijelu Izjave na pitanje: „Da li na strani privrednog subjekta postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama?“, naveden je odgovor „Ne“.

U istom dijelu Izjave na pitanje: U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama „Da li je privredni subjekat izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?“ naveden je odgovor „Ne“. b) „Da li je ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?“ naveden je odgovor „Ne“. c) „Da li je privredni subjekat lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?“ naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač INEL MEDICA DOO Podgorica u Izjavi privrednog

subjekta jasno naveo da na njegovoj strani ne postoje razlozi sukoba interesa iz člana 41 ZJN i člana 42 ZJN, i da nije vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 ZJN.

- U Izjavi, u poglavlju VI USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, u dijelu A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI na pitanje: "Da li privredni subjekat posjeduje ovlaštenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom?" naveden je odgovor „Da“ te u odnosu na zahtjev „Ako je odgovor da navesti o kojem dokazu se radi“, naveden je odgovor: "Rješenje o registraciji veleprodaje za djelatnost prometa na veliko medicinskim sredstvima izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva br. 2070/22/1568/7-7697 od 5.04.2024. godine, kojim se dokazuje ispunjenost uslova da veleprodaja INEL MEDICA d.o.o. Podgorica, posjeduje dozvolu za obavljanje djelatnosti – promet na veliko medicinskim sredstvima, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Član 102."

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač INEL MEDICA DOO Podgorica u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da posjeduje ovlaštenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i naveo podatke o tim dokazima.

U Izjavi privrednog subjekta, u poglavlju VIII GARANTNA IZJAVA, ponuđač INEL MEDICA DOO Podgorica je garantovao da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom, te da će na zahtjev naručioca da dostavi pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u izjavi. Izjava je verifikovana elektronskim potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

Na osnovu svega naprijed navedenog je utvrđeno da Izjava privrednog subjekta ponuđača INEL MEDICA DOO Podgorica sadrži sve tražene podatke i informacije i da je pravilno sačinjena, te da zbog sadržaja iste ne postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ovog ponuđača iz postupka javne nabavke.

7.1.4. Ocjena ispravnosti finansijskog dijela ponude

Tenderskom dokumentacijom je utvrđena sledeća tehnička specifikacija predmeta nabavke:

Stavke specifikacije iz tenderske dokumentacije: Medicinska oprema.

R.B.	OPIS PREDMETA NABAVKE	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	KOLIČINA
1	Inhalator	Uređaj za pacijente kojima je potrebna posebna njega u toku inhalacije, sa skraćenim trajanjem procedure inhaliranja. Način uzimanja lijeka sa opcionim naizmjeničnim nebulajziranjem. Raspršivač sa dva jasno označena umetka za stvaranje čestica različitih prečnika Plava dizna: - Brzina udisanja lijeka: 99 µl/min - Aerodinamički prečnik udahnutih čestica (MMAD): 3,8 µm - Procenat čestica <5 µm: 62% Crvena dizna: - Brzina udisanja lijeka: 80 µl/min - Aerodinamički prečnik udahnutih čestica (MMAD): 2,8 µm, - Procenat čestica <5 µm: 80% Pribor: raspršivač sa 2 umetka (plavi i crveni), nastavak za usta, dugme za prekidanje inhalacije, crijevo za povezivanje Pritisak: 1,6 bara Dimenzije kućišta (ŠxVxD): 18,5 x 13 x 15 cm; Težina: 1,7 kg.	16 komad
2	Koncentrator kiseonika, 5 l	Koncentrator kiseonika: 5 l/min. Koncentracija kiseonika %: 93±3 Protok (LPM): 1 - 5 l/min izlazni pritisak (bar): 0,5 Posjeduje displej Posjeduje točkiće Prikazuje alarme Snaga (W): 370, 220 V, 50 hz, 1 ph	4 komad
3	Aspirator	Jačina vakuuma: -640mmHg±10% Protok 30 litara u minuti Buka; Kapacitet boce: 2 l	4 komad

R.B.	OPIS PREDMETA NABAVKE	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	KOLIČINA
4	Toplomjer sa galijumom		29 komad
5	Digitalni toplomjer		20 komad
6	Dozer za lijekove	Dozer za lijekove-za 7 dana. Providna polja u 4 boja (jutro, podne, popodne i večer) Dimenzije: 19x13x2.8 cm	180 komad
7	Manometarski mjerac krvnog pritiska	Otporan na udarce i padove sa visine do 1 m, u skladu sa standardom DIN EN 81060-1:2012-08. Precizni ventil za otpuštanje vazduha sa finim podešavanjem i bez habanja Mikrofilter štiti ventil za otpuštanje vazduha i mjerni sistem Dijafragma koja ima kapacitet opterećenja pritiskom do 600 mm Hg Specijalno kaljena dijafragma od bakar-berilijuma, sa preciznim kretanjem. Manžetna za obim ruke 24-34 cm Bez lateksa Metalna osnova ventila Ergonomska ručka u obliku kašike od nerđajućeg čelika Lako čitljiva linearna, aluminijumska skala od 0 do 300 mm Hg. Torbica sa patent zatvaračem.	15 komad
8	Stetoskop duplex 2.0, crni	Anatomski oblikovan metalni dio sa unutrašnjom oprugom za podešavanje kontaktnog pritiska. Mekane, rotirajuće olive. Bez lateksa. Precizna dvostruka glava od nerđajućeg čelika 1 par rezervnih oliva, rezervna membrana. Ukupna dužina: 74 cm.	8 komad
9	Pulsni-oksometar	Mali prenosiv uređaj sa integrisanim senzorom za brzo i tačno mjerenje pulsa i saturacije. Blistavo LED osvjetljenje za jasan prikaz saturacije, perfuzije i pulsa. Prikaz statusa baterije. Vijek trajanja baterije oko 30 sati neprekidnog rada. Mjerni opseg SpO2: 70%-99%; Tačnost mjerenja: +/- 3% Mjerni opseg pulsa: 30-235bpm; Tačnost mjerenja: 30-100: +/-2bpm, 101-235: +/- 2% . Dimenzije: 66 x 39 x 32 mm;	28 komad
10	Glukomjer	pouzdati rezultati mjerenja za 5 sekundi - mala količina krvi - prosječna vrijednost za razdoblja od 7, 14, 30 i 90 dana - memorija sa kapacitetom čuvanja 500 rezultata mjerenja	15 komad
11	Trakice za mjerenje šećera	Pak od 50 kom	50 pakovanje

R.B.	OPIS PREDMETA NABAVKE	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	KOLIČINA
12	Lancete	Pak od 25 kom	30 pakovanje
13	Mjerač pritiska	Mjerenje: pritisak i puls LCD displej Opseg mjerenja: SYS/DIA: 30-280 mmHg Puls: 40-200 u minuti Preciznost: Pritsak +/- 3 mmHg, Puls +/-5, sa baterijama, Napajanje: baterijsko.	5 komad
14	Doboš za sterilizaciju 240 X H 160 mm	Okrugli doboš za sterilizaciju u autoklavu i suvom sterilizatoru, od nerđajućeg čelika. Dimenzije: fi 240 x h 160	15 komad
15	Doboš za sterilizaciju, 190 x 160 mm	Okrugli doboš za sterilizaciju u autoklavu i suvom sterilizatoru, od nerđajućeg čelika. Dimenzije: fi 190 x h 160 mm	10 komad
16	Hvatalica Rochester-Pean, prava, 16 cm	ROCHESTER-PEAN, Dužina: 16 cm	30 komad
17	Makaze hirurške prave, oštro-tupe		15 komad
18	Pinceta anatomska, prava, 16 cm		30 komad
19	Bubrežnjak, 280x141x40 mm	280x141x40 mm, Bubrežnjak od nerđajućeg čelika.	15 komad
20	Kutija za sterilizaciju 20 x 10 x h 4,5 cm	20 x 10 x 4.5 cm. Kutija od nerđajućeg čelika, sa ručkama	5 komad
21	Kutija za sterilizaciju	25 x 12.5 x 4.5 cm. Kutija od nerđajućeg čelika, sa ručkama.	5 komad
22	Mašina za sječenje gaze	Veličina noža: 100 mm Kapacitet sječenja: 25 mm Snaga: 100W Dimenzije: 34 x 37 x 28cm	1 komad

R.B.	OPIS PREDMETA NABAVKE	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	KOLIČINA
23	Invalidska kolica 46 cm	Čelični okvir u plavoj boji - pneumatski zadnji točkovi 61 cm sa okvirom od hromiranog čelika; prednji točkovi PU 20 cm; kočnice na zadnjim točkovima; pokretni tapacirani nasloni za ruke; nasloni za noge se mogu uklanjati, pločice se mogu podešavati; crno nailon sjedište; ukupna širina: 63 cm; dimenzije kolica kada su sklopljena: 26.5 cm; dimenzije sjedišta: 46 cm x 44 cm; promjer zadnjih točkova: 61 cm; promjer srednjih točkova: 20 cm; visina sjedišta: 50 cm; ukupna visina kolica: 91 cm; ukupna dužina kolica: 103 cm; visina naslona za leđa: 40 cm; maksimalna nosivost: 120 kg; težina kolica: 18 kg.	25 komad
24	Rolator hodolica	Rolator hodolica od aluminijske konstrukcije, na četiri točka od punjene gume, sa kočnicama na rukohvatima. Kočnice imaju sistem zaključavanja. Visina rukohvata je podesiva. Posjeduje sjedište za odmor (sa naslonom za leđa) koje se nalazi između rukohvata sa mobilnom tacnom, kao i korpu za kupovinu ispred. Širina 60cm, visina 78-91cm, nosivost sjedišta do 100kg. Težina rolatora 6kg	15 komad
25	Električna invalidska kolica	Električna invalidska kolica za svakodnevnu upotrebu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Korišćenje u električnom ili ručnom režimu, uz prebacivanje kvačila. Kretanje naprijed, nazad i okretanje pomoću upravljača sa džojstikom za kontrolu brzine i pravca. Izrada od aluminijske legure sa rukonaslonima, osloncima za noge, proširivim naslonima za ruke i fleksibilnim amortizerima koji ublažavaju udarce. Sjedište i naslon da posjeduju jastuke koji se mogu ukloniti, kao i bateriju i daljinski upravljač. Ergonomski dizajn. Snažne performanse: • Motor sa niskom potrošnjom energije • Visokoprecizni mjenjač • Brz i stabilan start • 5 nivoa brzine • Trostruka zaštita: • Elektromagnetna kočnica • Samozaključavanje mjenjača • Dinamična zaštitna ploča • Podijeljeno fiksno sjedište • Patentirani lučni oslonac za noge • Naslon sjedišta sa preklapanjem radi lakšeg skladištenja. Sa litijumskom baterijom, punjačem i uputstvom. Tehnička specifikacija: • Nosivost: minimum 100 kg • Domet: minimum 20 km • Maksimalna brzina: 6 km/h • Baterija: litijumska, DC 24V x 18Ah • Snaga motora: minimum 130 W • Potrošnja energije: 2.5 kW-h / 100 km • Buka: < 65 dB • Visina prepreke koju može preći: 40 mm • Minimalni radijus okretanja: 1.2 m • Širina žlijeba koju može premostiti: 100 mm • Performanse zadržavanja na nagibu: 9° • Dimenzije: 660 mm (otvorena), 360 mm (sklopljena) • Širina sjedišta: 430 mm • Neto težina: 29 kg	2 komad
26	Paravan trodjelni	Napravljen od okruglih cijevi koje su plastificirane polieterskim bojama u prahu. Sastoji se od tri krila; dimenzije jednog krila: oko 50 x 170 cm. Boja platna je bijela	2 komad
27	Lancart Ter kolica 70x50x80 - 3 police	Lancart Ter kolica - srednja - Veličina: 72 x 50 x h 80 - Police: 3 - Fioka - Od nerđajućeg čelika montirana na točkove 80 mm. Maksimalno opterećenje kolica: minimum 60 kg.	5 komad

R.B.	OPIS PREDMETA NABAVKE	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	KOLIČINA
28	Antidekubit dušek sa pumpom	Za pacijente do 135 kg Sastoji se od PVC duška i pumpe. Pritisak kompresora:40 - 100 mmHg Dimenzije: 90 x 200 cm x 7cm	40 set
29	Stočić za hranjenje	Okvir od metalnih šipki. Osnova sa 4 točka, prečnika 50 mm, sa mogućnošću uklanjanja, od kojih 2 imaju kočnice Podesiva visina (od 72 do 110 cm) i ugao postavljanja ploče Dimenzije ploče: 41 x 61 cm	30 komad
30	Električni krevet sa podesivom visinom i nožnom prečkom	Podesiva visina pomoću električne nožne prečke. Podesiv naslon za glavu pomoću gasne pumpe sa otvorom za usta i nos. Maksimalne dimenzije: 195 x 59,5 x h 54–71 cm. Nosivost: min. 135 kg	1 komad

U odnosu na navedenu tehničku specifikaciju iz tenderske dokumentacije, ponuđač INEL MEDICA DOO Podgorica je dao FINANSIJSKI DIO PONUDE, sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 38.222,00 EUR, bez PDV-a, što je manje od procijenjene vrijednosti nabavke koja iznosi 39.669,42 EUR, bez PDV-a. Finansijski dio ponude je dat po stavkama, sa sledećim opisom predmeta nabavke, bitnim karakteristikama predmeta nabavke, ponuđenom količinom predmeta nabavke i cijenom po jedinici mjere, i to:

R.B.	OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
1	Inhalator	Uređaj za pacijente kojima je potrebna posebna njega u toku inhalacije, sa skraćenim trajanjem procedure inhaliranja. Način uzimanja lijeka sa opcionim naizmjeničnim nebulajziranjem. Raspršivač sa dva jasno označena umetka za stvaranje čestica različitih prečnika Plava dizna: - Brzina udisanja lijeka: 99 µl/min - Aerodinamički prečnik udahnutih čestica (MMAD): 3,8 µm - Procenat čestica <5 µm: 62% Crvena dizna: - Brzina udisanja lijeka: 80 µl/min - Aerodinamički prečnik udahnutih čestica (MMAD): 2,8 µm, - Procenat čestica <5 µm: 80% Pribor: raspršivač sa 2 umetka (plavi i crveni), nastavak za usta, dugme za prekidanje inhalacije, crijevo za povezivanje Pritisak: 1,6 bara Dimenzije kućišta (ŠxVxD): 18,5 x 13 x 15 cm; Težina: 1,7 kg.	Inhalator 1. Uređaj za pacijente kojima je potrebna posebna njega u toku inhalacije, sa skraćenim trajanjem procedure inhaliranja. Način uzimanja lijeka je sa opcionim naizmjeničnim nebulajziranjem. Raspršivač je sa dva jasno označena umetka za stvaranje čestica različitih prečnika. 2.Plava dizna: 3. Brzina udisanja lijeka: 99µl/min 4. Aerodinamički prečnik udahnutih čestica(MMAD): 3,8 µm 5. Procenat čestica <5 µm: 62% 6. Crvena dizna: 7. Brzina udisanja lijeka: 80µl/min 8. Aerodinamički prečnik udahnutih čestica (MMAD): 2,8 µm, 9. Procenatčestica <5 µm: 80% 10. Pribor: raspršivač sa 2umetka (plavi i crveni),nastavak za usta, dugme za prekidanje inhalacije, crijevo za povezivanje. 11. Pritisak: 1,6	16 komad	230 EUR

			bara 12. Dimenzije kućišta (ŠxVxD):18,5 x 13 x 15 cm; 13. Težina: 1,7kg. Proizvođač: PARI GmbH - Njemačka Broj Rješenja: 2070/24/1577-6499		
2	Koncentrator kiseonika, 5 l	Koncentrator kiseonika: 5 l/min. Koncentracija kiseonika %: 93±3 Protok (LPM): 1 - 5 l/min izlazni pritisak (bar): 0,5 Posjeduje displej Posjeduje točkiće Prikazuje alarme Snaga (W): 370, 220 V, 50 hz, 1 ph	Koncentrator kiseonika: 5 l/min. Oxytime Oxygen concentrator OC5 1. Koncentrator kiseonika: 5 l/min. 2. Koncentracija kiseonika %:93±3 3. Protok (LPM): 1 - 5 l/min 4. Izlazni pritisak (bar): (8 PSI - 0,55 bar) 5. Posjeduje displej. 6. Posjeduje točkiće. 7. Prikazuje alarme. 8. Snaga (W): 370, 220 V, 50 hz, 1 ph Proizvođač: ELMASLAR Imalat Tibi Cihazlins. Tas. lth. lhr. San. ve Tic.A.S. - Turska Deklaracija o konformitetu Sertifikat ISO13485 EC sertifikat FSC sertifikat	4 komad	560 EUR
3	Aspirator	Jačina vakuuma: -640mmHg±10% Protok 30 litara u minuti Buka; Kapacitet boce: 2 l	Aspirator 1. Jačina vakuma:- 640mmHg±10% 2. Protok: 30 litara u minuti 3. Kapacitet boce: 2 l Proizvođač: ELMASLAR Imalat Tibi Cihazlins. Tas. lth. lhr. San. ve Tic.A.S. -Turska Broj Rješenja 2070/25/73-6501	4 komad	280 EUR
4	Toplomjer sa galijumom		Toplomjer sa galijumom PIC Vedo Eco plus Proizvođač: Dong E E Hua Medical Technology CO.,Ltd. - Kina Broj Rješenja 2070/24/175-7371	29 komad	8 EUR
5	Digitalni toplomjer		Digitalni toplomjer Vedo family Proizvođač: PIKDARE S.p.A.-Italija Broj Rješenja 2070/25/47-5975	20 komad	5 EUR
6	Dozer za lijekove	Dozer za lijekove-za 7 dana. Providna polja u 4 boja (jutro, podne, popodne i večer) Dimenzije: 19x13x2.8 cm	Dozer za lijekove 1. Dozer za lijekove za 7 dana. 2. Providna polja u 4 boje (jutro, podne, popodne i večer). 3.Dimenzije: 19x13x2.8cm Proizvođač: Ningbo Pinbo Plastic Manufactory Co., LTD, - Kina Izjava za nemedicinsko sredstvo	180 komad	6 EUR
7	Manometarski mjerač krvnog pritiska	Otporan na udarce i padove sa visine do 1 m, u skladu sa standardom DIN EN 81060-1:2012-08. Precizni ventil za otpuštanje vazduha sa finim podešavanjem i bez habanja Mikrofilter štiti ventil za otpuštanje vazduha i mjerni sistem Dijafragma koja ima kapacitet opterećenja pritiskom do 600 mm	Manometarski mjerač krvnog pritiska 1. Otporan je na udarce i padove sa visine do 1 m, u skladu sa standardom DIN EN 81060-1:2012-08. 2. Precizni ventil za otpuštanje sa finim podešavanjem i bez habanja. 3. Mikrofilter štiti ventil za otpuštanje vazduha i mjerni sistem. 4. Dijafragma	15 komad	75 EUR

		Hg Specijalno kaljena dijafragma od bakar-berilijuma, sa preciznim kretanjem. Manžetna za obim ruke 24-34 cm Bez lateksa Metalna osnova ventila Ergonomska ručka u obliku kašike od nerđajućeg čelika Lako čitljiva linearna, aluminijumska skala od 63mm, od 0 do 300 mm Hg. Torbica sa patent zatvaračem.	ima kapacitet opterećenja pritiskom do 600 mm Hg. 5. Specijalno kaljena dijafragma od bakar - berilijuma, sa preciznim kretanjem. Manžetna za obim ruke 24-34 cm, bez lateksa. 6. Metalna osnova ventila. 7. Ergonomska ručka u obliku kašike od nerđajućeg čelika. 8. Lako čitljiva linearna, aluminijumska skala od 63mm, od 0 do 300 mm Hg. 9. Torbica sa patent zatvaračem. Proizvođač: Rudolf Riester GmbH - Njemačka Broj Rješenja 2070/25/2610-6854		
8	Stetoskop duplex 2.0, crni	Anatomski oblikovan metalni dio sa unutrašnjom oprugom za podešavanje kontaktnog pritiska. Mekane, rotirajuće olive. Bez lateksa. Precizna dvostruka glava od nerđajućeg čelika 1 par rezervnih oliva, rezervna membrana. Ukupna dužina: 74 cm.	Stetoskop duplex 2.0, crni 1. Anatomski oblikovan metalni dio sa unutrašnjom oprugom za podešavanje kontaktnog pritiska. 2. Mekane, rotirajuće olive. 3. Bez lateksa. 4. Precizna dvostruka glava od nerđajućeg čelika. 5. 1 par rezervnih oliva, rezervna membrana. 6. Ukupna dužina: 74 cm. Proizvođač: Rudolf Riester GmbH - Njemačka Broj Rješenja 2070/16/125- 4020	8 komad	60 EUR
9	Pulsni-oksometar	Mali prenosiv uređaj sa integrisanim senzorom za brzo i tačno mjerenje pulsa i saturacije. Blistavo LED osvjetljenje za jasan prikaz saturacije, perfuzije i pulsa. Prikaz statusa baterije. Vijek trajanja baterije oko 30 sati neprekidnog rada. Mjerni opseg SpO2: 70%-99%; Tačnost mjerenja: +/- 3% Mjerni opseg pulsa: 30-235bpm; Tačnost mjerenja: 30-100: +/-2bpm, 101-235: +/- 2% . Dimenzije: 66 x 39 x 32 mm;	Pulsni-oksometar 1. Mali prenosiv uređaj sa integrisanim senzorom za brzo i tačno mjerenje pulsa i saturacije. Blistavo LED osvjetljenje za jasan prikaz saturacije, perfuzije i pulsa. Prikaz statusa baterije. Vijek trajanja baterije do 30 sati neprekidnog rada. 2. Mjerni opseg SpO2: 70%-99% 3. Tačnost mjerenja: +/- 3%; 4. Mjerni opseg pulsa: 30-235bpm; 5. Tačnost mjerenja: 30-100:+/-2bpm, 101-235: +/- 2%. 6. Dimenzije: 66 x 39 x 32 mm. Proizvođač: Rudolf Riester GmbH - Njemačka Broj Rješenja 2070/25/2554-6853	28 komad	110 EUR
10	Glukomjer	pouzdati rezultati mjerenja za 5 sekundi - mala količina krvi - prosječna vrijednost za razdoblja od 7, 14, 30 i 90 dana - memorija sa kapacitetom čuvanja 500 rezultata mjerenja	Glukomjer 1. Pruža pouzdane rezultate mjerenja za 4 sekunde - mala količina krvi . 2. Prosječna vrijednost za razdoblja od 7, 14, 30 i 90 dana - memorija sa kapacitetom čuvanja 720 rezultata mjerenja. Proizvođač: Roche Diabetes	15 komad	40 EUR

			Care GmbH- Njemačka Broj Rješenja 2070/24/1049-3706		
11	Trakice za mjerenje šećera	Pak od 50 kom	Trakice za mjerenje šećera. Pakovanje od 50 komada. Proizvođač: Roche Diabetes Care GmbH- Njemačka Broj Rješenja 2070/24/1482- 3548	50 pakovanje	28 EUR
12	Lancete	Pak od 25 kom	Lancete Pakovanje od 25 komada. Proizvođač: Roche Diabetes Care GmbH- Njemačka Broj Rješenja 2070/24/590-2884	30 pakovanje	5 EUR
13	Mjerač pritiska	Mjerenje: pritisak i puls LCD displej Opseg mjerenja: SYS/DIA: 30-280 mmHg Puls: 40-200 u minuti Preciznost: Pritisak +/- 3 mmHg, Puls +/-5, sa baterijama, Napajanje: baterijsko.	Mjerač pritiska 1. Mjerenje: pritisak i puls LCD displej 2. Opseg mjerenja: SYS/DIA: 30-280 mmHg 3. Puls: 40-200 u minuti 4. Preciznost: Pritisak +/- 3 mmHg, 5. Puls +/-5, 6. Sa baterijama - napajanje je baterijsko. Proizvođač: Rudolf Riester GmbH - Njemačka Broj Rješenja 2070/25/2554-6853	5 komad	85 EUR
14	Doboš za sterilizaciju 240 X H 160 mm	Okrugli doboš za sterilizaciju u autoklavu i suvom sterilizatoru, od nerđajućeg čelika. Dimenzije: fi 240 x h 160	Doboš za sterilizaciju 240 X H 160 mm 1. Okrugli doboš za sterilizaciju u autoklavu i suvom sterilizatoru, od nerđajućeg čelika. 2. Dimenzije: fi 240 x h 160 Proizvođač: GIMA S.p.A - Italija Broj Rješenja 2070/20/322- 6376	15 komad	45 EUR
15	Doboš za sterilizaciju, 190 x 160 mm	Okrugli doboš za sterilizaciju u autoklavu i suvom sterilizatoru, od nerđajućeg čelika. Dimenzije: fi 190 x h 160 mm	Doboš za sterilizaciju, 190 x 160 mm 1. Okrugli doboš za sterilizaciju u autoklavu i suvom sterilizatoru, od nerđajućeg čelika. 2. Dimenzije: fi 190 x h 160 mm Proizvođač: GIMA S.p.A - Italija Broj Rješenja 2070/20/322- 6376	10 komad	40 EUR
16	Hvatalica Rochester-Pean, prava, 16 cm	ROCHESTER-PEAN, Dužina: 16 cm	Hvatalica Rochester-Pean, prava, 16 cm ROCHESTER-PEAN, Dužina: 16 cm Proizvođač: GIMA S.p.A - Italija Sertifikat ISO13485, Deklaracija o konformitetu	30 komad	10 EUR
17	Makaze hirurške prave, oštro-tupe		Makaze hirurške prave, oštro-tupe Proizvođač: GIMA S.p.A - Italija Sertifikat ISO13485, Deklaracija o konformitetu	15 komad	8 EUR
18	Pinceta anatomska, prava, 16 cm		Pinceta anatomska, prava, 16 cm Proizvođač: GIMA S.p.A - Italija Sertifikat ISO13485, Deklaracija o konformitetu	30 komad	8 EUR
19	Bubrežnjak, 280x141x40 mm	280x141x40 mm, Bubrežnjak od nerđajućeg čelika.	Bubrežnjak, 280x141x40 mm 1. Bubrežnjak je od nerđajućeg čelika. 2.	15 komad	15 EUR

			Dimenzije: 280x141x40 mm Proizvođač: GIMA S.p.A - Italija Broj Rješenja 2070/20/322- 6376		
20	Kutija za sterilizaciju 20 x 10 x h 4,5 cm	20 x 10 x 4.5 cm. Kutija od nerđajućeg čelika, sa ručkama	Kutija za sterilizaciju 20 x 10 x h 4,5 cm 1.Kutija je od nerđajućeg čelika, sa ručkama. 2. Dimenzije: 20 x 10 x 4.5 cm Proizvođač: GIMA S.p.A -Italija Broj Rješenja 2070/20/322- 6376	5 komad	21 EUR
21	Kutija za sterilizaciju	25 x 12.5 x 4.5 cm. Kutija od nerđajućeg čelika, sa ručkama.	Kutija za sterilizaciju 1.Kutija od nerđajućeg čelika, sa ručkama. 2. Dimenzije: 25 x 12.5 x 4.5 cm Proizvođač: GIMA S.p.A -Italija Broj Rješenja 2070/20/322- 6376	5 komad	30 EUR
22	Mašina za sječenje gaze	Veličina noža: 100 mm Kapacitet sječenja: 25 mm Snaga: 100W Dimenzije: 34 x 37 x 28cm	Mašina za sječenje gaze 1.Veličina noža: 100 mm 2.Kapacitet sječenja: 25 mm 3.Snaga: 100W Dimenzije: 34 x 37 x 28cm. Proizvođač: Protehno M - Srbija Izjava za nemedicinsko sredstvo	1 komad	750 EUR
23	Invalidska kolica 46 cm	Čelični okvir u plavoj boji - pneumatski zadnji točkovi 61 cm sa okvirom od hromiranog čelika; prednji točkovi PU 20 cm; kočnice na zadnjim točkovima; pokretni tapacirani nasloni za ruke; nasloni za noge se mogu uklanjati, pločice se mogu podešavati; crno nailon sjedište; ukupna širina: 63 cm; dimenzije kolica kada su sklopljena: 26.5 cm; dimenzije sjedišta: 46 cmx 44 cm; promjer zadnjih točkova: 61 cm; promjer srednjih točkova: 20 cm; visina sjedišta: 50 cm; ukupna visina kolica: 91 cm; ukupna dužina kolica: 103 cm; visina naslona za leđa: 40 cm; maksimalna nosivost: 120 kg; težina kolica: 18 kg.	Invalidska kolica 46 cm 1.Sastoje se od čeličnog okvira u plavoj boji, pneumatskih zadnjih točkova 61 cm sa okvirom od hromiranog čelika, prednjih točkova PU 20 cm. 2. Posjeduju kočnice na zadnjim točkovima; pokretni tapacirani nasloni za ruke; nasloni za noge se uklanjaju, pločice su podešive; crno nailon sjedište; 3. Ukupna širina: 63 cm. 4. Dimenzije kolica kada su sklopljena su 26.5 cm; 5. Dimenzije sjedišta: 46 cm x 44 cm; 6. Promjer zadnjih točkova: 61 cm; 7. Promjer srednjih točkova: 20cm; 8. Visina sjedišta: 50 cm; 9. Ukupna visina kolica: 91 cm; 10. Ukupna dužina kolica:103cm; 11. Visina naslona za leđa: 40 cm. 12. Nosivost: 120 kg; 13. Težina kolica: 18 kg. Proizvođač: GIMA S.p.A - Italija Rješenje br 2070/20/364-6375	25 komad	235 EUR
24	Rolator hodalice	Rolator hodalice od aluminijumske konstrukcije, na četiri točka od punjene gume, sa kočnicama na rukohvatima. Kočnice imaju sistem zaključavanja. Visina rukohvata je podešiva. Posjeduje sjedište za odmor (sa naslonom za leđa) koje se nalazi između rukohvata sa mobilnom tacnom,	Rolator hodalice 1. Rolator hodalice posjeduje četiri točka sklopivi ram sasjedištem, veliku prednju korpu i kočnice na zadnjim točkovima. 2. Dimenzije: 68 x 61 cm 3. Podešiva visina: 78–90 cm 4. Težina: 7,4 kg 5.Nosivost: 100 kg	15 komad	150 EUR

		kao i korpu za kupovinu ispred. Širina 60cm, visina 78-91cm, nosivost sjedišta do 100kg. Težina rolatora 6kg	Proizvođač: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (Ltd.) -Kina Sertifikat ISO13485, Deklaracija o konformitetu		
25	Električna invalidska kolica	Električna invalidska kolica za svakodnevnu upotrebu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Korišćenje u električnom ili ručnom režimu, uz prebacivanje kvačila. Kretanje naprijed, nazad i okretanje pomoću upravljača sa džojstikom za kontrolu brzine i pravca. Izrada od aluminijumske legure sa rukonaslonima, osloncima za noge, proširivim naslonima za ruke i fleksibilnim amortizerima koji ublažavaju udarce. Sjedište i naslon da posjeduju jastuke koji se mogu ukloniti, kao i bateriju i daljinski upravljač. Ergonomski dizajn. Snažne performanse: • Motor sa niskom potrošnjom energije • Visokoprecizni mjenjač • Brz i stabilan start • 5 nivoa brzine • Trostruka zaštita: • Elektromagnetna kočnica • Samozaključavanje mjenjača • Dinamična zaštitna ploča • Podijeljeno fiksno sjedište • Patentirani lučni oslonac za noge • Naslon sjedišta sa preklapanjem radi lakšeg skladištenja. Sa litijumskom baterijom, punjačem i uputstvom. Tehnička specifikacija: • Nosivost: minimum 100 kg • Domet: minimum 20 km • Maksimalna brzina: 6 km/h • Baterija: litijumska, DC 24V x 18Ah • Snaga motora: minimum 130 W • Potrošnja energije: 2.5 kW·h / 100 km • Buka: < 65 dB • Visina prepreke koju može preći: 40 mm • Minimalni radijus okretanja: 1.2 m • Širina žlijeba koju može premostiti: 100 mm • Performanse zadržavanja na nagibu: 9° • Dimenzije: 660 mm (otvorena), 360 mm (sklopljena) • Širina sjedišta: 430 mm • Neto težina: 29 kg	Električna invalidska kolica 1. Električna invalidska kolica za svakodnevnu upotrebu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. 2. Koriste se u električnom ili ručnom režimu, uz prebacivanje kvačila. Kretanje naprijed, nazad i okretanje pomoću upravljača sa džojstikom za kontrolu brzine i pravca. Izrađena su od aluminijumske legure sa rukonaslonima, osloncima za noge, proširivim naslonima za ruke i fleksibilnim amortizerima koji ublažavaju udarce. Sjedište i naslon da posjeduju jastuke koji se mogu ukloniti, kao i bateriju i daljinski upravljač. 3. Ergonomski dizajn. 4. Snažne performanse: • motor sa niskom potrošnjom energije, • visokoprecizni mjenjač, • brz i stabilan start, • posjeduju 5 nivoa brzine. 5. Trostruka zaštita: • Elektromagnetna kočnica • Samozaključavanje mjenjača • Dinamična zaštitna ploča • Podijeljeno fiksno sjedište • Patentirani lučni oslonac za noge • Naslon sjedišta sa preklapanjem radi lakšeg skladištenja. 6. Isporučuje se sa litijumskom baterijom, punjačem i uputstvom. Tehničke specifikacije: • Nosivost: 100 kg • Domet: 20 km • Brzina: 6 km/h • Baterija: litijumska, DC 24V x 18Ah • Snaga motora: 130 W • Potrošnja energije: 2.5 kW·h / 100 km • Buka: < 65 dB • Visina prepreke koju prelazi: 40 mm • Radijus okretanja: 1.2 m • Širina žlijeba: 100 mm • Performanse zadržavanja na nagibu: 9° • Dimenzije: 660 mm (otvorena), 60 mm (sklopljena) • Širina sjedišta: 430 mm • Neto težina: 29 kg Proizvođač: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply CO.,	2 komad	1.950 EUR

			LTD-Kina Sertifikat ISO13485, Deklaracija o konformitetu		
26	Paravan trodjelni	Napravljen od okruglih cijevi koje su plastificirane polieterskim bojama u prahu Sastoji se od tri krila; dimenzije jednog krila: oko 50 x 170 cm Boja platna je bijela	Paravan trodjelni Napravljen je od okruglih cijevi koje su plastificirane polieterskim bojama u prahu. Sastoji se od tri krila; dimenzije jednog krila: 50 x 170 cm Boja platna je bijela. Proizvođač : IMW COMPANY DOO - Crna Gora Izjava za nemedicinsko sredstvo	2 komad	145 EUR
27	Lancart Ter kolica 70x50x80 - 3 police	LancartTer kolica - srednja - Veličina: 72 x 50 x h 80 - Police: 3 - Fioka - Od nerđajućeg čelika montirana na točkove 80 mm. Maksimalno opterećenje kolica: minimum 60 kg.	Lancart Ter kolica 70x50x80 sa 3 police 1. LancartTer kolica - srednja 2. Veličina: 72 x 50 x h 80 3. Police: 3 4. Fioka 5. Od nerđajućeg su čelika, montirana na točkove 80 mm. 6. Opterećenje kolica: 60kg. Proizvođač : Gima S.p.A - Italija Izjava za nemedicinsko sredstvo	5 komad	280 EUR
28	Antidekubit dušek sa pumpom	Za pacijente do 135 kg Sastoji se od PVC dušeka i pumpe. Pritisak kompresora:40 - 100 mmHg Dimenzije: 90 x 200 cm x 7cm	Antidekubit dušek sa pumpom 1. Za pacijente do 135 kg. Sastoji se od PVC dušeka i pumpe. 2. Pritisak kompresora:40 - 100 mmHg . 3. Dimenzije: 90 x 200 cm x 7cm. Proizvođač: Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co.Ltd- Kina Sertifikat ISO13485, Deklaracija o konformitetu	40 set	55 EUR
29	Stočić za hranjenje	Okvir od metalnih šipki. Osnova sa 4 točka, prečnika 50 mm, sa mogućnošću uklanjanja, od kojih 2 imaju kočnice Podesiva visina (od 72 do 110 cm) i ugao postavljanja ploče Dimenzije ploče: 41 x 61 cm	Stočić za hranjenje 1. Okvir je od metalnih šipki. Osnova je sa 4 točka, prečnika 50 mm, sa mogućnošću uklanjanja, od kojih 2 imaju kočnice 2. Podesiva visina (od 72 do 110 cm) i ugao postavljanja ploče. 3. Dimenzije ploče: 41 x 61 cm Proizvođač: SUZHOU IDEAL MEDICAL CO., LTD.- Kina Izjava za nemedicinsko sredstvo	30 komad	65 EUR
30	Električni krevet sa podesivom visinom i nožnom prečkom	Podesiva visina pomoću električne nožne prečke. Podesiv naslon za glavu pomoću gasne pumpe sa otvorom za usta i nos. Maksimalne dimenzije: 195 x 59,5 x h 54–71 cm. Nosivost: min. 135 kg	Električni krevet sa podesivom visinom i nožnom prečkom 1.Podesiva visina pomoću električne nožne prečke. 2. Podesiv naslon za glavu pomoću gasne pumpe sa otvorom za usta i nos. 3. Dimenzije: 195 x 59,5 x h 54–71 cm. 4. Nosivost: 135 kg Proizvođač: GIMA S.p.A - Italija Sertifikat ISO13485 Deklaracija o konformitetu	1 komad	1.680 EUR

Budući da program ESJN-a ne omogućava iskazivanje ukupne ponuđene cijene po stavkama (cijena po jedinici mjere x količina), već samo iskazivanje jedinične cijene, provjerom finansijskog dijela ponude Komisija je utvrdila da je isti dat u odnosu na sve stavke tehničke specifikacije iz tenderske dokumentacije, sa zahtijevanim opisom, bitnim karakteristikama i količinom predmeta nabavke, te da ne sadrži računsku grešku. Takođe, ova ponuda nije nerealna u smislu člana 139 stav 1 ZJN.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je finansijski dio ponude ponuđača ponuđač INEL MEDICA DOO Podgorica sačinjen u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke i tačkom 12 Tenderske dokumentacije, te da je ponuda u ovom dijelu ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne postoji razlog njene neispravnosti u smislu člana 133 ZJN.

7.1.5. Ocjena ispunjenosti uslova u pogledu predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

1) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda”.

U odnosu na ovaj uslov ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor”, naveo: Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda”.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio rok važenja ponude u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

2) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude.”

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor”, naveo: „Garancija ponude- skeniran dokument.”, pa je uz ponudu putem ESJN-a priložio garanciju ponude.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač postupio u skladu sa članom 122 stav 3 ZJN, tačkom 3 stav 3 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

3) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Rok izvršenja ugovora: ____ dana od dana zaključivanja ugovora. Napomena: Ponuđeni rok izvršenja ugovora ne može biti duži od 60 dana od dana zaključivanja ugovora. Ponuđač je dužan da navede rok izvršenja ugovora iskazan u danima. Minimalni rok koji će se vrednovati je 10 dana od dana zaključivanja ugovora.”

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor”, naveo: „Rok izvršenja ugovora je 21 (dvadesetjedan)dana od dana zaključivanja Ugovora.”

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio rok izvršenja ugovora u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

4) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Mjesto izvršenja ugovora: JU Dom starih "Podgorica", Bulevar Veljka Vlahovića bb.”

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor”, naveo: „Mjesto izvršenja ugovora: JU Dom starih "Podgorica", Bulevar Veljka Vlahovića bb.”

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio mjesto izvršenja ugovora u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

5) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Način plaćanja je: na žiro-račun dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).”

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor”, naveo: „Način plaćanja je na žiro-račun dobavljača. Banka: CKB banka Žiro račun: 510-7711-90.”

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio način plaćanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

6) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Rok plaćanja je: u roku od 60 dana od dostavljanja fakture za isporučenu robu.”

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor”, naveo: „Rok plaćanja je: u roku od 60

dana od dostavljanja fakture za isporučenu robu."

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio rok plaćanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

7) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Ponuđači su dužni da, u koloni „bitne karakteristike predmeta nabavke“ u finansijskom dijelu ponude navedu naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo: „U koloni „bitne karakteristike predmeta nabavke“ u finansijskom dijelu ponude naveden je naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke.“ Uvidom u finansijski dio ponude Komisija je utvrdila da je ponuđač naveo naziv proizvođača za sve stavke tehničke specifikacije.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio predviđeni uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

8) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Ponuđači su dužni da dostave za proizvode koji su deklarirani kao medicinska sredstva, Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlaštenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.) - Izuzetno, ako niko od ponuđača čije su ponude ocijenjene kao ispravne ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: a. CE znak u zavisnosti od klase; b. Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; c. Deklaracija o konformitetu; d. Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača (za proizvođače van Evropske unije). Ponuđači su dužni da precizno naznače za koja medicinska sredstva se odnose rješenja - da navedu broj rješenja u finansijskom dijelu ponude kao odgovor na bitne karakteristike, a za koja se odnose sertifikati (takođe navode u finansijskom dijelu ponude kao odgovor na bitne karakteristike).“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo: „Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar.“ Pa je priložio:

- Za stavku 1 - Inhalator - Rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva broj 2070/24/1577-6499 od 20.12.2024. godine o produženju registracije medicinskog sredstva, podnosiocu zahtjeva Inel Medica Podgorica. Rješenje važi do 23.07.2026. godine.
- Za stavku 2 - Koncentrator kiseonika – Deklaracija o konformitetu Sertifikat ISO13485 EC sertifikat FSC sertifikat.
- Za stavku 3 – Aspirator – Rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva broj 2070/25/73-6501 od 22.01.2025. godine o produženju registracije medicinskog sredstva, podnosiocu zahtjeva Inel Medica Podgorica. Rješenje važi do 01.03.2029. godine.
- Za stavku 4 - Toplomjer sa galijumom - Rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva broj 2070/24/175-7371 od 22.02.2024. godine o registraciji medicinskog sredstva, podnosiocu zahtjeva D.O.O. MONTE D Podgorica. Rješenje važi do 01.03.2029. godine.
- Za stavku 5 - Digitalni toplomjer - Rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva broj 2070/25/47-5975 od 21.01.2025. godine o produženju registracije medicinskog sredstva, podnosiocu zahtjeva D.O.O. MONTE D Podgorica. Rješenje važi do 01.07.2027. godine.
- OVLAŠĆENJE kojim D.O.O. „MONTE D“, Kuće Rakića bb, Tuzi, kao nosilac upisa u Registar medicinskih sredstava proizvođača PIKDARE S.p.A., Italija, Rješenje broj 3020/22/104/3-1915, ovlašćujemo firmu: „INEL MEDICA“ d.o.o. Radosava Burića 4a 81000 Podgorica da za potrebe otvorenog postupka javne nabavke za nabavku "Medicinska oprema", broj 04-426-5502/25-3 od 29.09.2025.godine, šifra postupka 100367 naručioca JU Dom starih Podgorica, može ponuditi medicinska sredstva: VEDO FAMILY-toplomjer,digitalni i Mercury-free clinical eco-friendly thermometer PIC VEDOEco Plus-topolmjer,bez žive, upisana u Registrar medicinskih sredstava kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, i to u Rješenju o registraciji broj 2070/25/47-5975 od 21.01.2025., i Rješenje o registraciji broj 2070/24/175-7371 od 22.02.2024.

- Za stavku 6 - Dozer za lijekove - Izjavu za nemedicinsko sredstvo.
- Za stavku 7 - Manometarski mjerac krvnog pritiska - Rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva broj 2070/25/2610-6854 od 08.10.2025. godine o produženju registracije medicinskog sredstva, podnosiocu zahtjeva Inel Medica Podgorica. Rješenje važi do 01.03.2029. godine.
- Za stavku 8 - Stetoskop duplex 2.0 - Rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva broj 2070/16/125- 4020 od 28.06.2016. godine kojim je "INEL MEDICA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA, Radosava Burića, 4A, Podgorica, izvršio upis sredstva u registar medicinskih sredstava.
- Za stavku 9 - Pulsni-oksimer - Rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva broj 2070/25/2554-6853 od 30.09.2025. godine o produženju registracije medicinskog sredstva, podnosiocu zahtjeva Inel Medica Podgorica. Rješenje važi do 01.03.2029. godine.
- Za stavku 10 - Glukomjer - Rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva broj 2070/24/1049-3706 od 21.10.2024. godine o produženju registracije medicinskog sredstva, podnosiocu zahtjeva "ADOC" D.O.O. BEOGRAD PREDSTAVNIŠTVO U PODGORICI, Podgorica. Rješenje važi do 25.07.2026. godine.
- Za stavku 11 - Trakice za mjerenje šećera - Rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva broj 2070/24/1482-3548 od 13.12.2024. godine o produženju registracije medicinskog sredstva, podnosiocu zahtjeva "ADOC" D.O.O. BEOGRAD PREDSTAVNIŠTVO U PODGORICI, Podgorica. Rješenje važi do 16.12.2026. godine.
- Za stavku 12 - Lancete - Rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva broj 2070/24/590-2884 od 10.07.2024. godine o produženju registracije medicinskog sredstva, podnosiocu zahtjeva "ADOC" D.O.O. BEOGRAD PREDSTAVNIŠTVO U PODGORICI, Podgorica. Rješenje važi do 11.11.2025. godine.
- OVLAŠĆENJE ADOC DOO Beograd predstavništvo u Podgorici, kao nosioci upisa u Registar medicinskih sredstava stranog proizvođača Roche Diabetes Care GmbH, Mannheim, Njemačka, ovlašćujemo firmu: „INEL MEDICA“ d.o.o. Radosava Burića 4° 81000 Podgorica da za potrebe otvorenog postupka javne nabavke za nabavku "Medicinska oprema", broj 04-426-5502/25-3 od 29.09.2025. godine, šifra postupka 100367 naručioca JU Dom straih - Podgorica, može ponuditi medicinska sredstva proizvođača Roche Diabetes Care GmbH, Njemačka, upisan u Registar medicinskih sredstava kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore pod brojevima: za proizvođača: 3020/22/440/2-8817 za medicinska sredstva: 2070/24/590-2884, 2070/24/1482-3548 i 2070/24/1049-3706.
- Za stavku 13 - Mjerac pritiska - Rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva broj 2070/25/2554-6853 od 30.09.2025. godine o produženju registracije medicinskog sredstva, podnosiocu zahtjeva Inel Medica Podgorica. Rješenje važi do 01.03.2029. godine.
- Za stavke 14 - Doboš za sterilizaciju 240 X H 160 mm, 15 - Doboš za sterilizaciju, 190 x 160 mm, 19 - Bubrežnjak, 280x141x40 mm, 20 - Kutija za sterilizaciju 20 x 10 x h 4,5 cm i 21 - Kutija za sterilizaciju - Rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva broj 2070/20/322- 6376 od 16.06.2020. godine o registraciji medicinskog sredstva, podnosiocu zahtjeva Inel Medica Podgorica.
- Za stavke 16 - Hvatalica Rochester-Pean, 17 - Makaze hirurške prave, oštro-tupe, 18 - Pinceta anatomska, prava, 16 cm - Sertifikat ISO13485, Deklaracija o konformitetu.
- Za stavku 22 - Mašina za sječenje gaze, 26 - Paravan trodjelni, 27 - Lancart Ter kolica 70x50x80 - 3 police i 29 - Električna invalidska kolica - Izjavu za nemedicinska sredstva.
- Za stavku 23 - Invalidska kolica 46 cm - Rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva broj 2070/20/364-6375 od 25.06.2020. godine. Rješenje važi do 25.06.2025. godine.
- Za stavke 24 - Rolator hodalica, 25 - Električna invalidska kolica, 28 - Antidekubit dušek sa pompom i 30 - Električni krevet sa podesivom visinom i nožnom prečkom - Sertifikat ISO13485, Deklaracija o konformitetu.

Takođe, ponuđač je precizno naznačio u odgovoru na bitne karakteristike broj rješenja i sertifikate za stavke koje nisu imali rješenja.

Na osnovu svega navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio predviđeni uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12

Tenderske dokumentacije.

9) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Garantni rok za uređaje iz tehničke specifikacije je minimum 24 meseca. Ponuđač je dužan precizno navesti garantni rok.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo: „Garantni rok za uređaje iz tehničke specifikacije je 24 meseca od datuma isporuke i puštanja u rad.“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio garantni rok u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

10) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Dobavljač je dužan da izvrši obuku za rad na predmetnoj opremi, za osoblje koje će raditi sa predmetnom opremom, kao i tehničkog osoblja koje će biti zaduženo za održavanje i prijavu kvara.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo: „Obuku za rad na predmetnoj opremi biće izvršena za osoblje koje će raditi sa predmetnom opremom, kao i tehničkog osoblja koje će biti zaduženo za održavanje i prijavu kvara.“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio predviđeni uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

11) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Mjerač pritiska mora imati Uvjerjenje o odobrenju tipa mjerila, tj. da je baždaren kod Zavoda za meteorologiju.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo: „Uvjerjenje o odobrenju tipa mjerila, tj. da je baždaren kod Zavoda za meteorologiju“ pa je priložio Uvjerjenje o odobrenju tipa mjerila Broj: UPI-02-652/18 od 22.03.2018. godine izdato od strane Zavoda za metrologiju, kojim se INEL MEDICA D.O.O., Radosava Burića 4a, Podgorica za Manometar za mjerenje krvnog pritiska, Tip mjerila: precisa N shock-proof, Proizvođač mjerila: Rudolf Riester GmbH, Njemačka, Službena oznaka tipa mjerila: MNE-P-03-009. Rok važenja uvjerenja: 23.08.2027. godine.“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač Uvjerjenje o odobrenju tipa mjerila u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

12) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Ponuđači su dužni da u ponudi dostave dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda (uputstvo, katalog ili drugi dokument izdat od strane proizvođača) u kojem su jasno označene (navođenjem pozicije na koju se odnosi) sve zahtijevane tehničke karakteristike i kataloški broj ponuđenih proizvoda.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo: „Dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda – Katalog.“ Pa je priložio kataloge za sve stavke tehničke specifikacije. U katalogima su označene sve bitne karakteristike koje su tražene tehničkom specifikacijom za sve stavke.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio predviđeni uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

13) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Dozvoljeno odstupanje dimenzija za svaku stavku tehničke specifikacije za koju su zahtijevane dimenzije je +/- 10 %.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo: „/“. Uvidom u finansijski dio ponude, Komisija je utvrdila da je ponuđač dostavio dimenzije bez odstupanja.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio predviđeni uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

Budući da je ponuđač INEL MEDICA DOO Podgorica ispunio sve uslove u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje ugovora (drugi uslovi) predviđene tenderskom dokumentacijom, to je njegova ponuda u tom dijelu ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne postoji razlog neispravnosti iste u tom dijelu u smislu člana 133 tačka 1 ovog Zakona.

7.1.6. Utvrđivanje postojanja drugih razloga za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke

U skladu sa članom 108 ZJN, tačkom 5. Tenderske dokumentacije predviđeni su sledeći obavezni osnovi za isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke:

„Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- 1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
- 2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
- 3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
- 4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
- 5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
- 6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
- 7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
- 8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom."

Takođe, članom 111 stav 1 ZJN propisano je: „Podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: izjava privrednog subjekta).“

U okviru tačke 7.1.2. ove odluke utvrđeno je nepostojanje osnova za isključenje ovog ponuđača zbog garancije ponude, dok je u okviru tačke 7.1.3. utvrđeno nepostojanje osnova za isključenje zbog sadržaja izjave privrednog subjekta u odnosu na ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke i uslova za obavljanje djelatnosti predviđenih tenderskom dokumentacijom, kao i u odnosu na nepostojanje aktivnosti iz člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN i sukoba interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 i člana 42 ovog zakona. Takođe, budući da je naprijed utvrđeno da ponuda ovog ponuđača nije nerealna, to ne postoji razlog za traženje objašnjenja iste u skladu sa članom 139 stav 2 ZJN, a time ne postoji ni razlog za isključenje ovog ponuđača osnovom stava 3 ovog člana, a time ni po osnovu iz člana 108 tačka 8 ZJN.

Završna ocjena ponude

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, Komisija je utvrdila da je ponuda ponuđača INEL MEDICA DOO Podgorica ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne sadrži nijednu nepravilnost koja predstavlja razlog neispravnosti ponude iz člana 133 ZJN.

Takođe, imajući u vidu naprijed navedeno, Komisija je utvrdila da ne postoje razlozi za isključenje ponuđača iz konkretnog postupka javne nabavke.

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da se ponude vrednuju po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, te utvrđena sledeća metodologija vrednovanja ponuda:

☒ odnos cijene i kvaliteta

najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova (90)

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalni broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, prema formuli:

$$\text{Broj bodova} = \frac{\text{Najniža ponuđena cijena}}{\text{Ponuđena cijena}} \times 90$$

• podkriterijum kvalitet – rok izvršenja ugovora

rok izvršenja ugovora vrednovaće se na sljedeći način: najkraći rok izvršenja ugovora, podijeli sa ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum.

Najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora dobija maksimalan broj bodova - 10,00.

Ostale prispjele ponude biće bodovane individualno, na način što će dobiti procentualni broj bodova u odnosu na najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora, prema sljedećoj matematičkoj formuli:

najniži ponuđeni rok izvršenja ugovora x 10
ponuđeni rok izvršenja ugovora

Napomena: Ponuđeni rok izvršenja ugovora ne može biti duži od 60 dana od dana zaključivanja ugovora. Minimalni rok koji će se vrednovati je 10 dana od dana zaključivanja ugovora.

Svaki član Komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponude po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog zapisnika o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda. Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova Komisije, utvrđen je prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom potkriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponudač (naziv i sjedište)	Cijena	Rok izvršenja ugovora	Ukupan broj bodova
1.	INEL MEDICA DOO Podgorica	38.222,00 EUR – 90 bodova	21 dan od dana zaključivanja ugovora – 10 bodova	100

9. Provjera podataka u izjavi privrednog subjekta prvorangiranog ponuđača

U skladu sa članom 135a ZJN, Komisija je izvršila provjeru tačnosti podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača INEL MEDICA DOO Podgorica, na sledeći način:

1) Radi provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta o ispunjenosti obaveznog uslova da ponuđač i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela predviđenih članom 99 stav 1 tačka 1 ZJN, Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 ZJN zatražila od Ministarstva pravde dokaze iz kaznene evidencije. Povodom ovog zahtjeva, Ministarstvo pravde je naručiocu dostavilo:

-Uvjerjenje Ministarstva pravde, broj 0804-18215/25 od 21.10.2025. godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica INEL MEDICA DOO Podgorica,

-Uvjerjenje Ministarstva pravde, broj 0804-18215/25-1 od 21.10.2025. godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica Marine Vujović.

Na osnovu navedenih uvjerenja Ministarstva pravde utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta dati tačni podaci o pravosnažnoj neosuđivanosti ovog pravnog lica i njegovog izvršnog direktora za krivična djela predviđena članom 99 stav 1 tačka 1 ZJN, tj. za krivična djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropškog odnosa i prevoza lica u ropškom odnosu, te da je datom izjavom dokazana ispunjenost navedenog obaveznog uslova predviđenog tenderskom dokumentacijom.

2) Radi provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta o ispunjenosti obaveznog uslova da je ponuđač izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 ZJN, aktom broj 04-426-5974/25 od 17.10.2025. godine, zatražila od Poreske uprave uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama za ponuđača.

Povodom ovog zahtjeva, Poreska uprava je naručiocu dostavila Uvjerjenje broj 13/01-2-11599/2 od 22.10.2025. godine, da je poreski obveznik "INEL MEDICA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA PIB 02272504, na dan 17.10.2025. godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:

-poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPD obrazaca zaključno sa 09/2025. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,
-poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2024. godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,
-poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 09/2025. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Na osnovu navedenog akta Poreske uprave, utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta navedeni tačni podaci o tome da je ovaj ponuđač izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, te da je datom izjavom dokazana ispunjenost navedenog obaveznog uslova predviđenog tenderskom dokumentacijom.

Naime, obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih i obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost dopijevaju do 15-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, dok obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica dopijevaju do kraja marta mjeseca tekuće godine za prethodnu godinu. Shodno navedenom, dokazom Poreske uprave da su na dan 17.10.2025. godine izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 09/2025 i obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 09/2025, a obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2024. godinom, potvrđena je tačnost podataka u datoj izjavi privrednog subjekta ponuđača da je izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

3) Radi provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta o ispunjenosti tenderskom dokumentacijom predviđenog uslova za obavljanje djelatnosti da posjeduje Rješenje o upisu ponuđača u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 ZJN uvidom u spise predmeta utvrdila da je ponuđač uz ponudu, putem ESJN-a, dostavio skeniranu kopiju Rješenja broj 2070/22/1568/7-7697 od 05.04.2024. godine izdato od strane Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore o registraciji veleprodaje "INEL MEDICA", za djelatnost prometa na veliko medicinskih sredstava, sa mjestom skladištenja medicinskih sredstava na adresi Radosava Burića 4A, Podgorica.

Na osnovu navedenog Rješenja utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta navedeni tačni podaci o tome da ponuđač INEL MEDICA DOO Podgorica posjeduje Rješenje o upisu ponuđača u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima, te da je datom izjavom dokazana ispunjenost navedenog uslova za obavljanje djelatnosti predviđenog tenderskom dokumentacijom.

4) Radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekta ponuđača INEL MEDICA DOO Podgorica da nije u sukobu interesa iz člana 41 ZJN, Komisija je uvidom u vlasničku strukturu naručioca utvrdila da ovlašćeno lice ponuđača nema vlasnički udio ili akcije u kapitalu naručioca. Takođe, Komisija je, na osnovu ličnog izjašnjenja svojih članova, kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da ovlašćeno lice ponuđača nije sa bilo kojim predstavnikom naručioca u konkretnom postupku javne nabavke bračni ili vanbračni drug, srodnik u prvoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepna, niti tazbinskoj srodstva do drugog stepena, niti usvojilac ili usvojenik.

Radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekta ponuđača INEL MEDICA DOO Podgorica da nije u sukobu interesa iz člana 42 ZJN, Komisija je, na osnovu ličnog izjašnjenja lica koje je izradilo tehničku specifikaciju i koje je član komisije, utvrdila da ovaj privredni subjekat ili njegovo ovlašćeno lice, kao ni bilo koje njegovo stručno lice, nijesu izradili, niti učestvovali u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja je korišćena za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji, niti su vršili u tom pogledu stručne konsultacije sa naručiocem.

Komisija je takođe, na osnovu ličnog izjašnjenja svojih članova, kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da privredni subjekat nije vršio nepimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

Shodno navedenom, utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta ovog ponuđača navedeni tačni podaci u pogledu nepostojanja razloga za sukob interesa iz člana 38 stav 2 tačka 1, člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 i člana 42 ZJN.

Budući da je ponuđač INEL MEDICA DOO Podgorica dostavio validne sve zahtijevane dokaze za provjeru tačnosti njegove izjave privrednog subjekta, te da je pribavljenim i dostavljenim dokazima u cjelosti potvrđena tačnost date izjave, to ne postoji razlog za njegovo isključenje iz ovog postupka osnovom člana 135a stav 6 ZJN.

10. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Ponuda ponuđača INEL MEDICA DOO:

- PIB: 02272504;
- Adresa: Radosava Burića 4a;
- E-mail: inelmedicacg@gmail.com;
- Ponuđena cijena: 38.222,00 eura, bez uračunatog PDV-a;
- Rok izvršenja ugovora: 21 dan od dana zaključivanja ugovora.

11. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi preko naručioca, i to do uspostavljanja ESJN, neposredno ili putem preporučene pošte u pisanom obliku a nakon uspostavljanja ESJN elektornskim putem na ESJN.

Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Direktorica Jelena Šofranac,

