

PREGLED POSTUPKA #103361

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE
PIB	02014670
E-mail	opstabolnicabp@gmail.com
Telefon	050/684-142
Internet adresa	www.bpbolnica.me
Fax	
Adresa	Medanovići bb
Grad	Bijelo Polje
Poštanski broj	84000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka manometarskih mjerača krvnog pritiska i stetoscopa za potrebe JZU Opšte bolnice Bijelo Polje
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Verda Kasumovic
Kontakt	068/877-225
Datum objave	10.11.2025. 12:00

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka manometarskih mjerača krvnog pritiska i stetoskopa za potrebe JZU Opšte bolnice Bijelo Polje	10.11.2025 12:00	17.11.2025 09:00	17.11.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.2, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine i 114/24 od 29.11.2024. godine).	Obavezni uslovi
Uvjerenje o odobrenju tipa mjerila, tj da je baždaren kod Zavoda za metrologiju Crne Gore	Drugi uslovi
Rok važenja ponude 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja 3 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je magacin JZU Opšte bolnice Bijelo Polje, ulica Medanovići bb, Bijelo Polje.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja 30 dana od dana uredno izvršene usluge i uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja - virmanski.	Način plaćanja
Garancija 24 mjeseca.	Garantni rok
Ponuđač je dužan da dostavi: - Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlašćenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.)	Uslovi za obavljanje djelatnosti

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 875,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Manometarski mjerač krvnog pritiska	Otporan na udarce i padove sa visine do 1 m, u skladu sa standardom DIN EN 81060-1:2012-08 Precizni ventil za otpuštanje vazduha sa finim podešavanjem i bez habanja Mikrofilter štiti ventil za otpuštanje vazduha i mjerni sistem Dijafragma koja ima kapacitet opterećenja pritiskom do 600 mm Hg Specijalno kaljena dijafragma od bakar-berilijuma, sa preciznim kretanjem Manžetna dimenzije: 54,5 x 14,5 cm, za obim ruke 24-34 cm Bez lateksa Metalna osnova ventila Ergonomska ručka u obliku kašike od nerđajućeg čelika Lako čitljiva linearna, aluminijumska skala od 63mm, od 0 do 300 mm Hg Torbica od vinila sa patent zatvaračem	5,00 kom

2	Stetoskop	Anatomski oblikovan metalni dio sa unutrašnjom oprugom za podešavanje kontaktnog pritiska. Mekane, rotirajuće olive. Bez lateksa. Precizna dvostruka glava od nerđajućeg čelika(44 mm i 32 mm) 2 para rezervnih oliva, rezervne membrane i pločica za ime korisnika	5,00 kom
---	-----------	--	----------