

PREGLED POSTUPKA #104034

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE
PIB	02082390
E-mail	domzdravljack@t-com.me
Telefon	041/231-502
Internet adresa	www.dzcetinje.me
Fax	041/231-502
Adresa	Vuka Mićunovića bb
Grad	Cetinje
Poštanski broj	81250

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Multi-parametarski pacijenat monitor
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sladana Babović
Kontakt	069/760-020
Datum objave	24.11.2025. 09:00

Napomena

Zbog hitnosti nabavke, koju Naručilac nije mogao da predvidi, zahtjev za podnošenje ponuda se skraćuje na 3 dana.

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE Multi-parametarski pacijent monitor 33181300 - Individualni monitori za hemodijalizu	1.157,02 EUR	242,98 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 i 11 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine, 114/24 od 29.11.2024).	Obrazac 2
30 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Rok isporuke ne može biti duži od 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja Ugovora. Ponuđač je dužan da precizno navede rok isporuke.	Rok izvršenja ugovora
JZU Dom zdravlja Cetinje, ul. Vuka Mićunovića br.5	Mjesto izvršenja ugovora
Minimum 12 mjeseci. Garantni rok počinje teći od dana isporuke i potpisivanja Zapisnika o primopredaji uređaja.	Garantni rok
U roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture (nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji) na arhivi Naručioaca, koja je uredno potpisana od strane dobavljača.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja

Potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača opreme da je ponuđač ovlašten za prodaju i održavanje ponuđene opreme.	Drugi uslovi
Obaveza potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe.	Drugi uslovi
Ponuđač je u obavezi da navede marku i model ponuđenog uređaja kao i da u okviru svoje ponude dostavi u formi PDF dokumenta katalog ponuđenog uređaja sa detaljnim opisom, tehničkim karakteristikama, ponuđenom dodatnom opremom, u kom će biti jasno označene (navođenjem pozicije na koju se odnosi) sve zahtijevane tehničke karakteristike i kataloški broj ponuđenog proizvoda.	Drugi uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlaštenje (dozvola, licenca, odobrenje, ili drugi akt) u skladu sa zakonom što dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Rješenje o upisu u ponuđača u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač je dužan da izvrši instalaciju uređaja (softvera), obuku osoblja koje će rukovati istim, kao i da će obezbijediti servis tokom trajanja garantnog roka.	Primopredaja i puštanje u rad

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 1.157,02 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Uređaj treba da sadrži sledeće parametre: EKG, RESP, SpO₂, 2×TEMP, PR i NIBP. Napredni moniator za vitalne parametre sa TFT ekranom u boji, od min 12,1" visoke rezolucije i LED osvetljenjem Pogodan za odrasle, pedijatriju i novorođenčad. 3-kanalno EKG pojačanje sa analizom aritmije i ST segmenta Čuvanje do 2000 grupnih parametarskih podataka i skladištenje EKG talasa od 24h, sa mogućnošću poziva podataka Istovremeni prikaz EKG talasa u 9 tragova Uređaj treba da posjeduje: vizuelni i zvučni alarmi Uređaj treba da posjeduje ugrađenu punjivu litijumsku bateriju Uređaj treba da posjeduje ugrađeni termalni štampač Softver na više jezika: GB, FR, IT, ES, PT, PL, TR, RU, CN Tehničke specifikacije: Monitoring NIBP (krvni pritisak): Opseg mjerenja (sistolni): odrasli (40~275 mmHg), (pedijatrijski: 40~200 mmHg), (novorođenčad: 40~135 mmHg) ±5% Opseg mjerenja (dijastolni): (odrasli: 10~210 mmHg), (pedijatrijski: 10~150 MmHg), (novorođenčad: 20~165	

1	Multi-parametarski pacijenat monitor	mmHg) $\pm 5\%$ Opseg mjerenja (srednji arterijski): (odrasli: 40~135 mmHg), (pedijatrijski: 10~95 mmHg), (novorođenčad: 20~110 mmHg) $\pm 5\%$ Monitoring temperature: Raspon mjerenja: 21°C ~ 50°C ($\pm 5\%$) Vrijeme odaziva: do 150 sekundi SpO2 i praćenje pulsa: Dinamički opseg ulaza: 0% ~ 100% ($\pm 5\%$) Opseg mjerenja pulsa PR: 0 bpm ~ 250 bpm ($\pm 5\%$) EKG monitoring: Dinamički opseg ulaza: $\pm 0,5$ mVp ~ ± 5 mVp ($\pm 5\%$) Opseg mjerenja otkucaja srca HR: 15 bpm ~ 350 bpm ($\pm 5\%$) Monitoring disanja: Metoda mjerenja: torakalna impedansa Opseg mjerenja: 0 ~ 120 udaha u minuti Napajanje: 100 ~ 240 Vac, 50/60Hz Potrošnja energije: do 80 VA Mrežni priključak: Ethernet Uz uređaj je potrebno isporučiti standardnu opremu: - Sonda za SpO2 za odrasle - NIBP manžetna za odrasle - Temperaturna sonda - EKG kabal - Punjiva baterija - Štampač - Kabl za napajanje - Elektroda za jednokratnu upotrebu - Zaštitna navlaka od prašine - Priručnik (engleski, italijanski, crnogorski)	1,00 komad
---	--------------------------------------	---	------------

