

Никитин

24.11.2023 Obrazac 5

Broj: _____

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVKE

Naručilac: JZU Specijalna bolnica za plućne bolesi "Dr Jovan Bulajić" Brezovik	Lice/a za davanje informacija: Miomir Vučinić, dipl.ecc
Adresa: Brezovik bb, Nikšić	Poštanski broj: 81400
Sjedište: Nikšić	PIB (Matični broj): 02001594
Telefon: 040-217-011	Faks: 040-217-312
E-mail adresa: brezovik@t-com.me	Internet stranica (web): www.brezovik.me

☒ robe,
☐ usluge,
☐ radovi.

Nabavka robe-Medicinski krevet sa funkcijama
33100000 - Medicinska oprema

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a 7.700,00 €:

☐ poništenje postupka nabavke ili
☒ izbor najpovoljnije ponude

Nema razloga za poništenje

U postupku po Zahtjevu za dostavljanje ponuda #101196 od 9.10.2025 11:30 Nabavka robe-Medicinski krevet sa funkcijama, doneseno je Obavještenje o ishodu postupka broj 426/25-1314 od 06.11.2025.godine, objavljeno na CEJN-u dana 7.11.2025 11:13.

Ponudjač "OSMI RED" D.O.O.PODGORICA podnio je zahtjev za vršenje monitoringa preko CEJN-a, dana 10.11.2025. godine u 10:22 časova kojim je ukazao na nepravilnosti

naručioca, JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI DR.JOVAN BULAJIĆ-BREZOVİK.

Naručilac je preko CEJN-a, dana 11.11.2025. godine u 9:52 časova dostavio odgovor na zahtjeve iz monitoringa.

Naručiocu je preko CEJN-a dana 17.11.2025. godine u 17:58 dostavljena preporuka Ministarstva finansija, koja glasi: Obavještenje o izvršenom monitoringu Ponuđač, "OSMI RED" D.O.O.PODGORICA (u daljem tekstu: Ponuđač) podnio je zahtjev za vršenje monitoringa preko CEJN-a, dana 10.11.2025. godine u 10:22 časova kojim je ukazao na nepravilnosti naručioca, JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI DR.JOVAN BULAJIĆ-BREZOVİK (u daljem tekstu: Naručilac), u postupku jednostavne nabavke robe- Medicinski krevet sa funkcijama, procijenjene vrijednosti 7.700,00 EUR, šifra postupka 101196. Naručilac je donio Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 426/25-1314 od 06.11.2025. godine kojim je ponuda ponuđača "PDG PROFESSIONAL DEVELOPMENT GROUP" D.O.O. ocijenjena kao ispravna i prvorangirana a ponuda ponuđača "OSMI RED" D.O.O. kao drugorangirana. Ponuđač, "OSMI RED" D.O.O.PODGORICA je podnio zahtjev za vršenje monitoringa, u kojem navodi: "U okviru uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, propisano je da u postupku može učestvovati samo privredni subjekt koji dostavi rješenje o upisu ili obnovi upisa u Registar ponuđenog medicinskog sredstva, izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. Ponuđač „PDG Professional Development Group“ d.o.o. je dostavio rješenje koje sadrži opšti, zaštićeni naziv medicinskog sredstva. Međutim, radi potpune usklađenosti ponude sa traženim uslovima, neophodno je da ponuđač dostavi dokaz kojim će se jasno utvrditi na koji se konkretni model mehaničkog kreveta rješenje odnosi, odnosno da dostavi potvrdu da navedeno rješenje obuhvata ili pokriva konkretni model kreveta koji je ponuđen u finansijskom dijelu ponude, a koji je naveden u priloženom katalogu pod oznakom AD-183/U-090, Dokaz 1: u prilogu dostavljamo brošura koju je dostavio ponuđač „PDG Professional Development Group“ d.o.o., u kojoj je obilježen ponuđeni model kreveta. U okviru opisa predmeta nabavke za medicinski krevet sa jednom funkcijom, u dijelu bitne karakteristike predmeta nabavke, zahtijevana je širina kreveta od 108— 110 cm i visina kreveta od 35—45 cm. Ponuđač „PDG Professional Development Group“ d.o.o. ponudio je krevet proizvođača Duman Celik Esya San. Ve Tic. A.Ş., kataloški broj AD-183/U-090, sa navedenom širinom od 108 cm i visinom od 42 cm. Međutim, uvidom u zvanični sajt proizvođača <https://duman.com.tr/en/> utvrđeno je da postoje samo dva modela mehaničkih kreveta sa šiframa AD-183.U i AD-183. T, čija je širina kreveta 98 cm i visina kreveta 50 cm, te nije navedeno da se dimenzije kreveta mogu opcionalno korigovati. S tim u vezi, potrebno je da ponuđač pojasni da li model AD-183/U-090 koji je ponudio predstavlja modifikovanu verziju modela AD-183.U koji se nalazi na zvaničnom sajtu. Takođe, molimo ponuđača da dostavi dokaz da će krevet koji je ponudio zaista biti izrađen u skladu sa dimenzijama navedenim u njegovoj ponudi, odnosno da dostavi potvrdu da će proizvođač izvršiti izmjenu proizvodnog procesa i posebno za potrebe ove nabavke proizvesti krevete traženih dimenzija, kako se naknadnom provjerom ne bi utvrdilo da isporučeni proizvodi ne odgovaraju karakteristikama ponuđenog modela. U okviru opisa predmeta nabavke za medicinski krevet sa jednom funkcijom, u dijelu bitne karakteristike predmeta nabavke, zahtijevano je da metalni dijelovi budu obrađeni nano-keramičkim, elektrostatičkim epoksi prahom. Ponuđač „PDG Professional Development Group“ d.o.o. ponudio je krevet proizvođača Duman Celik Esya San. Ve Tic. A.Ş., kataloški broj AD-183/U-090, sa navedenom karakteristikom. Međutim, u priloženoj brošuri proizvođača navedena je oznaka „Metal parts coated with nano-ceramic electrostatic epoxy powder“. Molimo ponuđača da pojasni navedenu karakteristiku, odnosno da dostavi dokaz da su nano-ceramic i nano-ceramic ista tehnologija obrade. Takođe, uvidom u zvanični sajt proizvođača <https://duman.com.tr/en/> utvrđeno je da se kod njihovih proizvoda ne navodi završna obrada metalnih dijelova ovom tehnologijom, već isključivo „Electrostatic powder coating“, bez mogućnosti izmjene ili prilagođavanja vrste površinske obrade. S tim u vezi, molimo ponuđača da pojasni da li će proizvođač, u okviru ove ponude, uvoditi novu proizvodnu tehnologiju ili postupak nano-keramičkog premaza posebno za potrebe ove nabavke,

odnosno za količinu od 10 mehaničkih kreveta. Dokaz 2: u prilogu dostavljamo brošura koju je dostavio ponuđač „PDG Professional Development Group“ d.o.o., u kojoj je obilježena navedena sporna karakteristika. U okviru dijela „Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke“, zahtijevano je da ponuđač dostavi originalni katalog proizvođača za ponuđenu opremu, sa jasno naznačenim tehničkim karakteristikama koje je naručilac utvrdio zahtjevom za dostavljanje ponuda. Ponudilac „PDG Professional Development Group“ d.o.o. dostavio je brošuru sa označenim tehničkim karakteristikama, a ne originalni katalog proizvođača, koji je dostupan na zvaničnom sajtu Duman Celik Esya San. Ve Tica A.Ş. (<https://duman.com.tr/en/>). Takođe, na priloženoj brošuri uočeni su tragovi mogućeg modifikovanja dokumenta, jer se na podnožju stranice nalaze pozicije kreveta koje ne odgovaraju navedenom modelu. Dokaz 3: u prilogu dostavljamo brošura koju je dostavio ponuđač „PDG Professional Development Group“ d.o.o., u kojoj su obilježene sporne legende sa pozicijama kreveta. Naručilac je dostavio Ministarstvu finansija odgovor na navode iz zahtjeva za vršenje monitoringa, dana 11.11.2025. u 09:53 časova u kojem ističe da je isti neosnovan. Ministarstvo finansija je razmotrilo navode zahtjeva, odgovor naručioca i raspoloživu dokumentaciju i shodno ovlašćenjima iz člana 33a Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23 i 49/24, 114/24, u daljem tekstu: Pravilnik), ukazuje na sljedeće: - Članom 4 propisano je da se Zahtjev sačinjava neposrednim unošenjem na ESJN i sadrži podatke o naručiocu, predmetu nabavke, procijenjenoj vrijednosti nabavke, roku za podnošenje ponuda, vremenu otvaranja ponuda, tehničkim specifikacijama kojima se utvrđuju karakteristike roba, usluga ili radova, zahtjevima u pogledu izvršenja predmeta nabavke i kriterijumima za izbor najpovoljnije ponude. Sačinjeni zahtjev naručilac preuzima u PDF formi sa ESJN-a i u označenom dijelu dokumenata objavljuje isti na ESJN. Naručilac može da zahtjevom odredi i uslove za učestvovanje u postupku jednostavne nabavke (obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta), koje ponuđači treba da ispunjavaju, zahtjevom odredi i sredstva finansijskog obezbjeđenja uključujući i rok važenja ponude, izvrši izmjene i/ili dopune zahtjeva, s tim da novi rok za dostavljanje ponuda ne može da bude kraći od tri dana od dana izmjene i/ili dopune zahtjeva. - Članom 9 propisano je da je ponuda izjava namjere ponuđača da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove za određenu cijenu i pod određenim uslovima, u skladu sa zahtjevom. Ponuda može biti samostalna ili zajednička. Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Tokom realizacije ugovora o jednostavnoj nabavci ugovorse ne može mijenjati. Zajedničku ponudu mogu da podnesu dva ili više privrednih subjekata koji su zaključili ugovor o zajedničkom nastupanju kojim su uredili međusobna prava i obaveze, nosioca zajedničke ponude, dio predmeta nabavke za koji je zadužen svaki od članova zajedničke ponude i njihovo procentualno učešće u ukupnoj vrijednosti ponude koji čini sastavni dio ponude. Dalje, članom 9 propisano je da ponuđač podnosi ponudu, kojom nudi predmet nabavke za određenu cijenu bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost sa svim troškovima i popustima za cjelokupan predmet nabavke, u skladu sa uslovima i zahtjevima predviđenim zahtjevom za dostavljanje ponuda. Ponuda i garancija ponude se sačinjavaju i podnose u elektronskom obliku putem ESJN. Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki. U slučaju podnošenja zajedničke ponude ili ponude sa podugovaračem, svaki član zajedničke ponude i podugovarač treba da je dostavi izjavu iz stava 10 ovog člana. - Članom 17 propisano je da je neispravna ponuda ona koja nije sačinjena u skladu sa zahtjevom; uz koju nije dostavljena izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa iz člana 9 stav 10 ovog pravilnika; uz koju nije dostavljena garancija ponude ili je garancija ponude dostavljena na manji iznos od traženog, u skladu sa zahtjevom; ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude; u kojoj je ponuđena nerealna cijena, koju ponuđač nije opravdao. - U odnosu na navode iz zahtjeva za vršenje monitoringa, Ministarstvo finansija je izvršilo uvid u dokumentaciju predmetnog postupka, i konstatuje sledeće: Naručilac je u zahtjevu za dostavljanje ponuda pod tačkom 6"Uslovi za učešće u

postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke" u dijelu "opis" zahtijevao ispunjavanje uslova za obavljanje djelatnosti." U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekt koji dostavi rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlaštenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.)". Uvidom u ponudu ponuđača "PDG PROFESSIONAL DEVELOPMENT GROUP" D.O.O. utvrđeno je da je isti dostavio dokument- Rješenje broj 2070/25/2567-944 od 02.10.2025. godine izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore o registraciji medicinskog sredstva. - Zatim, Naručilac je pod tačkom 8" Tehnička specifikacija predmeta nabavke" u dijelu "opis predmeta nabavke" naveo- "Medicinski krevet sa jednom funkcijom" a u dijelu "bitne karakteristike predmeta nabavke" naveo: "Medicinski krevet sa jednom funkcijom (podešavanje leđne sekcije) -Manuelno podešavanje -Podešavanje leđne sekcije ručicom -Podešavanje leđne sekcije minimum 70 stepeni -Dimenzije: • Širina 108 - 110cm • Dužina maksimalna dužina 216 cm • Visina 35 – 45 cm -Ležeća površina napravljena od dvodjelnog metalnog lima -Tabla uzglavlja i tabla u nožnom dijelu napravljena od polipropilena (PP) -360° okretni točkovi sa poprečnim zaključavanjem (125 mm) -Plastični odbojnici protiv udaraca -Drenažni nosač - Infuzioni stalak podesiv po visini -Metalni djelovi Nano keramički, elektrostatički epoksi prah -Bočne stranice, lako se otvaraju i zatvaraju - Dušek gustoće 28 kg/m³, sa nepromočivom navlakom Maksimalna nosivost minimum 230 kg. Pod tačkom 6" Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke" u dijelu "opis" zahtijevao ispunjavanje drugog uslova" Ponuđač je u obavezi da u Finansijskom dijelu ponude navede naziv proizvoda i proizvođača". Uvidom u ponudu ponuđača "PDG PROFESSIONAL DEVELOPMENT GROUP" D.O.O. utvrđeno je da je isti u "odgovoru" naveo sledeće: "Medicinski krevet sa jednom funkcijom Medicinski krevet sa jednom funkcijom (podešavanje leđne sekcije) -Manuelno podešavanje -Podešavanje leđne sekcije ručicom -Podešavanje leđne sekcije 70 stepeni -Dimenzije: • Širina 108 cm • Dužina 208 cm • Visina 42 cm -Ležeća površina napravljena od dvodjelnog metalnog lima - Tabla uzglavlja i tabla u nožnom dijelu napravljena od polipropilena (PP) -360° okretni točkovi sa poprečnim zaključavanjem (125 mm) -Plastični odbojnici protiv udaraca -Drenažni nosač - Infuzioni stalak podesiv po visini -Metalni djelovi Nano keramički, elektrostatički epoksi prah -Bočne stranice, lako se otvaraju i zatvaraju -Dušek gustoće 28 kg/m³, sa nepromočivom navlakom -Maksimalna nosivost 230 kg Proizvođač: Duman Celik Esya San. Ve Tic. A.S. Zaštićeni naziv: Mechanical bed Kataloški broj: AD-183/U-090", pri čemu je navedeni ponuđač postupajući na ovaj način, a s obzirom da Naručilac nije zahtijevao dokazivanje istog, zadovoljio minimum zahtijevanog. - Takođe, Naručilac je u zahtjevu za dostavljanje ponuda pod tačkom 6" Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke" u dijelu "opis" zahtijevao ispunjavanje uslova stručno tehničke sposobnosti." Ponuđač je dužan da dostavi originalni katalog proizvođača za ponuđenu opremu sa jasno naznačenim tehničkim karakteristikama koje je naručilac utvrdio zahtjevom za dostavljanje ponuda. Ponuđač je dužan u priloženom katalogu zaokružiti ili markirati markerom svaku tehničku karakteristiku koja se zahtijeva, sa naznakom broja karakteristike iz tehničke specifikacije Naručioca. Ukoliko sve zahtijevane karakteristike nijesu sadržane u katalogu, ponuđač može dostaviti izjavu proizvođača, pečatiranu i potpisanu od strane ovlašćenog lica proizvođača, kojom se dokazuje da ponuđeni aparat posjeduje zahtijevanu karakteristiku i na kojoj će precizno biti naveden broj stavke i njen puni naziv iz tehničke specifikacije Naručioca na koju se karakteristika odnosi. Katalog i izjava proizvođača mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku. Naručilac zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva prevod i provjeru priloženih informacija". Uvidom u ponudu ponuđača "PDG PROFESSIONAL DEVELOPMENT GROUP" D.O.O. utvrđeno je da je isti u dijelu "odgovor" naveo "Katalog proizvođača za ponuđenu opremu sa jasno naznačenim tehničkim karakteristikama koje je naručilac utvrdio zahtjevom za dostavljanje ponuda u prilogu" i u prilogu dostavio dokument "AU-183/U-090-Mechanical bed." - Kako podnosilac zahtjeva za vršenje monitoringa tvrdi da

je navedeni ponuđač dostavio "brošuru sa označenim tehničkim karakteristikama", a kako je Naručilac predmetnim zahtjevom izričito tražio dostavljanje "original katalog proizvođača za ponuđenu opremu" to se Naručiocu preporučuje da, obraćajući se datom proizvođaču, utvrdi klasifikaciju dostavljenog dokumenta, u smislu sadržine istog kao i njegove svrhe, te da li se isti može klasifikovati kao brošura ili kao original katalog, a sve radi pravilno utvrđenog činjeničnog stanja. - U konačnom, Ministarstvo finansija ukazuje Naručiocu da u konkretnom slučaju nije potpuno utvrdio činjenično stanje od značaja za ispravnost ponude ponuđača "PDG PROFESSIONAL DEVELOPMENT GROUP" D.O.O., te da je dužan da izvrši ponovni pregled, ocjenu i vrednovanje iste, u smislu navedene preporuke ovog organa, te da sačini novi Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda kao i novo Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke. Naručilac će o izvršenom monitoringu, putem CEJN-a kroz komunikaciju, obavijestiti ponuđača koji je podnio zahtjev i upoznati ga sa sadržinom preporuke Ministarstva.

Naručilac je o izvršenom monitoringu, putem CEJN-a kroz komunikaciju, obavijestio ponuđača koji je podnio zahtjev i upoznao ga sa sadržinom preporuke Ministarstva.

Naručilac se shodno članu 33 a stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24) i datim preporukama Ministarstva finansija o daljem postupanju naručioca u postupku jednostavne nabavke šifra postupka #101196 od 9.10.2025 11:30 Nabavka robe-Medicinski krevet sa funkcijama, a u vezi ponude ponuđača PDG Professional Development Group d.o.o. i dostavljenog dokaza obratio Duman Çelik Eşya San. ve Tic. A.Ş. | Turkish Healthcare da se izjasni:

"- da li se radi o originalnom katalogu ili se radi o brošuri, kao i da li je dokument vjerodostojan, odnosno da li je ponuđeni model AD-183/U-090 modifikovana verzija modela A-183 U koji se nalazi na Vašem zvaničnom sajtu?

Takođe da li ponuđeni model ispunjava zahtijevane karakteristike i to:

" Medicinski krevet sa jednom funkcijom (podešavanje leđne sekcije) -Manuelno podešavanje -Podešavanje leđne sekcije ručicom -Podešavanje leđne sekcije minimum 70 stepeni - Dimenzije: • Širina 108 -110cm • Dužina maksimalna dužina 216 cm • Visina 35 – 45 cm - Ležeća površina napravljena od dvodjelnog metalnog lima -Tabla uzglavlja i tabla u nožnom dijelu napravljena od polipropilena (PP) -360° okretni točkovi sa poprečnim zaključavanjem (125 mm) -Plastični odbojnici protiv udaraca -Drenažni nosač - Infuzioni stalak podesiv po visini -Metalni djelovi Nano keramički, elektrostatički epoksi prah -Bočne stranice, lako se otvaraju i zatvaraju -Dušek gustoće 28 kg/m³, sa nepromočivom navlakom Maksimalna nosivost minimum 230 kg", s osvrtnom na završne obrade metalnih djelova ?

U prilogu dostavljamo dokument dostavljen putem ESJN-a od strane ponuđača PDG Professional Development Group d.o.o. Podgorica.

Zamolili bi da nam u što kraćem roku odgovorite kako bi se blagovremeno realizovala predmetna nabavka za potrebe bolnice."

Zahtjev upućen proizvođaču putem e-maila Utorak, Novembar 18, 2025 12:29 CET.

Proizvođač je obavijestio naručioca e-mailom Četvrtak, Novembar 20, 2025 11:54 CET i naveo:" Hvala vam puno na vašem e-mailu. Proverićemo dokument koji ste nam poslali i poslati vam odgovor što je pre moguće."

Takođe putem e-maila Petak, Novembar 21, 2025 07:37 CET navedeno je: "U prilogu ćete pronaći odgovore na vaša pitanja." i dostavljeno: odgovor po zahtjevu i originalni katalog za proizvod.

U odgovoru koji je elektronski potpisan 21.11.2025. 08:57:19 od strane Orhan Duman je navedeno:" Pitanje 1: Da li je u pitanju originalni katalog ili brošura i da li je dokument autentičan, tj. da li je ponuđeni model AD-183/U-090 modifikovana verzija modela AD-183 U prikazanog na vašem sajtu? Odgovor 1: Potvrđujemo da je dokument koji ste dostavili u prilogu autentičan i predstavlja zvanični katalog proizvođača za model AD-183/U-90. Takođe želimo da naglasimo da model AD-183/U-090 nije modifikovana verzija modela AD-183 U, već potpuno nezavisan model u okviru našeg širokog asortimana proizvoda. Pitanje 2:Takođe, da li ponuđeni model ispunjava tražene specifikacije i da: "Medicinski krevet sa jednom funkcijom (podešavanje zadnjeg dela) – Ručno podešavanje – Podešavanje zadnjeg

dela pomoću ručice – Minimalno podešavanje zadnjeg dela 70 stepeni – Dimenzije: Širina 108-110 cm; Maksimalna dužina 216 cm; Visina: 35-45 cm; Površina za ležanje izrađena od dva-deo metalnog lima - Zid i noga kreveta od polipropilena (PP); točkovi koji se okreću 360° sa ukrštenim zaključavanjem (125 mm) – Plastični odbojnici protiv udaraca – Držač za odvod – Stalak za infuziju podesive visine – Metalni delovi sa nano-keramičkom, elektrostatikom epoksidnom prah-premazom – Bočne ograde, jednostavne za otvaranje i zatvaranje – Gustina dušeka 28 kg/m³, u vezi sa završnom obradom metalnih delova? Odgovor 2: Ovime potvrđujemo da ponuđeni medicinski uređaj u potpunosti ispunjava navedene specifikacije. Što se tiče završne obrade metalnih delova, potvrđujemo da su svi metalni delovi premazani nano-keramičkim elektrostatik epoksidnim prah-premazom. Za vašu lakšu referencu, takođe dostavljamo originalni katalog za ovaj proizvod. Uz poštovanje”.

Po zahtjevu za dostavljanje ponuda pristigle su, po redosljedu prijema, u roku određenom zahtjevom, ponude sljedećih ponuđača:

PONUDE / PRIJAVE PO REDOSLJEDU PRIJEMA PODNIJELI SU SLEDEĆI PONUĐAČI:

Naziv ponuđača	Vrsta ponude	Šifra ponude / prijave	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
PDG Professional Development Group d.o.o.	Samostalna ponuda	142693	13.10.2025. 22:39	5.500,00 EUR
OSMI RED-D DOO	Samostalna ponuda	142735	13.10.2025. 13:41	7.200,00 EUR

Datum i vrijeme otvaranja 14.10.2025. 09:00

ESJN omogućio automatsko otvaranje ponuda o čemu je sačinjen zapisnik o otvaranju ponuda/prijava i automatski dostavljen naručiocu i ponuđaču.

Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa

Naziv ponuđača	Dostavljena izjava (da/ne)	Dostavljena izjava u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda (da/ne)
PDG Professional Development Group d.o.o.	da	da ponuđač je dostavio Izjavu na Obrascu 2 koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), ovjerenu 09.10.2025. 12:48:24, elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača– Slađana Petrović-Izvršni direktor.

Naziv ponuđača	Dostavljena izjava (da/ne)	Dostavljena izjava u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda (da/ne)
OSMI RED-D DOO	da	da ponuđač je dostavio Izjavu na Obrascu 2 koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24),

	ovjerenu 13.10.2025. 08:17:41, elektronskim potpisom od strane ovlaštenog lica ponuđača– Angelina Vuković-Izvršni direktor.
--	---

Pregled i ocjena ponuda

Službenik za javne nabavke Ana Dragičević, nakon otvaranja ponuda vrši pregled, ispravnost i vrednovanje ponuda, u skladu sa uslovima, zahtjevima i kriterijumom utvrđenim zahtjevom i utvrdila:

- Neispravne ponude:

Nema neispravnih ponuda

Ispravne ponude:

Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ponuđena cijena	Dodijeljen broj bodova
142735	OSMI RED-D DOO	7.200,00 EUR	76,38889
142693	PDG Professional Development Group d.o.o.	5.500,00 EUR	100,00

1.OSMI RED-D DOO

Šifra ponude: 142735	
Datum i vrijeme podnošenja	13.10.2025. 13:41
Naziv ponuđača	OSMI RED-D DOO
PIB	02296705
Podnijeto kao	Samostalna ponuda

Ponuđač OSMI RED-D DOO je podnio preko ESJN-a ponudu #142735 dana 13.10.2025. 13:41.

Data je ukupna cijena u iznosu od 7.200,00 EUR bez uračunatog PDV-a u okviru procijenjene vrijednosti od 7.700,00 EUR bez uračunatog PDV-a .

Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude u skladu sa tehničkom specifikacijom ispunio kolonu odgovor i iskazao jediničnu cijene i ukupnu vrijednost ponude u skladu sa uslovima datim u Zahtjevu. Ponuđač je u koloni „bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke“ u finansijskom dijelu ponude naveo karakteristike iz obrasca „Tehnička specifikacija predmeta nabavke“.

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavka specifikacije 1 Medicinski krevet sa jednom funkcijom Medicinski krevet sa jednom funkcijom(podešavanje leđne sekcije) - Manuelno podešavanje -Podešavanje leđne sekcije ručicom -Podešavanje leđne sekcije minimum 70 stepeni -Dimenzije: • Širina 108 -110cm • Dužina maksimalna dužina 216 cm • Visina 35 – 45 cm - Ležeća površina napravljena od dvodjelnog metalnog lima -Tabla uzglavlja i tabla u nožnom dijelu napravljena od polipropilena (PP) -360° okretni točkovi sa poprečnim zaključavanjem (125 mm) - Plastični odbojnici protiv udaraca -	Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude naveo: Medicinski krevet sa jednom funkcijom 1. Medicinski krevet sa jednom funkcijom(podešavanje leđne sekcije) 2. Manuelno podešavanje 3. Podešavanje leđne sekcije ručicom 4. Podešavanje leđne sekcije 70 stepeni 5 Dimenzije: 5.1. Širina 109 cm 5.2. Dužina 216 cm 5.3. Visina 40 cm 6. Ležeća površina napravljena od dvodjelnog metalnog lima 7. Tabla uzglavlja i tabla u nožnom dijelu napravljena od polipropilena (PP) 8. 360° okretni točkovi sa poprečnim zaključavanjem (125 mm) 9. Plastični odbojnici protiv udaraca 10. Drenažni nosač 11. Infuzioni stalak podesiv po visini 12. Metalni djelovi Nano keramički,

Drenažni nosač - Infuzioni stalak podesiv po visini -Metalni djelovi Nano keramički, elektrostatički epoksi prah -Bočne stranice, lako se otvaraju i zatvaraju - Dušek gustoće 28 kg/m³, sa nepromočivom navlakom Maksimalna nosivost minimum 230 kg	elektrostatički epoksi prah 13. Bočne stranice, lako se otvaraju i zatvaraju 14. Dušek gustoće 28 kg/m³, sa nepromočivom navlakom 15. Maksimalna nosivost 230 kg NAZIV PROIZVODA: BOLNIČKI KREKET, MEHANIČKI MN-01 PROIZVOĐAČ: MEDIKAL2000 TIBBI CIHAZLER VE ILERI TEKNOLOJI SAN VE TIC A.S, TURSKA BUYUKKAYACIKOSB MAH. T.ZIYAEDDIN AKBULT CAD. FABRIKA URETIM APT. NO: 19A/1, 42300 SELCUKLU-KONYA. Shodno članu 33 a stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24) i datim preporukama Ministarstva finansija o daljem postupanju naručioca u postupku jednostavne nabavke šifra postupka #101196 od 9.10.2025 11:30 Nabavka robe-Medicinski krevet sa funkcijama, a u vezi ponude ponuđača PDG Professional Development Group d.o.o. I dostavljenog dokaza obratio Duman Çelik Eşya San. ve Tic. A.Ş. Turkish Healthcare da se izjasni: Službenik za javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača OSMI RED-D DOO za stavku specifikacije 1 ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene zahtjevom.
--	---

Ponuđač je dao sledeće uslove:

U postupku nabavke može da učestvuje samo privredbi subjekt koji dostavi rešenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Agencije za lekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rešenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rešenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Agencije za lekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlašćenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.)	Rešenje o upisu u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Agencije za lekove i medicinska sredstva Crne Gore u prilogu. Izjava na Obrascu 2 u prilogu. I dostavio: IZJAVA - Obrazac2.pdf REŠENJE MECHAN. HOSP. BED MN-01,02,03.pdf - Rješenje Instituta za lekove i medicinska sredstva CG broj 2070/22/918-6143 od 08.11.2022. godine o registraciji medicinskih sredstava, podnosiocu zahtjeva OSMI RED-D DOO Podgorica bolnički krevet, mehanički, Model: MN-01, MN-02, MN-03.
Rok važenja ponude - 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude - 60 dana od dana otvaranja ponuda.
Rok plaćanja odloženo, 30 dana po ispostavljanju fakture i prateće dokumentacije o isporuci	Rok plaćanja odloženo, 30 dana po ispostavljanju fakture i prateće dokumentacije o isporuci
Mjesto izvršenja ugovora je laboratorija naručioca Bolnica Brezovik, Brezovik bb. Ponuđač je dužan da obezbijedi transport i montažu do korisnika.	Mjesto izvršenja ugovora je laboratorija naručioca Bolnica Brezovik, Brezovik bb. Obezbiđićemo transport i montažu do korisnika.
Način sprovođenja kontrole kvaliteta : komisijski prijem robe u prisustvu	Način sprovođenja kontrole kvaliteta : komisijski prijem robe u prisustvu

predstavnik naručioca i ponuđača , koji podrazumjeva kontrolu usaglašenosti isporuke sa uslovima iz ponude.	predstavnik naručioca i ponuđača , koji podrazumjeva kontrolu usaglašenosti isporuke sa uslovima iz ponude.
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora , za slučaj povrede ugovorenih obaveza izazvanih krivicom ponuđača, na iznos 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora.	Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora , za slučaj povrede ugovorenih obaveza izazvanih krivicom ponuđača, na iznos 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora.
Rok izvršenja ugovora: ne može biti duži od 45 dana od zaključenja ugovora. Pod i datumom isporuke opreme se podrazumjeva datum potpisivanja zapisnika da je izvršena isporuka, instaliranje, testiranje opreme, obuka osoblja i predato korisničko uputstvo na crnogorskom jeziku.	Rok izvršenja ugovora: 45 dana od zaključenja ugovora. Pod i datumom isporuke opreme se podrazumjeva datum potpisivanja zapisnika da je izvršena isporuka, instaliranje, testiranje opreme, obuka osoblja i predato korisničko uputstvo na crnogorskom jeziku.
Ponuđač je u obavezi da u Finansijskom dijelu ponude navede naziv proizvoda i proizvođača.	U finansijskom dijelu ponude naveden je naziv proizvoda i proizvođač.
Garantni rok: ne može biti kraći od 24 mjeseca. Dobavljač je dužan u ponudi navesti garantni rok u mjesecima sa svim garantnim pravima. Garancija počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji.	Garantni rok 24 mjeseca, Pokriveno garancijom: Proizvođački nedostaci, Električni i mehanički kvarovi nastali usled normalne upotrebe, neispravnost izazvana neispravnim komponentama. Nije pokriveno garancijom: Fizička oštećenja, Nepravilno rukovanje ili zloupotreba, neovlašćene popravke ili izmjene, oštećenja nastala uslijed nezgoda ili nemara, izloženost tečnostima ili ekstremnim uslovima okoline, nepoštovanja uputstva za upotrebu. Garancija počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji.
Način plaćanja:Virmanski	Način plaćanja:Virmanski
Ponuđač je dužan da dostavi originalni katalog proizvođača za ponuđenu opremu sa jasno naznačenim tehničkim karakteristikama koje je naručilac utvrdio zahtjevom za dostavljanje ponuda.Ponuđač je dužan u priloženom katalogu zaokružiti ili markirati markerom svaku tehničku karakteristiku koja se zahtijeva,sa naznakom broja karakteristike iz tehničke specifikacije Naručioca.Ukoliko sve zahtijevane karakteristike nijesu sadržane u katalogu,ponuđač može dostaviti izjavu proizvođača,pečatiranu i potpisanu od strane ovlašćenog lica proizvođača ,kojom se dokazuje da ponuđeni aparat posjeduje zahtijevanu karakteristiku i na kojoj će	Originalni katalog proizvođača i izjava proizvođača za ponuđenu opremu sa jasno naznačenim tehničkim karakteristikama koje je naručilac utvrdio zahtjevom za dostavljanje ponuda u prilogu .U priloženom katalogu odnosno izjavi markirana svaka tehnička karakteristiku koja se zahtijeva,sa naznakom broja karakteristike iz tehničke specifikacije Katalog i izjava proizvođača su dostavljeni na engleskom jeziku. Naručilac zadržava pravo da zahtijeva prevod i provjeru priloženih informacija. I dostavio: ISJECAK KATALOGA.pdf IZJAVA - TEHNICKA KARAKTERISTIKA.pdf Isječak iz kataloga i Izjava MEDIKAL2000

precizno biti naveden broj stavke i njen puni naziv iz tehničke specifikacije Naručioca na koju se karakteristika odnosi. Katalog i izjava proizvođača mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku. Naručilac zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva prevod i provjeru priloženih informacija.	TIBBI CIHAZLER VE ILERI TEKNOLOJI SAN VE TIC A.S, TURSKA od 13.oktobra 2025.godine
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu proizvođača da će biti dostupni rezervni dijelovi i servisne usluge za ponuđene proizvode najmanje 5 godina nakon isteka garantnog roka. Ukoliko ovlasćenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlasćenje ponudjaci mora biti direktno ovlasćeno od proizvođača, o čemu je ponudjaci dužan da dostavi dokaz-ovlasćenje proizvođača ponudjenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke	Autorizacija sa izjavom proizvođača u prilogu I dostavio: AUTORIZACIJA.pdf -Autorizacija MEDIKAL2000 TIBBI CIHAZLER VE ILERI TEKNOLOJI SAN VE TIC A.S, TURSKA od 13.oktobra 2025.godine

Obzirom da je ponuđač, podnosilac ponude OSMI RED-D DOO dostavio Izjavu privrednog subjekta u kojoj je naveo da ne postoji sukob interesa, tačno prikazivao činjenice u izjavi u vezi ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i da ne postoje drugi razlog predviđen Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, to je utvrđeno da ne postoje osnovi za isključenje ovog ponuđača iz postupka jednostavne nabavke u smislu člana 16 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).

Shodno navedenom ponuda ponuđača OSMI RED-D DOO je sačinjena u skladu sa uslovima, zahtjevima i kriterijumom utvrđenim zahtjevom, dostavljena je Izjava privrednog subjekta, data je u skladu sa tehničkom specifikacijom i nije ponuđena nerealna cijena, te shodno tome ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 17 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).

Imajući u vidu gore navedeno Službenik za javne nabavke konstatuje da je ponuda ponuđača OSMI RED-D DOO u potpunosti ispravna, odnosno dostavljena u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda #101196 od 9.10.2025 11:30 Nabavka robe-Medicinski krevet sa funkcijama.

2. PDG Professional Development Group d.o.o.

Šifra ponude: 142693	
Datum i vrijeme podnošenja	13.10.2025. 22:39
Naziv ponuđača	PDG Professional Development Group d.o.o.
PIB	02755149
Podnijeto kao	Samostalna ponuda

Ponuđač PDG Professional Development Group d.o.o. je podnio preko ESJN-a ponudu #142693 dana 13.10.2025. 22:39.

Data je ukupna cijena u iznosu od 5.500,00 EUR bez uračunatog PDV-a u okviru procijenjene vrijednosti od 7.700,00 EUR bez uračunatog PDV-a.

Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude u skladu sa tehničkom specifikacijom ispunio kolonu odgovor i iskazao jediničnu cijene i ukupnu vrijednost ponude u skladu sa uslovima datim u Zahtjevu. Ponuđač je u koloni „bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke“ u finansijskom dijelu ponude naveo karakteristike iz obrasca „Tehnička specifikacija predmeta nabavke“.

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavka specifikacije 1 Medicinski krevet sa jednom funkcijom Medicinski krevet sa jednom funkcijom(podešavanje leđne sekcije) - Manuelno podešavanje -Podešavanje leđne sekcije ručicom -Podešavanje leđne sekcije minimum 70 stepeni -Dimenzije: • Širina 108 -110cm • Dužina maksimalna dužina 216 cm • Visina 35 – 45 cm - Ležeća površina napravljena od dvodjelnog metalnog lima -Tabla uzglavlja i tabla u nožnom dijelu napravljena od polipropilena (PP) -360° okretni točkovi sa poprečnim zaključavanjem (125 mm) - Plastični odbojnici protiv udaraca - Drenažni nosač - Infuzioni stalak podesiv po visini -Metalni djelovi Nano keramički, elektrostatički epoksi prah -Bočne stranice, lako se otvaraju i zatvaraju - Dušek gustoće 28 kg/m³, sa nepromočivom navlakom Maksimalna nosivost minimum 230 kg	Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude naveo: Medicinski krevet sa jednom funkcijom Medicinski krevet sa jednom funkcijom(podešavanje leđne sekcije) - Manuelno podešavanje -Podešavanje leđne sekcije ručicom -Podešavanje leđne sekcije 70 stepeni -Dimenzije: • Širina 108 cm • Dužina 208 cm • Visina 42 cm -Ležeća površina napravljena od dvodjelnog metalnog lima -Tabla uzglavlja i tabla u nožnom dijelu napravljena od polipropilena (PP) -360° okretni točkovi sa poprečnim zaključavanjem (125 mm) -Plastični odbojnici protiv udaraca -Drenažni nosač - Infuzioni stalak podesiv po visini -Metalni djelovi Nano keramički, elektrostatički epoksi prah - Bočne stranice, lako se otvaraju i zatvaraju - Dušek gustoće 28 kg/m³, sa nepromočivom navlakom -Maksimalna nosivost 230 kg Proizvođač: Duman Celik Esya San. Ve Tic. A.S. Zaštićeni naziv: Mechanical bed Kataloški broj: AD-183/U-090. Naručilac se shodno članu 33 a stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24) i datim preporukama Ministarstva finansija o daljem postupanju naručioca u postupku jednostavne nabavke šifra postupka #101196 od 9.10.2025 11:30 Nabavka robe-Medicinski krevet sa funkcijama, a u vezi ponude ponuđača PDG Professional Development Group d.o.o. i dostavljenog dokaza obratio proizvođaču DUMAN ČELIK EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. . Proizvođač je dostavio odgovor i zvanični katalog proizvođača za model AD-183/U-90, koji je identičan dostavljenom od strane ponuđača i koji potvrđuje navode ponuđača za stavku specifikacije 1 i ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene zahtjevom.

Ponuđač je dao sledeće uslove:

U postupku nabavke može da učestvuje samo privredbi subjekt koji dostavi rešenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Agencije za lekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Agencije za lekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U	Rješenje u prilogu. I dostavio: Rješenje pozicija 1-markirana stavka rješenja.pdf -Rješenje Instituta za lekove i medicinska sredstva CG broj 2070/25/2567-944 od 02.10.2025. godine o registraciji medicinskih sredstava, podnosiocu zahtjeva PDG Professional Development Group d.o.o. Podgorica bolnički krevet, mehanički.
--	---

slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlaštenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.)	
Rok važenja ponude - 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude - 60 dana od dana otvaranja ponuda.
Rok plaćanja odloženo, 30 dana po ispostavljanju fakture i prateće dokumentacije o isporuci	Rok plaćanja odloženo, 30 dana po ispostavljanju fakture i prateće dokumentacije o isporuci
Mjesto izvršenja ugovora je laboratorija naručioca Bolnica Brezovik, Brezovik bb. Ponuđač je dužan da obezbijedi transport i montažu do korisnika.	Mjesto izvršenja ugovora je laboratorija naručioca Bolnica Brezovik, Brezovik bb. Ponuđač će da obezbijedi transport i montažu do korisnika.
Način sprovođenja kontrole kvaliteta : komisijski prijem robe u prisustvu predstavnika naručioca i ponuđača , koji podrazumjeva kontrolu usaglašenosti isporuke sa uslovima iz ponude.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta : komisijski prijem robe u prisustvu predstavnika naručioca i ponuđača , koji podrazumjeva kontrolu usaglašenosti isporuke sa uslovima iz ponude.
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora , za slučaj povrede ugovorenih obaveza izazvanih krivicom ponuđača, na iznos 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora.	Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija će uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora , za slučaj povrede ugovorenih obaveza izazvanih krivicom ponuđača, na iznos 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora, koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora.
Rok izvršenja ugovora: ne može biti duži od 45 dana od zaključenja ugovora. Pod i datumom isporuke opreme se podrazumjeva datum potpisivanja zapisnika da je izvršena isporuka, instaliranje, testiranje opreme, obuka osoblja i predato korisničko uputstvo na crnogorskom jeziku.	Rok izvršenja ugovora: 45 dana od zaključenja ugovora. Pod i datumom isporuke opreme se podrazumjeva datum potpisivanja zapisnika da je izvršena isporuka, instaliranje, testiranje opreme, obuka osoblja i predato korisničko uputstvo na crnogorskom jeziku.
Ponuđač je u obavezi da u Finansijskom dijelu ponude navede naziv proizvoda i proizvođača.	Ponuđač je u Finansijskom dijelu ponude naveo naziv proizvoda i proizvođača.
Garantni rok: ne može biti kraći od 24 mjeseca. Dobavljač je dužan u ponudi navesti garantni rok u mjesecima sa svim garantnim pravima. Garancija počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji.	Garantni rok: 24 mjeseca. Dobavljač je u ponudi naveo garantni rok u mjesecima sa svim garantnim pravima. Garancija počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji.
Način plaćanja:Virmanski	Način plaćanja:Virmanski
Ponuđač je dužan da dostavi originalni katalog proizvođača za ponuđenu opremu sa jasno naznačenim tehničkim karakteristikama koje je naručilac utvrdio zahtjevom za dostavljanje ponuda.Ponuđač je dužan u priloženom katalogu zaokružiti ili markirati markerom svaku tehničku karakteristiku koja	Katalog proizvođača za ponuđenu opremu sa jasno naznačenim tehničkim karakteristikama koje je naručilac utvrdio zahtjevom za dostavljanje ponuda u prilogu. I dostavio: AD-183.U-090-katalog-pozicija 1.pdf Isječak iz kataloga i Izjava MEDIKAL2000

se zahtijeva, sa naznakom broja karakteristike iz tehničke specifikacije Naručioca. Ukoliko sve zahtijevane karakteristike nijesu sadržane u katalogu, ponuđač može dostaviti izjavu proizvođača, pečatiranu i potpisanu od strane ovlašćenog lica proizvođača, kojom se dokazuje da ponuđeni aparat posjeduje zahtijevanu karakteristiku i na kojoj će precizno biti naveden broj stavke i njen puni naziv iz tehničke specifikacije Naručioca na koju se karakteristika odnosi. Katalog i izjava proizvođača mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku. Naručilac zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva prevod i provjeru priloženih informacija.	TIBBI CIHAZLER VE ILERI TEKNOLOJI SAN VE TIC A.S, TURSKA od 13. oktobra 2025. godine za poziciju 1
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu proizvođača da će biti dostupni rezervni djelovi i servisne usluge za ponuđene proizvode najmanje 5 godina nakon isteka garantnog roka. Ukoliko ovlasćenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlasćenje ponudjaci mora biti direktno ovlasćeno od proizvođača, o čemu je ponudjaci dužan da dostavi dokaz-ovlasćenje proizvođača ponudjenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke	Izjava proizvođača u prilogu sa prevodom. I dostavio: Izjava Brezovik.pdf -Izjava proizvođača Duman Celik Esya San. Ve Tic. A.S. o dostupnosti rezervnih djelova i servisne usluge i ovlašćenje

Obzirom da je ponuđač, podnosilac ponude PDG Professional Development Group d.o.o. dostavio Izjavu privrednog subjekta u kojoj je naveo da ne postoji sukob interesa, tačno prikazivao činjenice u izjavi u vezi ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i da ne postoje drugi razlog predviđen Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, to je utvrđeno da ne postoje osnovi za isključenje ovog ponuđača iz postupka jednostavne nabavke u smislu člana 16 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).

Shodno navedenom ponuda ponuđača PDG Professional Development Group d.o.o. je sačinjena u skladu sa uslovima, zahtjevima i kriterijumom utvrđenim zahtjevom, dostavljena je Izjava privrednog subjekta, data je u skladu sa tehničkom specifikacijom i nije ponuđena nerealna cijena, te shodno tome ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 17 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).

Imajući u vidu gore navedeno Službenik za javne nabavke konstatuje da je ponuda ponuđača PDG Professional Development Group d.o.o. u potpunosti ispravna, odnosno dostavljena u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda #101196 od 9.10.2025 11:30 Nabavka robe-Medicinski krevet sa funkcijama.

Ispravne ponude su vrednovane i rangirane primjenom kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude:

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

	Maksimalan broj bodova
Cijena	100,00
Ostali kriterijumi	0,00

PONUĐENE CIJENE

Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ponuđena cijena	Dodijeljen broj bodova
142735	OSMI RED-D DOO	7.200,00 EUR	76,38889
142693	PDG Professional Development Group d.o.o.	5.500,00 EUR	100,00

UTVRĐENA RANG LISTA

	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
1.	142693	PDG Professional Development Group d.o.o.	100,00
2.	142735	OSMI RED-D DOO	76,38889

SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU

Dokazi o provjeri podatka u Izjavi privrednog subjekta i dostavljenih dokaza ponuđača: PDG Professional Development Group d.o.o.:

Naručilac je u skladu sa članom 14 stav 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), u postupku jednostavne nabavke-zahtjev za dostavljanje ponuda šifra postupka #101196 datum objave 9.10.2025 11:30- Nabavka robe-Medicinski krevet sa funkcijama, uputio zahtjev ponuđaču čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, da dostavi original ili ovjerene kopije dokaza, kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku, a koji su utvrđeni zahtjevom najkasnije u roku od osam dana. Zahtjev upućen putem ESJN dana 27.10.2025 10:24. Ponuđač PDG Professional Development Group d.o.o. je dostavio tražene dokaze dana 03.11.2025.godine (zavodni broj Naručioca 1364 od 03.11.2025.godine).

Ponuđač je dostavio zahtijevane dokaze u formi ovjerene kopije i originala i to:

- Rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva CG broj 2070/25/2567-944 od 02.10.2025. godine o registraciji medicinskih sredstava, podnosiocu zahtjeva PDG Professional Development Group d.o.o. Podgorica bolnički krevet, mehanički, potvrda o ovjeri prepisa, Glavni grad Podgorica, OV 7127 od 28.10.2025.godine.
- Izjava proizvođača Duman Celik Esya San. Ve Tic. A.S. o dostupnosti rezervnih djelova i servisne usluge i ovlašćenje, original.

Imajući u vidu gore navedeno Službenik za javne nabavke konstatuje da je ponuda ponuđača PDG Professional Development Group d.o.o. u potpunosti ispravna, odnosno dostavljena u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda šifra postupka #101196 od 9.10.2025 11:30 Nabavka robe-Medicinski krevet sa funkcijama, a shodno Pravilniku o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).

Iz postupka jednostavne nabavke isključuju se sledeći privredni subjekti

Nije bilo isključenih ponuđača

VIII Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

Ponuđač: PDG Professional Development Group d.o.o.	Kontakt-osoba: Slađana Petrović
Adresa: Jola Piletića br 9	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj (PIB): 02755149
Telefon: 020 652 602	Fax: 020 652 602
Elektronska adresa (e-mail): pdg@t-com.me	Internet adresa: www.pdgdoo.com

IX Cijena najpovoljnije ponude

Ukupna cijena bez PDV-a 5.500,00 EUR

Shodno članu 23 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba.

Ovlašćeno lice naručioca Dr.med Predrag Pejović,

(svojeručni potpis)

