

Dom zdravlja Nikšić
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 5720
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 41
Djelovodni br: 5916
Nikšić, 26.11.2025. godine

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24) Dom zdravlja Nikšić kao Naručilac daje pojašnjenje tenderske dokumentacije za zahtjev zainteresovanog lica od 25.11.2025 9:39 za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku ultrazvučnog aparata

Pojašnjenje 1

Zahtjev:

Tehnička stavka: "3.3. Endovaginalna sonda: Širokopojasna end fire mikro-konveksna sonda, raspona frekvencija od 3 do 10 MHz ili šire, širina vidnog polja minimum 180°."

Iako je usvojen predlog da se napravi izmjena, ona je samo djelimično napravljena, pa smo i dalje onemogućeni da učestvujemo u postupku. Izmjena je napravljena u dijelu vidnog polja, a nije u dijelu raspona frekvencija. Kao što smo pojasnili ultrazvučni aparati svih proizvođača imaju širokopojasne endovaginalne sonde, dok numerički parametri variraju od proizvođača do proizvođača. Ono što je postavljeno kao standard među proizvođačima za ove sonde je frekventni opseg 5-9 MHz, a veće frekvencije od toga znatno smanjuju mogućnost penetracije i vizuelizacije dubljih struktura. Aparat koji želimo ponuditi koristi C9-4v mikrokonveksnu sondu sa rasponom frekvencija od 4 do 9 MHz. Takva sonda se nalazi na mnogim aparatima u Crnoj Gori, gdje su ljekari izuzetno zadovoljni kvalitetom slike – KCCG (ginekologija), KBC Berane (ginekologija), OB Nikšić, većina domova zdravlja i skoro sve PZU koje se bave ginekologijom. Ovo predstavlja minimalno odstupanje od zahtijevanih vrijednosti, a omogućilo bi nam učešće sa aparatom visoke klase. Molimo da izvršite izmjenu specifikacije u dijelu raspona frekvencija, na način koji je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a koji bi nam omogućio učešće sa pomenutom sondom.

Odgovor: Naručilac ostaje pri uslovima iz tenderske dokumentacije

Vaš zahtjev za izmjenu tenderske dokumentacije broj 279 od 18.11.2025. smo skoro u potpunosti uvažili i izvršili tražene izmjene. Na taj način smo spustili kriterijume koji se odnose na tehničke specifikacije aparata i omogućili ponuđačima da ponude i aparate slabijih performansi.

Takođe smo djelimično uvažili Vaš zahtjev koji se odnosio na endovaginalnu sondu i spustili frekventni opseg sa prvobitno traženih 3 do 12 MHz ili šire, na 3 do 10 MHz ili šire.

U potpunosti smo uvažili Vaš zahtjev koji se odnosio na širinu vidnog polja endovaginalne sonde i sa prvobitno traženih minimum 240°, spustili na traženih minimum 180°.

Dodatno, proizvođač medicinske opreme, Philips Ultrasound LLC, kojeg zastupa Vaša kompanija, u portfoliju ultrazvučnih sonda ima model endovaginalne sonde C10-3v, frekventnog opsega od 3 do 10 MHz, što je lako provjerljivo na veb-sajtu kompanije Philips.

Imajući u vidu sve navedeno, može se zaključiti da želite dodatno da spustite kriterijume tehničke specifikacije traženog ultrazvučnog aparata, kako bi bili u mogućnosti da ponudite model aparata slabijih performansi ili endovaginalnu sondu slabijih performansi.

Smatramo da je predmet nabavke jasno i potpuno određen i predstavlja objektivnu potrebu korisnika, a u isto vrijeme se vodilo računa i o načelu konkurentnosti. U prilog tome ide i činjenica da ste jedino vi tražili izmjenu tehničke specifikaciju aparata, iako se na tržištu Crne Gore nalazi više kompanija koje u svojoj ponudi imaju ultrazvučne aparate.

I na kraju navodimo da određeni zahtjevi potencijalnih ponuđača mogu biti usvojeni, a neki ne, jer bi sami postupak predstavljao zadovoljavanje ekonomskih potreba ponuđača, a ne stvarne i objektivne potrebe Naručioca (korisnika).

Za Komisiju za sprovođenje postupka javne nabavke:

Dušan Mitrić, predsjednik komisije,

