

JZU Specijalna bolnica za plućne bolesti „Dr Jovan Bulajić“

Број: _____

Nikšić, 03.12.2025. godine

ОБАВЈЕШТЕНЈЕ О ИШОДУ ПОСТУПКА ЈЕДНОСТАВНЕ НАБАВКЕ

I ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Naručilac: JZU Specijalna bolnica za plućne bolesti „Dr Jovan Bulajić“ Brezovik	Lice/a za davanje informacija: Miomir Vučinić, dipl.ecc
Adresa: Brezovik bb, Nikšić	Poštanski broj: 81400
Sjedište: Nikšić	PIB (Matični broj): 02001594
Telefon: 040-217-011	Faks: 040-217-312
E-mail adresa: brezovik@t-com.me	Internet stranica (web): www.brezovik.me

II Predmet nabavke:

- ☒ robe,
☐ usluge,
☐ radovi.

III Opis predmeta jednostavne nabavke:

Nabavka robe-Termalni sajklер(Thermal cycler)

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatог PDV-a 6.000,00 €;

V Ishod postupaka jednostavne nabavke je

- ☐ poništenje postupka nabavke ili
☒ izbor najpovoljnije ponude

VI Razlozi za poništenje postupka jednostavne nabavke:

Nema razloga za poništenje

VII Rang lista ponuda po silaznom redoslјedu:

Po zahtјevu za dostavljanje ponuda pristigle su, po redoslјedu prijema, u roku određenom zahtјevom, ponude slјedećih ponuđača:

Naziv ponuđača	Vrsta ponude	Šifra ponude / prijave	Datum vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
----------------	--------------	---------------------------	--------------------------------	------------------

PDG Professional Development Group d.o.o.	Samostalna ponuda	144331	31.10.2025. 11:56	4.970,00 EUR
Inter pharm d.o.o.	Samostalna ponuda	144337	31.10.2025. 10:53	4.512,00 EUR
"NETPHARM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZASTUPANJE, SPOLJNJU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU - PODGORICA	Samostalna ponuda	144353	31.10.2025. 11:49	3.230,33 EUR
Društvo sa ograničenom odgovornošću "Labena" - Podgorica	Samostalna ponuda	144535	31.10.2025. 11:23	4.200,00 EUR

Datum i vrijeme otvaranja 31.10.2025. 12:00

ESJN omogućio automatsko otvaranje ponuda o čemu je sačinjen zapisnik o otvaranju ponuda/prijava i automatski dostavljen naručiocu i ponuđaču.

Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa

Naziv ponuđača	Dostavljena izjava (da/ne)	Dostavljena izjava u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda (da/ne)
PDG Professional Development Group d.o.o.	da	da ponuđač je dostavio Izjavu na Obrascu 2 koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), ovjerenu 29.10.2025. 13:58:11, elektronskim potpisom od strane ovlaštenog lica ponuđača– Slađana Petrović.

Naziv ponuđača	Dostavljena izjava (da/ne)	Dostavljena izjava u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda (da/ne)
Inter pharm d.o.o.	da	da ponuđač je dostavio Izjavu na Obrascu 2 koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), ovjerenu 30.10.2025. 11:02:35, elektronskim potpisom od strane ovlaštenog lica ponuđača– Miloš Veljić.

Naziv ponuđača	Dostavljena izjava (da/ne)	Dostavljena izjava u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda (da/ne)
"NETPHARM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZASTUPANJE, SPOLJNJU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU - PODGORICA	da	da ponuđač je dostavio Izjavu na Obrascu 2 koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), ovjerenu 30.10.2025. 07:31:14, elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača- Miodrag Vojinović.

Naziv ponuđača	Dostavljena izjava (da/ne)	Dostavljena izjava u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda (da/ne)
Društvo sa ograničenom odgovornošću "Labena" - Podgorica	da	da ponuđač je dostavio Izjavu na Obrascu 2 koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), ovjerenu 29.10.2025. 14:29:27, elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača- Borut Čeh.

Pregled i ocjena ponuda

Službenik za javne nabavke Ana Dragičević, nakon otvaranja ponuda vrši pregled, ispravnost i vrednovanje ponuda, u skladu sa uslovima, zahtjevima i kriterijumom utvrđenim zahtjevom i utvrdila:

- Neispravne ponude:

144331	PDG Professional Development Group d.o.o.	Dostavljena ponuda je neispravna iz razloga što nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom. Shodno utvrđenom činjeničnom stanju na osnovu člana 17 stav 1 tačka 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavih nabavki („Službeni list CG“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24) kojim je propisano: „Neispravna ponuda je ponuda: ... 4) ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ...“, ponuda ponuđača PDG Professional Development Group d.o.o. je neispravna.
144353	"NETPHARM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZASTUPANJE, SPOLJNJU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU - PODGORICA	Dostavljena ponuda je neispravna iz razloga što nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom. Shodno utvrđenom činjeničnom stanju na osnovu člana 17 stav 1

		tačka 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavih nabavki („Službeni list CG“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)kojim je propisano:” Neispravna ponuda je ponuda: ... 4) ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ...”, ponuda ponuđača "NETPHARM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZASTUPANJE, SPOLJNJU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU - PODGORICA je neispravna.
--	--	---

1. PDG Professional Development Group d.o.o.

Šifra ponude: 144331	
Datum i vrijeme podnošenja	31.10.2025 11:56
Naziv ponuđača	PDG Professional Development Group d.o.o.
PIB	02755149
Podnijeto kao	Samostalna ponuda

U postupku pregleda ponude ponuđača PDG Professional Development Group d.o.o. utvrđeno je da ponuda je neispravna iz razloga što nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom.

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavka specifikacije 1 Nabavka aparata termalnog sajklara (thermal cycler) koji se koristi za end point PCR amplifikaciju DNK a biće korišćen kao neophodan korak u procedurama identifikacije različitih mikroorganizama Kapacitet : 96 uzoraka (mikrotitarska ploča sa 96 bunarčića ili 96 tubica od 0.2 ml) Zapremina uzorka : 5-100 µl Grijani poklopac (heated lid) : optimalna tempertura minimum 100° C Temperaturni opseg (temperature range) :4-99.9°C Brzina hlađenja /zagrijavanja : minimum 3° C/s Temperaturna uniformnost/tačnost (temperature uniformity/accuracy) : +/- 0.5° C Bez kondenzacije nakon hlađenja na +4°C Mogućnost podešavanja (povećanje i smanjenje) temperature i vremena Mogućnost praćenja temperaturnog profila na	Ponuđač je u ponudi naveo: Kapacitet : 96 uzoraka (mikrotitarska ploča sa 96 bunarčića ili 96 tubica od 0.2 ml) Zapremina uzorka : 5-100 µl Grijani poklopac (heated lid) : 40-110° C Temperaturni opseg (temperature range) :4-105°C Brzina hlađenja /zagrijavanja : maksimalno do 4° C/s Temperaturna uniformnost/tačnost (temperature uniformity/accuracy) : +/- 0.35° C Bez kondenzacije nakon hlađenja na +4°C Mogućnost podešavanja (povećanje i smanjenje) temperature i vremena Mogućnost praćenja temperaturnog profila na računaru Šifriran pristup programu ukoliko postoji komunikacija sa eksternom mrežom inače nije potreban Touch screen displej Voltaža :100-240 V, Frekvencija : 50/60 Hz Naručilac je u okviru zahtjeva dodao kao prilog protokol koji treba da se instalira, a koji može da se koristi na aparatu koji ponuđač nudi. NAZIV PROIZVODA:VWR XT⁹⁶ XTender⁹⁶, Thermal Cycler PROIZVOĐAČ:VWR International GmbH Službenik za javne nabavke konstatuje da

računar u Šifriran pristup programu ukoliko postoji komunikacija sa eksternom mrežom inače nije potreban Touch screen displej Voltaža :100-240 V, Frekvencija : 50/60 Hz Naručilac će u okviru zahtjeva dodati kao prilog protokol koji treba da se instalira, a koji može da se koristi na aparatu koji ponuđači nude.	ponuda ponuđača Professional Development Group d.o.o., za stavku specifikacije 1 umjesto Grijani poklopac (heated lid) : optimalna temperatura minimum 100° C ponudio Grijani poklopac (heated lid) : 40-110° C čime ne ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene zahtjevom.
---	---

Kako je od strane Naručioca za stavku tehničke specifikacije 1 zahtijevan između ostalog Grijani poklopac (heated lid) : optimalna temperatura minimum 100° C, a od strane ponuđača PDG Professional Development Group d.o.o., ne postoji podatak da je optimalna temperatura minimum 100 C već je ponuđen Grijani poklopac (heated lid) : 40-110° C, ponuda ne ispunjava u tom dijelu uslove i zahtjeve naručioca.

Od strane Naručioca izmjenama od 27.10.2025. 27.10.2025 16:57 je u okviru zahtjeva za dostavljanje ponude priložen protokol (parametri ciklusa) a ponuđač se u okviru ponude nije izjasnio da je priloženi protokol moguće instalirati na ponuđenom aparatu.

Shodno utvrđenom činjeničnom stanju na osnovu članu člana 17 stav 1 tačka 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24) kojim je propisano:” Neispravna ponuda je ponuda: ... 4) ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom....”, ponuda ponuđača Professional Development Group d.o.o., je neispravna.

2. "NETPHARM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZASTUPANJE, SPOLJNJU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU - PODGORICA

Šifra ponude: 144331	
Datum i vrijeme podnošenja	31.10.2025 11:56
Naziv ponuđača	"NETPHARM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZASTUPANJE, SPOLJNJU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU - PODGORICA
PIB	02755149
Podnijeto kao	Samostalna ponuda

U postupku pregleda ponude ponuđača "NETPHARM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZASTUPANJE, SPOLJNJU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU - PODGORICA utvrđeno je da ponuda je neispravna iz razloga što nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom.

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavka specifikacije 1 Nabavka aparata termalnog sajklara (thermal cycler) koji se koristi za end point PCR amplifikaciju DNK a biće korišćen kao neophodan korak u procedurama identifikacije različitih mikroorganizama Kapacitet : 96 uzoraka (mikrotitarska ploča sa 96 bunarčića ili 96 tubica od 0.2 ml) Zapremina uzorka : 5-100 µl Grijani	Ponuđač je u ponudi naveo: Nabavka aparata termalnog sajklara (thermal cycler) koji se koristi za end point PCR amplifikaciju DNK a biće korišćen kao neophodan korak u procedurama identifikacije različitih mikroorganizama Kapacitet : 96 uzoraka (mikrotitarska ploča sa 96 bunarčića ili 96 tubica od 0.2 ml) Zapremina uzorka : 5-100 µl Grijani poklopac (heated lid) : optimalna temperatura minimum 100° C Temperaturni opseg (temperature range) :4-99.9°C Brzina hlađenja

poklopac (heated lid) : optimalna tempertura minimum 100° C Temperaturni opseg (temperature range) : 4-99.9°C Brzina hlađenja /zagrijavanja : minimum 3° C/s Temperaturna uniformnost/tačnost (temperature uniformity/accuracy) : +/- 0.5° C Bez kondenzacije nakon hlađenja na +4°C Mogućnost podešavanja (povećanje i smanjenje) temperature i vremena Mogućnost praćenja temperaturnog profila na računaru Šifriran pristup programu ukoliko postoji komunikacija sa eksternom mrežom inače nije potreban Touch screen displej Voltaža :100-240 V, Frekvencija : 50/60 Hz Naručilac će u okviru zahtjeva dodati kao prilog protokol koji treba da se instalira, a koji može da se koristi na aparatu koji ponuđači nude.	/zagrijavanja : minimum 3° C/s Temperaturna uniformnost/tačnost (temperature uniformity/accuracy) : +/- 0.5° C Bez kondenzacije nakon hlađenja na +4°C Mogućnost podešavanja (povećanje i smanjenje) temperature i vremena Mogućnost praćenja temperaturnog profila na računaru Šifriran pristup programu ukoliko postoji komunikacija sa eksternom mrežom inače nije potreban Touch screen displej Voltaža :100-240 V, Frekvencija : 50/60 Hz Naručilac će u okviru zahtjeva dodati kao prilog protokol koji treba da se instalira, a koji može da se koristi na aparatu koji ponuđači nude. Naziv proizvoda: Genesy 96T PCR Thermal Cycler, Xi'an Tianlong Science and Technology Co., Ltd. Kataloški broj: Y007H Službenik za javne nabavke konstatuje da je ponuđača "NETPHARM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZASTUPANJE, SPOLJNJU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU – PODGORICA za stavke specifikacije 1 sačinjena ponudio karakteristike u skladu sa zahtjevima naručioca s tim što navodi: Grijani poklopac (heated lid) : optimalna tempertura minimum 100° C, a u dostavljenom katalogu ne postoji podatak da je optimalna temperatura minimum 100 C, čime ne ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene zahtjevom.
---	---

Kako je od strane Naručioca za stavku tehničke specifikacije 1 zahtijevan između ostalog Grijani poklopac (heated lid) : optimalna tempertura minimum 100° C, a od strane ponuđača PDG "NETPHARM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZASTUPANJE, SPOLJNJU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU – PODGORICA, ponuđen Grijani poklopac (heated lid) : optimalna tempertura minimum 100° C, a u dostavljenom katalogu ne postoji podatak da je optimalna temperatura minimum 100 C, pa ponuda ne ispunjava u tom dijelu uslove i zahtjeve naručioca.

Shodno utvrđenom činjeničnom stanju na osnovu članu člana 17 stav 1 tačka 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavih nabavki („Službeni list CG“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24) kojim je propisano: „Neispravna ponuda je ponuda: ... 4) ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom...“, ponuda ponuđača "NETPHARM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZASTUPANJE, SPOLJNJU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU – PODGORICA je neispravna.

Ispravne ponude:

Šifra ponude	Naziv ponuđača
144337	Inter pharm d.o.o.
144535	Društvo sa ograničenom odgovornošću "Labena" - Podgorica

1. Inter pharm d.o.o.

Šifra ponude: 144337	
Datum i vrijeme podnošenja	31.10.2025 10:53

Naziv ponuđača	Inter pharm d.o.o.
PIB	03036944
Podnijeto kao	Samostalna ponuda

Ponuđač Inter pharm d.o.o. je podnio preko ESJN-a ponudu # 144337 dana 31.10.2025 10:53.

Data je ukupna cijena u iznosu od 4.512,00 EUR bez uračunatog PDV-a u okviru procijenjene vrijednosti od 6.000,00 EUR bez uračunatog PDV-a.

Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude u skladu sa tehničkom specifikacijom ispunio kolonu odgovor i iskazao jediničnu cijene i ukupnu vrijednost ponude u skladu sa uslovima datim u Zahtjevu. Ponuđač je u koloni „bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke“ u finansijskom dijelu ponude naveo karakteristike iz obrasca „Tehnička specifikacija predmeta nabavke“.

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavka specifikacije 1 Nabavka aparata termalnog sajklera (thermal cycler) koji se koristi za end point PCR amplifikaciju DNK a biće korišćen kao neophodan korak u procedurama identifikacije različitih mikroorganizama Kapacitet : 96 uzoraka (mikrotitarska ploča sa 96 bunarčića ili 96 tubica od 0.2 ml) Zapremina uzorka : 5-100 µl Grijani poklopac (heated lid) : optimalna tempertura minimum 100° C Temperaturni opseg (temperature range) :4-99.9°C Brzina hlađenja /zagrijavanja : minimum 3° C/s Temperaturna uniformnost/tačnost (temperature uniformity/accuracy) : +/- 0.5° C Bez kondenzacije nakon hlađenja na +4°C Mogućnost podešavanja (povećanje i smanjenje) temperature i vremena Mogućnost praćenja temperaturnog profila na računaru Šifriran pristup programu ukoliko postoji komunikacija sa eksternom mrežom inače nije potreban Touch screen displej Voltaža :100-240 V, Frekvencija : 50/60 Hz Naručilac će u okviru zahtjeva dodati kao prilog protokol koji treba da se instalira, a koji može da se koristi na aparatu koji ponuđači nude.	Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude naveo: Nabavka aparata termalnog sajklera (thermal cycler) koji se koristi za end point PCR amplifikaciju DNK a biće korišćen kao neophodan korak u procedurama identifikacije različitih mikroorganizama Kapacitet : 96 uzoraka (mikrotitarska ploča sa 96 bunarčića ili 96 tubica od 0.2 ml) Zapremina uzorka : 5-100 µl Grijani poklopac (heated lid) : optimalna tempertura minimum 100°- 115°-C Temperaturni opseg (temperature range) :4-99.9°C Brzina hlađenja /zagrijavanja : 5°/3.5 °C/s Temperaturna uniformnost/tačnost (temperature uniformity/accuracy) : +/- 0.5° C Bez kondenzacije nakon hlađenja na +4°C Mogućnost podešavanja (povećanje i smanjenje) temperature i vremena Mogućnost praćenja temperaturnog profila na računaru Šifriran pristup programu ukoliko postoji komunikacija sa eksternom mrežom inače nije potreban Touch screen displej Voltaža :240 V, Frekvencija : 50/60 Hz Naručilac će u okviru zahtjeva dodati kao prilog protokol koji treba da se instalira, a koji može da se koristi na aparatu koji ponuđači nude MultiGene OptiMax Gradient Thermal Cycler with 96 x 0,2ml block, 230V ; Labnet International Inc; kat.br. TC9610-230V Službenik za javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Inter pharm d.o.o. za stavku specifikacije 1 ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene zahtjevom.

Ponuđač je dao sledeće uslove:

Rok važenja ponude - 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude - 60 dana od dana otvaranja ponuda. I dostavio: Izjava rok važenja ponude.pdf
--	--

	-Izjava ovjerena pečatom i potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača– Miloš Veljić
Rok plaćanja odloženo, 30 dana po ispostavljanju fakture i prateće dokumentacije o isporuci	Rok plaćanja odloženo, 30 dana po ispostavljanju fakture i prateće dokumentacije o isporuci
Mjesto izvršenja ugovora je ustanova naručioca Bolnica Brezovik, Brezovik bb. Ponuđač je dužan da obezbjedi transport i montažu do korisnika.	Mjesto izvršenja ugovora je ustanova naručioca Bolnica Brezovik, Brezovik bb. Ponuđač je dužan da obezbjedi transport i montažu do korisnika I dostavio: Izjava mjesto isporuke i transport.pdf -Izjava ovjerena pečatom i potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača– Miloš Veljić
Način sprovođenja kontrole kvaliteta : komisijski prijem robe u prisustvu predstavnika naručioca i ponuđača , koji podrazumjeva kontrolu usaglašenosti isporuke sa uslovima iz ponude.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta : komisijski prijem robe u prisustvu predstavnika naručioca i ponuđača , koji podrazumjeva kontrolu usaglašenosti isporuke sa uslovima iz ponude.
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora , za slučaj povrede ugovorenih obaveza izazvanih krivicom ponuđača, na iznos 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora.	Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora , za slučaj povrede ugovorenih obaveza izazvanih krivicom ponuđača, na iznos 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora
Rok izvršenja ugovora: 35 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Pod datumom isporuke opreme se podrazumjeva datum potpisivanja zapisnika da je izvršena isporuka, instaliranje, testiranje opreme, obuka osoblja i predato korisničko uputstvo na crnogorskom jeziku.	Rok izvršenja ugovora: 35 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Pod datumom isporuke opreme se podrazumjeva datum potpisivanja zapisnika da je izvršena isporuka, instaliranje, testiranje opreme, obuka osoblja i predato korisničko uputstvo na crnogorskom jeziku. I dostavio: Izjava rok izvršenja ugovora.pdf -Izjava ovjerena pečatom i potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača– Miloš Veljić
Garantni rok: ne može biti kraći od 24 mjeseca. Dobavljač je dužan u ponudi navesti garantni rok u mjesecima sa svim garantnim pravima. Garancija počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji.	Mi, Inter pharm d.o.o., izjavljujemo da je garantni rok: 24 mjeseca sa svim garantnim pravima . Garancija počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji. Ponuđač Inter pharm doo , kao ovlašćeni distributer prenosi garanciju proizvođača na kupca da će aparat ispravno funkcionisati u skladu sa navedenim tehničkim karakteristikama i namenom u garatnom roku. U slučaju opravdane reklamacije u garatnom roku, aparat će biti popravljen od strane ponuđača Inter pharm

	doo. , takođe preuzima na sebe troškove otklanjanja kvara kao i troškove rezervnih delova potrebnih za dovođenje aparata u ispravno stanje. Garancija ne važi u sledećim slučajevima: • Ako je došlo do mehaničkog, hemijskog ili oštećenja aparata ili opreme usled nekog drugog spoljnog uticaja • Ukoliko aparat nije korišćen u svrhu i na način predviđen od strane proizvođača i u skladu sa instrukcijama iz Uputstva za upotrebu • Ako je aparat korišćen mimo predviđenih radnih uslova (vlaga, temperatura, prašina, električno napajanje itd.) • Ako su oštećenja nastala pod uticajem više sile • Ako je aparat nesavjesno korišćen • Ako je izvršeno servisiranje/softversko podešavanje aparata mimo ovlašćenog servisa • Ako je aparat bio pod pretjeranim radnim opterećenjem • Ako je korišćen potrošni materijal ili dodatna oprema koji nisu propisani ili posebno odobreni od strane proizvođača ili davaoca garancije • Ako se prijavljeni kvar odnosi na komponente podložne starenju i habanju ili su predviđene za periodičnu zamjenu (baterije, lampe, nagazna creva, elektro-hemijske elektrode, igle za uzorkovanje i sl.) • Ukoliko je uzročnik nepravilnosti u radu aparata aplikativne prirode ili vezan za reagense u okviru „otvorenog sistema“ • Ukoliko aparat nije redovno održavan od strane korisnika (procedure propisane Uputstvom za upotrebu) • Ukoliko aparat nije redovno održavan od strane ovlašćenog servisa (potrebna saglasnost korisnika da se aparat redovno održava prema preporuci proizvođača, na račun korisnika ukoliko u posebnim slučajevima nije drugačije ugovoreno) • Ukoliko je do oštećenja došlo usled neovlašćenog premještanja aparata (premeštanje aparata vrši davalac garancije ili sa njegove strane ovlašćeni servis što se beleži u Radnom nalogu Inter pharm doo) I dostavio: Izjava garantni rok.pdf -Izjava ovjerena pečatom i potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača– Miloš Veljić
Način plaćanja:Virmanski	Način plaćanja:Virmanski
Ponuđač je dužan da dostavi originalni katalog proizvođača za ponuđenu opremu sa jasno naznačenim tehničkim karakteristikama koje je naručilac utvrdio zahtjevom za dostavljanje ponuda.Ponuđač je dužan u priloženom katalogu zaokružiti ili	Dostavljen je originalni katalog proizvođača i uputstvo za upotrebu za ponuđenu opremu sa jasno naznačenim tehničkim karakteristikama koje je naručilac utvrdio zahtjevom za dostavljanje ponuda. U priloženom katalogu i uputstvu za upotrebu

markirati markerom svaku tehničku karakteristiku koja se zahtijeva, sa naznakom broja karakteristike iz tehničke specifikacije Naručioca. Ukoliko sve zahtijevane karakteristike nisu sadržane u katalogu, ponuđač može dostaviti izjavu proizvođača, pečatiranu i potpisanu od strane ovlaštenog lica proizvođača, kojom se dokazuje da ponuđeni aparat posjeduje zahtijevanu karakteristiku i na kojoj će precizno biti naveden broj stavke i njen puni naziv iz tehničke specifikacije Naručioca na koju se karakteristika odnosi. Katalog i izjava proizvođača mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku. Naručilac zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva prevod i provjeru priloženih informacija.	markirani su markerom svaka tehnička karakteristika koja se zahtijeva, sa naznakom broja karakteristike iz tehničke specifikacije Naručioca. Izjava za protokol. I dostavio: Izjava za protokol.pdf Katalog 11 stavki.pdf Uputstvo, 2 stavke.pdf -Izjava da na ponuđenom aparatu može da se instaliram protokol koji je naručilac dostavio, ovjerena pečatom i potpisom od strane ovlaštenog lica ponuđača— Miloš Veljić. -Katalog sa obilježenih jedanaest stavki. -Uputstvo proizvođača sa obilježene dvije stavke.
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu proizvođača da će biti dostupni rezervni dijelovi i servisne usluge za ponuđene proizvode najmanje 5 godina nakon isteka garantnog roka. Ukoliko ovlaštenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlaštenje ponudjaci mora biti direktno ovlašteno od proizvođača, o čemu je ponudjaci dužan da dostavi dokaz ovlaštenje proizvođača ponudjenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke,	Ovlaštenje proizvođača i distributera. Izjava proizvođača da će biti dostupni rezervni dijelovi i servisne usluge za ponuđene proizvode najmanje 5 godina nakon isteka garantnog roka. I dostavio: Izjava rezervni dijelovi.pdf Ovlaštenje distributer.pdf Ovlaštenje proizvođač.pdf -Izjava ovlaštenog distributera I servisnog centra Labnet brenda (Corning proizvodi), Pro Media doo Kikinda broj 8411-1 d 30.10.2025.godine o dostupnosti rezervnih dijelova I servisnim uslugama za ponuđeni aparat najmanje 5 godina nakon isteka garantnog roka, ovjerena pečatom I potpisom. -Ovlaštenje Pro Media doo Kikinda broj 8409-1 od 30.10.2025.godine distributera Labnet brenda (Corning proizvodi), da Inter pharm d.o.o. može ponuditi proizvode u predmetnom postupku, ovjerena pečatom I potpisom. -Ovlaštenje proizvođača Corning, od 10.10.2025.Pro Media doo Kikinda broj 8411-1 d 30.10.2025.godine o dostupnosti rezervnih dijelova I servisnim uslugama za ponuđeni aparat najmanje 5 godina nakon isteka garantnog roka, ovjerena pečatom I potpisom.

Obzirom da je ponuđač, podnosilac ponude Inter pharm d.o.o. dostavio Izjavu privrednog subjekta u kojoj je naveo da ne postoji sukob interesa, tačno prikazivao činjenice u izjavi u vezi ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i da ne postoje drugi razlog predviđen Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, to je utvrđeno da ne postoje osnovi za isključenje ovog ponuđača iz postupka jednostavne nabavke u smislu člana 16 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).

Shodno navedenom ponuda ponuđača Inter pharm d.o.o. je sačinjena u skladu sa uslovima, zahtjevima i kriterijumom utvrđenim zahtjevom, dostavljena je Izjava privrednog subjekta, data je u skladu sa tehničkom specifikacijom i nije ponuđena nerealna cijena, te shodno tome ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 17 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).

Imajući u vidu gore navedeno Službenik za javne nabavke konstatuje da je ponuda ponuđača Inter pharm d.o.o. u potpunosti ispravna, odnosno dostavljena u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda #102049 od 23.10.2025 14:30 Nabavka robe-Termalni sajkljer(Thermal cycler).

2. Društvo sa ograničenom odgovornošću "Labena" - Podgorica

Šifra ponude: 144535	
Datum i vrijeme podnošenja	31.10.2025 11:23
Naziv ponuđača	Društvo sa ograničenom odgovornošću "Labena" - Podgorica
PIB	03246531
Podnijeto kao	Samostalna ponuda

Ponuđač Društvo sa ograničenom odgovornošću "Labena" - Podgorica je podnio preko ESJN-a ponudu # 144535 dana 31.10.2025 11:23.

Data je ukupna cijena u iznosu od 4.200,00 EUR bez uračunatog PDV-a u okviru procijenjene vrijednosti od 6.000,00 EUR bez uračunatog PDV-a.

Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude u skladu sa tehničkom specifikacijom ispunio kolonu odgovor i iskazao jediničnu cijene i ukupnu vrijednost ponude u skladu sa uslovima datim u Zahtjevu. Ponuđač je u koloni „bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke“ u finansijskom dijelu ponude naveo karakteristike iz obrasca „Tehnička specifikacija predmeta nabavke“.

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavka specifikacije 1 Nabavka aparata termalnog sajkljera (thermal cycler) koji se koristi za end point PCR amplifikaciju DNK a biće korišćen kao neophodan korak u procedurama identifikacije različitih mikroorganizama Kapacitet : 96 uzoraka (mikrotitarska ploča sa 96 bunarčića ili 96 tubica od 0.2 ml) Zapremina uzorka : 5-100 µl Grijani poklopac (heated lid) : optimalna tempertura minimum 100° C Temperaturni opseg (temperature range) :4-99.9°C Brzina hlađenja /zagrijavanja : minimum 3° C/s Temperaturna uniformnost/tačnost (temperature uniformity/accuracy) : +/- 0.5° C Bez kondenzacije nakon hlađenja na +4°C Mogućnost podešavanja (povećanje i smanjenje) temperature i vremena Mogućnost praćenja temperaturnog profila na računaru Šifriran pristup programu ukoliko postoji komunikacija sa eksternom mrežom inače nije potreban Touch screen displej Voltaža :100-240 V,	Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude naveo: Kapacitet : 96 uzoraka (mikrotitarska ploča sa 96 bunarčića ili 96 tubica od 0.2 ml ili 0.2ml stripovi tubica) Zapremina uzorka : 1-100 µl Grijani poklopac (heated lid) : tempertura do 110° C (optimalna 105° C) Temperaturni opseg (temperature range) :4-100°C Brzina hlađenja /zagrijavanja : 4° C/s Temperaturna uniformnost/tačnost (temperature uniformity/accuracy) : +/- 0.5° C Bez kondenzacije nakon hlađenja na +4°C Mogućnost podešavanja (povećanje i smanjenje) temperature i vremena Ponuđeni uređaj posjeduje integrisani displej koji omogućava pregled i praćenje statusa rada u realnom vremenu. Na displeju su dostupne dvije opcije prikaza: Status – grafički prikaz temperaturnog protokola i označavanje trenutnog koraka koji je u progresu, Clock – prikaz preostalog vremena do završetka ciklusa, što omogućava praktično i efikasno praćenje rada uređaja. Šifriran pristup nije neophodan jer ne postoji komunikacija sa eksternom mrežom Touch screen displej :5.7"

Frekvencija : 50/60 Hz Naručilac će u okviru zahtjeva dodati kao prilog protokol koji treba da se instalira, a koji može da se koristi na aparatu koji ponuđači nude.	VGA color touch screen Voltaža :100-240 V, Frekvencija : 50/60 Hz Naručilac je u okviru zahtjeva dodao kao prilog protokol koji treba da se instalira. Navedeni protokol može da se koristi na aparatu koji ponuđač nudi. Naziv proizvođača:T100 Thermal Cycler Proizvođač: BIORAD Službenik za javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača Inter pharm d.o.o. za stavku specifikacije 1 ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene zahtjevom.
---	--

Ponuđač je dao sledeće uslove:

Rok važenja ponude - 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude - 60 dana od dana otvaranja ponuda.
Rok plaćanja odloženo, 30 dana po ispostavljanju fakture i prateće dokumentacije o isporuci	Rok plaćanja odloženo, 30 dana po ispostavljanju fakture i prateće dokumentacije o isporuci
Mjesto izvršenja ugovora je ustanova naručioca Bolnica Brezovik, Brezovik bb. Ponuđač je dužan da obezbjedi transport i montažu do korisnika.	Mjesto izvršenja ugovora je ustanova naručioca Bolnica Brezovik, Brezovik bb. Ponuđač je dužan da obezbjedi transport i montažu do korisnika
Način sprovođenja kontrole kvaliteta : komisijski prijem robe u prisustvu predstavnika naručioca i ponuđača , koji podrazumjeva kontrolu usaglašenosti isporuke sa uslovima iz ponude.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta : komisijski prijem robe u prisustvu predstavnika naručioca i ponuđača , koji podrazumjeva kontrolu usaglašenosti isporuke sa uslovima iz ponude.
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora , za slučaj povrede ugovorenih obaveza izazvanih krivicom ponuđača, na iznos 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora.	Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora , za slučaj povrede ugovorenih obaveza izazvanih krivicom ponuđača, na iznos 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora
Rok izvršenja ugovora: 35 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Pod datumom isporuke opreme se podrazumjeva datum potpisivanja zapisnika da je izvršena isporuka, instaliranje, testiranje opreme, obuka osoblja i predato korisničko uputstvo na crnogorskom jeziku.	Rok izvršenja ugovora: 35 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Pod datumom isporuke opreme se podrazumjeva datum potpisivanja zapisnika da je izvršena isporuka, instaliranje, testiranje opreme, obuka osoblja i predato korisničko uputstvo na crnogorskom jeziku.
Ponuđač je u obavezi da u Finansijskom dijelu ponude navede naziv proizvođača i proizvođača.	Ponuđač je u obavezi da u Finansijskom dijelu ponude navede naziv proizvođača i proizvođača.
Garantni rok: ne može biti kraći od 24 mjeseca. Dobavljač je dužan u ponudi navesti garantni rok u mjesecima sa svim garantnim pravima. Garancija počinje da	Garantni rok: 24 mjeseca. Dobavljač je dužan u ponudi navesti garantni rok u mjesecima sa svim garantnim pravima. Garancija počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji.

teče od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji.

-U skladu sa članom 14 stav 6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), u postupka pregleda, ispravnost i vrednovanje ponuda, u postupku jednostavne nabavke-zahtjev za dostavljanje ponuda šifra #102049 od 23.10.2025 14:30 Nabavka robe-Termalni sajklar(Thermal cycler), Službenik za javne nabavke se obratio za pojašnjenje u odnosu nazahtijevani uslov:Garantni rok: ne može biti kraći od 24 mjeseca. Dobavljač je dužan u ponudi navesti garantni rok u mjesecina sa svim garantnim pravima. Garancija počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji.

Od ponuđača je u odnosu na navedeno, zahtijevano da dostavi dokaz odnosno da se izjasne koja su to garantna prava, preko ESJN-a u roku od tri dana (radna) od dana dostavljanja zahtjeva. Zahtjev je dostavljen 1.12.2025 8:54.

Ponuđač je u predviđenom roku 2.12.2025 14:47 dopunio ponudu dostavljanjem LABENA odgovor.docx koje glasi:

-Pojašnjenje garantnih prava

Pojašnjenje u vezi sa garantnim rokom i garantnim pravima (za postupak jednostavne nabavke – šifra #102049 od 23.10.2025, nabavka robe – „Thermal cycler“)

Poštovani,

Kao ponuđač potvrđujemo garantni rok od 24 mjeseca, u skladu sa zahtjevom naručioca, i izjavljujemo da Kupcu obezbjeđujemo sva garantna prava identična garantnim pravima koja daje proizvođač Bio-Rad Laboratories, u obimu propisanom njihovom zvaničnom garancijom.

U nastavku dajemo pregled garantnih prava prema standardnoj garanciji proizvođača, koja u potpunosti preuzimamo i obezbjeđujemo tokom ugovorenog garantnog roka od 24 mjeseca.

Garancija proizvođača

Bio-Rad Laboratories garantuje da će njegovi proizvodi ispunjavati originalne fabričke specifikacije i da će biti bez nedostataka u materijalu i izradi u trenutku napuštanja fabrike. Ukoliko se tokom garantnog perioda pojavi nedostatak, neispravn dio ili sam instrument biće, po izboru kompanije Bio-Rad, zamijenjen ili popravljen bez ikakvog troška za kupca.

Garancija na instrumente ne obuhvata potrošne dijelove i potrošni materijal koji se koriste tokom rada instrumenta, kao što su papir, mastilo,

	sonde, tečnosti, šolje, cijevi, kivete, patrone, vrhovi i sl. Ova garancija ne pokriva predmete koji su polomljeni ili oštećeni neadekvatnim rukovanjem ili nepravilnom upotrebom, uključujući i staklene dijelove. Takođe, nisu pokriveni sljedeći nedostaci: popravke ili modifikacije koje je izvršilo lice koje nije Bio-Rad ili ovlašćeni servis, upotreba dijelova nabavljenih od dobavljača koji nije Bio-Rad, oštećenja nastala usljed vanrednih događaja, kao i korozija izazvana prosipanjem rastvora ili uzoraka. Proizvodi koji nijesu pod Bio-Rad brendom, kao što su računari i računarska periferna oprema, pokriveni su garancijom originalnog proizvođača. Garancija se ne može prenijeti na drugog korisnika i važi isključivo za prvobitnog kupca. Garancija može prestati da važi ukoliko se proizvod premjesti izvan zemlje u kojoj je prvobitno kupljen.
Način plaćanja:Virmanski	Način plaćanja:Virmanski
Ponuđač je dužan da dostavi originalni katalog proizvođača za ponuđenu opremu sa jasno naznačenim tehničkim karakteristikama koje je naručilac utvrdio zahtjevom za dostavljanje ponuda.Ponuđač je dužan u priloženom katalogu zaokružiti ili markirati markerom svaku tehničku karakteristiku koja se zahtijeva,sa naznakom broja karakteristike iz tehničke specifikacije Naručioca.Ukoliko sve zahtijevane karakteristike nijesu sadržane u katalogu,ponuđač može dostaviti izjavu proizvođača,pečatiranu i potpisanu od strane ovlašćenog lica proizvođača ,kojom se dokazuje da ponuđeni aparat posjeduje zahtijevanu karakteristiku i na kojoj će precizno biti naveden broj stavke i njen puni naziv iz tehničke specifikacije Naručioca na koju se karakteristika odnosi.Katalog i izjava proizvođača mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku.Naručilac zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva prevod i provjeru priloženih informacija.	Ponuđač je dužan da dostavi originalni katalog proizvođača za ponuđenu opremu sa jasno naznačenim tehničkim karakteristikama koje je naručilac utvrdio zahtjevom za dostavljanje ponuda.Ponuđač je dužan u priloženom katalogu zaokružiti ili markirati markerom svaku tehničku karakteristiku koja se zahtijeva,sa naznakom broja karakteristike iz tehničke specifikacije Naručioca.Ukoliko sve zahtijevane karakteristike nijesu sadržane u katalogu,ponuđač može dostaviti izjavu proizvođača,pečatiranu i potpisanu od strane ovlašćenog lica proizvođača ,kojom se dokazuje da ponuđeni aparat posjeduje zahtijevanu karakteristiku i na kojoj će precizno biti naveden broj stavke i njen puni naziv iz tehničke specifikacije Naručioca na koju se karakteristika odnosi.Katalog i izjava proizvođača mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku.Naručilac zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva prevod i provjeru priloženih informacija. I dostavio: T100 specifikacije_20251029_0001.pdf -Katalog sa obilježnim svim stavkama.
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu proizvođača da će biti dostupni rezervni dijelovi i servisne usluge za ponuđene proizvode najmanje 5 godina nakon isteka garantnog roka.Ukoliko ovlasćenje proizvođača nije direktno,lice koje	Ponuđač je dužan da dostavi izjavu proizvođača da će biti dostupni rezervni dijelovi i servisne usluge za ponuđene proizvode najmanje 5 godina nakon isteka garantnog roka.Ukoliko ovlasćenje proizvođača nije direktno,lice koje posredno daje ovlasćenje

posredno daje ovlasćenje ponudjaci mora biti direktno ovlasćeno od proizvođača, o čemu je ponudjac dužan da dostavi dokaz-ovlasćenje proizvođača ponudjenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke,	ponudjaci mora biti direktno ovlasćeno od proizvođača, o čemu je ponudjac dužan da dostavi dokaz-ovlasćenje proizvođača ponudjenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke I dostavio: Izjava.pdf 2025_LOA_32_-_Labena_-Montenegro.docx.pdf -Sertifikat o distribuciji izdat od Bio-Rad Europe GmbH 13. Janura 2025. godine, Labena d.o.o. (Podgorica) je, na datum potpisivanja ovog sertifikata i za godinu 2025, jedini ovlašćeni distributer Bio-Rad-a u Crnoj Gori za naš asortiman proizvoda iz oblasti „Life Sciences“ i/ili „Food Science“ (u daljem tekstu „Proizvodi“) u okviru ovlašćenja navedenih ovde b) je odgovoran za obuku kupaca i korisničku podršku, servis nakon prodaje, garancijski servis i popravke, ukoliko ih bude, za gore navedene proizvode c) stoga je ovlašćen da nudi Proizvode na prodaju u okviru tendera organizovanih u Crnoj Gori, ovjerena pečatom i potpisom. -Izjava Labena d.o.o., sa sjedištem na adresi Bulevar Pera Četkovića, blok IX, 81000 Podgorica, Crna Gora, kojom potvrđuju da će za uređaj T100 Thermal Cycler, proizvođača Bio-Rad, obezbijediti servisne usluge tokom garantnog roka o sopstvenom trošku. Nakon isteka garantnog roka, obavezuju se da će u periodu od pet (5) godina nastaviti da pružaju servisne usluge za navedeni uređaj, o trošku kupca, ovjerenu 2025.10.31,09:53:41, elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača– Borut Čeh.
--	---

Obzirom da je ponuđač, podnosilac ponude Društvo sa ograničenom odgovornošću "Labena" - Podgorica dostavio Izjavu privrednog subjekta u kojoj je naveo da ne postoji sukob interesa, tačno prikazivao činjenice u izjavi u vezi ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i da ne postoje drugi razlog predviđen Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, to je utvrđeno da ne postoje osnovi za isključenje ovog ponuđača iz postupka jednostavne nabavke u smislu člana 16 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).

Shodno navedenom ponuda ponuđača Društvo sa ograničenom odgovornošću "Labena" - Podgorica je sačinjena u skladu sa uslovima, zahtjevima i kriterijumom utvrđenim zahtjevom, dostavljena je Izjava privrednog subjekta, data je u skladu sa tehničkom specifikacijom i nije ponuđena nerealna cijena, te shodno tome ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 17 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).

Imajući u vidu gore navedeno Službenik za javne nabavke konstatuje da je ponuda ponuđača Društvo sa ograničenom odgovornošću "Labena" - Podgorica u potpunosti ispravna, odnosno dostavljena u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda #102049 od 23.10.2025 14:30 Nabavka robe-Termalni sajklar (Thermal cycler).

Ispravne ponude su vrednovane i rangirane primjenom kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude:

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

	Maksimalan broj bodova
Cijena	100,00
Ostali kriterijumi	0,00

PONUĐENE CIJENE

Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ponuđena cijena	Dodijeljen broj bodova
144337	Inter pharm d.o.o.	4.512,00 EUR	93,08511
144535	Društvo sa ograničenom odgovornošću "Labena" - Podgorica	4.200,00 EUR	100,00

UTVRĐENA RANG LISTA

	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
1.	144535	Društvo sa ograničenom odgovornošću "Labena" - Podgorica	100,00
2.	144337	Inter pharm d.o.o.	93,08511

Iz postupka jednostavne nabavke isključuju se sledeći privredni subjekti

Nije bilo isključenih ponuđača

VIII Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

Ponuđač: Društvo sa ograničenom odgovornošću "Labena" - Podgorica	Kontakt-osoba: Borut Čeh
Adresa: Bul.Pera Četkovića, Blok IX, Podgorica	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj (PIB): 03246531
Telefon: 069111273	Fax: +382 20 202 812
Elektronska adresa (e-mail): senka.strugar@labena.me	Internet adresa: www.labena.me

IX Cijena najpovoljnije ponude

Ukupna cijena bez PDV-a 4.200,00 EUR

Shodno članu 23 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), na obaveštenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba.

Ovlašćeno lice naručioca Dr.med Predrag Pejović

(svojeručni potpis)

M.P.