

PREGLED POSTUPKA #104620

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU DOM ZDRAVLJA HERCEG NOVI
PIB	02007827
E-mail	domzdravljahn@t-com.me
Telefon	031343111
Internet adresa	www.domzdravljahn.me
Fax	031343027
Adresa	Nikole Ljubibratića 1
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Defibrilator
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Gordana Vujović
Kontakt	031342378
Datum objave	05.12.2025. 15:05
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Defibrilator	05.12.2025 15:05	15.12.2025 11:00	15.12.2025 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) - Rješenje Instituta (bivše Agencije) za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore o upisu u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
2. Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlašćenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.) Izuzetno, ako neko od ponuđača nudi medicinsko sredstvo koje nije upisano u registar medicinskih sredstava kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, a ukoliko je to medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, ponuđač je dužan da dostavi: a. CE znak u zavisnosti od klase; b. Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; c. Deklaracija o konformitetu; d. Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača.	Drugi uslovi
3. Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2, preduzetom na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)).	Obrazac 2
4. Rok važenja ponude je 60 dana.	Rok važenja ponude

5. Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
6. Mjesto izvršenja ugovora je Dom zdravlja Herceg Novi, ul.Nikole Ljubibratića br.1	Mjesto izvršenja ugovora
7. Rok plaćanja: U roku od 30 (trideset) dana od dana uredno isporučene, instalirane i testirane opreme uz obavljenu obuku za medicinsko osoblje. Ispostavljena faktura treba da sadrži broj postupka jednostavne nabavke i broj ugovora o jednostavnoj nabavci, a uz istu se dostavlja zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe i izvršenoj obuci osoblja.	Rok plaćanja
8. Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
9. Uslovi plaćanja su: roba mora biti u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom.	Uslovi plaćanja
10. Garantni rok: 24 mjeseca od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji i puštanju u rad predmetne opreme. Ponuđač se obavezuje da se, u toku garantnog perioda, po prijavi kvara od strane Naručioca odazove pozivu u roku od 24 sata i da kvar otkloni u roku od 15 dana od dana prijave kvara na opremi. U slučaju da se kvar ne otkloni u roku od 15 dana, Dobavljač je dužan isporučenu opremu -aparat, zamijeniti novim istim modelom o svom trošku. Ukoliko Dobavljač ne otkloni kvar u roku iz prethodnog stava, Naručilac ima pravo na nadoknadu prouzrokovane štete tako što će za svaki dan nefunkcionisanja opreme ili dijela opreme naplatiti od Dobavljača iznos od 0,5% vrijednosti opreme u kvaru. Otklanjanje kvara po prijavljenim reklamacijama izvršiće se u prisustvu predstavnika Naručioca i Dobavljača i o istom će se sačiniti zapisnik. Svi troškovi popravke opreme u garantnom roku padaju na teret Dobavljača. Za svaki dan nefunkcionisanja ugovorene opreme u garantnom roku garancija se produžava.	Garantni rok
11. Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda – katalog, brošuru, uputstvo za upotrebu, koji je izdat od proizvođača, i koji sadrži kataloški broj ponuđenog proizvoda i tehničke karakteristike u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. Ukoliko u dokazu o tehničkim karakteristikama ne postoji neka tehnička karakteristika, ponuđač kao dokaz ispunjenosti takvih karakteristika dostavlja izjavu proizvođača o njihovoj ispunjenosti. U izjavi proizvođača te karakteristike moraju biti jasno i nedvosmisleno navedene i označene u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. U slučaju da se u izjavi proizvođača navodi i ona karakteristika, koja je već sadržana u tehničkoj dokumentaciji proizvođača, kao prihvatljivi odgovor ponuđača će se uzeti opis te karakteristike kako stoji u tehničkoj dokumentaciji.	Drugi uslovi

13. Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude u dijelu odgovora, navede tačne tehničke karakteristike proizvoda koje nudi, prema zahtjevima iz Tehničkih karakteristika ili specifikacija predmeta javne nabavke.	Drugi uslovi
--	--------------

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 4.600,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Defibrilator	Defibrilator Shiller ili ekvivalent: 1) Prenosni defibrilator, aparat najnovije generacije, sa mogućnošću više parametarskog monitoringa; 2) Modovi rada: manuelna defibrilacija i AED-automatska defibrilacija sa bifaznom tehnologijom; 3) 6-kanalni EKG monitoring; 4) Pedijatrijski mod. Mogućnost jednostavnog prebacivanja iz moda za odrasle u pedijatrijski ili drugi mod; 5) LCD color displej sa minimum 7 inča; sa mogućnošću rada ekrana u kolor i crno-bijelom režimu "visokog kontrasta" za rad pod direktnom sunčevom svjetlošću; 6) Baterijsko napajanje, punjivom baterijom, sa kapacitetom baterije sa minimalno 250 šokova; 7) Izlazna doza energije min. 200J; 8) Maksimalna energija defibrilacije 200J u koracima od 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-30-50-70-90-120-150-170-200J; 9) Izlazna doza energije u automatskom modu: 100 do min. 200J; 10) Preporuka dostavljanja šoka; 11) U monitoring modu na displeju omogućen prikaz min. 6-kanalnog EKG signala sa detekcijom otkaćenih elektroda; 12) Vrijeme punjenja energije: maksimalno 5 sekundi za maksimalnu energiju 200J, brz oporavak EKG linije (za manje od 3 sekunde); 13) Alarmi aritmija; 14) Težina uređaja: maksimalno do 5kg, bez pedala; 15) Radna temperatura: 0 do 45°C; 16) Uključene	1,00 komad

	pedijatrijske elektrode; 17) Termički štampač; Detekcija pejsinga; Indikator kontakta; 18) Indikator za periodični dnevni i mjesečni Self test-Termalni papir, rolne. 10 rolni; 19) Testiranje sposobnosti baterije; Memorisanje događaja; 20) Da je portabilan; 21) Defibrilator je potrebno isporučiti sa standardnim priborom za rad svih navedenih opcija. 22) Poželjno je da aparat posjeduje integrisani WiFi modul za transfer snimljenih podataka i komunikaciju sa informacionim sistemima kao i mogućnost automatskog slanja izvještaja o izvršenom samo testiranju ispravnosti preko integrisanog WiFi modula.	
--	--	--