



Crna Gora
Zavod za metrologiju
Služba za opšte poslove i finansije

Adresa: Arsenija Boljevića bb
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 601 360
fax: +382 20 634 651
PIB: 02628511
www.metrologija.me

Crna Gora
ZAVOD ZA METROLOGIJU

Broj: 07-426/25-2580-3

Podgorica, 18.12.2025 god.

TANGENTA d.o.o. Nikšić

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI

Broj: T- 75/25

Nikšić, 18.12.2025 god.

Zaključen između:

Naručioca: Zavod za metrologiju, ul. Arsenija Boljevića bb, Podgorica, PIB: 02628511, koga zastupa direktorica MSc Gordana Bajić, s jedne strane (u daljem tekstu: Naručilac)

i
Dobavljača: TANGENTA DRUŠTVO ZA ELEKTRO PROIZVODNJU D.O.O - NIKŠIĆ, ulica VI CRNOGORSKE, 81 402 Nikšić, Crna Gora, PIB: 02136406, koga zastupa izvršni direktor Jovan Milović, (u daljem tekstu: Dobavljač),

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka i isporuka opreme za ovjeravanje mjernih sistema različitih od vode (partija 1), u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br. 07-426/25-2181, šifra postupka #103224 od 11. 11. 2025. godine, Ponudom Dobavljača TANGENTA DRUŠTVO ZA ELEKTRO PROIZVODNJU D.O.O - NIKŠIĆ, šifra ponude #146383, dostavljena putem ESJN-a dana 19. 11. 2025. godine u 12:43 sati i Obavještenjem o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 07-426/25-2181/4 od 09. 12. 2025. godine, prema sljedećoj specifikaciji:

Maseni (Coriolis) mjerac protoka tečnog goriva i tečnog naftnog gasa DN50 PN40

1. Maseni (Coriolis) mjerac protoka tečnog goriva i tečnog naftnog gasa DN50 PN40
Osnovne karakteristike uređaja: - Izbalansiran mjerni sistem sa dvije cijevi - Neosjetljiv na naprezanja i vibracije u cjevovodu - Jednostavna, ekonomična montaža bez dodatnih oslonaca - Softver za kompenzaciju povratnog protoka kompatibilan sa uređajem Zahtijevana tačnost zapreminskog protoka: $\leq 0,1\%$ Uređaj isporučen sa kalibracionim sertifikatom za zapreminski protok prema ISO/IEC 17025, izdatim od kalibracione laboratorije akreditovane od strane akreditacionog tijela potpisnika EA MLA, sa obezbijedenom sljediivošću prema međunarodnim etalonima. Zahtijevana tačnost mjerenja gustine: $\pm 0,0005 \text{ g/cm}^3$ Mjerni opseg: 0 do 70 000 kg/h Kompaktni uređaj sa senzorom sa integrisanim mjernim pretvaračem Nominalni prečnik: DN50 Nominalni pritisak: PN40 Temperatura medijuma: od -50°C do $+150^\circ\text{C}$ Podešavanje radnog opsega (turndown): 1000:1 Procesni priključak: priрубnički po standardu EN1092-1 Materijal priрубnica: nerđajući čelik 1.4404 Materijal mjernih cijevi: nerđajući čelik 1.4539 Materijal kućišta pretvarača: Aluminijum AlSi10Mg, sa zaštitnim premazom Step en zaštite senzora i pretvarača: IP66/67 Displej sa prikazom trenutnog i kumulativnog protoka i statusa sa osvjetljenjem. Sertifikat za zaštitu od eksplozije: ATEX Z0/1, Z21, Ex d, IIC/IIIC Napon napajanja: 24 V DC Svi ulazi i izlazi galvanski odvojeni Električni priključak: navoj M20 Kablovske uvođnice: M20x1.5, niklovan i mesingani, za armirani provodnik u zaštiti Ex d IIC Rukovanje putem: - Lokalnog displeja sa spoljnim tasterima - Veb pregledača preko integrisanog veb servera u uređaju (RJ45 Ethernet interfejs) - Softvera za upravljanje kao što su "FieldCare" ili "DeviceCare" - HART kontrolera Mogućnost verifikacije mjera i njegove funkcionalnosti bez prekidanja procesa. Uređaj posjeduje Izjavu o usaglašenosti (EU Declaration of Conformity), kojcm se potvrđuje da je usaglašen sa sljedećim evropskim direktivama: - ATEX

1kom.



2014/34/EU (L96/309) – Direktiva o opremi i zaštitnim sistemima namijenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama - LVD 2014/35/EU (L96/357) – Direktiva o niskonaponskoj opremi (Low Voltage Directive) - RED 2014/53/EU (L153/62) – Direktiva o radijskoj opremi (Radio Equipment Directive) - RoHS 2011/65/EU (L174/88) – Direktiva o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi.	
---	--

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

Ukupna vrijednost ugovora za predmetnu nabavku, prema prihvaćenoj ponudi iznosi: **17.652,69 €** sa uračunatim PDV-om (cijena bez uračunatog PDV-a: **14.589,00 €**, iznos PDV-a: **3.063,69 €**).
Naručilac se obavezuje da će isplatiti ugovorenu cijenu u roku od 15 dana od dana ispostavljanja fakture, na žiro račun Dobavljača.

ROK ISPORUKE

Član 3

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu isporuku robe izvrši u roku od šest mjeseci od dana zaključivanja ovog ugovora.

Naručilac se obavezuje da obezbijedi prostorije i uslove za isporuku ugovorene robe.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši Naručilac, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača.

Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje sačinjava se zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

PROVJERA ISPORUKE

Član 4

Svaki element opreme će biti provjeren nakon isporuke i izvršiće se provjera ispunjenosti zadate specifikacije u skladu sa implementiranim sistemom menadžmenta kvalitetom Naručioca.

GARANCIJA NA OPREMU

Član 5

Dobavljač garantuje da je ponuđena oprema nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

Dobavljač garantuje kvalitet isporučene opreme i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki kvar i nedostatak ili izvrši zamjenu opreme, koji nije posljedica nepravilnog rukovanja Naručioca.

Garancija na opremu je 24 mjeseci od momenta puštanja u rad.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 6

Ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je (antikorupcijska klauzula), u skladu sa članom 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Sl. list CG“, br. 16/23, 20/23 i 36/23)



Crna Gora
Zavod za metrologiju
Služba za opšte poslove i finansije

Adresa: Arsenija Boljevića bb
81000 Podgorica Crna Gora
tel: +382 20 601 360
fax: +382 20 634 551
PIB: 02628511
www.metrologija.me

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći:

- Ukoliko Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ovim ugovorom;
- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koji se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Dobavljača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u isporuci predmetne robe.

Ukoliko Dobavljač i pored upozoravanja od strane Naručioca ne isporuči predmetnu robu u rokovima i na način predviđen ugovorom Naručilac ima pravo da raskine ugovor.

PRIMJENA PROPISA

Član 8

Za sve okolnosti i slučajeve koji nijesu regulisani odredbama ovog ugovora, shodno će se primjenjivati odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, br. 47/08, 04/11 - drugi zakon i 22/17) i drugih pozitivno-pravnih propisa Crne Gore.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 9

Sve eventualne sporove, koji bi nastali iz ili povodom ovog ugovora, ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno, a ukoliko to nije moguće, iste će riješiti nadležni sud u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 10

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika ugovornih strana i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su po 2 (dva) primjerka za svaku ugovornu stranu.

UGOVORNA STRANA

DOBAVLJAČ

Izvršni direktor

Jovan Milović

M.P.



UGOVORNA STRANA

NARUČILAC

DIREKTORICA

MSc Gordana Bajić

M.P.