



Broj: 04-352
Podgorica: 20. 5. 2026

Džona Džeksona bb, 81 000 Podgorica
Telefon: 020/412-888, Fax: 020/243-728
www.ijzcg.me
ijzcg@ijzcg.me
PIB: 02015340 PDV: 30/31-08180-6

Broj:

Podgorica; 20.01.2026. godine

Shodno članu 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama (Sl.CG 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Institut za javno zdravlje Crne Gore objavljuje:

P O J A Š N J E N J E
PO TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE broj 14 /XIV-2025(01-12006)

Medicinski potrošni materijal i sanitetski material

Zahtjev za pojašnjenje/pitanje privrednog subjekta od 19.1.2025. godine

PITANJE:

Partija br.22-Pribor za uzorkovanje krvi

- za stavku2:" Vakum epruvete, sa Silica (Clot Act) aditivom, zapremine 10 ml; sa inertnim gelom koji odvaja serum i krvni ugrušak tokom centrifugiranja".

Da li je moguće ponuditi epruvetu zapremine 8 ml?

- za stavku 4: "Microtainer lancete: 21 G x 1.8 mm (D) za uzimanje krvi iz prsta".

Da li je moguće ponuditi epruvetu zapremine 25 G x 1.5 mm?

-za stavku 5i 6: "Vacutainer holder, za jednokratnu upotrebu i Igle za venepunkciju za vakuum sistem 22GAx1" (0,7x25mm), sa indikatorom ulaska u venu i štitnikom na igli".

Da li je moguće ponuditi set u kome holter sadrži štitnik?

ODGOVOR:

Partiju 22: Pribor za uzorkovanje, karakteristike ponuđenih proizvoda za stavku 2 (Vakum epruvete sa Silica gelom, clot act, zapremine 8 ml) i stavku 4 (Microtainer lancete 25G x 1,5mm) ne predstavljaju zadovoljavajuću alternativu specifikacijama traženih proizvoda. Za stavke 5 i 6 (vacutainer holder i igle za venepunkciju za vakum sistem) je osim odgovarajuće specifikacije, važno ponuditi proizvode od istog proizvođača kao i vakum epruvete, što je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

U IME KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

dr sci.biol. Danijela Vujošević, predsjednica

