

PREGLED POSTUPKA #107788

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE
PIB	02082390
E-mail	domzdravljack@t-com.me
Telefon	041/231-502
Internet adresa	www.dzcetinje.me
Fax	041/231-502
Adresa	Vuka Mićunovića bb
Grad	Cetinje
Poštanski broj	81250

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Oprema za oftalmološku ambulantu
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sladana Babović
Kontakt	069/760-020
Datum objave	06.02.2026. 14:00

Napomena

Zbog hitnosti nabavke, koju Naručilac nije mogao da predvidi, Zahtjev za podnošenje ponuda se skraćuje na 3 dana.

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE Oprema za oftalmološku ambulantu 33122000 - Oprema za oftalmologiju 33124100 - Dijagnostički uređaji	3.305,79 EUR	694,21 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 i 11 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine, 114/24 od 29.11.2024).	Obrazac 2
30 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Rok isporuke ne može biti duži od 20 (dvadeset) dana od dana potpisivanja Ugovora. Ponuđač je dužan da precizno navede rok isporuke.	Rok izvršenja ugovora
JZU Dom zdravlja Cetinje, ul. Vuka Mićunovića br.5	Mjesto izvršenja ugovora
Minimum 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana isporuke i potpisivanja Zapisnika o primopredaji opreme.	Garantni rok
U roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture na kojoj je jasno naznačen broj postupka (nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji), na arhivi Naručioca, koja je uredno potpisana od strane dobavljača.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja

Potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača opreme da je ponuđač ovlašten za prodaju i održavanje ponuđene opreme.	Drugi uslovi
Obaveza potpisivanja Zapisnika o primopredaji opreme.	Drugi uslovi
Ponuđač je u obavezi da navede marku i model ponuđene opreme kao i da u okviru svoje ponude dostavi u formi PDF dokumenta katalog iste sa detaljnim opisom, tehničkim karakteristikama, ponuđenom dodatnom opremom, u kom će biti jasno označene sve zahtijevane tehničke karakteristike predmeta nabavke.	Drugi uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlaštenje (dozvola, licenca, odobrenje, ili drugi akt) u skladu sa zakonom što dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Rješenje o upisu ponuđača u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. Ukoliko niko od ponuđača ne nudi medicinsko sredstvo koji ima dozvolu za stavljanje medicinskog sredstva u promet u Crnoj Gori izdato od strane Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nudi medicinska sredstva koji nemaju dozvolu za stavljanje medicinskog sredstva u promet u Crnoj Gori izdato od strane Instituta za lijekove i medicinska sredstva, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano i nalazi se u prometu u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: CE znak u zavisnosti od klase; Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača; Deklaraciju o konformitetu.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač je dužan da izvrši instalaciju opreme (softvera), obuku osoblja koje će rukovati istim, kao i da će obezbijediti servis tokom trajanja garantnog roka.	Primopredaja i puštanje u rad

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **3.305,79 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	LCD ČART PANEL	Ekran mora da ima sledeće karakteristike ili bolje: 24 inča LED, 1920X1080 pixel, osvetljenje 300cd/m2; contrast. 800:1; rezolucija: 1280x1024; Mora da posjeduje: *Grafike: LANDOLT KRUGOVE, SNELLEN, BROJEVI, SLOVA, DJEČIJE GRAFIKE; *Filtere: Crveni i zeleni; *Testove vida: Test kolornog vida, Test crveno i zeleno, POLAR 3D, Crveno i zeleno 3D.; Maskiranje: Vertikalno i horizontalno maskiranje linija, kao i maskiranje jednog slova, normalno i centralno; *Specijalne funkcije:Crno-bijelo uključuje crno-bijeli , preokret; Podešavanje kontrasta Funkcija podešavanja kontrasta za test osetljivosti na kontrast koji olakšava test oštine vida za sve pacijente, posebno za pacijente sa kataraktom; Ogledalo mod.: Mora da posjeduje podešavanje radne distance: 1.5m-7.5m u koracima od 0.25M i automatsku kalibraciju grafikona; Mora da posjeduje softver na SD kartici ; Mora da posjeduje Daljinski upravljač bežični IC	1,00 komad

2	SET PROBNIH SOČIVA	Set probnih sočiva mora da bude u transportnom koferu; Sočiva moraju da imaju plastični okvir sa jasno označenim dioptrijama sočiva; Na samim staklima cilindričnih sočiva, moraju da se nalaze markeri koji označavaju pravac ose cilindra; Set mora da sadrži sledeća probna sočiva i pomoćne elemente: Sferna sočiva, pozitivna i negativna, sa dioptrijama: 0.12, od 0.25 do 4.00 u koracima od 0.25, od 4.50 do 5.00 u koracima od 0.50, od 6.00 do 8.00 u koracima od 0.50 , od 8.00 do 16.00 u koracima od 1.00, 18.00 i 20.00 ; Cilindrična sočiva, pozitivna i negativna, sa dioptrijama: 0.12, od 0.25 do 3.50 u koracima od 0.25 , od 4.50 do 5.00 u koracima od 0.50 i 6.00; Prizmatična sočiva, u prizmatičnim dioptrijama: od 1 do 10 u koracima od 1. Pomoćni elementi: Okulder, Stenopeični otvor, MADDIX-ov štap, Stenopeično prorez, Crveni i zeleni filter, matirano sočivo, plano sočivo, unakrsni cilindri 2 komada.	1,00 komad
3	PROBNI OKVIR	Probni okvir za odrasle pacijente mora da ima sledeće karakteristike, ili bolje : konstrukcija od lake legure aluminijuma i čelika koja je hromirana, pupilarna distanca podešiva u rasponu od 48mm do 80mm, po 5 ležišta za sočiva na lijevoj i desnoj strani, dužina i nagib ručica može se individualno podešavati zbog stabilnosti i udobnosti, mogućnost prilagođavanja visine i nagiba dijela za nos kako bi se postigao pravilan vertikalni i horizontalni položaj sočiva ispred oka, rotacija ose 360 stepeni sa jasnom skalom za precizno postavljanje ose astigmatizma, kompatibilan sa probnim sočivima dijametra 38 mm.	1,00 komad