

PREGLED POSTUPKA #109092

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka medicinske opreme
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sanja Baljošević
Kontakt	031 323 781
Datum objave	26.02.2026. 14:30
Napomena	Predmetna nabavka vrši se za potrebe ZU Kliničko bolnički centar Kotor- OJ Meljine

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka medicinske opreme	26.02.2026 14:40	04.03.2026 09:00	04.03.2026 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	OPŠTINA HERCEG NOVI Medicinska oprema 33100000 - Medicinska oprema	57.851,24 EUR	12.148,76 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu elektronskim potpisom od strane ovlaštenog lica ponuđača, na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, definisano Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)	Obrazac 2	DA
Ponuđač je dužan da dostavi: Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlaštenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.) Izuzetno, ako niko od ponuđača čije su ponude ocijenjene kao ispravne ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: a. CE znak u zavisnosti od klase; b. Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; c. Deklaracija o konformitetu; d. Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača. Ukoliko neki od ponuđenih proizvoda nije medicinsko sredstvo, potrebno je dostaviti izjavu ponuđača pod punom odgovornošću da isto nije medicinsko sredstvo.	Drugi uslovi	DA
Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavci	Rok izvršenja ugovora	NE
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavci	Rok izvršenja ugovora	NE

Mjesto izvršenje ugovora je - ZU Kliničko bolnički centar Kotor-OJ Meljine	Mjesto izvršenja ugovora	DA
Rok plaćanja: 30 dana od dana službenog prijema uredno ispostavljenog računa, potpisanog zapisnika o primopredaji i obavljene obuke. U ukupnu vrijednost ponude moraju biti uračunati svi troškovi vezani za realizaciju ugovorene obaveze i oni se ne mogu posebno iskazati van ponuđene cijene, fakturirati niti naplaćivati.	Rok plaćanja	DA
Način plaćanja: virnanski	Način plaćanja	DA
Garantni rok: 24 mjeseca. Ponuđač je dužan da navede uslove garancije i održavanja aparata u garantnom roku. Ponuđač je dužan u garantnom roku obavljati sve redovne servise po preporuci proizvođača, a najmanje dva puta godišnje, radi obezbjeđivanja optimalnog funkcionisanja opreme. Ponuđač se obavezuje da se, u toku garantnog perioda, po prijavi kvara od strane naručioca, odazove pozivu u roku od 24 časa i da kvar otkloni u roku od 10 dana od dana prijave kvara na opremi. U slučaju da se kvar ne otkloni u roku od 10 dana, opremu je neophodno zamijeniti novom, istih ili boljih karakteristika, o svom trošku. Ukoliko ponuđač ne otkloni kvar u roku iz prethodnog stava, Naručilac ima pravo na nadoknadu prouzrokovane štete tako što će za svaki dan nefunkcionisanja opreme ili dijela opreme, naplatiti od dobavljača iznos od 0,5% vrijednosti opreme u kvaru. Otklanjanje kvara po prijavljenim reklamacijama izvršiće se u prisustvu predstavnika naručioca i dobavljača i o istom će se sačiniti zapisnik. Svi troškovi popravke opreme u garantnom roku padaju na teret dobavljača. Za svaki dan nefunkcionisanja ugovorene opreme u garantnom roku, garancija se produžava.	Garantni rok	NE
Ponuđač je dužan da izvrši obuku osoblja za rad u prostoriji Naručioca, kao i da dostavi uputstvo za upotrebu i servisnu dokumentaciju (na crnogorskom i engleskom jeziku)	Primopredaja i puštanje u rad	DA
Ponuđač je dužan da dostavi ovlašćenje proizvođača da može njegovu robu ponuditi u predmetnom postupku javne nabavke. Ukoliko ovlašćenje proizvođača nije direktno, pravno lice koje posredno daje ovlašćenje ponuđaču mora biti direktno ovlašćeno od strane proizvođača ponuđene opreme, o čemu je ponuđač dužan dostaviti dokaz.	Drugi uslovi	DA

Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude, u dijelu koji se odnosi na bitne karakteristike predmeta nabavke, navede precizne tehničke karakteristike opreme koju nudi, prema zahtjevima iz tehničke specifikacije naručioca. Ponuđač je dužan navesti i zaštićeni naziv proizvoda, ukoliko ga ima, kao i naziv proizvođača opreme i kataloški broj proizvoda.	Drugi uslovi	DA
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđene opreme (katalog, brošuru, uputstvo za upotrebu) koje je izdato od strane proizvođača, koje sadrži kataloški broj ponuđene opreme, kao i tehničke karakteristike koje moraju biti obilježene brojem stavke iz tehničke specifikacije naručioca na koju se ta karakteristika odnosi.	Drugi uslovi	DA
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlaštenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Rješenje o upisu ponuđača u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	DA
Garantni rok: 24 mjeseca od dana instalacije i puštanja u rad. Ponuđač je dužan da obezbijedi da se serviser po pisanoj prijavi kvara, u toku trajanja garantnog roka, odazove u roku koji ne može biti duži od 24h na licu mjesta. Ponuđač je dužan da dostavi izvještaj Naručiocu o izvršenim servisima.	Garantni rok	NE

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

24.900,00 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	Stacionarni inkubator		
Procijenjena vrijednost bez PDV	19.000,00 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		1. Pristup pomoću 4 otvora i 2 iris otvora 2. Dvostruki monitoring temperature 3. 2-4-8-12-24 časovni trend: temperature vazduha, temperature kože bebe, relativne vlažnosti, koncentracije O2, napajanje (snaga) grijača 4. Sedmodnevni trendovi dobitka/gubitka tjelesne težine 5. Opseg temperature kada se mjeri vazduh unutar inkubatora 20 do 39 °C, uz potvrdu kada se želi preko 37°C 6. Brzina protoka strujanja vazduha preko madraca <10cm/sec 7. Opseg temperature kada se mjeri temperatura kože bebe 34 do 38 °C, uz potvrdu kada se želi preko 37 °C 8. Integrirana servo kontrola vlage uz opseg od 30 do 95% sa inkrementom 1%, uz tačnost do 6 %;	

1	Stacionarni inkubator	9. Kapacitet rezervoara za kontrolu vlažnosti min. 1 L, koji omogućava servo kontrolu vlage bez dopunjavanja u trajanju 24h pri relativnoj vlažnosti 85% i temperaturi od 36°C 10. Integrisana servo kontrola kiseonika preciznosti $\pm 2\%$ pune skale 11. Da se kalibracija O₂ može vršiti ambijentalnim vazduhom (21% O₂) ili 100% kiseonikom 12. LCD ili elektroluminescentni ekran za prikaz vlage, temperature, kiseonika i težine 13. Integrisana ugradjena vaga opsega do minimum 7 kg, rezolucije 1g, tačnosti 2 g za težinu bebe do 2 kg, odnosno tačnosti 5g za težinu bebe preko 2 kg 14. Podešavanje opsega kiseonika 21-65% 15. Nivo šuma unutar inkubatora: manji od 47dB 16. Inkubator treba da posjeduje režim rada u kojem, kada je beba van inkubatora i grije se tijelom roditelja ima kontinualno praćenje temperature bebe van inkubatora i posebno podešene granice alarma u tom režimu sa održavanjem mikro klime u inkubatoru tokom boravka bebe van inkubatora kako bi bio spreman za bebin brz i siguran povratak bez toplotnog stresa. Nakon deaktiviranja ovog režima, inkubator nastavlja sa prethodno podešenim	1,00 kom.
---	-----------------------	--	-----------

		režimom u kojem je radio prije njegovog aktiviranja. 17. Postojanje alarma: - visoke/niske temperature kože bebe - temperature vazduha - greška sonde za mjerenje temperature vazduha - greška sonde za mjerenje temperature bebe - vlažnosti - visoke/niske koncentracije kiseonika - malog protoka vazduha - zahtijevane kalibracije senzora kiseonika - greška senzora kiseonika 18. Postojanje sistemskih alarma: - greške motora - greške senzorskog modula - greške grijača - diskonekcije senzora - zaglavljenog tastera 19. Ugrađena kaseta za X zrake 20. Mogućnost ugradnje držača tubusa, nosača infuzije i police za monitor 21. Nagib madraca minimum $\pm 12^\circ$, tolerancija nagiba $\pm 1^\circ$ 22. Električno podešavanje visine inkubatora, pomoću nožnih papučica	
--	--	---	--

Broj partije	2
Opis partije	Autorefraktokeratometar

Procijenjena vrijednost bez PDV		5.900,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Autorefraktokeratometar	Minimalni tehnički zahtjevi Tip uređaja : Kombinovani automatski refraktometar i keratometar 1. Modovi mjerenja: 1.1 Modovi mjerenja: refraktometrija, keratometrija, simultano mjerenje refraktivne snage i zakrivljenosti rožnjače (K/R mod), RETRO-ILLUM mod za analizu intraokularnih sočiva i lentikularne замуćenosti, "Color View" mod sa bijelim i plavim LED osvjetljenjem za provjeru kako kontaktno sočivo naliježe na oko 1.2 Mogućnost mjerenja zakrivljenosti baze kontaktnog sočiva 2. Mjerenje refraktivne moći – refraktometrija: 2.1 Sferna refraktivna moć Opseg mjerenja od -30 do +25 D (VD = 12 mm) (u koracima 0.01, 0.12 i 0.25); 2.2 Cilindrična refraktivna moć Opseg mjerenja od -12 do +12 D (VD = 12 mm) (u koracima 0.01, 0.12 i 0.25); 2.3 Aksijalni stepen astigmatizma: 0-1800 2.4 Indikacija astigmatizma: -,+,-/+ 2.5 Verteks distanca VD: 0.0, 12.0, 13.75, 15.0 3. Mjerenje zakrivljenosti rožnjače – keratometrija:	1,00 kom.

	3.1 Opseg mjerenja: 5.00mm do 13.00mm u koracima od 0.01mm 3.2 Refraktivna moć rožnjače (K1, K2, AVG) Opseg mjerenja: 25.96D do 67.50D (n=1.3375), u koracima: 0.05D, 0.12 D,0.25D 3.3 Astigmatizam rožnjače inča (CYL) Opseg mjerenja: 0D do 15D, u koracima: 0.05D, 0.12 D,0.25D 3.4 Astigmatizam rožnjače (AXS) Opseg mjerenja: 0.00 DO -15.00D, u koracima: 0.05D, 0.12 D,0.25D 3.5 Mjerenje dijametra dužice i zenice: Opseg mjerenja: od 2.0 do 14.0mm 4. Distanca auto praćenja oka: Gore – dolje: 15mm 5. Karakteristike uređaja i pribor 5.1 Monitor osjetljiv na dodir : minimum 7 inča 5.2 Integrisani printer 5.3 Interfejs: RS-232C 5.4 Memorija: najmanje 10 mjerenja po oku 5.5 Elektro-podesivi instrument sto. Visina stola elektronski podesiva putem kontrolne jedinice	
--	--	--