

ZU KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR KOTOR

BROJ :13-02- 076

KOTOR,03.03.2026.godine

Zainteresovani ponuđač je u postupku broj 109320 od 02.03.2026.godine za **Nabavku AMBU elektroda za potrebe kardiologije** kroz sekciju komunikacije dostavio zahtjev za izmjenu zahtjeva za dostavljanje ponuda , navodeći:

Zahtjevom za dostavljanje ponuda, tehničkom specifikacijom predmeta nabavke propisano je slijedeće:

AMBU elektrode za holter sistem

Blue sensor R -jenokratne samoljepljive EKG elektrode sa Ag/AgCl senzorom , provodnim vlažnim gelom i offset konektorom , koje obezbjeđuju stabilan kvalitet signala i smanjeni uticaj mehaničkog opterećenja na mjestu priključenja kabla. Pakovanje: 1/25 kom

S obzirom na to da ste tehničkom specifikacijom predmeta nabavke zahtijevali AMBU electrode koje predstavljaju zaštićeni naziv Brenda , a "Blue Sensor R" robnu marku kompanije , smatramo da je to ograničavajući faktor koji isključuje druge proizvođače iz postupka nabavke.Shodno čl.6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostvnih nabavki, Naručilac ne smije u tehničkoj specifikaciji da koristi ili se poziva na tehničke karakteristike , robni znak, patent ili tip, posenbno porijeklo ili proizvodnju koja označava robe , usluge ili radove , ako i takvim označavanjem dao prednost određenom ponuđaču ili bi mogao neopravdano da isključi drugog ponuđača.

Potrebno je izmijeniti zahtjev za dostavljanje ponuda na način da se omogući nuđenje ekvivalenta predmeta nabavke, opisanom u tehničkoj specifikaciji.

Pitanje:Da li naručilac prihvata da izmijeni Zahtjev za dostavljanje ponuda na način kako je prethodno opisano?

Shodno navedenom , a na osnovu člana 4 stav tačka 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostvnih nabavki((Službeni list broj 016/23 od 10.02.2023,020/23 od. 22.02.2023,036/23 od 29.03.2023.godine,114/23 od 19.12.2023.g.,049/24 od 29.05.2024.g.),,Naručilac vrši

I Z M J E N U

Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj 109320 od 02.03.2026.godine , na način da **SE MIJENJA OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**, koja je glasila:

Opis poredmeta nabavke:AMBU elektrode za holter sistem

Bitne karakteristike predmeta nabavke:Blue sensor R -jenokratne samoljepljive EKG elektrode sa Ag/AgCl senzorom , provodnim vlažnim gelom i offset konektorom , koje obezbjeđuju stabilan kvalitet signala i smanjeni uticaj mehaničkog opterećenja na mjestu priključenja kabla. Pakovanje: 1/25 kom

Koja se mijenja i sada glasi:

Opis predmeta nabavke: Elektrode za holter sistem Medilog

Bitne karakteristike predmeta nabavke:Blue sensor R ili ekvivalent -jenokratne samoljepljive EKG elektrode sa Ag/AgCl senzorom , provodnim vlažnim gelom i offset konektorom , koje obezbjeđuju stabilan kvalitet signala i smanjeni uticaj mehaničkog opterećenja na mjestu priključenja kabla. Pakovanje: 1/25 kom

U skladu sa odredbama člana 12 stav 1 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki((Službeni list broj 016/23 ,020/23,036/23 , 114/23,49/2024), kojim je propisano da rok za dostavljanje ponuda ne može da bude kraći od 3 dana od dana objavljivanja, Naručilac mijenja utvrđeno rok za dostavljanje ponuda , tako da je krajnji rok za dostavljanje ponuda do 09.03.2025.godine do 09 h.

Službenik za javne nabavke,

Ivanović Mirjana

