

Broj: 04-539

4. mart 2026. godine

ODGOVOR NA ZAHTEJ ZA POJAŠNJENJE

Predmet: Odgovor na zahtjev za pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda

U vezi sa Zahtjevom za pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj 108770 za nabavku „Materijal za mikrobiološku laboratoriju“, dostavljenim putem CEJN dana 4. Marta 2026. godine, dajemo odgovor na postavljena pitanja:

Pitanje 1: Molimo da pojasnite da li se za stavke 3 i 4 (Partija 4) zapravo misli na mikrolitre a ne mililitre, kako je napisano, jer za eze zapremina tečnosti se izražava u mikrolitrima?

Odgovor 1: U vezi sa vašim zahtjevom za pojašnjenje od 04.03.2026., koji se odnosi na stavke 3 i 4 Partije 4 (Plastine eze 1 ml i 10 ml) potvrđujemo da se radi o tehničkoj grešci u jedinici mjere.

Zahtjev za dostavljanje ponuda će biti izmijenjen sa ispravkom jedinice mjere na mikrolitre (μl), u skladu sa zahtjevima laboratorije.

Izmijenjeni zahtjev sa produženim rokom za podnošenje ponuda biće objavljen na CEJN-u.

U ime komisije za sprovođenje postupka jednostavne nabavke

Radovan Zečević, službenik za javne nabavke

