

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Laboratorijska vaga - MTF

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

UNIVERZITET CRNE GORE

PIB:

02016702

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, , shodno članu 9 stav 10 i 11 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore”, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine, 114/24 od 29.11.2024) potpisana elektronskim potpisom.	Obrazac 2
Garantni rok: proizvođačka garancija. Ovjeren i potpisan garantni list prilikom isporuke uređaja.	Garantni rok
Ponuđač je u obavezi da dostavi pisano ovlašćenje (autorizacija) proizvođača ili distributera (zastupnika) proizvođača čiju opremu nudi, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašćen da nudi opremu u predmetnom postupku nabavke. U slučaju dostavljanja ovlašćenja od distributera (zastupnika) neophodno je dostaviti i dokaz od proizvođača da je on ovlašćeni zastupnik za konkretnu nabavku.	Drugi uslovi
Ponuđači su u obavezi da dostave tehnički list ili katalog za uređaj koji nude u ponudi. Tehnički list može biti na službenom jeziku koji je u upotrebi u Crnoj Gori ili na engleskom jeziku. Za katalog važi isto, s tim što je iz kataloga potrebno odvojiti samo dio koji se odnosi na traženi uređaj.	Stručna i tehnička sposobnost
Mjesto izvršenja ugovora: Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica. Paritet DDP.	Mjesto izvršenja ugovora

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, , shodno članu 9 stav 10 i 11 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore”, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine, 114/24 od 29.11.2024) potpisana elektronskim potpisom.	Obrazac 2
Garantni rok: proizvođačka garancija. Ovjeren i potpisan garantni list prilikom isporuke uređaja.	Garantni rok
Ponuđač je u obavezi da dostavi pisano ovlašćenje (autorizacija) proizvođača ili distributera (zastupnika) proizvođača čiju opremu nudi, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašćen da nudi opremu u predmetnom postupku nabavke. U slučaju dostavljanja ovlašćenja od distributera (zastupnika) neophodno je dostaviti i dokaz od proizvođača da je on ovlašćeni zastupnik za konkretnu nabavku.	Drugi uslovi
Ponuđači su u obavezi da dostave tehnički list ili katalog za uređaj koji nude u ponudi. Tehnički list može biti na službenom jeziku koji je u upotrebi u Crnoj Gori ili na engleskom jeziku. Za katalog važi isto, s tim što je iz kataloga potrebno odvojiti samo dio koji se odnosi na traženi uređaj.	Stručna i tehnička sposobnost
Mjesto izvršenja ugovora: Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica. Paritet DDP.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok isporuke: max 6 nedelja. Ponuđači su obavezi da se tačno navedu koji rok isporuke nude (u nedeljama).	Rok izvršenja ugovora

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
4958.68	1	Analitička vaga sa više odjeljaka	Analitička vaga sa više odjeljaka. Sa mogućnošću povećanja ili smanjenjem opterećenja, automatski se prebacuje na sljedeći najveći ili najmanji raspon vaganja [Max] i očitavanje [d]. Automatsko interno podešavanje u slučaju promene temperature $\geq 1^{\circ}\text{C}$, automatski kontrolisano svakih 4 sata, garantuje visok stepen tačnosti. Minimalna težina uzorka može se ručno memorisati u uređaju ili automatski izračunati. Za mjerenja ispod ove vrijednosti, vaga sama izdaje upozorenje. Velika staklena zaštita/komora sa 3 klizna vrata. Kapacitet mjerenja[Max]: 102/220 g; Rezolucija [d]: 0,00001/0,0001 g; Verifikacioni interval skale[e]: 0,001/0,001 g; Jedinice mjerenja: g/mg/ct; Minimalna težina [Min]: 0,001 g; Linearnost: $\pm 0,0001$ g; 0,0002 g; Reproductivnost: 0,00005 g/0,0001 g; Vrijeme stabilizacije: 8 s/2 s; Minimalna težina uzorka prema USP: 100 mg; Interfejsi: RS-232 standard, USB-Host/Master,USB-Device; Opcije za podešavanje: Interna kalibracija (automatska). Podešavanje sa internim tegom (ručno); Ambijentalna temperatura: $10^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$; Minimalne dimenzije površine za merenje (Ø): 91 mm; Max. spoljašnje dimenzija: 230×380×360 mm; Maksimalna težina: 8 kg; Zaštitna navlaka uključena u isporuku	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
4958.68	1	Analitička vaga sa više odjeljaka	Analitička vaga sa više odjeljaka. Sa mogućnošću povećanja ili smanjenjem opterećenja, automatski se prebacuje na sljedeći najveći ili najmanji raspon vaganja [Max] i očitavanje [d]. Automatsko interno podešavanje u slučaju promene temperature $\geq 1^{\circ}\text{C}$, automatski kontrolisano svakih 4 sata, garantuje visok stepen tačnosti. Minimalna težina uzorka može se ručno memorisati u uređaju ili automatski izračunati. Za mjerenja ispod ove vrijednosti, vaga sama izdaje upozorenje. Velika staklena zaštita/komora sa 3 klizna vrata. Kapacitet mjerenja[Max]: 102/220 g; Rezolucija [d]: 0,00001/0,0001 g; Verifikacioni interval skale[e]: 0,001/0,001 g; Jedinice mjerenja: g/mg/ct; Minimalna težina [Min]: 0,001 g; Linearnost: $\pm 0,0001$ g; 0,0002 g; Reproductivnost: 0,00005 g/0,0001 g; Vrijeme stabilizacije: 8 s/2 s; Minimalna težina uzorka prema USP: 100 mg; Interfejsi: RS-232 standard, USB-Host/Master,USB-Device; Opcije za podešavanje: Interna kalibracija (automatska). Podešavanje sa internim tegom (ručno); Ambijentalna temperatura: $10^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$; Minimalne dimenzije površine za merenje ($\varnothing$): 91 mm; Max. spoljašnje dimenzija: 230×380×360 mm; Maksimalna težina: 8 kg; Zaštitna navlaka uključena u isporuku	1.00	kom