

PREGLED POSTUPKA #109289

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE
PIB	02779773
E-mail	kontakt@hitna.me
Telefon	020/226-081
Internet adresa	www.hitna.me
Fax	020/226-082
Adresa	Vaka Đurovića bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Medicinska oprema za HMP Bijelo Polje
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Veselinka Vujović
Kontakt	020226081
Datum objave	06.03.2026. 14:00
Napomena	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za	06.03.2026 14:00	13.03.2026 10:00	13.03.2026 10:15	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	JZU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE Medicinska oprema za HMP Bijelo Polje 33100000 - Medicinska oprema	8.265,00 EUR	1.735,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Izjava privrednog subjekta-Izjavu Ponudjača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom OBRAZAC 2, kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke potpis treba da bude elektronski	Obrazac 2	DA
Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti	DA
30 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora	DA
Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora	DA
30 dana od primljene fakture nakon uredno dostavljenog aparata	Rok plaćanja	DA
virmanski	Način plaćanja	DA
Prilikom primopredaje od strane ovlašćenog lica Zavoda	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	DA
Dozvole za predmet javne nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) –Dokaz od Crnogorskog instituta za medicinska sredstva, dostaviti do datuma otvaranja elektronski na Cejn	Uslovi za obavljanje djelatnosti	DA

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropuskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; Prije potpisivanje ugovora izabrani ponuđač će biti u obavezi da dostavi ove dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Prije potpisivanje ugovora izabrani ponuđač će biti u obavezi da dostavi ove dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji. * uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi	DA
Garantni rok minimum 12 mjeseci	Garantni rok	DA

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

8.250,00 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	Video Laringoskop 8" sa pokretnim kolicima		
Procijenjena vrijednost bez PDV	3.500,00 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Plug and play tehnologija. Dizajniran za intubacione procedure, na način što omogućava jasan pregled glasnica kako bi se olakšalo upravljanje disajnim putem. Treba da posjeduje digitalni višekratni ekran veličine 8 inča, za prikazivanje uživo videa sa video laringoskopa. Omogućava fleksibilnost u skladu sa kliničkom situacijom i okruženjem. Videolaringoskop treba da omogućava do 3,5 sata kontinuirane upotrebe i da posjeduje indikator kapaciteta baterije na ekranu. Aparat se povezuje sa špatulama preko kabla dužine	

1	Video Laringoskop 8" sa pokretnim kolicima	2m. Apart trteba da posjeduje kabal za punjenje. Aparat treba da je pozicioniran na odgovarajućim pokretnim kolicima, podesive visine od 107-152cm, sa pokretnom artikulirajućom rukom za videolaringoskop. Kolica se pokreću pomoću 5 točkića na bazi. Špatule od nerđajućeg metala koje se koriste uz aparat treba da budu dostupna u veličinama 1 – 4, dužina 10,2 do 15,6 cm zavisno od veličine, konfiguracije "Macintosh" i "Hyperangulated". Potrebno je da videolaringoskop ima sistem za snimanje sa fokusnom dužinom, uglom pogleda i poljem osvetljenja optimizovanim za poboljšan prikaz glotičke anatomije. Potrebno je da posjeduje tehnologiju kojom se smanjuje sjenčenje koje uzrokuje ET tubus prilikom umetanja u gornji disajni put. Uz videolaringoskop potrebno isporučiti 2 paka od po 10 špatula, izbor veličina od 1-4, izbor	1,00 KOM
---	--	---	----------

konfiguracije Macintosh ili Hyperangulated.

Broj partije	2		
Opis partije	Krevet za preglede sa mehanizmom		
Procijenjena vrijednost bez PDV	2.450,00 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Krevet za preglede sa mehanizmom	PREGLEDNI KREKET (SA MEHANIZMOM) • električno namještanje visine ležaja • širina ležaja 65 ili 75 cm • Dužina stola od minimum 205 cm, • krevet podes po visini u opsegu od 47cm do 94 cm • Minimalna nosivost kreveta 200 kg • kružni prekidač kod električnog stola omogućuje namještanje visine sa svih strana ležaja • jednostavno namještanje uzglavlja, podešavanje pod uglom '27 do +50 stepeni • bešavno ojašćenje (4 cm) • ležaj osigurava udoban položaj • oblik postolja omogućuje neometan bočni pristup ležaju • točkovi na uvlačenje (Ø 75 mm) za manje pomake po prostoru • osnova stola mora biti pokrivena prekrivačem od ABS i PMMA materijala, kako bi se osigurala laka dezinfekcija i čišćenje, oblikovan bez uglova • Potrebno je da pregledni krevet ima držač rolo papira • veliki izbor dodataka • Potrebno je da se u prostoriji nalazi utičnica 220V	1,00 kom

Broj partije	3		
Opis partije	Pacijent monitor		
Procijenjena vrijednost bez PDV	2.300,00 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Monitor mora omogućavati praćenje parametara ECG, RESP, SpO₂, 2×TEMP, PR i NIBP Ekran dijagonale najmanje 12,1"; kolor TFT visoke rezolucije sa LED pozadinskim osvjetljenjem Mogućnost istovremenog prikaza najmanje 9 ECG talasa 3-kanalno pojačanje ECG signala Analiza aritmija i analiza ST segmenta Memorija za najmanje 2.000 grupa parametarskih podataka i čuvanje ECG talasa u trajanju od najmanje 24 sata Režimi mjerenja za odrasle, pedijatrijske i neonatološke pacijente Vizuelni i zvučni alarmni sistem Ugrađena punjiva litijumska baterija Ugrađeni termalni štampač Mrežni priključak putem Ethernet porta NIBP monitoring oscilometrijskom metodom sa opsezima mjerenja najmanje: Sistolni pritisak odrasli 40–275 mmHg, pedijatrija 40–200 mmHg, neonatologija 40–135 mmHg, ±5% Dijastolni pritisak odrasli 10–210 mmHg,	

1	Pacijent monitor	pedijatrija 10–150 mmHg, neonatologija 20–165 mmHg, $\pm 5\%$ Srednji arterijski pritisak (MAP) odrasli 40–135 mmHg, pedijatrija 10–95 mmHg, neonatologija 20–110 mmHg, $\pm 5\%$ Mjerenje temperature u opsegu najmanje 21,0°C – 50,0°C sa tačnošću $\pm 0,2^\circ\text{C}$ i vremenom odziva do 150 sekundi SpO₂ mjerenje u opsegu 0–100% i puls u opsegu najmanje 0–250 otkucaja/min ECG mjerenje sa opsegom srčane frekvencije najmanje 15–350 otkucaja/min RESP monitoring metodom torakalne impedanse u opsegu najmanje 0–120 respiracija/min Napajanje 100–240 V AC, 50/60 Hz Maksimalna potrošnja energije do 80 VA Standardna oprema mora uključivati: SpO₂ sondu za odrasle NIBP manžetnu za odrasle Temperaturnu sondu za kožu ECG kabl sa 5 odvoda Punjivu bateriju Ugrađeni štampač Napojni kabl Jednokratne elektrode Zaštitnu navlaku protiv prašine Uputstvo za upotrebu	2,00 kom
---	------------------	--	----------