

PREGLED POSTUPKA #109290

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE
PIB	02779773
E-mail	kontakt@hitna.me
Telefon	020/226-081
Internet adresa	www.hitna.me
Fax	020/226-082
Adresa	Vaka Đurovića bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka medicinske opreme
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Veselinka Vujović
Kontakt	020226081
Datum objave	06.03.2026. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	zahtjev za podnošenje ponuda	06.03.2026 14:00	13.03.2026 10:00	13.03.2026 10:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	JZU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE Nabavka medicinske opreme 33100000 - Medicinska oprema	5.939,81 EUR	1.246,89 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Izjava privrednog subjekta-Izjavu Ponudjača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom OBRAZAC 2, kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke potpis treba da bude elektronski	Obrazac 2	DA
Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti	DA
30 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora	DA
Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora	DA
30 dana od primljene fakture nakon uredno dostavljenog aparata	Rok plaćanja	DA
virmanski	Način plaćanja	DA
Prilikom primopredaje od strane ovlašćenog lica Zavoda	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	DA
Dozvole za predmet javne nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) –Dokaz od Crnogorskog instituta za medicinska sredstva, dostaviti do datuma otvaranja elektronski na Cejn	Uslovi za obavljanje djelatnosti	DA

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropuskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; Prije potpisivanje ugovora izabrani ponuđač će biti u obavezi da dostavi ove dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Prije potpisivanje ugovora izabrani ponuđač će biti u obavezi da dostavi ove dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji. * uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi	DA
Garantni rok minimum 12 mjeseca	Garantni rok	DA

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

5.700,00 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	Nabavka medicinske opreme 1		
Procijenjena vrijednost bez PDV	4.100,00 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		12 – kanalni EKG aparat, posljednje generacije 1. 12 kanalni, visoko rezolutivni EKG aparat 2. integrisano strujno/baterijsko napajanje sa kapacitetom baterije većim od 7 časova rada 3. frekvenca uzorkovanja EKG-a min. 30 KHz 4. frekventni propusni opseg aparata u minimalnom opsegu 0-250Hz 5. ulazna impedansa ne manja od 100M Oma 6. CMRR veći od 90dB 7. uređaj mora da poseduje defibrilacionu zaštitu ne manju od 5000VDC 8. rezolucija EKG pojačavača maksimum 1 mikro Volt i minimum 24 bita 9. frekvenca detekcije pejsmejker signala veća od 20KHz 10. integrisan kolor LCD minimalne rezolucije 1024 x 768, dijagonale ne manje od 8 inča sa mogućnošću prikaza svih 12 odvoda 11. aparat mora poseduje proveru kvaliteta svakog odvoda pojedinačno, prikazanu	

1	Visoko rezolutivni--dvanaestokanalni EKG aparat	različitim bojama zavisno od statusa, tzv color – coded provjera 12. aparat mora da poseduje sistem za detekciju zamijenjenih elektroda pri postavci 13. aparat mora da posjeduje mogućnost pregleda EKG-a prije štampanja tzv. "Print preview" funkcija 14. integrisana memorija aparata minimum 350 EKG snimaka 15. aparat mora da posjeduje mogućnošću eksporta snimaka u PDF formatu na USB memoriju 16. aparat mora da posjeduje snimanje EKGa sa konfiguracijama odvoda minimum: standard, pedijatrijski, desni prekordialni i lijevi posteriorni. 17. aparat mora da podržava minimalno sledeće formule za QT korekciju: Bazett i Fredericia. 18. aparat mora da poseduje mogućnost nadogradnje "CCAA" ili odgovarajućim softverom za lokalizaciju mjesta opstrukcije u koronarnoj arteriji sa procjenom rizika koja je zona srca koliko ugrožena i preporukom terapije kod pacijenata sa bolom u grudima 19. aparat mora da posjeduje snimanje resting ritma u trajanju dužem od 9 minuta 20. aparat mora da posjeduje interni 12 kanalni termo štampač za štampu na A4 termo papiru sa mogućnošću pregleda EKGa prije štampe, eksporta i/ili memorisanja 21. za štampu izvještaja aparat mora da koristi Z-foldtermo papir min širine 210mm. 22. brzina min: 12,5-25-50 mm/sec 23.	1,00 kom
---	---	--	----------

	osjetljivost min: 5-10-20 mm/mV 24. aparat mora da posjeduje zalivenu, gumenu ili silikonsku alfa numeričku tastaturu laku za čišćenje i direktne funkcijske tastere 25. aparat mora da posjeduje integrisane minimum 2 USB interfejsa, LAN i WiFi modul 26. aparat mora da podržava dvosmjernu komunikaciju sa bolničkim informacionim sistemima. 27. kompletan softver aparata mora biti na lokalnom jeziku 28. težina aparata, maksimalno 5kg 29. uz aparat isporučuje se standardni pripadajući pribor za rad	
--	--	--

2	Kolica za Ekg aparat	Kolica za EKG aparate Velika gornja površina Uključuje držač za kablove Prostrana donja polica za elektrode i opremu Mali prednji prostor za odlaganje manjih predmeta na površini stola 4 točka sa slobodnom rotacijom od 360° i mehanizmom za kočenje Čišćenje i dezinfekcija neutralnim sredstvima kao što su etanol (75%) i izopropil alkohol (maksimalno 70%) Materijal: čelik, aluminijum, ABS plastika Dimenzije: Ukupno: D 65, Š 57 x V 92 cm Gornja površina: D 62 x Š 46 cm Donja polica: D 41 x Š 36 x V 12 cm Držač skenera: D 86 x Š 68 x 32.5 mm Dužina nosača kablova: približno 67 cm Prečnik (točkovi): 100 mm Težina: približno 25 kg Nosivost (gornja površina): maksimalno 20 kg Nosivost (donja polica): maksimalno 3 kg	1,00 kom
---	----------------------	--	----------

Broj partije		2	
Opis partije		Nabavka medicinske opreme 2	
Procijenjena vrijednost bez PDV		1.600,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Hidraulični strečer	1. Dimenzije: Dužina maksimum 216cm, širina maksimum 76cm 2. Podešavanje visine od minimum 48cm do minimum 75cm 3. Elektrostatički ofarbana metalna osnova 4. Šasija prekrivena ABS slojem 5. Infuzioni stalak podesiv po visini 6. Točkovi Ø150, okretni 360° sa centralnim i pozicionim kočenjem 7. Voodootporni dušek debljine 7cm	1,00 KOM