

PREGLED POSTUPKA #110424

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE
PIB	02014670
E-mail	opstabolnicabp@gmail.com
Telefon	050/684-142
Internet adresa	www.bpbolnica.me
Fax	
Adresa	Medanovići bb
Grad	Bijelo Polje
Poštanski broj	84000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka potrošnog materijala za potrebe sale za gastroentero-hepatologiju, proizvođača Olympus
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Verda Kasumovic
Kontakt	068/877-225
Datum objave	16.03.2026. 10:00

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka potrošnog materijala za potrebe sale za gastroentero-hepatologiju, proizvođača Olympus	16.03.2026 10:00	19.03.2026 10:00	19.03.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok isporuke: 30 dana od narudžbe	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja je JZU Opšta bolnica Bijelo Polje, ulica Medanovići bb, Bijelo Polje.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja - virmanski.	Način plaćanja
Izuzetno, ako niko od ponuđača čije su ponude ocijenjene kao ispravne ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Institut za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: a. CE znak u zavisnosti od klase; b. Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; c. Deklaracija o konformitetu; d. Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **3.750,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Sukcioni ventil	Sukcioni ventil za endoskope proizvođača Olympus	2,00 kom
2	Ventil voda-vazduh	Ventil voda/vazduh za endoskope proizvođača Olympus	2,00 kom
3	Valvule radnog kanala	Valvule radnog kanala za endoskope proizvođača Olympus	2,00 kom
4	Kliješta za biopsiju za kolonoskopiju	Kliješta za biopsiju za kolonoskopiju dužine minimum 2300mm, radni kanal 2.8mm, pakovanje od minimum 20kom	1,00 kom
5	Kliješta za biopsiju za gastroskopiju	Kliješta za biopsiju za gastroskopiju dužine minimum 1550mm, radni kanal 2.8mm, pakovanje od minimum 20kom	1,00 kom
6	Injektori za kolonoskopiju	Injektori za kolonoskopiju, za radni kanal 2.6mm, radne dužine min 2300mm, dužina igle 4mm, pakovanje minimum 10kom	1,00 kom
7	Klipsevi za hemostazu	Sterilni jednokratni klipsevi sa uglom klipsa od 135°dužina kraka klipsa 9 mm-široko otvaranje klipsa, za klipsovanje posle EMR-a i polipektomija, za klipsovanje polipa sa velikom peteljkom i za tangencijalni pristup - Pakovanje 40 komada	1,00 kom
8	Sonde za argon	Jednokratna sonda za koagulaciju argon-plazmom, za radni kanal 2.8mm, radne dužine minimum 2200mm, kompatibilna sa Olympus APU-300, pakovanje minimum 10kom	1,00 kom