

Na osnovu zahtjeva zainteresovanog lica za Pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda br. **107823** od **23.03.2026.** godine za **ROBE - NABAVKA BOLNIČKIH KREVETA (OJ MELJINE)**, dostavljen kroz CEJN dana **23.03.2025.** godine u **14:24** h, shodno članu 4 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Službeni list broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 49/24 i 114//24), ZU Kliničko -bolnički centar Kotor, u svojstvu naručioca, objavljuje:

ODGOVOR na zahtjev za

POJAŠNJENJE ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA BROJ 20-02-128 (šifra 107823)

Zainteresovano lice dostavilo je Zahtjev za pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda u postupku jednostavne nabavke broj **20-02-128** od **23.03.2026.** godine (**šifra 107823**) navodeći slijedeće:

»Poštovani,

Molimo da pojasnite sledeće:

1. *Da li je moguće ponuditi krevet sa opsegom minimalno 50cm-maksimalno 75cm?*
2. *Da li je moguće ponuditi krevet sa Trendelenburg uglom 0 - 15°?*
3. *Da li je moguće ponuditi krevet sa dušekom debljine 12cm?*
4. *Da li je moguće ponuditi krevet sa nosivošću 200 kg?»*

O D G O V O R

Pitanje br. 1: »*Da li je moguće ponuditi krevet sa opsegom minimalno 50cm-maksimalno 75cm?*«

Odgovor na pitanje br. 1: Prihvata se sugestija potencijalnog ponuđača. Vršiti se izmjena tehničke specifikacije u dijelu koji se odnosi na visinu opsega kreveta. Naručilac će izvršiti izmjenu specifikacije u ovom dijelu.

Pitanje br. 2: »*Da li je moguće ponuditi krevet sa Trendelenburg uglom 0 - 15°?*«

Odgovor na pitanje br. 1: Prihvata se prijedlog. Omogućava se ponuda kreveta sa opsegom podešavanja Trendelenburg i kontra Trendelenburg ugla od 12 stepeni ili više. Naručilac će izvršiti izmjenu specifikacije u ovom dijelu.

Pitanje br. 3: »*Da li je moguće ponuditi krevet sa dušekom debljine 12cm?*«

Odgovor na pitanje br. 3: Ne prihvata se prijedlog za smanjenje debljine duška na 12 cm. Naručilac insistira na debljini duška od **minimalno 20 cm.**


Obrazloženje: Debljina od 20 cm je neophodan tehnički zahtjev radi osiguravanja optimalne udobnosti i pravilne distribucije pritiska tijela pacijenta, što je ključno u prevenciji dekubitusa kod pacijenata koji duže borave u krevetu. Takođe, dušeci veće debljine (20 cm) imaju značajno veću izdržljivost, otpornost na deformacije i duži eksploatacioni vijek u bolničkim uslovima u odnosu na tanje varijante, koje brže gube svoja ergonomska svojstva.

Pitanje br. 4: » Da li je moguće ponuditi krevet sa nosivošću 200 kg?«

Odgovor na pitanje br. 4: Ne prihvata se prijedlog za smanjenje nosivosti na 200 kg.

Obrazloženje: Zahtijevana nosivost od 230 kg direktno odražava kvalitet izrade kreveta, robusnost konstrukcije i snagu ugrađenih motora. Smanjenje ovog parametra uticalo bi na sigurnost i dugovječnost uređaja, kao i na mogućnost adekvatnog zbrinjavanja pacijenata veće tjelesne težine, zbog čega ovaj parametar ostaje nepromijenjen.

**Predsjednica Komisije za
sprovođenje postupka javne nabavke,**


Plamenac Ninela

Službenik za javne nabavke

