

# ZU KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR KOTOR

Broj: **20-02-133**

**Kotor, 24.03.2026.** godine

ZU Kliničko -bolnički centar Kotor, shodno članu 4 stav 4 tačka 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Službeni list broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 49/24 i 114//24), vrši izmjenu Zahtjeva za dostavljanje ponuda br. **107823** od **23.03.2026.** godine za **ROBE - NABAVKA BOLNIČKIH KREVETA (OJ MELJINE)**, te istu objavljuje:

## I Z M J E N A 1

### ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA BROJ 20-02-128 (šifra 107823)

Na osnovu zahtjeva za pojašnjenje zainteresovanog lica, a u svrhu nabavke neophodnih sredstava za pružanje kvalitetne medicinske i zdravstvene usluge, na osnovu iskazanih realnih potreba sa Odjeljenja/Službi/Odsjeka uz poštovanje načela javnih nabavki, posebno ekonomičnosti, konkurentnosti i ravnopravnosti, Naručilac vrši IZMJENU 1 Zahtjeva za dostavljanje ponuda u postupku jednostavne nabavke za **ROBE - NABAVKA BOLNIČKIH KREVETA (OJ MELJINE)** broj **20-02-128** od **23.03.2026.** godine (šifra **107823**) kako slijedi:

1. naručilac mijenja stavku 1 tehničke specifikacije kako slijedi:

| <i><b>Stavka 1 TRENUTNO glasi</b></i>                                                                                           | <i><b>Stavka 1 MIJENJA SE I SADA glasi</b></i>                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dimenzije: Širina 109 cm ili uže, Dužina maksimalna 227 cm Visina opsega: minimalno 50 cm ili niže, maksimalno 78cm ili više | 1. Dimenzije: Širina 109 cm ili uže, Dužina maksimalna 227 cm <i><b>Visina opsega: minimalno 50 cm ili niže, maksimalno 75 cm ili više</b></i> |

2. naručilac mijenja stavku 8 tehničke specifikacije kako slijedi:

| <i><b>Stavka 8 TRENUTNO glasi</b></i>                                               | <i><b>Stavka 8 MIJENJA SE I SADA glasi</b></i>                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Točkići sa mogućnošću okretanja od 360° i centralnim kočenjem (prečnika 125 mm). | <i><b>8. Točkići sa mogućnošću okretanja od 360° sa centralnim ili unakrsnim (dijagonalnim) kočenjem (prečnika 125 mm).</b></i> |

3. naručilac mijenja stavku 16 tehničke specifikacije kako slijedi:

| <i><b>Stavka 16 TRENUTNO glasi</b></i>                    | <i><b>Stavka 16 MIJENJA SE I SADA glasi</b></i>                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16. Trendelenburg i kontra Trendelenburg : 0°- 16° i više | <i><b>16. Trendelenburg i kontra Trendelenburg: 0° - 12° i više</b></i> |

Cilj Izmjene 1 predmetnog Zahtjeva za dostavljanje ponuda jeste otklanjanje potencijalnih barijera za učešće ponuđača u samom postupku nabavke, uz zadržavanje visokog nivoa funkcionalnosti opreme.

Budući da do otvaranja ponuda po predmetnom Zahtjevu za dostavljanje ponuda ima više od 3 (tri) dana, to Naručilac neće vršiti izmjenu poziva u pogledu roka za dostavljanje ponuda, tako da otvaranje ostaje **30.03.2026.** godine u **10 h.**



**Predsjednica Komisije za  
sprovođenje postupka javne nabavke,**

*Ninela Plamenac*  
Plamenac Ninela

Službenik za javne nabavke