

ZU KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR KOTOR

Broj: 20-02-149/1

Kotor, 27.03.2026. godine

Na osnovu zahtjeva zainteresovanog lica za izmjenu i/ili dopunu Zahtjeva za dostavljanje ponuda br. **107823** od **23.03.2026.** godine za **ROBE - NABAVKA BOLNIČKIH KREVETA (OJ MELJINE)** dostavljen kroz **CEJN** dana **27.03.2026.** godine u **11:35** h, shodno članu 4 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Službeni list broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 49/24 i 114//24), ZU Kliničko -bolnički centar Kotor, u svojstvu naručioca, objavljuje:

ODGOVOR na zahtjev za izmjenu i/ili dopunu

ZAHTEJVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA BROJ 20-02-128 (šifra 107823)

Zainteresovano lice dostavilo je Zahtjev za izmjenu i/ili dopunu Zahtjeva za dostavljanje ponuda u postupku jednostavne nabavke broj **20-02-128** od **23.03.2026.** godine (šifra **107823**) navodeći slijedeće:

»U skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki u vezi sa postupkom jednostavne nabavke broj 107823 od 23.03.2026. godine - Nabavka bolničkih kreveta (OJ MELJINE), dostavljamo Vam ovaj zahtjev.

Obrazloženje

Uvidom u objavljenu dokumentaciju, uočeno je preklapanje i kontradiktornost u zahtjevima koji se odnose na rokove odziva serviseru i rokove za otklanjanje kvara, što onemogućava ponuđače da pripreme jasnu i preciznu ponudu, a Naručioca dovodi u rizik od nemogućnosti adekvatne kontrole izvršenja ugovora.

Naime:

1. Kontradiktornost u roku odziva serviseru:
 - o U tački 12. navodi se obaveza da se ovlašćeni serviser odazove na poziv u roku ne dužem od 48 časova na licu mjesta.
 - o U tački 13. (Način sprovođenja kontrole kvaliteta) navodi se da je ponuđač obavezan da se odazove na prijavu kvara u roku od 24 časa od dobijanja prijave.
2. Kontradiktornost u roku za popravku aparata:
 - o U tački 12. zahtijeva se da ponuđač u roku od 5 dana od prijave kvara izvrši popravku aparata.
 - o U tački 13. navodi se da je ponuđač dužan kvar otkloniti u roku od najduže 7 dana.

Ovakve neusklađenosti u okviru istog dokumenta stvaraju pravnu nesigurnost. Ponuđač nije u mogućnosti da potpiše Izjavu o prihvatanju uslova (koja se zahtijeva u obje tačke) jer su uslovi međusobno isključivi.

Takođe, nejasno je koji će se rokovi primjenjivati prilikom obračuna eventualnih penala ili raskida ugovora.

Molimo Vas da izvršite izmjenu dokumentacije kako bi svi ponuđači podnijeli ponude pod identičnim i jasno definisanim uslovima, te kako bi se izbjeglo eventualno odbijanje ponuda zbog nejasnoća u izjavama o prihvatanju uslova.»

O D G O V O R

Na osnovu zahtjeva zainteresovanog lica, naručilac će otkloniti nedoumice koje se odnose na definisane zahtjeve u pogledu izvršavanja predmeta nabavke, a koje je navelo zainteresovano lice u svom zahtjevu, a sve u svrhu poštovanja načela i principa javnih nabavki, izbjegavajući nedoumice i nejasnoće kod ponuđača oko pravovremene, adekvatne i kvalitetne realizacije predmetne nabavke.



**Predsjednica Komisije za
sprovođenje postupka javne nabavke,**

[Signature]
Plamenac Ninela

Službenik za javne nabavke