

ZU KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR KOTOR

BROJ :22-02-157/1

KOTOR,01.04.2026.godine

Zainteresovani ponuđač je u postupku broj 109320 od 02.03.2026.godine za **Nabavku daske za prenos pacijenata, strečera i seta za perkutanu konikotomiju za potrebe Anestezije i Urgentnog bloka KBC Kotor** kroz sekciju komunikacije dostavio zahtjev za izmjenu zahtjeva za dostavljanje ponuda , navodeći:

Ovim putem želimo da zatražimo pojašnjenje u vezi sa partijom 2, pozicijom 2:

1.Da li je prihvatljivo ponuditi strečer slijedećih dimenzija:

- Dužina 208 cm
- Širina 79 cm
- Visina 61-102 cm

Napominjemo da je zahtjevom definisana visina 60 cm, međutim funkcija Trendelenburg položaja nije adekvatno izvodljiva ukoliko strečer nema mogućnost podešavanja visine.

2.Takođe, molimo za potvrdu da li je prihvatljivo ponuditi strečer sa maksimalnim uglom podizanja naslona za leđa 80°.

3.Dodatno , da li je prihvatljivo ponuditi strečer sa centralnim sistemom kočenja , sa 360° okretnim točkovima (200mm) i centralnom blokadom?

Shodno navedenom , a na osnovu člana 4 stav tačka 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostvnih nabavki((Službeni list broj 016/23 od 10.02.2023,020/23 od. 22.02.2023,036/23 od 29.03.2023.godine,114/23 od 19.12.2023.g.,049/24 od 29.05.2024.g.),,Naručilac vrši

I Z M J E N U

Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj 109320 od 02.03.2026.godine , na način da **SE MIJENJAJU Bitne karakteristike predmeta nabavke partije 2 , stavke 2- STREČER ZA TRANSPORT PACIJENATA**, koje su glasile:

1.1 Širina: maksimum 85 cm 1.2 Dužina: maksimum 210 cm 1.3 Visina: 60 cm 1.4 Ugao naslona: 90° 1.5 Trendelenburg ugao: minimum 12° 1.6 Bezbjedna nosivost: minimum 230 kg 1.7 Podesiv stalak za infuziju — podesiv po visini 1.8 Sistem zaključavanja bočnih ograda. 1.9 Centralni sistem kočnica — 360° okretni točkovi (150 mm) sa centralnom blokadom 1.10Dupli amortizeri na naslonu za leđa 1.11 Nano keramički premaz — elektrostatsko praškasto bojenje metalnih dijelova 1.12 Ležeća površina od 2 dijela — izrađena od kompaktnog materijala (HPL) 1.13 Lako sklopive bočne ograde — metalne 1.14 Ručke od

nerđajućeg čelika 1.15 Držač za kiseoničku bocu 1.16 Kaiš za pričvršćivanje pacijenta 1.17 Dušek minimum 60×190×8 cm, gustina 28 1.18 Držač za X-ray kasetu (opciono)

Koja se mijenja i sada glasi:

1.1 Širina: maksimum 85 cm 1.2 Dužina: maksimum 210 cm 1.3 Visina: 60-102 cm 1.4 Ugao naslona: 80°-90° 1.5 Trendelenburg ugao: minimum 12° 1.6 Bezbjedna nosivost: minimum 230 kg 1.7 Podesiv stalak za infuziju — podesiv po visini 1.8 Sistem zaključavanja bočnih ograda. 1.9 Centralni sistem kočnica — 360° okretni točkovi (150-200 mm) sa centralnom blokadom 1.10 Dupli amortizeri na naslonu za leđa 1.11 Nano keramički premaz — elektrostatsko praškasto bojenje metalnih dijelova 1.12 Ležeća površina od 2 dijela — izrađena od kompaktnog materijala (HPL) 1.13 Lako sklopive bočne ograde — metalne 1.14 Ručke od nerđajućeg čelika 1.15 Držač za kiseoničku bocu 1.16 Kaiš za pričvršćivanje pacijenta 1.17 Dušek minimum 60×190×8 cm, gustina 28 1.18 Držač za X-ray kasetu (opciono)

U skladu sa odredbama člana 12 stav 1 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostvnih nabavki ((Službeni list broj 016/23 ,020/23,036/23 , 114/23,49/2024), kojim je propisano da rok za dostavljanje ponuda ne može da bude kraći od 3 dana od dana objavljivanja, Naručilac mijenja utvrđeno rok za dostavljanje ponuda , tako da je krajnji rok za dostavljanje ponuda do 06.04.2025.godine do 09 h.

Službenik za javne nabavke,

Ivanović Mirjana

