

ZU KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR KOTOR

BROJ :22-02-171/1

KOTOR,02.04.2026.godine

Zainteresovani ponuđač je u postupku broj 109320 od 02.03.2026.godine za **Nabavku daske za prenos pacijenata, strečera i seta za perkutanu konikotomiju za potrebe Anestezije i Urgentnog bloka KBC Kotor** kroz sekciju komunikacije dostavio zahtjev za izmjenu zahtjeva za dostavljanje ponuda , navodeći:

Dana 31.03.2026.godine obratili smo se sa zahtjevom za pojašnjenje zahtjeva za dostavljanje ponuda, gdje smo , između ostalog, pitali slijedeće:

„U vezi sa partijom 2, pozicijom2:

1.Da li je prihvatljivo ponuditi strečer slijedećih dimenzija:

- Dužina 208 cm
- Širina 79 cm
- Visina 61-102 cm

Napominjemo da je zahtjevom definisana visina 60 cm, međutim funkcija Trandelenburg položaja nije adekvatno izvodljiva ukoliko strečer nema mogućnost podešavanja visine.

Dana 01.04.2026.godine , na portal CEJN-a, objavili ste izmjenu broj 1 u kojoj ste odgovorili po našem zahtjevu , sa izmjenom , gdje ste greškom za poziciju 2 iz partije 2 naveli visinu 61-102 cm , umjesto 62-102 cm, kako smo naveli u našem zahtjevu.

Stoga molimo da pojasnite da li je prihvatljivo za poziciju 2 , partije 2 , da ponudimo strečer visine 62-102 cm?

Shodno navedenom , a na osnovu člana 4 stav tačka 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki((Službeni list broj 016/23 od 10.02.2023,020/23 od. 22.02.2023,036/23 od 29.03.2023.godine,114/23 od 19.12.2023.g.,049/24 od 29.05.2024.g.),,Naručilac daje

POJ A Š N J E N J E

Naručilac je izvršio izmjenu broj 1 zahtjeva za dostavljanje ponuda na način da je utvrdio da ponuđena visina strečera može da bude u rasponu 60-102 cm(tačka 1.3 pozicije 2 , partije 2) u cilju obezbjeđenja veće konkurentnosti u predmetnom postupku jednostavne nabavke.

Shodno navedenom , prihvatljivo je da zainteresovani ponuđači ponude strečere u utvrđenom rasponu 60-102 cm.

Službenik za javne nabavke,

Ivanović Mirjana

