

ZU KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR KOTOR

BROJ :22-02-178/1

KOTOR,03.04.2026.godine

Zainteresovani ponuđač je u postupku broj 109320 od 02.03.2026.godine za **Nabavku daske za prenos pacijenata, strečera i seta za perkutanu konikotomiju za potrebe Anestezije i Urgentnog bloka KBC Kotor** kroz sekciju komunikacije dostavio zahtjev za izmjenu zahtjeva za dostavljanje ponuda , navodeći:

Poštovani,

U cilju povećanja konkurentnosti postupka i omogućavanju učestvovanja većeg broja ponuđača, molimo Vas da odobrite izmjenu u specifikaciji za partiju II: stavka 1-Daska za prenos pacijenata, u dijelu koji se odnosi na visinu(debljinu) da umjesto 20mm bude minimum15 mm.

Shodno navedenom , a na osnovu člana 4 stav tačka 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostvnih nabavki((Službeni list broj 016/23 od 10.02.2023,020/23 od. 22.02.2023,036/23 od 29.03.2023.godine,114/23 od 19.12.2023.g.,049/24 od 29.05.2024.g.),,Naručilac daje

POJAŠNJENJE

Naručilac nije saglasan sa prijedlogom da se u cilju povećanja konkurentnosti izvrši izmjena zahtjeva za dostavljanje ponuda tako umjesto visina (debljina) 20 mm bude minimum 15 mm, iz razloga što debljina daske utiče na izdržljivost,nosivost i otpornost na savijanje pod velikim opterećenjima ,nekada čak i preko 150 kg.



Službenik za javne nabavke,

Ivanović Mirjana,