

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list CG broj. 074/19, 003/23, 011/23), te na osnovu zahtjeva dobijenih od zainteresovanih lica, Dom zdravlja Danilovgrad u svojstvu naručioca daje:

POJAŠNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 07/26-1018 OD 27.03.2026. GODINE BR.5

Poštovani,

2. Maksimalni RCF

U dokumentaciji je definisano:

„max RCF: 2.612 x g”

Molimo pojašnjenje da li će biti prihvatljiva centrifuga koja ima **maksimalni RCF od 2.700 x g**, s obzirom da se radi o tehnički naprednijoj karakteristici koja ne umanjuje funkcionalnost, već je unapređuje.

Predmet: Zahtjev za izmjenu tenderske dokumentacije

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Opis predmeta javne nabavke: Medicinska oprema

PREGLED POSTUPKA #110530

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 07/26-1018

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 4

Mjesto i datum: Danilovgrad, 27.03.2026. godine

Poštovani,

obraćamo Vam se u vezi sa tenderskom dokumentacijom za **Partiju 2 – Centrifuga**, a u cilju obezbjeđenja transparentnosti postupka i jednakog tretmana svih ponuđača, u skladu sa principima javnih nabavki.

Nakon uvida u dio dokumentacije koji se odnosi na *Bitne karakteristike predmeta nabavke*, molimo da razmotrite izmjene i pojašnjenja kako slijedi:

1. Kompatibilnost uređaja

U dokumentaciji je navedeno:

„Stona laboratorijska centrifuga bez hlađenja kompatibilna sa postojećom zbog zamjenivosti dijelova.”

Smatramo da ovako definisan zahtjev može dovesti do ograničavanja konkurencije i potencijalnog favorizovanja određenog proizvođača ili modela, jer kompatibilnost sa postojećom opremom podrazumijeva specifična tehnička rješenja koja nisu univerzalna.

Predlažemo izmjenu zahtjeva na način da glasi:

„Stona laboratorijska centrifuga bez hlađenja koja ispunjava tražene tehničke karakteristike, bez uslovljavanja kompatibilnosti sa postojećom opremom.”

ili alternativno:

„Stona laboratorijska centrifuga bez hlađenja ili ekvivalent, uz mogućnost korišćenja standardnih rotora i adaptera dostupnih na tržištu.”

Odgovor:

Prihvata se korekcija zahtjeva i sada glasi:

-Stona laboratorijska centrifuga bez hlađenja koja ispunjava tražene tehničke karakteristike

2. Maksimalni RCF

U dokumentaciji je definisano:

„max RCF: 2.612 x g”

Molimo pojašnjenje da li će biti prihvatljiva centrifuga koja ima **maksimalni RCF od 2.700 x g**, s obzirom da se radi o tehnički naprednijoj karakteristici koja ne umanjuje funkcionalnost, već je unapređuje.

Predlažemo izmjenju zahtjeva na način da glasi:

„max RCF: 2.700 x g”

Odgovora:

Uređaj sa max RCF 2700 x g zadovoljava zahtev ako se tenderom traži max RCF 2612 x g. Kako tender traži da centrifuga **može dostići max 2612 x g.**, uređaj koji može ići do 2700 x g **automatski može dostići i 2612 x g**, jer je to niža sila u odnosu na njegov maksimum. RPM se jednostavno podešava tako da se postigne ta niža RCF. Tako da je **2700 x g centrifuga prihvatljiva** za tender sa max 2612 x g, jer se sila može kontrolisano smanjiti. Važno je da uređaj ima **podešavanje RCF (xg)**, što je standard kod laboratorijskih centrifuga. Zato ne prihvatamo izmjenju minimalne tehničke karakteristike u tenderkoj dokumentaciji

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Slobodan Knežević, predsjednik komisije

