

PREGLED POSTUPKA #112404

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA
PIB	02908433
E-mail	info@ceti.co.me
Telefon	020/658-090
Internet adresa	www.ceti.co.me
Fax	020/658-092
Adresa	Bulevar Šarla de Gola 2
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Generator vodonika
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Radonja Ujević
Kontakt	020/658-090
Datum objave	09.04.2026. 10:10
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	DOO CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA Generator vodonika 31120000 - Generatori 42980000 - Generatori gasa	13.000,00 EUR	2.730,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Mjesto izvršenja ugovora je sjedište naručioca, Podgorica, Buleva Šarla de Gola br. 2	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja fakture za izvršene usluge.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski na žiro račun izvršioca.	Način plaćanja
Rok isporuke je maksimalno 90 dana od dana potpisivanja ugovora.	Drugi uslovi
Garantni rok na predmetnu robu je minimum 12 mjeseci od dana isporuke.	Drugi uslovi
Ponuđač mora imati sertifikovanog servisera ovlašćenog od strane proizvođača, koji je kvalifikovan za stručno održavanje i popravku generatora. Ponuđač je dužan dostaviti sertifikat proizvođača koji glasi na ime servisera, i dokaz o radnom angažovanju istog.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi i tehničku specifikaciju/brošure proizvođača za ponuđeni uređaj iz kojih se može provjeriti svaka stavka tražena tehničkom specifikacijom.	Drugi uslovi
Nakon instalacije potrebno je izvršiti provjeru performansi instrumenta i obuku korisnika.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da obezbijedi dostupnost rezervnih djelova minimalno 7 godina nakon prestanka proizvodnje ponuđenog uređaja.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 13.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	GENERATOR VODONIKA ZA GASNI HROMATOGRAF	Karakteristike generatora: Maksimalni protok 250 cc/min ili bolje Maksimalni pritisak 100 psi / 6,9 bar ili više Čistoća 99,99999% ili više Izlaz za gas 1 × 1/8” Swagelok kompresioni priključak ili bolje Potrošnja vode Do 1,2 L/danu Ostalo: Generator treba posjedovati funkciju interne detekcije curenja sa funkcijom automatskog isključivanja. Generator treba posjedovati sposobnost da snabdijeva instrument vodonikom i za noseći gas i za detektore koji koriste vodonik kao gorivi gas. Generator treba posjedovati sposobnost da se priključi istovremeno na dva gasna hromatografa. Generator treba da posjeduje pumpu za automatsku dopunu vode. Uz generator ponuditi rezervoar za vodu zapremine 4L ili veći.	1,00 kom