

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Generator vodonika

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

DOO CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA
ISPITIVANJA PODGORICA

PIB:

02908433

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Mjesto izvršenja ugovora je sjedište naručioca, Podgorica, Buleva Šarla de Gola br. 2	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski na žiro račun izvršioca.	Način plaćanja
Rok isporuke je maksimalno 90 dana od dana potpisivanja ugovora.	Drugi uslovi
Garantni rok na predmetnu robu je minimum 12 mjeseci od dana isporuke.	Drugi uslovi
Ponuđač mora imati sertifikovanog servisera ovlašćenog od strane proizvođača, koji je kvalifikovan za stručno održavanje i popravku generatora. Ponuđač je dužan dostaviti sertifikat proizvođača koji glasi na ime servisera, i dokaz o radnom angažovanju istog.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi i tehničku specifikaciju/brošure proizvođača za ponuđeni uređaj iz kojih se može provjeriti svaka stavka tražena tehničkom specifikacijom.	Drugi uslovi
Nakon instalacije potrebno je izvršiti provjeru performansi instrumenta i obuku korisnika.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da obezbijedi dostupnost rezervnih dijelova minimalno 7 godina nakon prestanka proizvodnje ponuđenog uređaja.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Mjesto izvršenja ugovora je sjedište naručioca, Podgorica, Buleva Šarla de Gola br. 2	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski na žiro račun izvršioca.	Način plaćanja
Rok isporuke je maksimalno 90 dana od dana potpisivanja ugovora.	Drugi uslovi
Garantni rok na predmetnu robu je minimum 12 mjeseci od dana isporuke.	Drugi uslovi
Ponuđač mora imati sertifikovanog serviseru ovlašćenog od strane proizvođača, koji je kvalifikovan za stručno održavanje i popravku generatora. Ponuđač je dužan dostaviti sertifikat proizvođača koji glasi na ime serviseru, i dokaz o radnom angažovanju istog.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi i tehničku specifikaciju/brošure proizvođača za ponuđeni uređaj iz kojih se može provjeriti svaka stavka tražena tehničkom specifikacijom.	Drugi uslovi
Nakon instalacije potrebno je izvršiti provjeru performansi instrumenta i obuku korisnika.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da obezbijedi dostupnost rezervnih djelova minimalno 7 godina nakon prestanka proizvodnje ponuđenog uređaja.	Drugi uslovi
Ponuđač mora imati najmanje jednog sertifikovanog servisnog inženjera za održavanje Gasnog hromatografa GC2030 na koji se povezuje generator vodonika. Kao dokaz o angažovanju serviseru Ponuđač treba da dostavi sertifikat izdat od strane proizvođača opreme/inozastupnika za Evropu i dokaz o radnom angažovanju istog.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da prilikom isporuke predmetnog generatora vodonika, isti poveže na postojeći gasni hromatograf GC2030.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
13000.00	1	GENERATOR VODONIKA ZA GASNI HROMATOGRAFI	Karakteristike generatora: Maksimalni protok 250 cc/min ili bolje Maksimalni pritisak 100 psi / 6,9 bar ili više Čistoća 99,99999% ili više Izlaz za gas 1 × 1/8" Swagelok kompresioni priključak ili bolje Potrošnja vode Do 1,2 L/danu Ostalo: Generator treba posjedovati funkciju interne detekcije curenja sa funkcijom automatskog isključivanja. Generator treba posjedovati sposobnost da snabdijeva instrument vodonikom i za noseći gas i za detektore koji koriste vodonik kao gorivi gas. Generator treba posjedovati sposobnost da se priključi istovremeno na dva gasna hromatografa. Generator treba da posjeduje pumpu za automatsku dopunu vode. Uz generator ponuditi rezervoar za vodu zapremine 4L ili veći.	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
13000.00	1	GENERATOR VODONIKA ZA GASNI HROMATOGRAF	Karakteristike generatora: Maksimalni protok 250 cc/min ili bolje Maksimalni pritisak 100 psi / 6,9 bar ili više Čistoća 99,99999% ili više Izlaz za gas 1 × 1/8" Swagelok kompresioni priključak ili bolje Potrošnja vode Do 1,2 L/danu Ostalo: Generator treba posjedovati funkciju interne detekcije curenja sa funkcijom automatskog isključivanja. Generator treba posjedovati sposobnost da snabdijeva instrument vodonikom i za noseći gas i za detektore koji koriste vodonik kao gorivi gas. Generator treba posjedovati sposobnost da se priključi istovremeno na dva gasna hromatografa. Generator treba da posjeduje pumpu za automatsku dopunu vode. Uz generator ponuditi rezervoar za vodu zapremine 4L ili veći.	1.00	kom

Izveštaj generisan 14.04.2026 14:58