

PREGLED POSTUPKA #112330

Primijeno: 15. 04. 2026				
Org. jed.	Jed. Vlas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
02-426	/	26-9590	/	3

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA DOO
PIB	02015641
E-mail	javne.nabavke@vikpg.me
Telefon	020/440-356
Internet adresa	www.vikpg.me
Fax	
Adresa	Zetskih vladara bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka uređaja za potrebe Sektora kontrole kvaliteta pitke vode
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ljubica Bogojević
Kontakt	Sabina Pijuk 067 528 202
Datum objave	15.04.2026. 13:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA DOO Nabavka uređaja za laboratoriju pitke vode (autoklav, centrifuga sa dodacima i purelab quest- destilator) 38000000 - Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara)	16.528,92 EUR	3.471,08 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Drugi uslovi	DA
Način plaćanja: virmanski, na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja	DA
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Ovlašćeno lice za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	DA
Uslovi plaćanja: uplatom na žiro račun, 30 dana nakon isporuke i kvantitativno-kvalitativnog prijema od strane ovlašćenih lica Naručioca i dostavljenoj fakturi od Dobavljača, ovjerenoj od strane Ovlašćenog lica za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca.	Uslovi plaćanja	DA
Rok plaćanja: Dobavljaču će se uplatiti u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture, ovjerene od strane Ovlašćenog lica za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca.	Rok plaćanja	DA
Mjesto izvršenja ugovora: FCO Magacin laboratorije Naručioca, Ulica Zetskih vladara bb Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora	DA
Rok izvršenja ugovora je period od 90 kalendarskih dana od dana potpisivanja Ugovora o javnoj nabavci.	Rok izvršenja ugovora	DA
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Izjavu da će, ukoliko isporučeni proizvodi po kvalitetu – standardima ne odgovaraju zahtjevima iz tehničke specifikacije i/ili su funkcionalno neispravni i/ili su sa vidljivim oštećenjima, o svom trošku i u primjerenom roku (ne dužem od 30 dana) izvršiti zamjenu proizvoda sa onim odgovarajućeg kvaliteta i/ili funkcionalno ispravnim i/ili ispravnim i neoštećenim.	Drugi uslovi	DA

Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke, obrazac 2	Obrazac 2	DA
Jezik ponude: ☒ crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.	Drugi uslovi	DA
U ponudi navesti naziv proizvođača, kataloški broj proizvoda i ako je dostupan link sa informacijama o proizvodu.	Drugi uslovi	DA
Garantni rok: minimum 12 mjeseci od dana isporuke.	Garantni rok	DA

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

16.500,00 EUR

Broj partije		1	
Opis partije		Nabavka Autosemplera kompaktilnog sa sistemom DIONEX ICS5000	
Procijenjena vrijednost bez PDV		12.000,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Autosempler kompaktilan sa sistemom DIONEX ICS5000 Single Pump S/N 10120788 DIONEX ICS5000 Eluent Generator S/N 10121087 DIONEX ICS5000 Detector/Chromatography Module MODEL DC-5 S/N 10121023	Filtriranje - individualno filtriranje svakog uzorka kroz filter od 20 mikrona ili bolje. Injektovanje - mora da poseduje multi-injektovanje iz iste vijale. Zapremina injektovanja - 0,1ml do 5,0ml u inkrementima od 0,1ml. Brzina injektovanja - 0,1ml/min do 5,0ml/min u inkrementima od 0,1ml/min. Ventili - mora da poseduje mogućnost ugradnje opcionog 6-10 portnog ventila za pripremu uzorka(eliminacija matriksa, koncentracija uzorka) ili kao dodatnog injekcionog ventila. Injektovanje - Simultano injektovanje ili bolje. Veličina vijala - da podržava vijale veličina 0,5ml i 5ml ili bolje. Kapacitet - minimum 50 vijala ili bolje. Obuka korisnika i instalacija uključena u isporuku. Uz autosampler isporučiti Vijale od 5mL, sa filterskim čepovima (20µm) - 750 komada. Garantni rok: 12 mjeseci.	1,00 kom

Broj partije		2	
Opis partije		Nabavka suvog sterilizatora	
Procijenjena vrijednost bez PDV		2.500,00 EUR	
Opis predmeta nabavke		Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Suvi sterilizator	Kapacitet sterilizatora: 100L - 130L. Sterilizator namijenjen za sterilizaciju laboratorijskog stakla, instrumenata i mikrobiološkog materijala. Suvi sterilizator pogodan za suhu termičku sterilizaciju većih posuda. Unutrašnjost izrađeno od nerđajućeg čelika sa visokom otpornošću na većinu hemikalija. Temperatura sterilizacije: do 250°C. Posjedovanje sistema za kontrolu: Digitalni ekran za lako praćenje statusa rada (praćenje vremena, temperature). Posjedovanje dvije ili više metalnih pregrada (polica) izrađenih od nerđajućeg čelika. Spoljašnje dimenzije manje od: 750x690x870 (ŠxDxV) mm. Garantni rok: minimum 12 mjeseci. Obuka korisnika i instalacija uključena u isporuku.	1,00 kom

Broj partije		3	
Opis partije		Nabavka detektora gasa SO2 u vazduhu	
Procijenjena vrijednost bez PDV		2.000,00 EUR	
Opis predmeta nabavke		Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Detektor gasa SO2 u vazduhu	Detektor gasa SO2: prenosivi uređaj metod uzorkovanja - usisavanje pomoću pumpe princip detekcije - elektrohemija opseg mjerenja 0-20ppm rezolucija - 0.01ppm tačnost ≤+/-3% vrijeme odziva ≤10s vrijeme oporavka ≤10s alarm - zvuk prikaz - LCD displej rad na baterije mogućnost kalibracije prenos podataka putem USB Sa uključenim setom za kalibraciju detektora SO2. Garantni rok: minimum 12 mjeseci.	1,00 kom