

## Izmjena postupka

### OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Generator vodonika

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

### PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

DOO CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA  
ISPITIVANJA PODGORICA

PIB:

02908433

## Uslovi prije izmjena

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tip uslova                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Mjesto izvršenja ugovora je sjedište naručioca, Podgorica, Buleva Šarla de Gola br. 2                                                                                                                                                                                                                                       | Mjesto izvršenja ugovora      |
| Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.                                                                                                                                                                                                                                                    | Rok plaćanja                  |
| Način plaćanja je virmanski na žiro račun izvršioca.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Način plaćanja                |
| Rok isporuke je maksimalno 90 dana od dana potpisivanja ugovora.                                                                                                                                                                                                                                                            | Drugi uslovi                  |
| Garantni rok na predmetnu robu je minimum 12 mjeseci od dana isporuke.                                                                                                                                                                                                                                                      | Drugi uslovi                  |
| Ponuđač mora imati sertifikovanog serviseru ovlašćenog od strane proizvođača, koji je kvalifikovan za stručno održavanje i popravku generatora. Ponuđač je dužan dostaviti sertifikat proizvođača koji glasi na ime serviseru, i dokaz o radnom angažovanju istog.                                                          | Stručna i tehnička sposobnost |
| Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi i tehničku specifikaciju/brošure proizvođača za ponuđeni uređaj iz kojih se može provjeriti svaka stavka tražena tehničkom specifikacijom.                                                                                                                                            | Drugi uslovi                  |
| Nakon instalacije potrebno je izvršiti provjeru performansi instrumenta i obuku korisnika.                                                                                                                                                                                                                                  | Drugi uslovi                  |
| Ponuđač je dužan da obezbijedi dostupnost rezervnih dijelova minimalno 7 godina nakon prestanka proizvodnje ponuđenog uređaja.                                                                                                                                                                                              | Drugi uslovi                  |
| Ponuđač mora imati najmanje jednog sertifikovanog servisnog inženjera za održavanje Gasnog hromatografa GC2030 na koji se povezuje generator vodonika. Kao dokaz o angažovanju serviseru Ponuđač treba da dostavi sertifikat izdat od strane proizvođača opreme/inozastupnika za Evropu i dokaz o radnom angažovanju istog. | Drugi uslovi                  |
| Ponuđač je dužan da prilikom isporuke predmetnog generatora vodonika, isti poveže na postojeći gasni hromatograf GC2030.                                                                                                                                                                                                    | Drugi uslovi                  |

## Uslovi nakon izmjena

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tip uslova                    |
| Mjesto izvršenja ugovora je sjedište naručioca, Podgorica, Buleva Šarla de Gola br. 2                                                                                                                                                                                                                                       | Mjesto izvršenja ugovora      |
| Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.                                                                                                                                                                                                                                                    | Rok plaćanja                  |
| Način plaćanja je virmanski na žiro račun izvršioca.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Način plaćanja                |
| Rok isporuke je maksimalno 90 dana od dana potpisivanja ugovora.                                                                                                                                                                                                                                                            | Drugi uslovi                  |
| Garantni rok na predmetnu robu je minimum 12 mjeseci od dana isporuke.                                                                                                                                                                                                                                                      | Drugi uslovi                  |
| Ponuđač mora imati sertifikovanog serviseru ovlašćenog od strane proizvođača, koji je kvalifikovan za stručno održavanje i popravku generatora. Ponuđač je dužan dostaviti sertifikat proizvođača koji glasi na ime serviseru, i dokaz o radnom angažovanju istog.                                                          | Stručna i tehnička sposobnost |
| Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi i tehničku specifikaciju/brošure proizvođača za ponuđeni uređaj iz kojih se može provjeriti svaka stavka tražena tehničkom specifikacijom.                                                                                                                                            | Drugi uslovi                  |
| Nakon instalacije potrebno je izvršiti provjeru performansi instrumenta i obuku korisnika.                                                                                                                                                                                                                                  | Drugi uslovi                  |
| Ponuđač je dužan da obezbijedi dostupnost rezervnih dijelova minimalno 7 godina nakon prestanka proizvodnje ponuđenog uređaja.                                                                                                                                                                                              | Drugi uslovi                  |
| Ponuđač mora imati najmanje jednog sertifikovanog servisnog inženjera za održavanje Gasnog hromatografa GC2030 na koji se povezuje generator vodonika. Kao dokaz o angažovanju serviseru Ponuđač treba da dostavi sertifikat izdat od strane proizvođača opreme/inozastupnika za Evropu i dokaz o radnom angažovanju istog. | Drugi uslovi                  |
| Ponuđač je dužan da prilikom isporuke predmetnog generatora vodonika, isti poveže na postojeći gasni hromatograf GC2030.                                                                                                                                                                                                    | Drugi uslovi                  |
| Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.    | Obrazac 2                     |

### Kriterijumi prije izmjena

| Opis   | Očekivani odgovor ponuđača | Metod bodovanja |
|--------|----------------------------|-----------------|
| Cijena | -                          | -               |

### Kriterijumi nakon izmjena

| Opis   | Očekivani odgovor ponuđača | Metod bodovanja |
|--------|----------------------------|-----------------|
| Cijena | -                          | -               |

### Tehnička specifikacija prije izmjena

| Procijenjena vrijednost bez PDV | Redni broj predmeta nabavke | Opis predmeta nabavke                   | Bitne karakteristike predmeta nabavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Količina | Jedinica mjere |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 13000.00                        | 1                           | GENERATOR VODONIKA ZA GASNI HROMATOGRAF | Karakteristike generatora:<br>Maksimalni protok 250 cc/min ili bolje<br>Maksimalni pritisak 100 psi / 6,9 bar ili više<br>Čistoća 99,99999% ili više<br>Izlaz za gas 1 × 1/8" Swagelok kompresioni priključak ili bolje<br>Potrošnja vode Do 1,2 L/danu<br>Ostalo:<br>Generator treba posjedovati funkciju interne detekcije curenja sa funkcijom automatskog isključivanja.<br>Generator treba posjedovati sposobnost da snabdijeva instrument vodonikom i za noseći gas i za detektore koji koriste vodonik kao gorivi gas.<br>Generator treba posjedovati sposobnost da se priključi istovremeno na dva gasna hromatografa.<br>Generator treba da posjeduje pumpu za automatsku dopunu vode.<br>Uz generator ponuditi rezervoar za vodu zapremine 4L ili veći. | 1.00     | kom            |

## Tehnička specifikacija nakon izmjena

| Procijenjena vrijednost bez PDV | Redni broj predmeta nabavke | Opis predmeta nabavke                   | Bitne karakteristike predmeta nabavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Količina | Jedinica mjere |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 13000.00                        | 1                           | GENERATOR VODONIKA ZA GASNI HROMATOGRAF | Karakteristike generatora:<br>Maksimalni protok 250 cc/min ili bolje<br>Maksimalni pritisak 100 psi / 6,9 bar ili više<br>Čistoća 99,99999% ili više<br>Izlaz za gas 1 × 1/8" Swagelok kompresioni priključak ili bolje<br>Potrošnja vode Do 1,2 L/danu<br>Ostalo:<br>Generator treba posjedovati funkciju interne detekcije curenja sa funkcijom automatskog isključivanja.<br>Generator treba posjedovati sposobnost da snabdijeva instrument vodonikom i za noseći gas i za detektore koji koriste vodonik kao gorivi gas.<br>Generator treba posjedovati sposobnost da se priključi istovremeno na dva gasna hromatografa.<br>Generator treba da posjeduje pumpu za automatsku dopunu vode.<br>Uz generator ponuditi rezervoar za vodu zapremine 4L ili veći. | 1.00     | kom            |

**Izveštaj generisan 15.04.2026 12:40**