

JZU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ

Broj: OP 12 / 25 – 3605

Nikšić, 17.04.2026. godine

Na osnovu člana 143, stav 5 i člana 192 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023, 084/24 od 06.09.2024), Ovlašćeno lice JZU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji OP – 12 / 25 – 6954, od 01.08.2025. godine, a postupajući po Rješenju Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki broj UP.0905-82/2026 ESJN: 94763 od 03.04.2026.godine donesenog u postupku po žalbi protiv Odluke o izboru najpovoljnije ponude, broj: OP 12 / 25 - 2444 od 11.03.2026.godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj OP – 12 / 25 – 6954, od 01.08.2025. godine za nabavku aparata za anesteziju

- 1) Ponuda ponuđača Društvo za proizvodnju, posredovanje i promet "Urion" DOO Podgorica je ispravna i najpovoljnija.
- 2) Ponuda ponuđača „PDG Professional Development Group“ DOO Podgorica odbija se kao neispravna

OBRAZLOŽENJE:

1. Podaci o naručiocu

<i>Naziv naručioca</i>	<i>JZU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ</i>
<i>Ovlašćeno lice naručioca</i>	<i>mr sci.med.dr Mrkić Zoran</i>
<i>Kontakt osoba</i>	<i>Dragičević Ana , Službenik za javne nabavke.</i>
<i>Adresa</i>	<i>Nikca od Rovina bb.</i>
<i>Grad</i>	<i>Nikšić</i>
<i>Poštanski broj</i>	<i>81400</i>
<i>Identifikacioni broj</i>	<i>02002337</i>

2. Podaci o postupku javne nabavke

<i>Broj tenderske dokumentacije</i>	<i>OP – 12 / 25 – 6954, od 01.08.2025</i>
<i>Vrsta postupka</i>	<i>Otvoreni postupak</i>
<i>Vrsta predmeta</i>	<i>Robe</i>
<i>Opis predmeta nabavke</i>	<i>Nabavka aparata za anesteziju</i>
<i>Šifra postupka</i>	<i>94763</i>
<i>CPV šifra</i>	<i>33100000 - Medicinska oprema</i>
<i>Predmet javne nabavke se nabavlja</i>	<i>kao cjelina</i>
<i>Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini</i>	<i>39.400,00 EUR bez PDV - a</i>

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je u skladu sa članom 134 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, *postupajući po Rješenju Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki broj UP.0905-82/2026 ESJN: 94763 od 03.04.2026.godine donesenog u postupku po žalbi protiv Odluke o izboru najpovoljnije ponude, broj: OP 12 / 25 - 2444 od 11.03.2026.godine* izvršila ponovni pregled i ocjenu dostavljenih ponuda, bez prisustva ovlašćenih predstavnika ponuđača, u smislu člana 134 stav 2 Zakona o javnim nabavkama.

3. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Šifra ponude	Naziv ponuđača	Razlog neispravnosti
145468	Professional Development Group d.o.o.	Kako ponuđač "PDG Professional Development Group" DOO Podgorica nije ni naknadnim dostavljanjem izostavljenog kataloga u ponudi broj #145468 od 19.11.2025. u 15:07h dokazao da ponudnim ispunjavaju sve uslove iz tražene specifikacije aparata za anesteziju, ponuda se proglašava kao neispravna shodno članu 133 stav 2 ZJN.

Ponuda ponuđača „PDG Professional Development Group” DOO Podgorica je neispravna

Kako ponuđač "PDG Professional Development Group" DOO Podgorica nije ni naknadnim dostavljanjem izostavljenog kataloga u ponudi broj #145468 od 19.11.2025. u 15:07h dokazao da ponudnim ispunjavaju sve uslove iz tražene specifikacije aparata za anesteziju, ponuda se proglašava kao neispravna shodno članu 133 stav 2 ZJN.

Tačnije, ponuđaču PDG Professional Development Group upućen je zahtjev za pojašnjenje broj OP 12-25-11306 od 04.12.2025. godine, preko portala CEJN (Crnogorske elektorske javne nabavke) kroz komunikaciju u postupku, shodno članu 134 stav 4 ZJN, pošto je uvidom u dostavljenu dokumentaciju od strane Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke ustanovljeno da shodno tenderskoj dokumentaciji nijesu dostavljeni traženi katalog sa sve tehničkim karakteristikama koje moraju biti jasno označene u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da ponuda ponuđača „PDG Professional Development Group“ DOO Podgorica, pod stavkom 9: „Mogućnost mehaničke ventilacije u slučaju prestanka snabdijevanja gasovima iz centralnog dovoda – električno pogonjen ventilator“ nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom, jer je u istoj odgovoreno: „U slučaju prestanka snabdijevanja gasovima iz centralnog dovoda anestezioloski aparat nastavlja mehaničku ventilaciju **sa dodatnom bocom sa gasom** – električno i pneumatski pogonjen ventilator“, što nije traženo.

Nadalje, kako se ponuđač „PDG Professional Development Group“ DOO Podgorica 06.08.2025. godine sa Zahtjevom za izmjenu i dopunu tenderske dokumentacije, u kojoj je predloženo da se izvrši izmjena u dijelu specifikacije u bitnim karakteristikama predmeta nabavke pod tačkom 9: „Mogućnost mehaničke ventilacije u slučaju prestanka snabdijevanja gasovima iz centralnog dovoda – električno pogonjen ventilator“, ista nije usvojena iz razloga kako slijedi: Tehnologija izrade ventilatora sa električnim pogonom neophodna je Naručiocu zbog autonomije rada. **Rad aparata ne može da zavisi od snabdijevanja gasovima iz centralnog dovoda kao i rezervnom bocom koja se kači na sam aparat jer su aparati za anesteziju predviđeni za rad u operacionim salama u kojima ne postoji dovod komprimovanog vazduha i kiseonika.**

U ovakvim salama došlo bi do otežanog rada sa aparatom usljed čestih zamjena rezervnih boca a znatno bi uticalo i na troškove same ustanove. Zamjena rezervnih boca u toku operacije može uticati na bezbjednost pacijenta, što je u ovom slučaju i ponudeno od strane „PDG Professional Development Group“ DOO.

Ventilator pogonjen električnom energijom je ventilator kome nije potreban eksterni izvor komprimovanog vazduha/kiseonika, već svojim integrisanim električnim kompresorom stvara potisak kojim se pokreće meh ili klip koji dovodi kiseonik do pacijenta. Pneumatski pogonjen ventilator je ventilator koji za pokretanje meha, koji dovodi kiseonik do pacijenta, kao energiju koristi potisak komprimovanog vazduha koji stvara mehaničko kretanje, pa samim tim, pneumatski pogonjen ventilator nije prihvatljiv za Naručioca.

I na kraju, električno pogonjeni ventilatori u aparatima za anesteziju koriste elektromotor za generisanje protoka i pritiska, dok pneumatski ventilatori koriste komprimovani gas (najčešće zrak ili O₂).

U svakom slučaju posjedujemo rješenje Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki broj UP. 0905-246/2025 od 10.10.2025. koja se tiče ovog postupka i u kojima je odlučeno da se Odbija žalba „PDG Professional Development Group“ DOO, baš na temu predlaganja izmjena i dopuna tenderske dokumentacije, budući da je ponuđač uputio zahtjev protiv članu 97 stav 5 ZJN, jer isti sadrži konkretne izmjene i dopune. Na te navode **Naručilac je odgovoreno da rad ventilatora ne može da zavisi od snabdijevanja gasovima kako iz centralnog sistema tako i rezervnih boca** koje „PDG Professional Development Group“ DOO nudi, sve isključivo iz razloga, što u slučaju prestanka snabdijevanja gasova (komprimovanog vazduha i kiseonika) ventilator sa električnim pogonom nastaviće ventilaciju sa ambijentalnim vazduhom tako da bezbjednost pacijenta nije ugrožena.

4. Podaci o ispravnim ponudama

Šifra ponude	Naziv ponuđača
145432	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET "URION" D.O.O. PODGORICA

I. Ponuđač **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET "URION" D.O.O. PODGORICA**

Šifra ponude: 145432	
Datum i vrijeme podnošenja	18.11.2025. 18:42
Naziv ponuđača	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET "URION" D.O.O. PODGORICA
PIB	02301245
Podnijeto kao	Samostalna ponuda

Ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET "URION" D.O.O. PODGORICA je podnio preko ESJN-a ponudu #145432 dana 18.11.2025. 18:42.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je u skladu sa članom 134 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, nakon otvaranja ponuda izvršila pregled i ocjenu dostavljenih ponuda, bez prisustva ovlaštenih predstavnika ponuđača, u smislu člana 134 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, kako slijedi:

- Da li su uz ponudu dostavljeni svi dokazi iz člana 120 stav 16 Zakona o javnim nabavkama:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET "URION" D.O.O. PODGORICA	Izjava privrednog subjekta	Da
	Garancija ponude	Da Putem ESJN dostavljena kopija garancije ponude, a original garancije dostavljen naručiocu neposredno na arhivi naručioca prije isteka roka za podnošenje ponuda
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
	Ugovor o zajedničkom nastupanju	Ne/Ponuda se podnosi kao Samostalna ponuda

- Da li je garancija ponude garancija ponude dostavljena na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 Zakona o javnim nabavkama i da li je garancija ponude izdata na traženi iznos i da li je ispravna:

GARANCIJA PONUDE

Naziv ponudjača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum	Podaci o garanciji	Garancija ponude u skladu sa tenderskom
--------------------	---	--------------------	--

	izdavanja garancije			dokumentacijom (da/ne)
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET “URION” D.O.O. PODGORICA	NLB Banka AD Podgorica, broj: GC2025/2867 od 11.11.2025.godine	Način dostavljanja garancije	Putem ESJN dostavljena kopija garancije ponude, a original garancije dostavljen neposrednom predajom na arhivi Naručioca prije isteka roka za podnošenje ponuda	da
		Iznos garancije ponude	EUR 788,00	da
		Datum važenja garancije	Rok važenja garancije do 07.02.2026.godine.	da

Ponudač je u okviru ponude putem ESJN u odgovoru naveo: „Original dostavljen neposrednom predajom arhivi Naručioca.“, i dostavio kopiju garancije ponude-skenirana kopija originala (Garancija ponude.pdf), a original garancije dostavljen je naručiocu neposredno na arhivi naručioca prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Ponudač je dostavio garanciju ponude u zatvorenoj koverti na način predviđen članom 122 stav 5 Zakona o javnim nabavkama i tačkom 8 stav 4 tenderske dokumentacije, na način da je na koverti ispisano: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije, naziv, sjedište i adresa ponudača, i naznake: "GARANCIJA PONUDE", "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

Garancija ponude će se aktivirati ako ponudač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude, i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum", te shodno tome ne postoji razlog za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 108 stav 1 tačka 7 Zakona o javnim nabavkama.

- Da li je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da li sadrži sve tražene informacije i podatke:

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naziv ponudača	Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena (Da/Ne)	Izjava privrednog subjekta sadrži sve tražene informacije i podatke (Da/Ne)
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET "URION" D.O.O. PODGORICA	Da	Da Izjava privrednog subjekta, podnosioca ponude sadrži sve tražene informacije i podatke

- Da li zbog sadržaja izjave privrednog subjekta postoji osnov iz čl. 108 i 110 Zakona o javnim nabavkama za isključenje ponudača:

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta sadrži osnov za isključenje iz člana 108 I 110 ZJN (Da/Ne)	Ako je odgovor da obrazložiti
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET "URION" D.O.O. PODGORICA	Ne	Ne Izjava privrednog subjekta, podnosioca ponude ne sadrži osnov za isključenje iz člana 108 I 110 ZJN

Ponudač-podnosilac ponude DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET "URION" D.O.O. PODGORICA, je preko ESJN-a u okviru ponude dostavio Izjavu privrednog subjekta, koja je sačinjena na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore, broj 114/2024 od 29.11.2024."), u elektronskom obliku.

Obrazac 1- Izjava privrednog subjekta, elektronski potpisana 12.11.2025.godine 15:46:03, Milan Ćuković, izvršni direktor, Izvršni direktor, koja sadrži podatke o: naručiocu, postupku i predmetu javne nabavke i ponudi; privrednom subjektu; obaveznim uslovima za učešće u postupku javne nabavke; sprječavanju korupcije i sukoba interesa; uslovima sposobnosti privrednog subjekta; garantnoj izjavi, čime je postupio u smislu člana 111 Zakona o javnim nabavkama, te shodno tome ne postoji razlog za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 108 stav 1 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama.

Nakon izvršenog pregleda ponude u skladu sa članom 134 stava 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 074/19, 003/23 i 011/23), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke pristupila je ocjeni ovog ponuđača u skladu sa članom 134 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, u odnosu na razloge iz člana 133 ovog Zakona, kako slijedi:

Uvidom u dostavljenu ponudu Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuda sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa Zakona o javnim nabavkama.

Uvidom u finansijski dio ponude ovog ponuđača i zahtjeve u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je Ponuda data u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke:

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavka tehničke specifikacije 1 Nabavka aparat za anesteziju Anesteziološka radna stanica 1. Rad sa svim kategorijama pacijenata: pedijatrijski, odrasli 2. Aparat treba da ima mogućnost low-flow anestezije 3. Rad sa gasovima: O2, N2O, Air 4. Aparat treba da bude na mobilnoj konzoli sa kočnicom na točkovima 5. Aparat treba da ima minimum dvije fioke za smještaj potrošnog materijala i ostalog pribora 6. Integrisana baterija	Ponudač je u finansijskom dijelu ponude naveo: Anesteziološka radna stanica 1. Rad sa svim kategorijama pacijenata: pedijatrijski, odrasli 2. Aparat ima mogućnost low-flow anestezije 3. Rad sa gasovima: O2, N2O, Air 4. Aparat je na mobilnoj konzoli sa kočnicom na točkovima 5. Aparat ima tri fioke za smještaj potrošnog materijala i ostalog pribora 6. Integrisana baterija kapaciteta 120 minuta 7. Modovi ventilacije: • Manuelni • Spontani • Volumenom kontrolisani • Pritiskom kontrolisani • Pritiskom podržani • SIMV-PS 8. Frekvencija apnea ventilacije je od 3

kapaciteta minimum 90 minuta 7. Modovi ventilacije: • Manuelni • Spontani • Volumenom kontrolisani • Pritiskom kontrolisani • Pritiskom podržani • SIMV-PS 8. Minimalna frekvencija apnea ventilacije je ne manje od 3 do minimalno 20 9. Mogućnost mehaničke ventilacije u slučaju prestanka snabdijevanja gasovima iz centralnog dovoda – električno pogonjen ventilator 10. Tidalni volumen: 20 – 1400 ml, Limit pritiska od 15 do 70 cm H₂O , PEEP od 4 do 20 cm H₂O, Frekvencija disanja: 4 – 60, Inspiratorna pauza: 5– 50%, Osjetljivost trigera: 2 – 10 L/min 11. Minimalna koncentracija O₂ u smješi azot oksid - kiseonik od najmanje 23 % 12. Kolor ekran veličine minimum 10 inča, za očitavanje parametara ventilacije kao i prikaz krive 13. Parametri koji se mjere: inspiratorna koncentracija O₂, frekvencija disanja, ekspiratorni tidalni volumen, ekspiratorni minutni volumen, vršni vazdušni pritisak (peak), PEEP, srednji i plato pritiska 14. Aparat dolazi sa integrisanim bronhijalnim aspiratorom 15. Uz aparat se isporučuje 1 isparivač za Sevofluran 16. Mogućnost instalacije 2 isparivača za anestetik 17. Gasni analizator mjeri inspiratornu i ekspiratornu koncentraciju CO₂ i anestetika. Monitor za praćenje vitalnih parametara 18. Ekran minimalne dijagonale 15 inča osjetljiv na dodir 19. Pacijent monitor može da radi sa svim kategorijama pacijenata (odrasli, djeca i neonatusi) 20. Maksimalna težina monitora sa svim modulima 7kg 21. Monitor ima rotaciono dugme za navigaciju po ekranu, izbor i potvrdu funkcija kao i zasebnu fiksnu dugmad ili dugmad osjetljivu na dodir (touch screen) vertikalno postavljeno za sledeće funkcije: - pauziranje zvuka alarma - NIBP mjerenje - prikaz trendova zamrzavanje krivih na ekranu - štampanje na integrisanom štampaču - ulazak u meni 22. Integrisan trokanalni termalni štampač, sa mogućnošću	do 20 9. Mogućnost mehaničke ventilacije u slučaju prestanka snabdijevanja gasovima iz centralnog dovoda – električno pogonjen ventilator 10. Tidalni volumen: 20 – 1400 ml, Limit pritiska od 15 do 70 cm H₂O , PEEP od 0 do 20 cm H₂O, Frekvencija disanja: 4 – 60, Inspiratorna pauza: 0 – 50%, Osjetljivost trigera: 2 – 15 L/min 11. Koncentracija O₂ u smješi azot oksid - kiseonik od 23 % 12. Kolor ekran veličine 10,4 inča, za očitavanje parametara ventilacije kao i prikaz krive 13. Parametri koji se mjere: inspiratorna koncentracija O₂, frekvencija disanja, ekspiratorni tidalni volumen, ekspiratorni minutni volumen, vršni vazdušni pritisak (peak), PEEP, srednji i plato pritiska 14. Aparat dolazi sa integrisanim bronhijalnim aspiratorom 15. Uz aparat se isporučuje 1 isparivač za Sevofluran 16. Mogućnost instalacije 2 isparivača za anestetik 17. Gasni analizator mjeri inspiratornu i ekspiratornu koncentraciju CO₂ i anestetika. Monitor za praćenje vitalnih parametara 18. Ekran dijagonale 15 inča osjetljiv na dodir 19. Pacijent monitor može da radi sa svim kategorijama pacijenata (odrasli, djeca i neonatusi) 20. Težina monitora sa svim modulima 7kg 21. Monitor ima rotaciono dugme za navigaciju po ekranu, izbor i potvrdu funkcija kao i zasebnu fiksnu dugmad vertikalno postavljeno za sledeće funkcije: - pauziranje zvuka alarma - NIBP mjerenje - prikaz trendova zamrzavanje krivih na ekranu - štampanje na integrisanom štampaču - ulazak u meni 22. Integrisan trokanalni termalni štampač, sa mogućnošću štampanja: - krivih u realnom vremenu, - automatsko štampanje krivih - trendova - tabele titracije 23. Prikaz 13 krivih istovremeno 24. Skladištenje 150 sati trendova, 1200 NBP mjerenja i 200 alarmnih događaja 25. Pacijent monitor poseduje internu integrisanu bateriju, sa mogućnošću rada na baterijsko napajanje 5h. 26. Monitor ima centralno postavljene signalne lampe za alarm 27. Parametri koji se mogu mjeriti: - NIBP - EKG - 3 IBP - temperatura - SpO₂ - BIS (kriva EEG, BIS trend, vrijednosti: BIS, SQI, SR) 28. Uz monitor se isporučuje sledeći potrošni materijal za odrasle -po jedan komplet za mjerenje: - EKG (tri odvoda) - 1 x IBP - saturacije sa višekratnim senzorom za odrasle - NIBP za 3 višekratne manžetne različitih veličina - temperature sa višekratnim
---	---

štampanja: - krivih u realnom vremenu, - automatsko štampanje krivih - trendova - tabele titracije 23. Prikaz minimum 13 krivih istovremeno 24. Skladištenje 150 sati trendova, 1200 NBP mjerenja i 200 alarmnih događaja 25. Pacijent monitor poseduje internu integrisanu bateriju, sa mogućnošću rada na baterijsko napajanje minimum 4h. 26. Monitor ima centralno postavljene signalne lampe za alarm 27. Parametri koji se mogu mjeriti: - NIBP - EKG - 3 IBP - temperatura - SpO2 - BIS (kriva EEG, BIS trend, vrijednosti: BIS, SQI, SR) 28. Uz monitor se isporučuje sledeći potrošni materijal za odrasle -po jedan komplet za mjerenje: - EKG (tri odvoda) - 1 x IBP - saturacije sa višekratnim senzorom za odrasle - NIBP za 3 višekratne manžetne različitih veličina - temperature sa višekratnim senzorom	senzorom Zaštićeni naziv: Fabius Plus XL; Kataloški broj: 8608555; Proizvođač: Dragerwerk AG & Co. KGaA, Njemačka Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke na osnovu dostavljene dokumentacije konstatuje da ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET "URION" D.O.O. PODGORICA za stavku tehničke specifikacije 1 ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.
--	---

Naime Ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET "URION" D.O.O. PODGORICA je u okviru ponude dostavio: Dokaz o tehničkim karakteristikama i to:

Katalog 1_Fabius plus XL_OBELEŽEN.pdf

Katalog 2_Vista 120_OBELEŽEN.pdf

Katalog 3_Stavka 28.pdf

Uputstvo za upotrebu_Fabius plus XL_OBELEŽENO.pdf

izjava_tehn. spec..pdf

Drager.pdf

- U dostavljenom katalogu (Katalog 1_Fabius plus XL_OBELEŽEN.pdf) označene su sljedeće tehničke karakteristike određenih stavki i to:

17. Vamos® / Vamos® plus Targeted, safe anaesthesia requires efficient anaesthetic gas monitors. This is exactly what Vamos® and Vamos® plus compact anaesthetic gas monitors provide by reliably displaying carbon dioxide, nitrous oxide and volatile anaesthetic gas concentrations

POWER AND BATTERY BACKUP Power Input 100 to 240 VAC, 50/60 Hz, 70 VA

6. Operation time with fully charged batteries 45 minutes minimum (up to 120 minutes)

ANAESTHESIA GAS SUPPLY MODULE

16. Vapor mount Up to two Dräger (Auto Exclusion/Interlock) or Selectatec®

Vapors

optional additional Dräger (Auto Exclusion/Interlock) or

Selectatec Vapor standby holder

VENTILATOR OPERATING SPECIFICATIONS

9. Ventilator E-vent® Electronically controlled, electrically driven

7. Operating modes Volume Controlled Ventilation

Pressure Controlled Ventilation (Optional)

Pressure Support (Optional)

SIMV/PS (Optional)

Manual Ventilation

Spontaneous Breathing

CONTROL INPUT RANGES

10. Breathing Frequency (rate) 4 to 60 bpm (1/min)

10. Positive End Expiratory Pressure (PEEP) 0 to 20 cmH₂O (hPa)

10. Pressure limiting (P_{max}) 15 to 70 cmH₂O (hPa)

10. Tidal Volume (V_t) 20 to 1,400 mL in Volume Control

20 to 1,100 mL in SIMV/PS.

10. Inspiration pause (T_{ip}:T_i) 0 to 50 %

10. Trigger level 2 to 15 L/min

VENTILATOR MONITORING

13. Monitoring Continuous monitoring of inspiratory O₂ concentration (optional), breathing frequency, tidal volume expiration, expiratory minute volume, peak airway pressure, PEEP, and selection of mean or plateau pressure

12. Control Screen 10.4 in (26,4 cm) TFT color screen, day and night mode

- U dostavljenom katalogu (Katalog 2_Vista 120_OBELEŽEN.pdf) označene su sljedeće tehničke karakteristike (Vista 120 Rešenje za nadzor pacijenta) određenih stavki i to:

dizajniran je da ispuni vaše kliničke potrebe u okviru vašeg budžeta, dajući vam mogućnost da pružite efikasnu negu visokog kvaliteta za pacijenta

18. 380 mm (15") TFT ekran osjetljiv na dodir

Ekran visoke rezolucije (1,024 x 768) je osvetljen

i jednostavan za čitanje, čak i iz daljine

21. Prilagodljivi raspored

Daje vam mogućnost da vidite informacije koje želite, na način

na koji želite da ih vidite

21. Poboljšani prikaz trendova

24. Čuva do 150 sati podataka

o trendovima za sve parametre

u tabelarnim i grafičkim

formatima

Čuva do 1200 NIBP merenja

i 200 događaja alarma

96 sati kompletne objave

21. Alarmi

Indikator alarma i pauziranje/

isključivanje alarma

19. Rešenje za potpuno integrisanu radnu stanicu Vista 120 ima podršku za odrasle, pedijatrijske i neonatalne pacijente u raznovrsnim okruženjima za zdravstvenu negu – uključujući intenzivnu negu, operacione sale, urgentna odeljenja i neonatalnu intenzivnu negu.

23. Osnovne sposobnosti za nadzor, izuzetna vrednost Vista 120 prikazuje do 13 talasnih oblika u rasporedu za jednostavnu konfiguraciju

21. Možete da podesite ekran za prikaz informacija koje želite da vidite, na način na koji želite da vidite. Tasteri za brz pristup i pojednostavljeni meniji postavljaju podatke koji su vam potrebni na dohvrat ruke.

TEHNIČKI PODACI

27. Stepen zaštite od strujnog udara CF: ECG (RESP), TEMP, IBP, C.O.

BF: SPO₂, AG, BIS

22. Snimač

Širina zapisa 48 mm (1,9 inča)

Širina papira 50 mm

Brzina papira 12,5, 25, 50 mm/s

Trag Do 3 talasna oblika

Tipovi snimanja – Kontinualno snimanje u realnom vremenu

– 8/20 sekundi snimanja u realnom vremenu

– Snimanje rezultata kalkulacije oksigenizacije

– Snimanje rezultata kalkulacije ventilacije

– Snimanje rezultata kalkulacije renalne funkcije

– Snimanje grafika trenda

– Snimanje tabele trenda

– Pregled NIBP snimanja

– Pregled snimanja aritmije

– Snimanje pregleda alarma

– Snimanje C.O. merenja

– Snimanje zamrznutog talasnog oblika

– Snimanje proračuna titracije za lek

– Snimanje rezultata kalkulacije za hemodinamiku

20. Težina <7,0 kg (15,4 lbs)

25. Vek baterije ≥ 300 min. (na 25 ± 2 °C, sa (a) novom potpuno napunjenom baterijom/baterijama, kontinualno SpO₂ merenje i NIBP režim automatskog merenja u intervalu od 15 minuta, Dräger ECG/TEMP modul je povezan, snimanje u intervalu od 10 minuta, osvetljenost podešena na „1”)

➤ U dostavljenom katalogu (Katalog 3_Stavka 28.pdf) označene su sljedeće tehničke karakteristike određenih stavki i to:

VISTA 120/VISTA 300

28. A ECG leadwire, 3-lead single-pin, IEC, 1 m 26

VISTA 120/

28. A SpO₂ 2606483

28. REUSABLE TEMPERATURE PROBES

- U dostavljenom Uputstvu za upotrebu (Uputstvo za upotrebu_Fabius plus XL_OBELEŽENO.pdf) označeni su sljedeći navodi:

Predviđena upotreba

1. Fabius plus XL je radna stanica za anesteziju koja se koristi za davanje anestezije odraslim osobama, deci i novorođenčadi, kao i za automatsku i ručnu ventilaciju, spontano disanje podržano pritiskom i samostalno spontano disanje

3. Anestezija se postiže korišćenjem mešavine čistog kiseonika i AIR (medicinskog komprimovanog vazduha) ili čistog kiseonika i azot subokida dovedenih iz sistema za snabdevanje medicinskim gasom ili iz spolja montiranih gasnih boca, uz dodavanje isparljivih anestetičkih sredstava.

2. Fabius plus XL je opremljen kompaktnim disajnim sistemom, koji obezbeđuje razdvajanje svežeg gasa, PEEP, i ograničenje pritiska. Može se koristiti sa delimičnim povratnim udisanjem (nizak protok ili minimalni protok).

Pregled sistema Prednja strana

5.9 Fioke za skladištenje

4. 10 Kočnica

Isparivači (opcija)

15. Dräger Vapor isparivači za anestetičko sredstvo se koriste da obogate svež gas sa precizno izmerenom količinom pare iz tečnog anestetičkog sredstva koji se koristi, npr., Izofluran, Halotan, Enfluran, Sevofluran ili Desfluran.

Ventilacija

7. Ručni/Spontani ventilacioni mod

7. Za spontano disanje:

7. Za ručnu ventilaciju:

7. Volumenom kontrolisana ventilacija

7. Pritiskom kontrolisana ventilacija (opcija)

7. Pritiskom podržana ventilacija (opcija)

7. SIMV/PS ventilacija (opcija)

Napajanje u slučaju nestanka električne energije

6. Kada se prekine napajanje naizmjeničnom strujom uređaja Fabius plus XL, interna rezervna baterija će obezbediti puni rad ventilatora i internih monitora do dva sata posle prekida napajanja

8. Frekv. Min. Minimalna frekvencija apneje ventilacije 3 do 20 bpm (rezolucija 1 bpm) i "OFF" (ISKLJUČENO) (3 do 20 1/min (rezolucija 1/min) i "OFF" (ISKLJUČENO)

11. Tokom nedostatka O₂ S-ORC ograničava N₂O koncentraciju u svežem gasu, tako da O₂ koncentracija ne padne ispod 23 Vol. %

- Izjava o usaglašenosti sa tehničkom specifikacijom, proizvođača Drägerwerk AG & Co. KGaA, Njemačka od 17.11.2025. godine, da ponudena anesteziološka radna stanica ispunjava sve zahtjeve navedene u tehničkoj specifikaciji.
- Izvod iz kataloga proizvođača u kojem je označen Fabius Plus XL; Kataloški broj: 8608555;

Dostavljenim dokazima (katalog, brošura, uputstvo za upotrebu, koji je izdat od proizvođača) i koji sadrži tehničke karakteristike koje su jasno označene u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke, dokazano je ponudeni aparat ispunjava sve tražene uslove u pogledu tehničkih karakteristika a u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke, i između ostalog za sljedeće stavke :

- **Stavka 5** za koju je zahtijevano: "5. Aparat treba da ima minimum dvije fioke za smještaj potrošnog materijala i ostalog pribora", od strane ponuđača je ponudeno: "5. Aparat ima tri fioke za smještaj potrošnog materijala i ostalog pribora", što se potvrđuje dostavljenim u Katalogom 1_Fabius plus XL_OBELEŽEN u kojem se na prvoj strani nalazi fotografija predmetnog aparata na kojoj se vide tri ručke za otvaranje fioke i dostavljenim uputstvom (strana 20) u kojem se pored fioke za skladištenje nalazi i fioka za integrisani modul za anestetički gas Scio Four Family. Navedenim dokumentima kao i dostavljenom Izjavom o usaglašenosti sa tehničkom specifikacijom, proizvođača Drägerwerk AG & Co. KGaA, Njemačka od 17.11.2025. godine, da ponudena anesteziološka radna stanica ispunjava sve zahtjeve navedene u tehničkoj specifikaciji, je dokazano da aparat ima tri fioke za smještaj potrošnog materijala i ostalog pribora, a iznad zahtijevanog minimuma od dvije fioke.
- **Stavka 9** za koju je zahtijevano: "9. Mogućnost mehaničke ventilacije u slučaju prestanka snabdijevanja gasovima iz centralnog dovoda – električno pogonjen ventilator", od strane ponuđača je ponudeno: "9. Mogućnost mehaničke ventilacije u slučaju prestanka snabdijevanja gasovima iz centralnog dovoda – električno pogonjen ventilator", što se potvrđuje označenim tehničkim karakteristikama dostavljenim Katalogom 1_Fabius plus XL_OBELEŽEN u kojem se šestoj strani nalaze označene karakteristike koje glase: "VENTILATOR OPERATING SPECIFICATIONS Ventilator E-vent® Electronically controlled, electrically driven" odnosno „SPECIFIKACIJE RADA VENTILATORA Ventilator E-vent® Elektronski kontrolisan, električno pogon". Navedenom dokumentacijom kao i dostavljenom Izjavom o usaglašenosti sa tehničkom specifikacijom, proizvođača Drägerwerk AG & Co. KGaA, Njemačka od 17.11.2025. godine, da ponudena anesteziološka radna stanica ispunjava sve zahtjeve

navedene u tehničkoj specifikaciji je dokazano da ponudeni aparat posjeduje električno pogonjen ventilator koji omogućava traženu funkcionalnost.

- **Stavka 12** za koju je zahtijevano:“ 12. Kolor ekran veličine minimum 10 inča, za očitavanje parametara ventilacije kao i prikaz krive“, od strane ponuđača je ponudeno:“ 12. Kolor ekran veličine 10,4 inča, za očitavanje parametara ventilacije kao i prikaz krive“, što se potvrđuje označenim tehničkim karakteristikama dostavljenim u Katalogom 1_Fabius plus XL_OBELEŽEN u kojem se na sedmoj strani nalaze označene karakteristike koje glase:“ Control Screen 10.4 in (26,4 cm) TFT color screen, day and night mode“ odnosno „Kontrolni ekran 10,4 inča (26,4 cm) TFT ekran u boji, dnevni i noćni režim“. i dostavljenim uputstvom (strana 20). Navedenom dokumentacijom kao i dostavljenom Izjavom o usaglašenosti sa tehničkom specifikacijom, proizvođača Dragerwerk AG & Co. KGaA, Njemačka od 17.11.2025.godine, da ponudena anesteziološka radna stanica ispunjava sve zahtjeve navedene u tehničkoj specifikaciji dokazano da ponudeni aparat posjeduje zahtijevani kolor ekran.
- **Stavka 20** za koju je zahtijevano:“ 20. Maksimalna težina monitora sa svim modulima 7kg“, od strane ponuđača je ponudeno:“ 20. Težina monitora sa svim modulima 7kg“, što se potvrđuje označenim tehničkim karakteristikama dostavljenim u Katalog 2_Vista 120_OBELEŽEN.pdf u kojem se na petnaestoj strani nalaze označene karakteristike koje glase:“ 0. Težina <7,0 kg (15,4 lbs)“. Navedenom dokumentacijom kao i dostavljenom Izjavom o usaglašenosti sa tehničkom specifikacijom, proizvođača Dragerwerk AG & Co. KGaA, Njemačka od 17.11.2025.godine, da ponudena anesteziološka radna stanica ispunjava sve zahtjeve navedene u tehničkoj specifikaciji dokazano da ponudeni aparat ispunjava uslove u pogledu težine uređaja

Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke	Ocjena ponude u odnosu na uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke: Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda. Upisati broj dana važenja ponude	Ponuđač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #145432) dao sljedeći odgovor: Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuđač postupio u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke Tenderske dokumentacije broj OP 12 -25/ 6954 od 01.08.2025. godine (šifra postupka # 94763).
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke: Mjesto izvršenja ugovora: Zgoda Naručioca-odnosno operaciona sala, na adresi Nikca od Rovina bb, 81400 Nikšić. Ispunjenost uslova utvrđenih tenderskom dokumentacijom, ponuđač može da dokazuje i pisanom izjavom čiji je sadržaj određen Obrascem 1, iz Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta.	Ponuđač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #145432) dao sljedeći odgovor: Mjesto izvršenja ugovora je zgoda Naručioca-odnosno operaciona sala, na adresi Nikca od Rovina bb, 81400 Nikšić Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuđač postupio u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke Tenderske

	dokumentacije broj OP 12 -25/ 6954 od 01.08.2025. godine (šifra postupka # 94763).
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke: Način plaćanja je: virmanski, 100% po isporuci i prijemu opreme, i po dostavljenom računu. Ispunjenost uslova utvrđenih tenderskom dokumentacijom, ponudač može da dokazuje i pisanom izjavom čiji je sadržaj određen Obrascem 1, iz Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta.	Ponudač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #145432) dao sljedeći odgovor: Način plaćanja je virmanski, 100% po isporuci i prijemu opreme, i po dostavljenom računu Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponudač postupio u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke Tenderske dokumentacije broj OP 12 -25/ 6954 od 01.08.2025. godine (šifra postupka # 94763).
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke: Rok plaćanja je 30 dana od dana uredno dostavljene fakture uz priloženi zapisnik o izvršenoj primopredaji, instalaciji i puštanju aparata u rad. Ispunjenost uslova utvrđenih tenderskom dokumentacijom, ponudač može da dokazuje i pisanom izjavom čiji je sadržaj određen Obrascem 1, iz Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta.	Ponudač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #145432) dao sljedeći odgovor: Rok plaćanja je 30 dana od dana uredno dostavljene fakture uz priloženi zapisnik o izvršenoj primopredaji, instalaciji i puštanju aparata u rad Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponudač postupio u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke Tenderske dokumentacije broj OP 12 -25/ 6954 od 01.08.2025. godine (šifra postupka # 94763).
Zahtjev 5 u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke: Ponudač je i obavezan je obezbijediti servisera koji je prošao obuku proizvođača opreme za održavanje aparata. Ponudač se obavezuje da će vršiti preventivno održavanje opreme dva puta godišnje u toku garantnog roka. Ponudač se obavezuje da će se u toku garantnog roka, odazvati na poziv za dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 48 h od prijave kvara, i otkloniti kvar u najkraćem mogućem roku, a najduže u roku od 15 dana od prijave kvara, u kojem roku je obavezan i da obavi zamjenu djelova za koje se ustanovi da su neispravni. Garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih djelova. Ponudač je dužan da se po učinjenoj prijavi kvara od strane korisnika u garantnom roku odazove pozivu u roku od 48 sati i kvar otkloni u roku od 15 dana od dana prijave kvara na aparatu. Ukoliko Dobavljač ne otkloni kvar u navedenom roku, Naručilac ima pravo na nadoknadu	Ponudač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #145432) dao sljedeći odgovor: Izjava o prihvatanju drugih uslova u prilogu. I dostavio: Izjava o prihvatanju uslova.pdf Izjava od 10.11.2025.godine, ovjerena pečatom i svojeručnim potpisom ovlašćenog lica, Milan Ćuković, Izvršni direktor. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponudač postupio u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke Tenderske dokumentacije broj OP 12 -25/ 6954 od 01.08.2025. godine (šifra postupka # 94763).

prouzrokovane štete tako što će za svaki dan nefunkcionisanja opreme ili dijela opreme naplatiti od Dobavljača iznos od 0,5% vrijednosti opreme u kvaru. Svi troškovi popravke aparata (rezervni djelovi i radni sati serviser) u garantnom roku padaju na teret Dobavljača. Za svaki dan nefunkcionisanja ugovorenog aparata u garantnom roku garancija se produžava. Ukoliko dobavljač, za vrijeme trajanja garantnog roka, ne vrati aparat u funkcionalno stanje u roku od 30 (trideset) dana, računajući od dana prijave kvara, dužan je da izvrši zamjenu aparata novim koji mora biti istih ili boljih tehničkih karakteristika, o svom trošku.	
Zahtjev 6 u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke: Ponudjaci su dužni da dostave ovlaštenje proizvođača da može njegovu robu ponuditi u predmetnom postupku javne nabavke. Ukoliko ovlaštenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlaštenje ponudjaci mora biti direktno ovlašteno od proizvođača ponudjenih proizvoda, o čemu je ponudjaci dužni da dostavi dokaz-ovlaštenje proizvođača ponudjenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke.	Ponudjač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #145432) dao sljedeći odgovor: Autorizacija u prilogu. I dostavio: Letter Serbia_Montenegro_OP 12-25 Procurement of anesthesia equipment_MD_20250804_FS.pdf -Ovlaštenje proizvođača Drägerwerk AG & Co. KGaA, Njemačka, od 04.08.2025. godine, ovjereno pečatom i potpisom. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponudjač postupio u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke Tenderske dokumentacije broj OP 12 -25/ 6954 od 01.08.2025. godine (šifra postupka # 94763).
Zahtjev 7 u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke: Ponudjaci su obavezani da prilikom pripremanja finansijskog dijela ponude za svaki proizvod koji se nudi, navede zastice naziv proizvoda i proizvođača . Navedeno u finansijskom dijelu.	Ponudjač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #145432) dao sljedeći odgovor: Navedeno u finansijskom dijelu. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponudjač postupio u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke Tenderske dokumentacije broj OP 12 -25/ 6954 od 01.08.2025. godine (šifra postupka # 94763).
Zahtjev 8 u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke: Ponudjač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponudjenih proizvoda – katalog, brošuru, uputstvo za upotrebu, koji je izdat od proizvođača, i koji sadrži tehničke karakteristike u skladu sa	Ponudjač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #145432) dao sljedeći odgovor: Dokaz o tehničkim karakteristikama u prilogu. I dostavio:

tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. U katalogu sve tehničke karakteristike moraju biti jasno označene u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke.	Katalog 1_Fabius plus XL_OBELEŽEN.pdf Katalog 2_Vista 120_OBELEŽEN.pdf Katalog 3_Stavka 28.pdf Uputstvo za upotrebu_Fabius plus XL_OBELEŽENO.pdf izjava_tehn. spec..pdf Drager.pdf. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponudač postupio u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke Tenderske dokumentacije broj OP 12 -25/ 6954 od 01.08.2025. godine (šifra postupka # 94763).
Zahtjev 9 u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke: Ponudjac je duzan da na dostavljenim rjesenjima o upisu u registar medicinskih sredstava,odnosno dokumentaciji koju dostavlja u slucaju da ponudjeno medicinsko sredstvo nije upisano u registarmedicinskih sredstava,jasno oznaci proizvod,partiju i poziciju na koju se dokumenat odnosi.	Ponudač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #145432) dao sljedeći odgovor: Označeno na dostavljenim Rješenjima. I dostavio: Obnova Fabius Plus XL.pdf Rješenje o produženju registracije medicinskog sredstva (zaštićeni zank: Fabius Plus XL) broj 2070/25/1876-5382 od 04.04.2025. godine izdata od strane CInMED-a, Institut za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponudač postupio u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke Tenderske dokumentacije broj OP 12 -25/ 6954 od 01.08.2025. godine (šifra postupka # 94763).
Zahtjev 10 u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke: Ponudač se obavezuje da će u periodu od 5 godina nakon isteka garantnog roka aparata obezbijediti snabdijevanje rezervnim djelovima proizvođača i održavanje koje će obavljati kvalifikovani serviseri koji su prošli obuku proizvođača za održavanje opreme, po istim zahtjevima kao i održavanje u garantnom roku. Navedeni uslov ponudač dokazuje Izjavom o održavanju aparata. Izjava o održavanju aprata u prilogu.	Ponudač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #145432) dao sljedeći odgovor: Izjava o održavanju aprata u prilogu. I dostavio: Letter Serbia_Montenegro_OP 12-25 Procurement of anesthesia equipment_MD_20250804_FS.pdf Izjava o održavanju aparata.pdf -Ovlašćenje proizvođača Dragerwerk AG & Co. KGaA, Njemačka ,od 04.08.2025godine, ovjereno pečatom i potpisom. -Izjava od 10.11.2025.godine, da će u periodu od 5 godina nakon isteka garantnog roka aparata obezbijediti snabdijevanje rezervnim djelovima proizvođača i održavanje koje će obavljati kvalifikovani serviseri koji su prošli obuku proizvođača za održavanje opreme, po istim zahtjevima kao i održavanje u

	garantnom roku, ovjerena pečatom i svojeručnim potpisom ovlašćenog lica, Milan Čuković, Izvršni direktor. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponudač postupio u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke Tenderske dokumentacije broj OP 12 -25/ 6954 od 01.08.2025. godine (šifra postupka # 94763).
Zahtjev 11 u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke: Ukoliko neki od ponuđenih proizvoda nijesu deklarirani kao medicinsko sredstvo, ponudač je dužan da dostavi rešenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili izjavu proizvođača kojom se to dokazuje.	Ponudač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #145432) dao sljedeći odgovor: / Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponudač postupio u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke Tenderske dokumentacije broj OP 12 -25/ 6954 od 01.08.2025. godine (šifra postupka # 94763).
Zahtjev 12 u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke: Ponudač je dužan da o svom trošku izvrši isporuku, instalaciju, puštanje u rad i obuku za rad na predmetnoj opremi kod korisnika, za medicinsko osoblje koje će raditi na aparatu.	Ponudač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #145432) dao sljedeći odgovor: Izjavljujemo da ćemo o svom trošku izvršiti isporuku, instalaciju, puštanje u rad i obuku za rad na predmetnoj opremi kod korisnika, za medicinsko osoblje koje će raditi na aparatu. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponudač postupio u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke Tenderske dokumentacije broj OP 12 -25/ 6954 od 01.08.2025. godine (šifra postupka # 94763).
Zahtjev 13 u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke: Izjava Ponudača da će nakon zaključivanja ugovora dostaviti uputstvo za upotrebu/ rukovanje na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.	Ponudač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #145432) dao sljedeći odgovor: Izjava u prilogu. I dostavio: Izjava o prihvatanju uslova.pdf Izjava od 10.11.2025.godine, da će nakon zaključivanja ugovora dostaviti uputstvo za upotrebu/ rukovanje na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, ovjerena pečatom i svojeručnim potpisom ovlašćenog lica, Milan Čuković, Izvršni direktor Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponudač postupio u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke Tenderske

	dokumentacije broj OP 12 -25/ 6954 od 01.08.2025. godine (šifra postupka # 94763).
Zahtjev 14 u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke: Ponudač je dužan da dostavi izjavu da će ponudeni aparati biti novi i nekorisćeni.	Ponudač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #145432) dao sljedeći odgovor: Izjava u prilogu. I dostavio: Izjava o prihvatanju uslova.pdf Izjava od 10.11.2025.godine, da će ponudeni aparati biti novi i nekorisćeni, ovjerena pečatom i svojeručnim potpisom ovlaštenog lica, Milan Ćuković, Izvršni direktor Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponudač postupio u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke Tenderske dokumentacije broj OP 12 -25/ 6954 od 01.08.2025. godine (šifra postupka # 94763).
Zahtjev 15 u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke: Ponuda se sacinja na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori,u skladu sa Ustavom i zakonom. -na engleskom jeziku za djelove ponude koji se odnose na dokaze o tehnickim karakteristikama proizvoda,sertifikate,deklaracije,ovlasćenja. Narucilac zadržava pravo da od ponudjaca trazi prevod dijela ponude koji je dat na engleskom jeziku,ukoliko cijeni potrebnim.	Ponudač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #145432) dao sljedeći odgovor: Ponuda se sacinja na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori,u skladu sa Ustavom i zakonom. - na engleskom jeziku za djelove ponude koji se odnose na dokaze o tehnickim karakteristikama proizvoda,sertifikate,deklaracije,ovlasćenja. Narucilac zadržava pravo da od ponudjaca trazi prevod dijela ponude koji je dat na engleskom jeziku,ukoliko cijeni potrebnim. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponudač postupio u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke Tenderske dokumentacije broj OP 12 -25/ 6954 od 01.08.2025. godine (šifra postupka # 94763).
Zahtjev 16 u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke: Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponudača, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora.	Ponudač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #145432) dao sljedeći odgovor: Ukoliko naša ponuda bude izabrana kao najpovoljnija uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavićemo naručiocu: Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponudača, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od

Ukoliko Dobavljač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i u ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude.

ugovorenog roka za izvršenje Ugovora. Ukoliko Dobavljač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i u ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuđač postupio u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke Tenderske dokumentacije broj OP 12 -25/ 6954 od 01.08.2025. godine (šifra postupka # 94763).

PONUĐAČ JE PONUDIO SLJEDEĆU CIJENU:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
1.	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET "URION" D.O.O. PODGORICA	29.840,00 EUR

Ukupno ponuđena cijena bez PDV iznosi: 29.840,00 EUR u okviru procijenjene vrijednosti od 39.400,00 EUR, te shodno utrdenom ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačke 3, 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Uizmajući u obzir odredbe člana 139 stav 1 Zakona o javnim nabavkam, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuđena cijena nije nerealna.

Uvidom u finansijski dio ponude Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ne postoji računska greška.

Na osnovu naprijed navedenih dokaza i činjenica, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, konstatuje da je ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET "URION" D.O.O. PODGORICA podnijeta putem ESJN-a (šifra ponude # 145432), ispravna u skladu sa članom 132 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 003/23 i 011/23) kojim je propisano: "Ispravna je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona."

7.Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPVOLJNIJE PONUDE:

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma :

- odnos cijene i kvaliteta

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponudene cijene ispravnih ponuda.

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, koje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:

1. Parametar: Cijena (C)maksimalan broj bodova 70
2. Parametar: Kvalitet (K) maksimalan broj bodova 30

Ukupan broj bodova = broj bodova za ponudenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)

1. **Parametar cijena (C)** vrednovaće se na sljedeći način: max 70 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponudena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponudjene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodjeljuju proporcionalno, u odnosu na najnižu ponudenu cijenu po formuli:

$$\text{Broj bodova (C)} = \left(\frac{\text{najniža ponudena cijena bez PDV}}{\text{ponudena cijena bez PDV}} \right) \times 70$$

Ako je ponudena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po parametru najniža ponudena cijena uzima se da je ponudena cijena 0,01 EUR.

1. **Parametar kvalitet (K)** vrednovaće se po apsolutnoj metodi, vrednovaće se sledeće karakteristike:

Podkriterijum kvalitet: Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 20 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnov za vrednovanje uzima se: Ponuđač sa najkraćim ponudnim rokom isporuke robe dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli:
$$\text{Broj bodova (K)} = \left(\frac{\text{najkraći ponudni rok isporuke robe}}{\text{ponudni rok}} \right) \times 20$$
 Najkraći ponudni rok za isporuku ne može biti kraći od 1 dana od dostavljanja pisanog zahtjeva za isporuku od strane Naručioca.

U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se garantni rok, na način što se ponudeni garantni rok podijeli sa najvećim ponudnim garantnim rokom, i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum (10 bodova), po formuli:
$$\text{Broj bodova} = \frac{\text{PGR (ponudni garantni rok)}}{\text{NPR (najveći ponudni garantni)}} \times 10$$

Napomena: Garantni rok aparata je minimalno 24 mjeseca od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji, instalaciji i puštanja u rad.

onuda sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabrana kao prvorangirana.

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

Procijenjena vrijednost bez PDV: 213.455,46 EUR
PONUĐENE CIJENE

Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ponuđena cijena	Dodijeljen broj bodova
145432	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET "URION" D.O.O. PODGORICA	29.840,00 EUR	70,00

Ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET "URION" D.O.O. PODGORICA je u okviru svoje ponude u ESJN u dijelu kriterijum u napomeni i odgovoru naveo:

„Rok isporuke je 1 (jedan) dan od dana prijema narudžbe. 1“. i

„Garantni rok aparata je 48 (četrdeset osam) mjeseci od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji, instalaciji i puštanja u rad. 48“

Šifra ponude: 145432

Naziv ponuđača: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET "URION" D.O.O. PODGORICA

Kriterijum	Odgovor ponuđača/ utvrđena vrijednost	Maksimalan broj bodova	Dodijeljen broj bodova
Podkriterijum kvalitet: Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 20 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnov za vrednovanje uzima se: Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke robe dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K) = (najkraći ponuđeni rok isporuke robe / ponuđeni rok) x 20 Najkraći ponuđeni rok za isporuku ne može biti kraći od 1 dana od dostavljanja pisanog zahtjeva za isporuku od strane Naručioca.	1,00	20,00	20,00
U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se garantni rok, na način što se ponuđeni garantni rok podijeli sa najvećim ponuđenim garantnim rokom, i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum (10 bodova), po formuli: Broj bodova = PGR (ponuđeni garantni rok)/NPR (najveći ponuđeni garantni) x 10 Napomena: Garantni rok aparata je minimalno 24 mjeseca od dana potpisivanja zapisnika o	48,00	10,00	10,00

uredno izvršenoj primopredaji, instalaciji i puštanja u rad.

UKUPNO:	30,00	30,00
----------------	--------------	--------------

KONAČAN BROJ BODOVA

r.b.	Ponudač (naziv i sjedište)	Parametar 1 Cijena	Parametar 2 Kvalitet	Parametar 3 Kvalitet	Ukupan broj bodova
1.	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET "URION" D.O.O. PODGORICA	70,00	20,00	10,00	100,00

UTVRĐENA RANG LISTA

	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
1.	#145432	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET "URION" D.O.O. PODGORICA	100,00

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je u skladu sa članom 135a stav 1 Zakona o javnim nabavkama, izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija, kako slijedi:

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

Opis

Tip uslova / zahtjeva

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; é) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog Obavezni udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) uslovi trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu Ispunjenost uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište.

Opis

Tip uslova / zahtjeva

Ispunjenost uslova utvrđenih tenderskom dokumentacijom, ponudač može da dokazuje i pisanom izjavom čiji je sadržaj određen Obrascem 1, iz Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta.

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Pored dokaza o izmirenim svim dospjelim obavezama po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, prvorangirani ponudač u obavezi je da dostavi uvjerenje ili potvrdu: - po osnovu poreza na dodatu vrijednost, koja mora obuhvatati izmirenje navedene obaveze zaključno sa prethodnim mjesecom, ako je dan otvaranja ponuda do, uključujući i 15. u mjesecu, odnosno mora obuhvatati izmirenje navedene obaveze zaključno sa posljednjim mjesecom prije mjeseca otvaranja ponuda, ako je dan otvaranja ponuda nakon 15. u mjesecu. - po osnovu poreza na dobit pravnih lica, koja mora obuhvatati izmirenje navedene obaveze zaključno sa prethodnom godinom, ako je dan otvaranja ponuda do, uključujući i 31. mart, odnosno mora obuhvatati izmirenje navedene obaveze zaključno sa posljednjom godinom prije godine otvaranja ponuda, ako je dan otvaranja ponuda nakon 31. marta. Naručilac neće isključiti iz postupka javne nabavke privredni subjekat zbog neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa, koji dokaže da, u skladu sa propisima, nema obavezu plaćanja poreza i doprinosa ili da mu je odobreno odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, koje blagovremeno izvršava. Ispunjenost uslova utvrđenih tenderskom dokumentacijom, ponudač može da dokazuje i pisanom izjavom čiji je sadržaj određen Obrascem 1, iz Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta..

Obavezni
uslovi

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti. Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o Uslovi za registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem obavljanje registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta. Ispunjenost uslova djelatnosti utvrđenih tenderskom dokumentacijom, ponudač može da dokazuje i pisanom izjavom čiji je sadržaj određen Obrascem 1, iz Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta.

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Rješenje o upisu ponudjaca u Uslovi za registrar za promet na veliko medicinskim sredstvima izdata od nadležnog organa obavljanje zemlje u kojoj privredni subjekat ima sjedište; Ukoliko ponudač nema sjedište u djelatnosti Crnoj Gori dužan je da dostavi i Rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore za veledrogeriju koja ima dozvolu za promet medicinskih sredstava u Crnoj Gori i koja će izvršiti uvoz i promet u Crnoj Gori. U tom slučaju je dužan dostaviti ovlašćenje veledrogerije čije rješenje koristi.

Opis**Tip uslova
/ zahtjeva**

Ponudač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih Stručna i proizvoda – katalog, brošuru, uputstvo za upotrebu, koji je izdat od proizvođača, tehnička i koji sadrži tehničke karakteristike u skladu sa tehničkom specifikacijom sposobnost predmeta nabavke. U katalogu sve tehničke karakteristike moraju biti jasno označene u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke.

Ponudjaci su dužni da dostave ovlaštenje - sertifikat proizvođača za najmanje jednog servisera na teritoriji Crne Gore koji može i koji će da servisira ponudjenu opremu. Ponudač treba kao sastavni dio ponude da dostavi dokaz o angažmanu servisera (kopija radne knjižice ili ugovora o radu).

Dokazi o provjeri podatka u Izjavi privrednog subjekta ponuđača: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET "URION" D.O.O. PODGORICA**Dostavljen (pribavljen) dokaz (opis dokaza)**

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je ponudač podnosilac ponude DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET "URION" D.O.O. PODGORICA u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta naveo da privredni subjekat i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

U okviru ponude naveo: Izjava privrednog subjekta u prilogu. I dostavio: ESPD (5).pdf

Naručilac je u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23), kojim je propisano:” Nakon vrednovanja ponuda, komisija vrši provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija, i to: 3) pribavljanjem dokaza od nadležnih organa, organizacija ili drugih pravnih lica;” izvršio uvid u pribavljene dokaze od nadležnog organa u skladu sa zakonom o ispunjavanju uslova sposobnosti zahtijevane tenderskom dokumentacijom.

Uvjerenje Ministarstva pravde – Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju broj 0804-20295/25 od 25.11.2025. godine na ime Milan Čuković, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivosti lica.

Uvjerenje Ministarstva pravde – Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju broj 0804-20294/25 od 25.11.2025. godine na pravnog lica „Urion“ DOO Podgorica, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivosti pravnog lica.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da su navedeni dokazi izdati od strane nadležnih državnih institucija na osnovu podataka iz kaznenene evidencije, da su dostavljeni u formi originala, kao i da je ponudač postupio u skladu sa Tenderskom dokumentacijom broj OP 12 - 25/ 6954 od 01.08.2025. godine (šifra postupka # 94763).

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je ponudač podnosilac ponude DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET "URION" D.O.O. PODGORICA u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta naveo da je privredni subjekat izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

U okviru ponude naveo: Izjava privrednog subjekta u prilogu. I dostavio: ESPD (5).pdf.

Naručilac je u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23), kojim je propisano:” Nakon vrednovanja ponuda, komisija vrši provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda ekonomski

najpovoljnija, i to: 3) pribavljanjem dokaza od nadležnih organa, organizacija ili drugih pravnih lica;" izvršio uvid u pribavljeni dokaz od nadležnog organa u skladu sa zakonom o ispunjavanju uslova sposobnosti zahtijevane tenderskom dokumentacijom.

- Poreska uprava Područna jedinica Podgorica, akt broj 13/01-2-19867/2 od 25.11.2025.godine da je: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET "URION" D.O.O. PODGORICA, na dan 23.12.2025.godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu: • poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPD obrazaca, zaključno sa 11/2025 godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, • poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2024. godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, • poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 11/2025 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je navedeni dokaz izdat od strane nadležnog organa uprave koji je nadležan za poslove poreza, a kojim se dokazuje da su ponudač izmirili dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponudač ima sjedište, te da je dostavljen u formi originala i time je ponudač postupio u skladu sa Tenderskom dokumentacijom broj OP 12 -25/ 6954 od 01.08.2025. godine (šifra postupka # 94763).

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je ponudač podnosilac ponude DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET "URION" D.O.O. PODGORICA u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta naveo da je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište i naveo o kojem dokazu se radi: Izvod iz Centralnog Registra privrednih subjekata Poreske Uprave <http://www.pretraga.crps.me:8083/Home/PrikaziSlog/1>

U okviru ponude naveo : Izjava privrednog subjekta i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata u prilogu. i dostavio :

ESPD (5).pdf

CRPS.pdf

Naručilac je u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23), kojim je propisano:" Nakon vrednovanja ponuda, komisija vrši provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponudača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija, i to: ...; 2) uvidom u dokaze kojima raspolaže, ako su relevantni u trenutku provjere" izvršio uvid u dokaze kojima raspolaže (skenirane ka kopija originala)i to:

- Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave registarski broj 5-0068730/021, datum registracije 09.08.2002. godine i datum promjene podataka 15.09.2025. godine. Izdat 15.10.2025. godine u 09:46h.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da na osnovu navedenog dokaza se dokazuje da ponudač, podnosilac ponude ispunjavau zahtijevani uslov za obavljanje djelatnosti iz člana 102 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i time je ponudač postupio u skladu sa Tenderskom dokumentacijom broj OP 12 -25/ 6954 od 01.08.2025. godine (šifra postupka # 94763).

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je ponudač podnosilac ponude DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET "URION" D.O.O. PODGORICA u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta naveo da privredni subjekat posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom i naveo o kojem dokazu se radi: Rješenje o upisu u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima, broj rješenja 2070/23/1823/5-7953 od 08.03.2024.godine Izdato od: Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore <https://cinmed.me/medicinska-sredstva/promet-na-veliko/>

U okviru ponude naveo: Izjava privrednog subjekta i Rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva u prilogu..

i dostavio:

ESPD (5).pdf

Potvrda o predaji za obnovu Rješenja.pdf

Naručilac je u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23), kojim je propisano:” Nakon vrednovanja ponuda, komisija vrši provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija, i to: ...; 2) uvidom u dokaze kojima raspolaže, ako su relevantni u trenutku provjere” izvršio uvid dokaze kojima raspolaže i to:

- Kataloge 1,2 i 3 , sa označenim karakteristikama.
- Izjava o usaglašenosti sa tehničkom specifikacijom, proizvođača Dragerwerk AG & Co. KGaA, Njemačka od 17.11.2025.godine, da ponudena anesteziološka radna stanica ispunjava sve zahtjeve navedene u tehničkoj specifikaciji.
- Izvod iz kataloga proizvođača u kojem je označen Fabius Plus XL; Kataloški broj: 8608555; Dostavljenim dokazima (katalog, brošura, uputstvo za upotrebu, koji je izdat od proizvođača) i koji sadrži tehničke karakteristike koje su jasno označene u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke, dokazano je ponudeni aparat ispunjava ispunjava sve tražene uslove u pogledu tehničkih karakteristike a u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da na osnovu dokaza kojima raspolaže se dokazuje da ponuđač, podnosilac ponude ispunjavazahitjevani uslov Stručna i tehnička sposobnost iz člana 106 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama i time je ponuđač postupio u skladu sa Tenderskom dokumentacijom broj OP 12 -25/ 6954 od 01.08.2025. godine (šifra postupka # 94763).

Za ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET “URION” D.O.O. PODGORICA provjerom izjave privrednog subjekta utvrđeno je¹:

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je ponuđač (podnosilac ponude -) u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta naveo da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nije osuđen pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač ponuđač (podnosilac ponude -) je u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta naveo da je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje u Crnoj Gori ili u zemlji u kojoj ima sjedište.

Navedenim i pribavljanjem dokaza od nadležnih organa dokazano je da ponuđač (podnosilac ponude) ispunjava obavezne uslove privrednog subjekta - Dokazivanje obaveznog uslova iz Poziva za nadmetanje, Tenderske dokumentacije broj OP 12 -25/ 6954 od 01.08.2025. godine (šifra postupka # 94763), za izbor najpovoljnije ponude-Nabavka aparata za anesteziju, odnosno **ispunjava uslove iz člana 99 Zakona o javnim nabavkama pa ne postoji osnov za isključenje privrednog društva po osnovu iz člana 108 stav 1 tačka 3.**

Komisija je ispunjenost uslova *za obavljanje djelatnosti*: cijenila na osnovu Izjave privrednog subjekta u kojoj je ponuđač (podnosilac ponude -) naveo da posjeduje dokaze koji su traženi tenderskom dokumentacijom uz navođenje i dostavljanje dokaza, kao i na osnovu javno dostupnih dokaza.

Navedenim dokazima, dokazima kojima raspolaže i pribavljenim javno dostupnim dokazima dokazano je da ponuđač (podnosilac ponude -) ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti privrednog subjekta iz Poziva za nadmetanje, Tenderske dokumentacije broj OP 12 -25/ 6954 od 01.08.2025. godine (šifra postupka # 94763), za izbor najpovoljnije ponude-Nabavka aparata za anesteziju, odnosno **ispunjava uslove iz člana 102 stav 1 tačka 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama pa ne postoji osnov za isključenje privrednog društva po osnovu iz člana 108 stav 1 tačka 4.**

Komisija je ispunjenost uslova *Stručna i tehnička sposobnost*: cijenila na osnovu Izjave privrednog subjekta (podnosilac ponude -) u kojoj je ponuđač naveo da posjeduje dokaze koji su traženi tenderskom dokumentacijom uz navođenje i dostavljanje dokaza.

¹ Ako se provjerom izjave privrednog subjekta utvrdi da postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka ili se ponuđač isključuje iz postupka u skladu sa članom 135a stav 6 ZJN, naručilac će izvršiti provjeru izjave privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda sljedeće rangirana, a ako takve ponude nema poništiće postupak javne nabavke

NAZIV NAZIV PONUĐAČA ČIJA JE PONUDA OCIJENJENA NAJPOVOLJNIJOM, :

Ponudač: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET "URION" D.O.O. PODGORICA sa sjedištem u Podgorici, PERA ŠOCA 6, Podgorica, 81000, PIB 02301245, ovlašćeno lice Izvršni direktor Milan Ćuković, telefon +38220290520, broj faksa +38220290521, e-mail adresa: OFFICE@URION.ME Internet adresa (web-adresa): WWW.URION.ME

Ukupna cijena ponude bez PDV-a : u iznosu od 29.840,00 EUR.

Rok isporuke je 1 (jedan) dan od dana prijema narudžbe..

Garantni rok aparata je 48 (četrdeset osam) mjeseci od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji, instalaciji i puštanja u rad.

7.Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponudač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana dostavljanja odluke.

Žalba se podnosi preko naručioca, i to do uspostavljanja ESJN, neposredno ili putem preporučene pošte u pisanom obliku a nakon uspostavljanja ESJN elektornskim putem na ESJN.

Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.



OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Direktor

mr sci. med.dr. Mrkić Zoran