

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Laboratorijska oprema projekat POC 019 25 Medicinski fakultet

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

UNIVERZITET CRNE GORE

PIB:

02016702

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje na osnovu dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta odnosno izvršnom direktoru.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, , shodno članu 9 stav 10 i 11 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine, 114/24 od 29.11.2024) potpisana elektronskim potpisom.	Obrazac 2
Naručilac će plaćanje vršiti po izvršenoj isporuci i kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, a na osnovu ispostavljene fakture u roku ne dužem od 30 dana. Dobavljač se obavezuje da na ispostavljenoj fakturi obavezno navede broj postupka jednostavne nabavke. Dobavljač će uz fakturu dostaviti Naručiocu otpremnicu.	Rok plaćanja
Rok isporuke robe koja je predmet jednostavne nabavke iznosi ____ dana (ponuđači su u obavezi da se u svojim ponudama izjasne o roku isporuke robe i isti ne može biti duži od 60 od dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Isporuka se vrši na adresu Naručioca: zgrada Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Kruševac bb, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđači su u obavezi da u finansijskom dijelu ponude navedu proizvođača i model uređaja koji nude. U ponuđenu cijenu je potrebno uračunati instalaciju, puštanje u rad i obuku korisnika.	Drugi uslovi
Način plaćanja je virnanski.	Način plaćanja
Privredni subjekat je u obavezi da uz ponudu dostavi tehničke listove za ponuđenu opremu. Tehnički listovi moraju sadržavati sljedeće informacije: 1) naziv i oznaku opreme: jasno navođenje naziva i šifre proizvoda; 2) tehničke karakteristike: detaljan opis performansi i funkcionalnosti proizvoda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije Naručioca.	Drugi uslovi

Garantni rok: proizvođačka garancija minimum godinu dana. Svi garantni rokovi počinju teći od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe. Garantni rok podrazumijeva da će, ukoliko se u toku trajanja garantnog roka na isporučenu robu pojave nedostaci koji nisu posljedica nesavjesne upotrebe Naručioca, dobavljač biti dužan da istu zamijeni u roku od 30 dana od dana poziva Naručioca. Zamijenjena roba mora imati novi garantni rok pod istim uslovima kao i prvobitno isporučena roba. Ponuđač se obavezuje da će obezbijediti postgarantnu servisnu podršku, rezervne i potrošne dijelove.	Garantni rok
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi predmet nabavke koji je ekvivalentan predmetu navedenom u tehničkim karakteristikama pri tehničkoj specifikaciji predmeta jednostavne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore”, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine)). Za stavke u specifikaciji kod kojih su navedeni nazivi proizvođača, robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnju koju označava predmetna roba, ukoliko Ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). Napomena: Ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz kojih se mogu utvrditi bitne karakteristike predmeta nabavke. U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno” i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i Zahtjevom za dostavljanje ponuda.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje na osnovu dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta odnosno izvršnom direktoru.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, , shodno članu 9 stav 10 i 11 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore”, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine, 114/24 od 29.11.2024) potpisana elektronskim potpisom.	Obrazac 2
Naručilac će plaćanje vršiti po izvršenoj isporuci i kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, a na osnovu ispostavljene fakture u roku ne dužem od 30 dana. Dobavljač se obavezuje da na ispostavljenoj fakturi obavezno navede broj postupka jednostavne nabavke. Dobavljač će uz fakturu dostaviti Naručiocu otpremnicu.	Rok plaćanja
Rok isporuke robe koja je predmet jednostavne nabavke iznosi _____ dana (ponuđači su u obavezi da se u svojim ponudama izjasne o roku isporuke robe i isti ne može biti duži od 60 od dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Isporuka se vrši na adresu Naručioca: zgrada Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Kruševac bb, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđači su u obavezi da u finansijskom dijelu ponude navedu proizvođača i model uređaja koji nude. U ponuđenu cijenu je potrebno uračunati instalaciju, puštanje u rad i obuku korisnika.	Drugi uslovi
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja

Privredni subjekat je u obavezi da uz ponudu dostavi tehničke listove za ponuđenu opremu. Tehnički listovi moraju sadržavati sljedeće informacije: 1) naziv i oznaku opreme: jasno navođenje naziva i šifre proizvoda; 2) tehničke karakteristike: detaljan opis performansi i funkcionalnosti proizvoda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije Naručioca.	Drugi uslovi
Garantni rok: proizvođačka garancija minimum godinu dana. Svi garantni rokovi počinju teći od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe. Garantni rok podrazumijeva da će, ukoliko se u toku trajanja garantnog roka na isporučenu robu pojave nedostaci koji nisu posljedica nesavjesne upotrebe Naručioca, dobavljač biti dužan da istu zamijeni u roku od 30 dana od dana poziva Naručioca. Zamijenjena roba mora imati novi garantni rok pod istim uslovima kao i prvobitno isporučena roba. Ponuđač se obavezuje da će obezbijediti postgarantnu servisnu podršku, rezervne i potrošne dijelove.	Garantni rok

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi predmet nabavke koji je ekvivalentan predmetu navedenom u tehničkim karakteristikama pri tehničkoj specifikaciji predmeta jednostavne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore”, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine)). Za stavke u specifikaciji kod kojih su navedeni nazivi proizvođača, robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnju koju označava predmetna roba, ukoliko Ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). Napomena: Ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz kojih se mogu utvrditi bitne karakteristike predmeta nabavke. U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno” i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i Zahtjevom za dostavljanje ponuda.	Drugi uslovi
Ponuđač mora biti ovlašten/autorizovan od strane proizvođača ili njegovog ovašćenog predstavnika za teritoriju Crne Gore za prodaju i servis ponuđenog uređaja u predmetnoj nabavci, što dokazuje dostavljanjem važećeg ovlašćenja ili autorizacije ili sertifikata izdatog ponuđaču od strane proizvođača dobara koja nudi ili njegovog ovašćenog predstavnika za teritoriju Crne Gore, kojim se ponuđač ovlašćuje za prodaju i servis ponuđene robe u predmetnoj nabavci.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

20578.00	1	Mikroskop BX46 Olympus ili EKVIVALENT	UIS2 optički sistem – infinitivna optika Illuminacija: minimum 2W LED izvor svetla (životnog veka minimum 20.000 sati), sistem za upravljanje intenzitetom osvetljenja "Light manager", ugrađena Kelerova iluminacija. Fokus: fokusiranje uzorka se vrši pokretnim nosačem objektiva, fini fokus sa minimalnom graduacijom 1µm. Po rotaciji - Fini fokus 0.1mm ili manje, grubi fokus 17.8 mm ili manje. Manuelni nosač objektiva sa minimum 5 pozicija, kodiran. Tubus: binokularni ergonomski sa mogućnošću podešavanja na tri načina – gore/dole (pomeraj 45mm ili više), napred-nazad (ka ili od korisnika) - pomeraj 55mm ili više, promena nagiba okulara u opsegu 0 - 27o ili više, podešavanje međuzeničnog rastojanja u opsegu 50-76 mm ili više, minimalno vidno polje FN 22. Okulari: 10x, oba sa podešavanjem dioptrije, minimalno vidno polje FN22. Stočić: Nisko fiksiran (po Z osi) stočić za uzroke, kontrola sa desne strane, pravougaoni, presvučen keramikom, pomera se pomoću žice, veličina minimum 156mm x 191mm (minimalna pokretnost po X-Y osi 76 x 52 mm). Dupli držač preparata, otvaranje sa leve strane. Kondenzator - fiskiran na ramu mikroskopa, sa swing-out opcijom, NA 0.90 ili više, za objektivne uvećanja 1.25x-100x. Objektivi: plan ahromatski - 4x (minimalna NA 0.10) - 10x (minimalna NA 0.25) - 20x (minimalna NA 0.40) - 40x (minimalna NA 0.65) - 60x (minimalna NA 0.80) Foto dodatak za montažu kamere sa podešavanjem svetlosne raspodele u dva položaja okulari/kamera (100/0, 20/80). Prekrivač za mikroskop	1.00	KOMAD
----------	---	---------------------------------------	--	------	-------

20578.00	2	Kamera DP23 Olympus ili EKVIVALENT	Tip 6.4 megapiksela ili više, kamera u boji Senzor CMOS u boji Veličina senzora 1/1.8 inča ili veći Rezolucija 3088x2076 piksela (samo fotografisanje) ili veća Veličina piksela 2.4 × 2.4 µm ili veći Ekspozicija opseg 13µs – 15s ili šire Brzina slike uživo u opsegu od minimum 45fps (za minimalnu rezoluciju 3088x2076) do 60 fps (za minimalnu rezoluciju 1920- 1080) ili Prenos podataka bolje kabal USB 3.1, Montaža kamere: tip C-mount Adapter za kameru: uvećanja 0.5x, tipa C-mount. Softver uz kameru: osnovna merenja, poređenje fotografija side by side, snimanje i fotografisanje, panoramsko snimanje uzorka pomeranjem stočića, spajnje fotografija po Z osi u istu ravan (fokus na celoj površini). Uz softver isporučiti i odgovarajući računar.	1.00	KOMAD
----------	---	------------------------------------	---	------	-------

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

20578.00	1	Mikroskop BX46 Olympus ili EKVIVALENT	UIS2 optički sistem – infinitivna optika Illuminacija: minimum 2W LED izvor svetla (životnog veka minimum 20.000 sati), sistem za upravljanje intenzitetom osvetljenja "Light manager", ugrađena Kelerova iluminacija. Fokus: fokusiranje uzorka se vrši pokretnim nosačem objektiva, fini fokus sa minimalnom graduacijom 1µm. Po rotaciji - Fini fokus 0.1mm ili manje, grubi fokus 17.8 mm ili manje. Manuelni nosač objektiva sa minimum 5 pozicija, kodiran. Tubus: binokularni ergonomski sa mogućnošću podešavanja na tri načina – gore/dole (pomeraj 45mm ili više), napred-nazad (ka ili od korisnika) - pomeraj 55mm ili više, promena nagiba okulara u opsegu 0 - 27° ili više, podešavanje međuzeničnog rastojanja u opsegu 50-76 mm ili više, minimalno vidno polje FN 22. Okulari: 10x, oba sa podešavanjem dioptrije, minimalno vidno polje FN22. Stočić: Nisko fiksiran (po Z osi) stočić za uzroke, kontrola sa desne strane, pravougaoni, presvučen keramikom, pomera se pomoću žice, veličina minimum 156mm x 191mm (minimalna pokretnost po X-Y osi 76 x 52 mm). Dupli držač preparata, otvaranje sa leve strane. Kondenzator - fiksiran na ramu mikroskopa, sa swing-out opcijom, NA 0.90 ili više, za objektivne uvećanja 1.25x-100x. Objektivi: plan ahromatski - 4x (minimalna NA 0.10) - 10x (minimalna NA 0.25) - 20x (minimalna NA 0.40) - 40x (minimalna NA 0.65) - 60x (minimalna NA 0.80) Foto dodatak za montažu kamere sa podešavanjem svetlosne raspodele u dva položaja okulari/kamera (100/0, 20/80). Prekrivač za mikroskop	1.00	KOMAD
----------	---	---------------------------------------	--	------	-------

20578.00	2	Kamera DP23 Olympus ili EKVIVALENT	Tip 6.4 megapiksela ili više, kamera u boji Senzor CMOS u boji Veličina senzora 1/1.8 inča ili veći Rezolucija 3088x2076 piksela (samo fotografisanje) ili veća Veličina piksela 2.4 × 2.4 μm ili veći Ekspozicija opseg 13μs – 15s ili šire Brzina slike uživo u opsegu od minimum 45fps (za minimalnu rezoluciju 3088x2076) do 60 fps (za minimalnu rezoluciju 1920- 1080) ili Prenos podataka bolje kabal USB 3.1, Montaža kamere: tip C-mount Adapter za kameru: uvećanja 0.5x, tipa C-mount. Softver uz kameru: osnovna merjenja, poređenje fotografija side by side, snimanje i fotografisanje, panoramsko snimanje uzorka pomeranjem stočića, spajnje fotografija po Z osi u istu ravan (fokus na celoj površini). Uz softver isporučiti i odgovarajući računar.	1.00	KOMAD
----------	---	------------------------------------	---	------	-------

Izveštaj generisan 17.04.2026 16:44