

PREGLED POSTUPKA #113339

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ZU DOM ZDRAVLJA GLAVNOG GRADA
PIB	02015374
E-mail	sanja.knezevic@dzpg.me
Telefon	+38267/143-960 +38220/218-077
Internet adresa	www.dzpg.me
Fax	020/481-999
Adresa	Bracana Bracanovića 1
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka EKG aparata
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Milena Brajovic
Kontakt	067/374-034
Datum objave	22.04.2026. 11:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka EKG aparata	22.04.2026 11:30	28.04.2026 08:00	28.04.2026 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	ZU DOM ZDRAVLJA GLAVNOG GRADA Nabavka EKG aparata 33100000 - Medicinska oprema	12.396,69 EUR	2.603,31 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište .	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Rješenje o upisu ponuđača u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Izjava privrednog subjekta Obrazac 2	Obrazac 2
60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok važenja ugovora je 120 dana, a rok isporuke ne može biti duži od 45 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
ZU Dom zdravlja Glavnog grada – zdravstveni objekat „Nova Varoš“, ul. IV Proleterske brigade, 81 000 Pogorica.	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana uredno izvršene isporuke, ispostavljene fakture i obavljene obuke.	Rok plaćanja
Ponuđač je dužan da dostavi: Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlaštenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.) Izuzetno, ako niko od ponuđača čije su ponude ocijenjene kao ispravne ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: a. CE znak u zavisnosti od klase; b. Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; c. Deklaracija o konformitetu; d. Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača. Ukoliko neki od ponuđenih proizvoda nije medicinsko sredstvo, potrebno je dostaviti izjavu ponuđača pod punom odgovornošću da isto nije medicinsko sredstvo.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi ovlaštenje proizvođača da može njegovu robu ponuditi i servisirati u predmetnom postupku javne nabavke. Ukoliko ovlaštenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlaštenje ponuđaču mora biti direktno ovlašćeno od strane proizvođača ponuđenih proizvoda, o čemu je ponuđač dužan da dostavi dokaz- ovlaštenje proizvođača ponuđenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke	Drugi uslovi
Ponuđač je obavezan da prilikom pripremanja Finansijskog dijela ponude za proizvod koji se nudi navede zaštićeni naziv proizvoda, proizvođača i kataloški broj proizvoda, ukoliko postoji.	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude, u rubrici bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke, navede tačne tehničke karakteristike proizvoda koje nudi, prema zahtjevima iz Tehničkih karakteristika ili specifikacija predmeta javne nabavke.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenog proizvoda (uputstvo, katalog) u kojem su jasno označene (navođenjem pozicije na koju se odnosi) tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da na dostavljenim rješenjima o upisu u registar medicinskih sredstava, odnosno dokumentaciji koju dostavlja u slučaju da ponuđeno medicinsko sredstvo nije upisano u registar medicinskih sredstava, jasno označi proizvod i poziciju na koju se dokument odnosi.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da o svom trošku izvrši obuku medicinskog i tehničkog osoblja za rad na opremi koja je predmet nabavke, u prostorijama Naručioca.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da je u ponuđenu cijenu uračunata obuka medicinskog i tehničkog osoblja, isporuka, montaža, instaliranje. Drugi uslovi	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da obezbijedi da se serviser po pisanoj prijavi kvara, u toku trajanja garantnog roka, odazove u roku koji ne može biti duži od 24h na licu mjesta. Ponuđač je dužan da dostavi izvještaj Naručiocu o izvršenim servisima.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će najmanje 5 godina od dana biti dostupni rezervni djelovi.	Drugi uslovi
Garantni rok 12 mjeseca na svu opremu od dana instalacije i puštanja u rad.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 12.396,69 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		12 - kanalni EKG aparat, minimalne tehničke karakteristike: 1. 12 kanalni EKG aparat 2. integrisano baterijsko napajanje sa kapacitetom baterije većim od 8 časova rada 3. frekvenca uzorkovanja EKG-a min. 32000 Hz 4. Miogram filter od minimalno: LP 25, LP 40, LP 150 Hz ili isključeno (250 Hz) 5. Uređaj mora da poseduje defibrilacionu zaštitu 6. LCD - integrisan kolor minimalne rezolucije 1024 x 768, dijagonale ne manje od 8 inča sa mogućnošću prikaza svih 12 odvoda 7. Aparat mora da poseduje provjeru kvaliteta svakog odvoda pojedinačno, prikazanu različitim bojama zavisno od statusa, tzv “color – coded provjera” 8. Aparat mora da poseduje sistem za detekciju zamijenjenih elektroda pri postavci 9. integrisana memorija aparata minimum 350 EKG snimaka 10. Aparat mora da posjeduje mogućnost izvoza snimaka u PDF formatu na USB memoriju u A4 ili Letter formatu 11. Aparat mora da posjeduje snimanje EKG-a sa konfiguracijama odvoda minimum: standard, pedijatrijski,	

1	12 - kanalni EKG aparat	desni prekordialni i lijevi posteriorni. 12. Uređaj maksimalnih dimenzija 400 x 330 x 90 mm (D x Š x V) 13. Težina aparata ne smije prelaziti 4.7 kg sa uključenim papirom 14. Aparat mora posjedovati minimalno 1 LAN konektor, 2 USB konektora, kao i opciju za Wi-fi 15. Aparat mora imati mogućnost opcionog povezivanja na spirometriju 16. Aparat mora da podržava minimalno sledeće formule za QT korekciju: Bazett, Fredericia, Framingham 17. Aparat mora da poseduje mogućnost nadogradnje "CCAA" ili odgovarajućim softverom za lokalizaciju mjesta opstrukcije u koronarnoj arteriji sa procjenom rizika koja je zona srca koliko ugrožena 18. Aparat mora da posjeduje snimanje resting ritma u trajanju ne kraćem od 10 minuta 19. Aparat mora da posjeduje interni 12 kanalni termo štampač za štampu na Z-fold A4 termo papiru širine minimalno 210mm i brzinom štampe 5/12.5/25/50mm/s i osjetljivosti minimalno : 5/10/20 mm/mV. 20. Aparat mora da posjeduje zalivenu, silikonsku punu alfa numeričku tastaturu laku za čišćenje kao i minimalno 10 direktnih tastera na dodir, pored ostalih direktni moraju biti: Snimanje EKG-a u mirovanju, pokretanje ručne štampe, zaustavljanje ručne štampe 21. Aparat mora podržavati mogućnost opcije ETM (računarski potpomognute interpretacije EKG-a) za djecu i odrasle kao i za sport. 22. Uz aparat je potrebno isporučiti kolica za ekg aparat velike gornje površine (kako bi aparat nesmetano mogao da stane a	3,00 komada
---	-------------------------	--	-------------

da ne pravi problem ili pritiska kablove)

23. Kolica uključuju držač za kablove

24. Prostrana donja polica kolica za elektrode i opremu

25. Kolica imaju minimalno 4 točka sa slobodnom rotacijom od 360° i mehanizmom za kočenje

26. Materijal kolica: izrada čelik/aluminijum, zaštićeni vitalni djelovi(točkovi, podest za aparat) ABS plastikom

27. Dimenzije kolica minimalno 710(D)x560(Š)x900(V)mm

28. Minimalno 2 ručke za lakše pomjeranje i stabilnost pri guranju

29. Uz aparat je obavezno isporučiti : 10-žilni EKG pacijent kabl, grudne elektrode 6 kom, štipaljke 4 kom, EKG papir 1 tabak, strujni kabl, boca gela 1 kom, uputstvo za upotrebu (engleski / crnogorski)

30. Uz aparat je obavezno isporučiti i program koji omogućava štampu putem mreže i mora imati trajnu licencu.