

JZU DOM ZDRAVLJA BUDVA

Broj: 858

Budva, 24.04.2026. godine

Predmet: Odgovor na Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, šifra postupka 110571 – Nabavka „Medicinska sredstva iz oblasti mikrobiologije“.

Poštovani,

U vezi sa Zahtjevom za pojašnjenje tenderske dokumentacije od 22.04.2026. godine, dostavljenim od strane zainteresovanog lica „Professional Development Group“ d.o.o. Podgorica, dajemo odgovor na postavljeno pitanje:

Pitanje:

„Za partiju 11, stavke 1 i 2, da li je greška u opisu predmeta nabavke tj. da li treba da piše PVC eza 1 mikrolitar (μ l), umjesto ml?“

Odgovor:

Naručilac je saglasan sa navodima iz dostavljenog Zahtjeva i konstatuje da je u dijelu tehničke specifikacije za partiju 11, stavke 1 i 2, došlo do tehničke greške u opisu predmeta nabavke.

Umjesto oznake „ml“, pravilno treba da stoji oznaka „ μ l“ (mikrolitar), te se tražena specifikacija odnosi na PVC ezu zapremine 1 mikrolitar (1 μ l).

U skladu sa navedenim, ovo pojašnjenje čini sastavni dio tenderske dokumentacije i primjenjivaće se prilikom pripreme i ocjene ponuda, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

S poštovanjem,

U ime Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Miloš Popivoda dipl.ecc

