

Ministarstvo javnih radova
ul. Arsenija Boljevića, 2a, City Mall/III sprat, 81000 Podgorica
Broj: 04426/26-1412/2
Podgorica, 28.04.2026.

POJAŠNJENJE

**Tenderske dokumentacije broj 05-15/26 od 25.03.2026. godine
(šifra postupka #111199) za izvođenje radova na adaptaciji na adaptaciji
Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju bola KCCG**

Povodom zahtjeva za pojašnjenje Tenderske dokumentacije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u skladu sa članom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, na postavljena pitanja daje sljedeće odgovore:

Pitanje 1. Nejasno je stavka 302: u tekstualnom delu (Tehnički opis. Strana 9) dat je pregled I opis "Spratne kontrolno-ventilske kasete" I gde je navedeno da svaka kasete poseduje "davače kontakta 4-20mA" dok je u Numeričkom delu navedeno da svaka kasete poseduje "transmitere 0-5V", koje su potpuno dve različite tehnologije (prvo navedena je napredniji I nezavistan od pada napona na kabl u drugi je naponski I zavisi od otpornosti kabla ali I smetnji). Takođe zabunu unosi u kome je navedeno da je takav proizvod "proizvodnje Draeger, PME d.o.o. ili ekvivalent". Pregledavajući dostupne informacije kasete proizvođača Draeger upravo I imaju davače kontakta 4-20mA ali za kasete proizvođača PME d.o.o. nigde ne može da se pronađe niti je navedeno preduzeće renomirani proizvođač niti se bilo gde može naći da li poseduje CE znak Ltd. Pitanje: Zašto su u predmeru navedena dva nekomparabilna proizvođača I pri tom naznačeno da su ekvivalentni? Stavka 307: u numeričkoj dokumentaciji, u Tehničkom opisu je dat opšti opis "paralelnog signalizatora stanja pritiska medicinskih gasova" dok je predmeru naveden samo "signalizator stanja medicinskih gasova" ali bez detaljnijih opisa, da li je ugradni, nazidni u kućištu, dimenzije, da li je potreban I koji napon, kakav trafo snabdeva uređaj itd. Nije jasno šta je tačno predmet isporuke, standardi po kojima su proizvedeni I sertifikati o kvalitetu. U grafičkom delu dokumentacije takvog uređaja nema navedenog. Kakav se tačno uređaj zahteva, kakva izvedba (u zid, na zid), koje standard mora da ispuni I kakve ateste mora da poseduje Pitanje: Kakav se tačno uređaj zahteva, kakva izvedba (u zid, na zid), koje standard mora da ispuni I kakve ateste mora da poseduje? Stavka 309: u tekstualnom delu projekta, u Tehničkom opisu je navedeno da su predviđene "Plafonske jedinice intenzivne nege" (strana 11) gde je dat opšti opis šta je predmet ove pozicije, dok su u Predmeru dati drugačiji opisi ali i broj i vrste komponenti koje se treba da se sadrže u navedenom uređaju. Takođe u predmeru nigde nije naveden koji tip i proizvođač je korišćen kao ugledni model ili ekvivalent da bi ponuđač mogao da ponudi adekvatni uređaj. Takođe nisu navedene dimenzije dodatne opreme (polica, fioka, nosača infuzionih rastvora I sl.) a dok u grafičkoj dokumentaciji se u opisu pored crteža uređaja nalaze navedeni I neki uređaji koji se ne nalaze u predmeru (npr. Lampa za pregede za montažu na šinu NCL 17.000 Lux, 12V/35W). Koji deo dokumentacije je merodavan za davanje ponude? Stavke 311 i 312: u tehničkom opisu je dat opis "Nadkrevetne jedinice poluintenzivne I intenzivne nege" (strana 13) uz foto prikaz zidne jedinice sa elektro I gasnim priključnicama, uz opise osvetljenja, napajanja, komunikacije itd. U grafičkom delu ovih jedinica nema dok u predmeru su dati opisi "zidnih instalacionih kanala (administrativni kanali)" koji po sadržini nemaju priključnice medicinskih gasova. Potpuno je nejasno šta se treba ponuditi, kako se ovi kanali montiraju (visine od poda, plafona, tačno mesto ugradnje....), zašto je u tehničkom opisu dato jedno, a u predmeru drugo a nema ga u grafičkoj dokumentaciji, Pitanje: Da li je potrebno da navedeno bude sertifikovano?

Odgovor: Navedeno će biti predmet izmjene Tehničke specifikacije.

Pitanje 2: Molimo Vas za sledeće odgovore: Pozicija 13 – na koje se tačno slojeve krova misli kao i koje su debljine tih slojeva. Odgovor na ovo pitanje je od krucijalne važnosti za ispravno formiranje jedinične cijene za ovu poziciju. Pozicija 14 - na koje se tačno slojeve krova misli kao i koje su debljine tih slojeva. Odgovor na ovo pitanje je od krucijalne važnosti za ispravno formiranje jedinične cijene za ovu poziciju. Pozicija 39 – navedena širina profila UW i CW je 100mm, a ukupna debljina zida 75mm. Koji od ova dva podatka je mjerodavan?

Odgovor: Navedeno će biti predmet izmjene Tehničke specifikacije.

Pitanje 3: Stavka 39. Pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih Knauf ili ekvivalent CW (MEST EN 14195) i UW (MEST EN 14195) profila 100 mm ili ekvivalent (nazivne debljine 0.6 mm). Zid je nenosiv. Visina zida max. 5,05 m (osni razmak CW profila 62,50 cm). Ukupna debljina zida 75 mm. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 ili ekvivalent (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Zvučna zaštita R_w 59 dB (R_w = ispitana vrijednost zvučne izolacije građevinskog elementa bez uzdužnog prenosa preko bočnih konstruktivnih djelova). Ispuna spojeva: Uniflott ili ekvivalent papirne bandaž trake i impregnirani. Izolacioni sloj debljine 50 mm (mineralna vuna Knauf Insulation DECIBEL ili ekvivalent). Napomena: Zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW i UW profila koristi se dihtung traka. Slojevi: Knauf ili ekvivalent profil CW100 ili ekvivalent + vuna Decibel 50mm ili ekvivalent Knauf ili ekvivalent vlagootporna-impregnirana ploča (H2) 2x12,5mm ili ekvivalent. Prilikom montaže voditi računa da se izvedu instalacije u skladu sa projektima instalacija, prije montaže obloge. Obračun po m² komplet završene pozicije. U cijenu uračunata i izrada spojeva bandažnim trakama, te kitovanje i gletovanje spojeva, podkonstrukcija i pribor za kačenje. Napomena: Pozicijom obuhvatit i postavljanje ojačanja od UA profila za vrata i ostale otvore.

Pitanje: U opisu pozicije je navedeno: - upotreba CW/UW profila širine 100 mm, - ukupna debljina zida 75 mm, - visina zida do 5,05 m. Navedeni parametri nijesu međusobno usklađeni, jer sistem sa profilima širine 100 mm podrazumijeva ukupnu debljinu zida veću od 100 mm, dok zid ukupne debljine 75 mm odgovara užim profilima (npr. CW50), koji nisu uobičajeni za navedene visine. Molimo da precizirate: tačan tip sistema (širina profila, ukupna debljina zida), kao i sve relevantne tehničke zahtjeve kako bi ponuđači mogli pripremiti uporedive i tehnički ispravne ponude.

Odgovor: Navedeno će biti predmet izmjene Tehničke specifikacije.

Pitanje 4. Stavka 51. Nabavka i postavljanje formatizera 10cm i holkela sa kapicom na mjestu završetka homogenog vinil poda u spoju sa zidom. Sučeljavanja gerovati. Obračun po m' kompletne pozicije. **Pitanje:** U Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, u koloni koja se odnosi na količinu navedeno je 427 m². Molimo da se jedinica mjere uskladi sa opisom predmeta nabavke gdje je naveden obračun po m' kompletne pozicije **Pitanje 3.** Stavka 103. Kancelarijski sto 120x80 Otvorene zidne police od univera, debljine 18 mm, sa dvije pregrade, odgovarajućih okova i dimenzija 120x30x40cm. Rađene su od pločastih elemenata sa četiri bočne strane koje prostor dijele u tri jednake sekcije. Oznaka u grafičkom prilogu n11. **Pitanje:** Molimo da se ispravi opis jer je naveden "Kancelarijski sto 120x80" dok je u nastavku teksta opisana otvorena zidna polica od univera.

Odgovor: Navedeno će biti predmet izmjene Tehničke specifikacije.

Predsjednik Komisije

Milica Vukčević