

PREGLED POSTUPKA #114291

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ZU KLINIČKO - BOLNIČKI CENTAR KOTOR
PIB	02032651
E-mail	mirjana.obk@t-com.me
Telefon	032/325-788
Internet adresa	www.jzuobkotor.me
Fax	032/325-405
Adresa	Njegoševa bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Usluge preventivnog servisa medicinskih aparata proizvođača „Shimatzu“ sa isporukom i ugradnjom rezervnih djelova za potrebe RTG službe, po principu „uključeno sve“
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Mirjana Ivanović
Kontakt	032/325-788
Datum objave	05.05.2026. 14:00

Napomena	Ponuđač je dužan obezbijediti servisno održavanje aparata koji su predmet javne nabavke i podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje istih . Preventivno održavanje: Preventivno održavanje, aparata koje je korisnik specificirao, obezbijедуje bezbjedno i optimalno funkcionisanje aparata. Cilj ovog održavanja je da se smanje zastoji u radu i obezbijedi kontinuirani rad aparata kroz vršenje redovnih servisa jedan put po aparatu za vrijeme trajanja ugovora; - Korektivno održavanje: Korektivno održavanje aparata, kojem se pristupa nakon nastanka kvara po učinjenoj prijavi ima za cilj vraćanje aparata u ispravno stanje u vremenskom intervalu koji je definisan ovim pozivom; Rezervni djelovi i potrošni materijal: Svi rezervni djelovi i potrošni materijal,osim RTG cijevi i generatora,, za aparate koji su predmet ovog javnog nadmetanja, a specificirani su od strane ovlašćenog servisera kao neispravni, moraju se zamijeniti u cilju dovođenja aparata u ispravno stanje Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze o ispunjenosti uslova u roku od 8 dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva naručioca..
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	ZU KLINIČKO - BOLNIČKI CENTAR KOTOR Servis opreme marke SHIMATZU KBC Kotor 50421000 - Usluge popravki i održavanja medicinske opreme	22.600,00 EUR	4.746,00 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje	Obavezni uslovi
Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti, za obavljanje djelatnosti, da • je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Obrazac 2	ESPD
Rok važenja ponude:60 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 12(dvanaest) mjeseci od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je :ZU Kliničko- bolnički centar Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: u roku od 60 dana od dana uredno izvršene isporuke i ispostavljene fakture,u 12 jednakih mjesečnih rata	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja

Način sprovođenja kontrole kvaliteta • Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će izvršiti isporuku i ugraditi originalne rezervne djelove proizvođača ; • Autorizacija proizvođača - Ponuđač je obavezan da dostavi ovlašćenje od proizvođača opreme „Shimatzu,, za distribuciju rezervnih djelova i servis medicinske opreme, na teritoriji Crne Gore po zahtjevu za dostavljanje ponuda br._____ (koji može biti dostavljen i na engleskom jeziku). - •Ponuđač je dužan da dostavi sertifikate servisera da su završili obuku za popravku aparata koji su specificirani tenderskom dokumentacijom sa jednim od navedenih dokaza(koji mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku): - ako je serviser zaposlen kod ponuđača dokaz o radnom odnosu, - ako serviser nije zaposlen kod ponuđača, dostaviti ugovor koji ima sa ovlašćenim servisom.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će se po učinjenoj prijavi kvara od strane korisnika odazati pozivu u roku od 48 sati i da kvar otkloniti u roku najduže do 7 dana od dana dijagnostike kvara, osim u slučajevima kada popravka zahtjeva isporuku i zamjenu jednog ili više rezervnih djelova kada rok za popravku može biti do 30 dana;	Drugi uslovi
GARANTNI ROK.Garantni rok na izvršenu uslugu ne može biti kraći od 12 mjeseci.Ponuđač je dužan da navede garantni rok koji nudi.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 22.600,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Servisno održavanje aparata Shimadzu FLEXAVISION HB Package 566-28000-68	Provjera rada motora i switcheva za upravljanje Provjera svih smjerova okretanja kolone Provjera svih smjerova kretanja stola Provjera ispravnosti kablova Provjera ispravnosti elektromagnetskih kočnica Provjera ispravnosti sigurnosnih prekidača Provjera režima snimanja Kalibracija RTG cijevi FVR Provjera i po potrebi kalibracija TmA TkV Provjera servo motora kolimatora, otvor latica, žarulje i ispravnost xray snopa Mjerenje napona po fabričkom PM protokolu Svi rezervni dijelovi i potrošni materijal, osim RTG cijevi i generatora,, za aparate koji su predmet ovog javnog nadmetanja, a specificirani su od strane ovlašćenog servisera kao neispravni, moraju se zamijeniti u cilju dovođenja aparata u ispravno stanje	1,00 kom

2	Servisno održavanje aparata Shimatzu Model RadSpeed Ser br.0462R82117	Provjera rada motora i switcheva za upravljanje Provjera svih smjerova okretanja kolone Provjera svih smjerova kretanja stola Provjera ispravnosti kablova Provjera ispravnosti elektromagnetskih kočnica Provjera ispravnosti sigurnosnih prekidača Provjera režima snimanja Kalibracija RTG cijevi FVR Provjera i po potrebi kalibracija TmA TkV Provjera servo motora kolimatora, otvor latica, žarulje i ispravnost xray snopa Mjerenje napona po fabričkom PM protokolu Svi rezervni dijelovi i potrošni materijal, osim RTG cijevi i generatora,, za aparate koji su predmet ovog javnog nadmetanja, a specificirani su od strane ovlaštenog servisera kao neispravni, moraju se zamijeniti u cilju dovođenja aparata u ispravno stanje	1,00 kom
---	---	---	----------

3	Servisno održavanje aparata Shimatzu Model RadSpeed Ser.br.0362R82501 DZ	Provjera rada motora i switcheva za upravljanje Provjera svih smjerova okretanja kolone Provjera svih smjerova kretanja stola Provjera ispravnosti kablova Provjera ispravnosti elektromagnetskih kočnica Provjera ispravnosti sigurnosnih prekidača Provjera režima snimanja Kalibracija RTG cijevi FVR Provjera i po potrebi kalibracija TmA TkV Provjera servo motora kolimatora, otvor latica, žarulje i ispravnost xray snopa Mjerenje napona po fabričkom PM protokolu Svi rezervni dijelovi i potrošni materijal, osim RTG cijevi i generatora,, za aparate koji su predmet ovog javnog nadmetanja, a specificirani su od strane ovlaštenog servisera kao neispravni, moraju se zamijeniti u cilju dovođenja aparata u ispravno stanje	1,00 kom
---	--	---	----------