

PREGLED POSTUPKA #114773

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU DOM ZDRAVLJA KOLAŠIN
PIB	02015889
E-mail	dzkolasin@t-com.me
Telefon	020/865-140
Internet adresa	www.domzdravljakolasin.com
Fax	020/865-120
Adresa	Dunje Đokić bb
Grad	Kolašin
Poštanski broj	81210

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Oprema za fizikalnu terapiju-shock waves aparat
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nataša Pejović
Kontakt	020/865-140
Datum objave	13.05.2026. 13:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Aparat za fizikalnu terapiju	13.05.2026 13:00	19.05.2026 14:00	19.05.2026 14:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	JZU DOM ZDRAVLJA KOLAŠIN Aparat za shockwave terapiju 33155000 - Aparati za fizikalnu terapiju	8.165,28 EUR	1.714,72 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa potpisana od strane ovlaštenog ponuđača koja se sačinjava na Obrascu 2.	Obrazac 2
Rok važenja ponude: 40 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora: 60 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: ZU Dom zdravlja Kolašin, Ul.Dunje Đokić br.8 Kolašin	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana obostranog potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu opreme i uredno uručene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: Minimum 24 mjeseca . garancija počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji. ponuđač je odgovoran za ispravnost aparata u garntnom roku od minimum 90% vremena tj. 329 dana.Ponuđač je i obavezan da obezbijedi servisera koji je prošao obuku proizvođača opreme za održavanje aparata.Dovaljač će u garantnom roku obavljati sve redovne preventivne inspekcije i ervise po preporuci proizvođača. u slučaju kvara aparata u garantnom roku ovlašćeni serviseri dobavljača su dužni da se po učinjenoj prijavi kvara od strane korisnika u garantnom roku, odazovu pozivu u roku od 48 sati i kvar otklone najduže do 15 dana od dana prijave kvara na aparatu. Ukoliko dobavljač ne otkloni kvar u navedenom roku , dužan je da obezbijedi zamjenski aparat do popravke postojećeg ili isporuči novi aparat. Svi troškovi popravke aparata (rezervni djelovi i radni sati servisera)u garantnom roku padaju na teret Dobavljača.Za svaki dan nefunkcionisanja ugovorenog aparata u garantnom roku garancija se produžava. Prihvatanje navedenog uslova ponuđač potvrđuje izjavom o garantnom roku.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **8.165,28 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
--	-----------------------	---------------------------------------	----------

1	Aparat za fizikalnu terapiju- Shock waves	1. Ekran: u boji, osjetljiv na dodir, dijagonala najmanje 10" 2. Tipovi emisije: najmanje 5 tipova (pojedinačni, kontinuirani, rafalni, kontinuirani automatski, rafalni automatski) 3. Rafalna emisija: 1–100 impulsa po rafalu, pauza između impulsa 10–2.000 msec 4. Maksimalni pritisak: najmanje 20 MPa 5. Radni pritisak: podesiv 1,0–5,0 bar, korak najviše 0,1 bar 6. Frekvencija: podesiva 1–20 Hz, korak najviše 1 Hz 7. Broj udaraca po tretmanu: 0–10.000 8. Trajnost ručice: najmanje 1.000.000 udaraca 9. Izlazni kanali: najmanje 1 10. Memorija pacijenata: najmanje 200 kartona 11. Protokoli tretmana: najmanje 8 sačuvanih protokola 12. Kompresor: dvoglavi ili višeglavi, bez uklanjanja kondenzovane vode 13. Potrošnja energije: najviše 200 VA 14. Napajanje: 230 Vac, 50–60 Hz, $\pm 10\%$ 15. Dimenzije: max 45×40×25 cm (Š×D×V) 16. Težina: najviše 15 kg 17. Isporuka uključuje: • Ergonomska ručica za tretman sa integrisanim sistemom apsorpcije šoka • Zamjenski kit za produženje trajnosti ručice za najmanje 1.000.000 dodatnih udaraca • Najmanje 4 transmitera u isporuci: transmieter prečnika 35 mm, fokusirani transmieter prečnika 15 mm, multifokusirani transmieter prečnika 15 mm, multifokusirani transmieter prečnika 9 mm • Metalna kolica sa policama i fiokom, predviđena i kompatibilna za rad i transport ponuđenog aparata	1,00 kom
---	---	---	----------

