

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Oprema za fizikalnu terapiju-shock waves aparat

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JZU DOM ZDRAVLJA KOLAŠIN

PIB:

02015889

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa potpisana od strane ovlašćenog ponuđača koja se sačinjava na Obrascu 2.	Obrazac 2
Rok važenja ponude: 40 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora: 60 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: ZU Dom zdravlja Kolašin, Ul.Dunje Đokić br.8 Kolašin	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana obostranog potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu opreme i uredno uručene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: Minimum 24 mjeseca . garancija počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji. ponuđač je odgovoran za ispravnost aparata u garntnom roku od minimum 90% vremena tj. 329 dana.Ponuđač je i obavezan da obezbijedi serviseru koji je prošao obuku proizvođača opreme za održavanje aparata.Dovaljač će u garantnom roku obavljati sve redovne preventivne inspekcije i erise po preporuci proizvođača. u slučaju kvara aparata u garantnom roku ovlašćeni serviseri dobavljača su dužni da se po učinjenoj prijavi kvara od strane korisnika u garantnom roku, odazovu pozivu u roku od 48 sati i kvar otklone najduže do 15 dana od dana prijave kvara na aparatu. Ukoliko dobavljač ne otkloni kvar u navedenom roku , dužan je da obezbijedi zamjenski aparat do popravke postojećeg ili isporuči novi aparat. Svi troškovi popravke aparata (rezervni djelovi i radni sati serviseru)u garantnom roku padaju na teret Dobavljača.Za svaki dan nefunkcionisanja ugovorenog aparata u garantnom roku garancija se produžava. Prihvatanje navedenog uslova ponuđač potvrđuje izjavom o garantnom roku.	Garantni rok

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa potpisana od strane ovlašćenog ponuđača koja se sačinjava na Obrascu 2.	Obrazac 2
Rok važenja ponude: 40 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora: 60 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: ZU Dom zdravlja Kolašin, Ul.Dunje Đokić br.8 Kolašin	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana obostranog potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu opreme i uredno uručene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: Minimum 24 mjeseca . garancija počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji. ponuđač je odgovoran za ispravnost aparata u garntnom roku od minimum 90% vremena tj. 329 dana.Ponuđač je i obavezan da obezbijedi serviseru koji je prošao obuku proizvođača opreme za održavanje aparata.Dovaljač će u garantnom roku obavljati sve redovne preventivne inspekcije i ervice po preporuci proizvođača. u slučaju kvara aparata u garantnom roku ovlašćeni serviseri dobavljača su dužni da se po učinjenoj prijavi kvara od strane korisnika u garantnom roku, odazovu pozivu u roku od 48 sati i kvar otklone najduže do 15 dana od dana prijave kvara na aparatu. Ukoliko dobavljač ne otkloni kvar u navedenom roku , dužan je da obezbijedi zamjenski aparat do popravke postojećeg ili isporuči novi aparat. Svi troškovi popravke aparata (rezervni djelovi i radni sati serviseru)u garantnom roku padaju na teret Dobavljača.Za svaki dan nefunkcionisanja ugovorenog aparata u garantnom roku garancija se produžava. Prihvatanje navedenog uslova ponuđač potvrđuje izjavom o garantnom roku.	Garantni rok

Registracija predmeta nabavke: Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlaštenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.) Izuzetno, ako niko od ponudjača čije su ponude ocijenjene kao ispravne ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponudjača koji nudi medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, ukoliko je ponudjeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: a. CE znak u zavisnosti od klase, b.Sertifikat o o sistemu kvaliteta ISO 13485, c. Deklaracija o konformitetu, d.Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi originalni katalog proizvođača za ponuđeni predmet nabavke sa jasno naznačenim (markirano i obilježeno) tehničkim karakteristikama koje je naručilac zahtijevao dokumentacijom.Ponuđač je dužan u priloženom katalogu zaokružiti ili markirati markerom svaku tehničku karakteristiku koja se zahtijeva,sa naznakom broja karakteristike iz tehničke specifikacije Naručioca.Ukoliko sve zahtijevane karakteristike nijesu sadržane u katalogu, ponuđač može dostaviti izjavu proizvođača, pečatiranu i potpisanu od strane ovlaštenog lica proizvođača ,kojom se dokazuje da ponuđeni predmet nabavke posjeduje zahtijevanu karakteristiku i na kojoj će precizno biti naveden broj stavke i njen puninaziv iz tehničke specifikacije Naručioca na koju se karakteristika odnosi.Katalog i izjava proizvođača mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku.Naručilac zadržava pravo da odponuđača zahtijeva prevod i provjeru priloženih informacija.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Cijena	Eksplisitna numerička vrijednost	Apsolutno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Cijena	Eksplisitna numerička vrijednost	Apsolutno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
8165.28	1	Aparat za fizikalnu terapiju- Shock waves	1. Ekran: u boji, osjetljiv na dodir, dijagonala najmanje 10" 2. Tipovi emisije: najmanje 5 tipova (pojedinačni, kontinuirani, rafalni, kontinuirani automatski, rafalni automatski) 3. Rafalna emisija: 1–100 impulsa po rafalu, pauza između impulsa 10–2.000 msec 4. Maksimalni pritisak: najmanje 20 MPa 5. Radni pritisak: podesiv 1,0–5,0 bar, korak najviše 0,1 bar 6. Frekvencija: podesiva 1–20 Hz, korak najviše 1 Hz 7. Broj udaraca po tretmanu: 0–10.000 8. Trajnost ručice: najmanje 1.000.000 udaraca 9. Izlazni kanali: najmanje 1 10. Memorija pacijenata: najmanje 200 kartona 11. Protokoli tretmana: najmanje 8 sačuvanih protokola 12. Kompresor: dvoglavi ili višeglavi, bez uklanjanja kondenzovane vode 13. Potrošnja energije: najviše 200 VA 14. Napajanje: 230 Vac, 50–60 Hz, $\pm 10\%$ 15. Dimenzije: max 45×40×25 cm (Š×D×V) 16. Težina: najviše 15 kg 17. Isporuka uključuje: - Ergonomska ručica za tretman sa integrisanim sistemom apsorpcije šoka - Zamjenski kit za produženje trajnosti ručice za najmanje 1.000.000 dodatnih udaraca - Najmanje 4 transmitera u isporuci: - transmitter prečnika 35 mm, fokusirani - transmitter prečnika 15 mm, multifokusirani - transmitter prečnika 15 mm, multifokusirani - transmitter prečnika 9 mm - Metalna kolica sa policama i fiokom, predviđena i kompatibilna za rad i transport ponuđenog aparata	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
8165.28	1	Aparat za fizikalnu terapiju- Shock waves	1. Ekran: u boji, osjetljiv na dodir, dijagonala najmanje 10" 2. Tipovi emisije: najmanje 5 tipova (pojedinačni, kontinuirani, rafalni, kontinuirani automatski, rafalni automatski) 3. Rafalna emisija: 1–100 impulsa po rafalu, pauza između impulsa 10–2.000 msec 4. Maksimalni pritisak: najmanje 20 MPa 5. Radni pritisak: podesiv 1,0–5,0 bar, korak najviše 0,1 bar 6. Frekvencija: podesiva 1–20 Hz, korak najviše 1 Hz 7. Broj udaraca po tretmanu: 0–10.000 8. Trajnost ručice: najmanje 1.000.000 udaraca 9. Izlazni kanali: najmanje 1 10. Memorija pacijenata: najmanje 200 kartona 11. Protokoli tretmana: najmanje 8 sačuvanih protokola 12. Kompresor: dvoglavi ili višeglavi, bez uklanjanja kondenzovane vode 13. Potrošnja energije: najviše 200 VA 14. Napajanje: 230 Vac, 50–60 Hz, ±10% 15. Dimenzije: max 45×40×25 cm (Š×D×V) 16. Težina: najviše 15 kg 17. Isporuka uključuje: - Ergonomska ručica za tretman sa integrisanim sistemom apsorpcije šoka - Zamjenski kit za produženje trajnosti ručice za najmanje 1.000.000 dodatnih udaraca - Najmanje 4 transmitera u isporuci: - transmitter prečnika 35 mm, fokusirani - transmitter prečnika 15 mm, multifokusirani - transmitter prečnika 15 mm, multifokusirani - transmitter prečnika 9 mm - Metalna kolica sa policama i fiokom, predviđena i kompatibilna za rad i transport ponuđenog aparata	1.00	kom