

PREGLED POSTUPKA #12749

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ZAVOD ZA METROLOGIJU
PIB	02628511
E-mail	zavod@metrologija.gov.me
Telefon	020/601-360
Internet adresa	www.metrologija.me
Fax	020/634-651
Adresa	Arsenija Boljevića bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Mjerni instrumenti i oprema za mjerenje
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dea Radević
Kontakt	067/079-998
Datum objave	06.12.2021. 14:50
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	06.12.2021 14:50	10.12.2021 08:00	10.12.2021 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2021	ZAVOD ZA METROLOGIJU Mjerni instrumenti i oprema za mjerenje 32000000 - Radio, televizijska, komunikacijska, telekomunikacijska i srodna oprema 38300000 - Instrumenti za mjerenje 38710000 - Instrumenti za mjerenje vremena 42120000 - Pumpe i kompresori	10.822,31 EUR	2.272,69 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Način plaćanja: virmanski, na žiro račun izvršioca usluga	Način plaćanja	DA
Rok plaćanja: u roku od 15 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja	DA
Mjesto izvršenja ugovora: na adresi Arsenija Boljevića bb u Podgorici	Mjesto izvršenja ugovora	DA
Garantni rok: minimum 12 mjeseci od dana isporuke	Garantni rok	DA
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Svaki element opreme će biti provjeren nakon isporuke i izvršiće se provjera ispunjenosti zadate specifikacije u skladu sa implementiranim sistemom menadžmenta kvalitetom Naručioca	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	DA
Rok važenja ponude: 30 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude	DA
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje na osnovu dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	DA
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 61/20, 65/20, 71/20, 74/20, 102/20 i 51/21).	ESPD	DA
Rok izvršenja ugovora: 2 mjeseca od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora	NE
Rok izvršenja ugovora: 6 mjeseci od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora	NE

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

10.822,31 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	Oprema za Laboratoriju za temperaturu		
Procijenjena vrijednost bez PDV	5.182,00 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Radni etaloni za obavljanje kalibracija na terenu - Senzori za mjerenje temperature	Radni etaloni za obavljanje kalibracija na terenu - Senzori za mjerenje temperature - Opseg temperature: -200 °C do +200 °C - Senzori: Pt100, 1/10 DIN B, EN 60751:2008; 4 žice (gole žice) - Zaštitni omotač senzora: nerđajući čelik - Dimenzije sonde: maksimalna dužina 50 mm, maksimalni prečnik sonde 4 mm - Priključak senzora četvorožični sa dužinom konekcionog kabla PTFE najmanje 10 m (kabal otporan na 150 °C, teflonski kabal ili slično), ogoljene žice na kraju, klasa zaštite: IP68. Mjerna nesigurnost 0,050 °C	5,00 komad

2	Konektori za radne etalone	Konektori za radne etalone Odvojeno 6 konektora za senzore kompatibilnih sa već postojećom glavnom jedinicom-data loggerom (neophodni su ZA 9030 FS2 za Almemo 710)	6,00 komad
3	Destilator vode	Destilator vode - Kapacitet proizvodnje destilovane vode 20l/h - Provodljivost proizvedene vode bolja od 1 μ S/cm	1,00 komad

Broj partije	2		
Opis partije	Oprema za Laboratoriju za vrijeme i frekvenciju		
Procijenjena vrijednost bez PDV	4.460,00 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Distribuciona jedinica Ulazi: 2 x frekvencija:1 do 16 MHz sinusni talas, 0 do 17 dBm / 50 Ω (nominalno) BNC konektor 2 x puls: TTL level pulsni signal: Frekvencija do 10 KHz Širina pulsa između 1 μ s i 500 ms 1 PPS: TTL / 50 Ω , BNC konektor Nemodulisani IRIG B 2x poruke "Time of Day": RS-232C, DIN konektor 2xAlarm: kontakt releja, konektor priključka	

1	Distribuciona jedinica	Izlazi: 16 x 1 frekvencija: 1 MHz do 16 MHz sinusni talas, u zavisnosti od izabranog izvora 1 / 50 Ω nominalni BNC konektor Dodatni fazni šum na ulazu od 10 MHz : 1 Hz..... -105 dBc/Hz 10 Hz..... -130 dBc/Hz 100 Hz..... -150 dBc/Hz 1kHz..... -155 dBc/Hz 10 kHz..... -160 dBc/Hz Harmonijska distorzija: < -35dBc 16 x 1 PPS: TTL / 50 Ω BNC konektor Kašnjenje impulsa između ulaza i izlaza: 35 ns $\pm$ 0.5 ns 2 poruke "Time of Day": RS-232C, DIN connector Alarmi: Hitni / nisu hitni relejni kontakti USB konektor Upravljanje na daljinu: Implementacija SNMP protokola. SNMP v1 (RFC 1157), SNMP v2 (RFC 1901–1908), i SNMP v3 (RFC 3411–3418).	1,00 komad
---	------------------------	--	------------

		Napajanje: AC napajanje: 90 do 265 V / 48 do 63 Hz DC napajanje: 20 do 75 V / –75 do –20 V Radna temperature okoline: –5° do 60°C Temperatura čuvanja: –40° do 85°C Relativna vlažnost: 95% RH 19" rack montaža	
--	--	--	--

Broj partije	3		
Opis partije	Oprema za Laboratoriju za pritisak		
Procijenjena vrijednost bez PDV	1.180,31 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Ručna ispitna pumpa, pneumatska	Ručna ispitna pumpa, pneumatska Opsega (-0,95 bar do 35 bar), sa adapterom G ¼ muški na G ½ ženski	1,00 komad
2	Set zaptivki	Set zaptivki (4 x G ½ USIT i 2 x G ¼ USIT), Zaptivni set CPG-A15-ZZD-Z	1,00 komad