

PREGLED POSTUPKA #115179

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU GIMNAZIJA NIKO ROLOVIĆ BAR
PIB	02003040
E-mail	skola@gim-br.edu.me
Telefon	030/312-244
Internet adresa	gimnazijabar.me
Fax	030/312-244
Adresa	M.Boškovića 1
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Laboratorijski stolovi, laboratorijska oprema
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Darko Jelić
Kontakt	067 483 261 darko.jelic@polj-br.edu.me
Datum objave	16.05.2026. 09:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	16.05.2026 09:00	19.05.2026 12:00	19.05.2026 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je data na Obrascu 2 i koja se preuzima na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u svemu prema Pravilniku o izmjenama pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", br. 16/2023, 20/2023, 36/2023, 114/2023, 49/2024 i 114/2024).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora (isporuke ugovorene robe) je 14-16 nedelja od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je FCO magacin naručioca.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je u roku od 10 dana od dana isporuke robe i uredno ispostavljene fakture sa pratećom dokumentacijom.	Rok plaćanja
Virmanski.	Način plaćanja
Garancija na namještaj i digestor: 12 mjeseci. Servis obezbijeđen u garantnom i vangarantnom roku.	Garantni rok
Ponuđač je dužan da za laboratorijske stolove uz ponudu dostavi proizvođački ISO sertifikat i autorizaciju za učetvovanje na tenderu, ukoliko ponudjač sam nije proizvođač laboratorijskih stolova. Fajl dokaza mora biti naslovljen na crnogorskom jeziku, tako da je jasno šta se dostavljenim dokazom dokazuje.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da za laboratorijske stolove uz ponudu dostavi sertifikat o kontroli kvaliteta i parametrima bezbjednosti, u skladu sa standardom EN 13150:2010. Fajl dokaza mora biti naslovljen na crnogorskom jeziku, tako da je jasno šta se dostavljenim dokazom dokazuje.	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da za radne površine stolova uz ponudu dostavi dokaz hemijske rezistencije na uticaj koncentrovane azotne i hlorovodonične kiseline (rezultati testa - bez efekta ili odlična rezistencija prema SEFA 24h testu). Fajl dokaza mora biti naslovljen na crnogorskom jeziku, tako da je jasno šta se dostavljenim dokazom dokazuje.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da za sigurnosni kabinet uz ponudu dostavi proizvodjacki ISO sertifikat i autorizaciju za učestvovanje na tenderu, ukoliko ponudjač nije proizvođač opreme. Fajl dokaza mora biti naslovljen na crnogorskom jeziku, tako da je jasno šta se dostavljenim dokazom dokazuje..	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da za sigurnosni kabinet uz ponudu dostavi dokaz u skladu sa zahtjevima evropskog standarda koji definise zahtjeve za sigurnost, čvrstoću i trajnost opreme za skladištenje EN 16121 i EN 16122. Fajl dokaza mora biti naslovljen na crnogorskom jeziku, tako da je jasno šta se dostavljenim dokazom dokazuje.	Drugi uslovi
Ponudjac je duzan da uz ponudu dostavi sertifikate o obučenosti minimum 2 serviseru za ponudjeni namjestaj i ponudjenu opremu. Fajl dokaza mora biti naslovljen na crnogorskom jeziku, tako da je jasno šta se dostavljenim dokazom dokazuje.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 14.782,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Laboratorijski radni sto sa sudoperom L oblika	• Dimenzije 2160 x 600 x 900mm + 700 x 600 x 900mm • Bez noseće konstrukcije • Radna površina hemijski otporni kompakt debljine 13 mm • Na radnoj površini: 2 x laboratorijsko sudopersko polipropilensko korito korisnih dimenzija 400 x 400 x 250mm i polipropilenskim sifonom za odvod tečnog otpada; 1 x laboratorijska slavina za toplu i hladnu vodu; 1 x havarisjki tuš za ispiranje očiju sa 1 mlaznicom; 1 x ocijeđivač za laboratorijsko posuđe sa 72 mjesta, dimenzija 450 x 630 x 110mm • Podpultni elementi izrađeni od univera debljine 18 mm, sve ivice obrađene ABS trakom, svi frontovi SOFT CLOSING, sve police sa više visinskih položaja; svi elementi fiksni, montirani na nogarima od čeličnih profila u antikorozivnoj EPOXY zaštiti sa stopama za nivelaciju. - 1 x fiksni element spoljnih dimenzija 700 x 520 x 840mm; 2 x krilna vrata, 1 x polica - 1 x fiksni element spoljnih dimenzija 550 x 520 x 840mm; 5 x fioka - 1 x fiksni sudoperski element spoljnih dimenzija 1000 x 520 x 840mm; 2 x puna krilna vrata	1,00 komad

2	Centralni laboratorijski radni sto	• Dimenzije 3050 x 600 x 900mm • Bez noseće konstrukcije • Radna površina hemijski otporni kompakt debljine 13mm • Podpultni elementi izrađeni od univera debljine 18mm, sve ivice obrađene ABS trakom, svi frontovi SOFT CLOSING, sve police sa više visinskih položaja; svi elementi fiksni, montirani na nogarima od čeličnih profila u antikorozivnoj EPOXY zaštiti sa stopama za nivelaciju. - 2 x fiksni element spoljnih dimenzija 1000 x 400 x 840mm; 2 x puna krilna vrata, 1 x polica - 4 x fiksni element spoljnih dimenzija 550 x 400 x 840mm; 1 x puna krilna vrata, 1 x polica	1,00 komad
3	Laboratorijski radni sto sa sudoperom	• Dimenzije: 3050 x 600 x 900mm • Bez noseće konstrukcije • Radna površina hemijski otporni kompakt debljine 13mm • Na radnoj površini: 2 x laboratorijsko sudopersko polipropilensko korito korisnih dimenzija 400 x 400 x 250mm i polipropilenskim sifonom za odvod tečnog otpada; 1 x slavina za toplu i hladnu vodu; 1 x havarisjki tuš za ispiranje očiju sa 1 mlaznicom; 1 x ocijeđivač za laboratorijsko posuđe sa 72 mjesta, dimenzija 450 x 630 x 110mm • Podpultni elementi izrađeni od univera debljine 18mm, sve ivice obrađene ABS trakom, svi frontovi SOFT CLOSING, sve police sa više visinskih položaja; svi elementi fiksni, montirani na nogarima od čeličnih profila u antikorozivnoj EPOXY zaštiti sa stopama za nivelaciju. - 2 x fiksni element spoljnih dimenzija 700x520x840mm; 2x puna krilna vrata, 1x polica - 1 x fiksni sudoperski element spoljnih dimenzija 1000 x 520 x 840mm; 2 x puna krilna vrata	1,00 komad

4	Laboratorijski radni sto sa sudoperom	• Dimenzije: 4490 x 600 x 900mm • Bez noseće konstrukcije • Radna površina hemijski otporni kompakt debljine 13mm • Na radnoj površini: 2 x laboratorijsko sudopersko polipropilensko korito korisnih dimenzija 400 x 400 x 250mm i polipropilenskim sifonom za odvod tečnog otpada; 1 x laboratorijska slavina za toplu i hladnu vodu; 1 x havarisjki tuš za ispiranje očiju sa 1 mlaznicom; 1 x ocijeđivač za laboratorijsko posuđe sa 72 mjesta, dimenzija 450 x 630 x 110mm • Podpultni elementi izrađeni od univera debljine 18mm, sve ivice obrađene ABS trakom, svi frontovi SOFT CLOSING, sve police sa više visinskih položaja; svi elementi fiksni, montirani na nogarima od čeličnih profila u antikorozivnoj EPOXY zaštiti sa stopama za nivelaciju. - 2 x fiksni element spoljnih dimenzija 700 x 520 x 840mm; 2 x puna krilna vrata, 1 x polica - 1 x fiksni element spoljnih dimenzija 400 x 520 x 840mm; 5 x fioka - 1 x fiksni element spoljnih dimenzija 1000 x 520 x 840mm; 2 x puna krilna vrata - 1 x fiksni sudoperski element spoljnih dimenzija 1000 x 520 x 840mm; 2 x puna krilna vrata	1,00 komad
5	Sigurnosni kabinet + Ventilacija	• Dimenzije: 600 x 605 x 1970mm • Spoljna konstrukcija: čelični lim u EPOXY zaštiti, unutrašnja visoko rezistentna obostrano formirana melaminska ploča • Odjeljak za kiseline: 1 x krilna vrata sa zaključavanjem; 3 x kadica koja se izvlači, kapaciteta 25 kg • Odjeljak za baze: 1 x krilna vrata sa zaključavanjem; 3 x kadica koja se izvlači, kapaciteta 25 kg • Priključak za ventilaciju i otvor za ulaz svježeg vazduha na plafonu kabineta • Ventilator za punu funkcionalnost sigurnosnog kabineta: kiselo otporni radijalni ventilator kapaciteta 60 - 250 m3/h	1,00 komad