

PREGLED POSTUPKA #116711

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UNIVERZITET CRNE GORE
PIB	02016702
E-mail	javne.nabavke@ucg.ac.me
Telefon	020/414-285
Internet adresa	www.ucg.ac.me
Fax	020/414-209
Adresa	Cetinjska 2
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Medicinska oprema i laboratorijska oprema - naučno-istraživački projekat Turning Waste into Resource
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ranko Rakočević
Kontakt	ranko@ucg.ac.me
Datum objave	05.06.2026. 23:15

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	05.06.2026 23:15	10.06.2026 13:00	10.06.2026 13:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	UNIVERZITET CRNE GORE Medicinska oprema i laboratorijska oprema - naučno-istraživački projekat Turning Waste into Resource: Fly Ash-Based Porous Material for Ammonium Removal from Aqueous Media - Tehnološki fakultet 38000000 - Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara)	16.115,70 EUR	3.384,30 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat dužan je dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisanu od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta. Izjava se daje na obrascu 2, koji se preuzima putem posebnog aplikativnog dijela elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, br. 020/23 od 22.02.2023. godine, br. 036/23 od 29.03.2023. godine, br. 114/23 od 19.12.2023. godine, br. 049/24 od 29.05.2024. godine, br. 114/24 od 29.11.2024. godine).	Obrazac 2
Ponuđač je dužan dostaviti tehničku dokumentaciju (katalog, tehnički list ili brošuru) izdatu od strane proizvođača za opremu navedenu u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke. Tehnička dokumentacija treba nedvosmisleno potvrditi usklađenost ponuđene opreme s minimalnim tehničkim zahtjevima definisanim u tehničkoj specifikaciji. Dostavljena dokumentacija mora biti jasno označena i povezuje sa odgovarajućom stavkom iz tehničke specifikacije, omogućavajući lakšu provjeru usklađenosti.	Stručna i tehnička sposobnost
Cijenom su obuhvaćeni svi troškovi definisani u tenderskoj dokumentaciji, uključujući troškove uvoznih dozvola, špedicije, transporta i osiguranja prilikom transporta, do mjesta preuzimanja opreme od strane Naručioca - paritet DDP. Ponuđena cijena izražena je za cjelokupan predmet nabavke, u skladu sa uslovima definisanim u tenderskoj dokumentaciji i važećom odredbom iz člana 120 stav 8 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023. godine)	Drugi uslovi
Instalacija, puštanje u rad i obuka korisnika treba da budu sastavni dio ponude.	Drugi uslovi
Instalaciju i obuku treba da izvrši serviser ovlašćen od strane proizvođača predmetne opreme. Dokaz: certifikat serviseru izdat od strane proizvođača opreme -samo za stavku 2.	Stručna i tehnička sposobnost

Dobavljač mora obezbijediti servis ovlašten od strane proizvođača. Dokaz : Autorizacija ili Potvrda proizvođača predmetne opreme da ponuđač ima ovlašten servis - samo za stavku 2.	Stručna i tehnička sposobnost
Garantni rok je minimum 24 mjeseca za sve stavke. Ponuđač je u obavezi da se precizno izjasni o dužini trajanja garantnog roka za svaku stavku pojedinačno.	Garantni rok
Tehnološki fakultet, Džordža Vašingtona bb Podgorica. Paritet DDP.	Mjesto izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
U postupku vrednovanja ponuda, parametar kvaliteta K1 koji se uzima u obzir je rok izvršenja ugovora. Rok za izvršenje ugovora ne može biti duži od 60 (slovima: šezdeset) dana od dana zaključenja ugovora. Ponuđači su obavezni da se u svojoj ponudi jasno i konkretno izjasne o ponuđenom roku, pri čemu je neophodno da predloženi rok bude u okviru maksimalno dozvoljenog perioda. Broj bodova za parametar kvalitet K1 se računa prema formuli: broj bodova za kvalitet K1= (najniži broj dana za isporuku/broj dana ponuđača)*10. Rok se izražava u danima.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 16.115,70 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	LABORATORIJSKI MLIN ZA HOMOGENIZACIJU I USITNJAVANJE UZORAKA U METALURGIJI, BIOTEHNOLOGIJI, HEMIJI I EKOLOGIJI	Uređaj mora ispunjavati sledeće minimalne kriterijume: • Kapacitet uzorka: najmanje 2 paralelna uzorka, ukupnog kapaciteta do ≥ 500-600 g po ciklusu. • Zapremina posuda: kompatibilnost sa posudama zapremine do najmanje 50 ml (min 2 pozicije). • Brzina rada: do 30 Hz (3600 pokreta/min). • Amplituda hoda: ≥ 32 mm. • Programabilnost: najmanje 50 programa, sa cikličnim radom. • Tajmer: podesiv u širokom rasponu (od nekoliko sekundi do ≥ 90 minuta). • Motor: brushless motor (bez četkica). • Sigurnosne karakteristike: integrisana blokada poklopca - rad moguć samo u zatvorenom položaju. • Displej: LED. • Radna okolina: temperatura 5–40 °C, vlažnost do 85% RH bez kondenzacije. • Dimenzije: kompaktan laboratorijski uređaj. • Težina: ≥ 40 kg (neto), radi stabilnosti pri radu. • Posude za mljevenje (jar) od nerđajućeg čelika, zapremine 50 ml - najmanje 2 komada. • Kuglice za mljevenje od nerđajućeg čelika, prečnika 25 mm -	1,00 kom

		set od 5 komada. • Mogućnost korišćenja posuda i kuglica od različitih materijala. • Uređaj mora imati mogućnost rada u kontinuiranom režimu. • Efikasna homogenizacija i usitnjavanje različitih tipova uzoraka. • Jednostavno održavanje i čišćenje. • Uređaj mora biti dostupan u verzijama za 230 V i 120 V, 50/60 Hz. • Uređaj mora imati sertifikate o usklađenosti sa relevantnim EU standardima (CE).	
2	TURBIDIMETAR	• Metoda: nefelometrijska • opseg mjerenja: 0-1000 NTU/FNU • tačnost :±2% od očitane vrijednosti + 0.01 NTU u opsegu 0-1000 NTU • ponovljivost:±1% od očitane vrednosti ili 0.01 NTU • izvor svjetlosti:LED 860 ± 30 nm • vrijeme odziva: 6,8 s kada je isključen signala averaging i 14s kada je signal averaging uključen (10 mjerenja se koriste za izdavanje rezultata srednje vrijednosti) • minimalna zapremina uzorka: 20ml • temperatura uzorka: 0-70 °C • ambijentalni uslovi: 0-40 °C • Vrijeme stabilizacije instrumenta: momentalno • Opcija automatska verifikacije kalibracije • mod mjerenja: NTU, FNU • mod očitavanja: pojedinačni,kontinualan, RST, usrednjavanje rezultata • Memorija: 2000 očitavanja uključujući mjerenja uzorka, kalibracije, verifikacije	1,00 kom

- | | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Komunikacija: USB• Displej: touch screen u boji• Certifikati: CE• Regulativa: ISO 7027,DIN EN 27027,DIN 38404• Napajanje: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz,3.4 A• Garancija : 24 mjeseca• Uz aparat isporučiti: silikonsko ulje, krpicu za nanošenje silikonskog ulja, 1inč kivetu (30ml) sa poklopcem (6 komada), Gelex sekundarne standarde, kalibracioni set rastvora, rastvor za verifikaciju kalibracije i zaštitni pokrivač.• Pri isporuci instrument mora biti etaloniran po ISO 17025.• Uz uređaj isporučiti turbidity standard StablCal solution 10 NTU,100 ml | |
|--|---|--|

3	LABORATORIJSKA CENTRIFUGA	• Ponuđeni uređaj mora biti laboratorijska centrifuga niskih brzina, sa digitalnim upravljanjem i mogućnošću podešavanja i memorisanja radnih parametara. Uređaj mora omogućavati precizno podešavanje brzine i vremena centrifugiranja, kao i stabilan i bezbjedan rad uz minimalne vibracije i buku. Sistem mora biti opremljen sigurnosnim mehanizmima koji sprječavaju nebezbjedan rad, uključujući zaključavanje poklopca i zaštitu od nepravilnog opterećenja. • Kapacitet rotora: minimum: 6 mjesta • Zapremina epruveta: minimum: 15 ml / maksimum: 50 ml • Mora biti omogućena upotreba različitih tipova epruveta (2 ml, 5 ml, 10 ml) putem adaptera • Opseg brzine centrifugiranja: maksimum: 4000 rpm • Mogućnost digitalnog podešavanja brzine centrifugiranja • RCF vrijednost: minimum: 2100 ×g • Vremenski opseg rada: od 30 sekundi do 60 minuta • Poluprečnik rotora: minimum: 11,5 cm • Rotor mora biti izrađen od materijala otpornog na hemikalije i koroziju • Napajanje: 100 – 240 V, 50/60 Hz • Snaga: minimum 70 W • Digitalni displej • Memorija programa rada • Uređaj mora imati opcije: elektronskog zaključavanje poklopca, zaštitu od otvaranja tokom rada, zaštitu od neuravnoteženog opterećenja, zaštitu od pregrijavanja.	1,00 kom
---	---------------------------	--	----------