



Broj: _____
Podgorica: _____

INSTITUT ZA JEDNU ZEMlju	
Džona Džeksona bb, 81 000 Podgorica	
Telefon: 020/412-888, Fax: 020/243-728	
www.ijzcg.me	
ujzcg@ijzcg.me	
PIB: 02015340 PDV: 30/31-08180-6	
Primljeno:	5-46 2416
Org. broj:	01 5742 - -

n/r v. d. DIREKTORU
dr Ivanu Samardžiću

Predmet: nabavka main power supply za 8900 Agilent ICP QQQ

Poštovani,

Molimo Vas da nam odobrite hitnu kupovinu dijela G3666-80000 za 8900 Agilent Triple Quadrupole ICP MS uređaj. Kvar pomenutog dijela nastupio je usled nepredviđenih okolnosti, i konstatovan je nakon konsultacije sa ovlašćenim serviserom i eliminacije svih drugih potencijalnih uzročnika (zapis **Prijava kvara** od 27.05.2026. godine predat na arhivu pod brojem 5330).

Obrazloženje: Main power supply je neophodna za rad instrumenta. Taj dio pretvara standardni naizmenični mrežni napon u precizne, stabilne i višeslojne jednosmerne napone potrebne za rad masenog spektrometra instrumenta, vakuumskih pumpi i visokofrekventnog plazma generatora što je preduslov za paljenje instrumenta i rad na istom.

Napominjem da instrument koristimo svakodnevno za određivanje elemenata u vodama, hrani, predmetima opšte upotrebe i biološkom materijalu.

Podnosioci zahtjeva:

Aleksandar Vujačić
Aleksandar Vujačić
šef laboratorije za spektroskopiju

Saglasna: Jelena Rešetar
Jelena Rešetar
spec. sanitarne hemije

Saglasna: dr Magdalena Vujović
dr Magdalena Vujović
direktorica centra za higijenu i zdravstvenu ekologiju

Odobrio:

dr Ivan Samardžić
dr Ivan Samardžić
v.d. direktor

Podgorica, 05.06.2026. godine