

PREGLED POSTUPKA #116891

Primljeno: 11. 06. 2026				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
02	426	26	15113	3

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA DOO
PIB	02015641
E-mail	javne.nabavke@vikpg.me
Telefon	020/440-356
Internet adresa	www.vikpg.me
Fax	
Adresa	Zetskih vladara bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka hemikalija, podloga, testova za brzu dijagnostiku, laboratorijskog stakla i potrošnog materijala za potrebe Sektora kontrole kvaliteta vode za ljudsku upotrebu
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ljubica Bogojević
Kontakt	Sabina Pijuk 067 528 202
Datum objave	11.06.2026. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA DOO hemikalije, reagensi, podloge, testovi za brzu dijagnostiku, lab. staklo i potrošni materijal za laboratoriju pitke vode 24320000 - Osnovne organske hemikalije 33696500 - Laboratorijski reagensi	24.793,38 EUR	5.206,62 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Drugi uslovi	DA
Način plaćanja: virmanski, na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja	DA
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Ovlašćeno lice za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	DA
Uslovi plaćanja: uplatom na žiro račun, 30 dana nakon isporuke i kvantitativno-kvalitativnog prijema od strane Ovlašćenog lica Dobavljača i dostavljenoj fakturi od Dobavljača, ovjerenoj od strane Ovlašćenog lica za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca.	Uslovi plaćanja	DA
Rok plaćanja: Dobavljaču će se uplatiti u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture, ovjerene od strane Ovlašćenog lica za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca.	Rok plaćanja	DA
Mjesto izvršenja ugovora: FCO Magacin laboratorije Naručioca, Ulica Zetskih vladara bb Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora	DA
Rok izvršenja ugovora je period od godinu dana od dana potpisivanja Ugovora. Isporuka: Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca, sa rokom od maksimum 30 kalendarskih dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku.	Rok izvršenja ugovora	DA
Ponuđač je dužan da dostavi u ponudi Izjavu da će, ukoliko isporučeni proizvodi po kvalitetu – standardima ne odgovaraju zahtjevima iz tehničke specifikacije i/ili su funkcionalno neispravna i/ili su u oštećenim pakovanjima, o svom trošku i u primjerenom roku (ne dužem od 7 dana) izvršiti zamjenu neodgovarajućih proizvoda proizvodima odgovarajućeg kvaliteta i/ili funkcionalno ispravnim i/ili ispravnim i neoštećenim pakovanjima.	Drugi uslovi	DA

Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke, obrazac 2	Obrazac 2	DA
Jezik ponude: ☐ crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.	Drugi uslovi	DA
Prilikom isporuke proizvoda dostaviti sertifikate o sistemu kvalitetu (EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO standardima) ili sertifikate analize (CoA), kao i šaržne sertifikate prema naznačenim pozicijama iz Tabele Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke	DA
Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede naziv proizvođača i kataloški broj proizvoda po svim stavkama iz tabele „Tehničke specifikacija predmeta javne nabavke“. Važi za partiju II.	Drugi uslovi	NE
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Od strane nadležnog organa kojim se potvrđuje da ponuđeni standardi odgovaraju traženim u Tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke.	Drugi uslovi	DA
Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede naziv proizvođača i kataloški broj proizvoda po svim stavkama iz tabele „Tehničke specifikacija predmeta javne nabavke“, osim za pozicije 97,98,99 i 100 gdje je dovoljno navesti samo naziv proizvođača. Važi za partiju I.	Drugi uslovi	NE

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:
22.600,00 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	Nabavka hemikalija, laboratorijskog stakla i potrošnog materijala		
Procijenjena vrijednost bez PDV	10.200,00 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Sertifikovani standard za IC, za određivanje NH4	"1000ppm,100ml Standard mora posjedovati Sertifikat o sljedljivosti do CRM NIST,sa naznakom da proizvođač ispunjava zahtjeve ISO Guide 34 Rok trajanja standarda - minimum 30 mjeseci od dana isporuke. Prilikom isporuke dostaviti sertifikate analize za isporučeni lot"	1,00 kom
2	Sertifikovani standard za IC, za određivanje Br	"1000ppm,100ml Standard mora posjedovati Sertifikat o sljedljivosti do CRM NIST,sa naznakom da proizvođač ispunjava zahtjeve ISO Guide 34 Rok trajanja standarda - minimum 30 mjeseci od dana isporuke. Prilikom isporuke dostaviti sertifikate analize za isporučeni lot"	1,00 kom

3	Sertifikovani standard za ICP, za određivanje Mn	"1000ppm,100ml Standard mora posjedovati Sertifikat o sljedljivosti do CRM NIST,sa naznakom da proizvođač ispunjava zahtjeve ISO Guide 34 Rok trajanja standarda - minimum 30 mjeseci od dana isporuke. Prilikom isporuke dostaviti sertifikate analize za isporučeni lot"	1,00 kom
4	Sertifikovani standard za ICP, za određivanje Cd	"1000ppm,100ml Standard mora posjedovati Sertifikat o sljedljivosti do CRM NIST,sa naznakom da proizvođač ispunjava zahtjeve ISO Guide 34 Rok trajanja standarda - minimum 30 mjeseci od dana isporuke. Prilikom isporuke dostaviti sertifikate analize za isporučeni lot"	1,00 kom
5	Sertifikovani standard za ICP, za određivanje Zn	"1000ppm,100ml Standard mora posjedovati Sertifikat o sljedljivosti do CRM NIST,sa naznakom da proizvođač ispunjava zahtjeve ISO Guide 34 Rok trajanja standarda - minimum 30 mjeseci od dana isporuke. Prilikom isporuke dostaviti sertifikate analize za isporučeni lot "	1,00 kom

6	Sertifikovani standard za ICP, za određivanje Pb	"1000ppm,100ml Standard mora posjedovati Sertifikat o sljedljivosti do CRM NIST,sa naznakom da proizvođač ispunjava zahtjeve ISO Guide 34 Rok trajanja standarda - minimum 30 mjeseci od dana isporuke. Prilikom isporuke dostaviti sertifikate analize za isporučeni lot"	1,00 kom
7	Sertifikovani standard za ICP, za određivanje Ni	"1000ppm,100ml Standard mora posjedovati Sertifikat o sljedljivosti do CRM NIST,sa naznakom da proizvođač ispunjava zahtjeve ISO Guide 34 Rok trajanja standarda - minimum 30 mjeseci od dana isporuke. Prilikom isporuke dostaviti sertifikate analize za isporučeni lot"	1,00 kom
8	Sertifikovani standard za ICP, za određivanje Ca	"1000ppm,100ml Standard mora posjedovati Sertifikat o sljedljivosti do CRM NIST,sa naznakom da proizvođač ispunjava zahtjeve ISO Guide 34 Rok trajanja standarda - minimum 30 mjeseci od dana isporuke. Prilikom isporuke dostaviti sertifikate analize za isporučeni lot"	1,00 kom

9	"Sertifikovani standard za ICP, Multistandard IV – Al 40ppm, As 40 ppm, B 100 ppm, Ba 40 ppm, Be 10 ppm, Cd 10 ppm, Co 10 ppm, Cr 20 ppm, Cu 20 ppm, Fe 100 ppm, Mn 10 ppm, Ni 20 ppm, Pb 40 ppm, Se 100 ppm, Ti 100 ppm, V 40 ppm, Zn 100 ppm"	"1000ppm,100ml Standard mora posjedovati Sertifikat o sljedljivosti do CRM NIST,sa naznakom da proizvođač ispunjava zahtjeve ISO Guide 34 Rok trajanja standarda - minimum 30 mjeseci od dana isporuke. Prilikom isporuke dostaviti sertifikate analize za isporučeni lot"	1,00 kom
10	"Titrival kalijum permanganata KMnO4 "	"0.02M Titrival mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj,datum proizvodnje/ rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 2 godine od dana isporuke "	5,00 kom
11	"Titrival srebro nitrat AgNO3 "	"0,1M Titrival mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EECi/ili EN i/ili EN ISO,lot ili serijski broj,datum proizvodnje/ rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 2 godine od dana isporuke "	2,00 kom

12	"Titrival Natrijum tiosulfata Na ₂ S ₂ O ₃ "	"0.1 M Titrival mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EECi/ili EN i/ili EN ISO,lot ili serijski broj,datum proizvodnje/ rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 2 godine od dana isporuke "	1,00 kom
13	"Titrival EDTA "	"0.1 M Titrival mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EECi/ili EN i/ili EN ISO,lot ili serijski broj,datum proizvodnje/ rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 2 godine od dana isporuke "	2,00 kom
14	Titrival Oksalne kiseline H ₂ C ₂ O ₄	"0.05M Titrival mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj,datum proizvodnje/ rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 2 godine od dana isporuke "	5,00 kom

15	"kalijum hlorid KCL "	"Hemikalija mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent). Hemikalija mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	250,00 g
16	"Natrijum acetat Na2C2H3O2 "	"Hemikalija mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent). Hemikalija mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	250,00 g

17	kalijum jodid KJ	"Hemikalija mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent). Hemikalija mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	100,00 g
18	natrijum hidroksid NaOH	"Hemikalija mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent). Hemikalija mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	1000,00 g

19	"amonijum hlorid NH ₄ Cl "	"Hemikalija mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent). Hemikalija mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	500,00 g
20	glicerín C ₃ H ₈ O ₃	"Hemikalija mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent). Hemikalija mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	1,00 L

21	pufer pH4	"Pufer mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent) . Pufer mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	1,00 L
22	pufer pH7	"Pufer mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent) . Pufer mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	1,00 L

23	pufer pH 10	"Pufer mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent) . Pufer mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	1,00 L
24	"natrijum oksalat Na ₂ C ₂ O ₄ "	"Hemikalija mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent). Hemikalija mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	100,00 g

25	"Sulfanilna kiselina <chem>C6H7NO3S</chem> "	"Kiselina mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent). Hemikalija mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot. Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	100,00 g
26	"Amonijum molibdat <chem>(NH4)Mo4O24x4H2O</chem> "	"Hemikalija mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent). Hemikalija mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	100,00 g

27	"kalijum hromat K_2CrO_4 "	"Hemikalija mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent). Hemikalija mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	500,00 g
28	Kalijum heksacijanoferat(III) $K_3Fe(CN)_6$	"Hemikalija mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent). Hemikalija mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	250,00 g

29	natrijum nitrit NaNO_2	"Hemikalija mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent). Hemikalija mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	250,00 g
30	"Natrijum citrat dihidrat $\text{C}_6\text{H}_5\text{Na}_3\text{O}_7 \times 2\text{H}_2\text{O}$ "	"Hemikalija mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent). Hemikalija mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	2000,00 g

31	bakar sulfat penta hidrat $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	"Hemikalija mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent). Hemikalija mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	250,00 g
32	"fenolftalein $\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{O}_4$ "	"Hemikalija mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent). Hemikalija mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	25,00 g

33	"metilensko plavo <chem>C16H18ClN3SxH2O</chem> "	"Hemikalija mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent). Hemikalija mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	100,00 g
34	"Metil oranž <chem>C14H14N3NaO3S</chem> "	"Hemikalija mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent). Hemikalija mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	25,00 g

35	natrijum salicilat $C_7H_5NaO_3$	"Hemikalija mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent). Hemikalija mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	2000,00 g
36	"Amonijum hidroksid NH_4OH "	"Hemikalija mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent). Hemikalija mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	1,00 L

37	"Mangan(II)sulfat monohidrat $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ "	"Hemikalija mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent). Hemikalija mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	250,00 g
38	natrijum nitroprusid dihidrat $\text{Na}_2(\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}) \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	"Hemikalija mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent). Hemikalija mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	25,00 g

39	"Formazin standard <0,1 NTU "	"Standard mora posjedovati Sertifikat o sljedljivosti do CRM NIST,sa naznakom da proizvođač ispunjava zahtjeve ISO Guide 34 Rok trajanja standarda - minimum 3 mjeseca od dana isporuke. Prilikom isporuke dostaviti sertifikate analize za isporučeni lot "	100,00 ml
40	"Formazin standard 1 NTU "	"Standard mora posjedovati Sertifikat o sljedljivosti do CRM NIST,sa naznakom da proizvođač ispunjava zahtjeve ISO Guide 34 Rok trajanja standarda - minimum 3 mjeseca od dana isporuke. Prilikom isporuke dostaviti sertifikate analize za isporučeni lot "	100,00 ml
41	"Formazin standard 20 NTU "	"Standard mora posjedovati Sertifikat o sljedljivosti do CRM NIST,sa naznakom da proizvođač ispunjava zahtjeve ISO Guide 34 Rok trajanja standarda - minimum 12 mjeseci od dana isporuke. Prilikom isporuke dostaviti sertifikate analize za isporučeni lot "	100,00 ml

42	"Formazin standard 200 NTU "	"Standard mora posjedovati Sertifikat o sljedljivosti do CRM NIST, sa naznakom da proizvođač ispunjava zahtjeve ISO Guide 34 Rok trajanja standarda - minimum 12 mjeseci od dana isporuke. Prilikom isporuke dostaviti sertifikate analize za isporučeni lot "	100,00 ml
43	"Askorbinska kiselina C6H8O6"	"Hemikalija mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent). Hemikalija mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	2000,00 g

44	"Antimon kalijum tartarat hemihidrat (K(SbO)C ₄ H ₄ O ₆ x1/2H ₂ O)"	"Hemikalija mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent). Hemikalija mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	100,00 g
45	"2-hidroksi-1(2-hidroksi-4 sulfo-1-naftilazo)-3-naftalenska kiselina C ₂₁ H ₁₄ N ₂ O ₇ Sx3H ₂ O"	"Hemikalija mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent). Hemikalija mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	25,00 g

46	"Hloroform CHCl ₃ "	"Hloroform mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent). Hemikalija mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	15,00 L
47	"Hlorovodonična kiselina HCL"	"Kiselina mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent).čistoća 37 - 38.0 % Kiselina mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	15,00 L

48	"Sumporna kiselina H ₂ SO ₄ "	"Kiselina mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent).čistoća>95% Kiselina mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	12,00 L
49	"Azotna kiselina HNO ₃ "	"Kiselina mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent).čistoća>65% Kiselina mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	2,50 L

50	"O-Tolidin C14H16N2"	"Hemikalija mora biti visokog stepena čistoće (ACS reagent). Hemikalija mora imati sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO, lot ili serijski broj, datum proizvodnje/rok trajanja. Prilikom isporuke dostaviti sertifikat analize za isporučeni lot Rok trajanja mora biti minimum 3 godine od dana isporuke. "	25,00 g
51	Deterdžent za pranje laboratorijskog posuđa	" za mašinu Riebesam-Deconex 22HPF-x,6kg rok trajanja 2godine od datuma isporuke"	4,00 kom
52	Deterdžent za pranje laboratorijskog posuđa	"za mašinu Riebesam-Deconex 25 Organacid,5kg rok trajanja 2godine od datuma isporuke"	4,00 kom
53	Staklena čaša	600ml,niska forma	10,00 kom
54	Staklena čaša	400ml,niska forma	10,00 kom
55	Staklena čaša	250ml,niska forma	10,00 kom
56	Staklena čaša	100ml,niska forma	10,00 kom
57	Staklena čaša	50ml,niska forma	10,00 kom
58	Staklena čaša	25ml,niska forma	10,00 kom
59	stakleni erlenmajer	300ml,široko grlo	30,00 kom
60	stakleni erlenmajer	100ml,široko grlo	70,00 kom
61	stakleni erlenmajer	50ml,široko grlo	40,00 kom

62	gradujsana staklena pipeta	2ml,A klasa,sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO.Prilikom isporuke dostaviti šaržni sertifikat.	10,00 kom
63	Staklena menzura	100ml,A klasa,sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO.Prilikom isporuke dostaviti šaržni sertifikat.	5,00 kom
64	stakleni normalni sud sa plastičnim čepom	10ml,A klasa,sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO.Prilikom isporuke dostaviti šaržni sertifikat.	30,00 kom
65	stakleni normalni sud sa plastičnim čepom	25ml,A klasa,sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO.Prilikom isporuke dostaviti šaržni sertifikat.	20,00 kom
66	stakleni normalni sud sa plastičnim čepom	50ml,A klasa,sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO.Prilikom isporuke dostaviti šaržni sertifikat.	20,00 kom
67	stakleni normalni sud sa plastičnim čepom	100ml,A klasa,sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO.Prilikom isporuke dostaviti šaržni sertifikat.	5,00 kom
68	stakleni normalni sud sa plastičnim čepom	250ml,A klasa,sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO.Prilikom isporuke dostaviti šaržni sertifikat.	4,00 kom
69	stakleni normalni sud sa plastičnim čepom	500ml,A klasa,sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO.Prilikom isporuke dostaviti šaržni sertifikat.	7,00 kom
70	stakleni normalni sud sa plastičnim čepom	1000ml,A klasa,sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO.Prilikom isporuke dostaviti šaržni sertifikat.	2,00 kom

71	stakleni normalni sud sa plastičnim čepom	2000ml,A klasa,sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO.Prilikom isporuke dostaviti šaržni sertifikat.	2,00 kom
72	libigov kondezator	"dužina 400mm N/S 29/32"	1,00 kom
73	stakleni lijevak po squibu sa plastičnim šlifom	250ml,N/S29/32	4,00 kom
74	stakleni lijevak po squibu sa plastičnim šlifom	1000ml,N/S 29/32	4,00 kom
75	stakleni lijevak	60mm	10,00 kom
76	stakleni balon	"2L ravno dno"	2,00 kom
77	pipeta po pasteru	3ml,500/1,nesterilni	2,00 pak
78	nastavci za mikropipetu Brand	nesterilni,od 0.5 do 5ml,200/1	7,00 pak
79	zaštitna gumena hvataljka	"zaštita od toplote za pet prsta"	2,00 kom
80	"Tanke rukavice za jednokratnu upotrebu "	"Veličina - M Nitrilne rukavice bez pudera Pakovanje 100kom "	200,00 pak
81	filter papir	"kvantitativni crna traka"	2,00 pak
82	boca kapalica	"tamna staklena sa kljunom 100ml"	5,00 kom
83	Tučak za avan	ukupna dužina tučka 150mm	1,00 kom

84	silikonska mast	"za podmazivanje klipova mikropipeta Brand oko 1g"	5,00 kom
85	staklene perlice	4-5mm	5,00 kg
86	mikropipeta	varijabilna od 500 do 5000 μ l,gradulacija 5 μ l,tačnost 5000 μ l $\leq \pm 0,6$ %,koeficijent varijacije 5000 μ l $\leq 0,2$ %	1,00 kom
87	mikropipeta	varijabilna od 100 do 1000 μ l	3,00 kom
88	stakleni štapići	dužina 250mm	10,00 kom
89	adapter za kondezator	"ugao krivine 75° NS 29/32 ulaz adaptera u kondezator i u balon"	4,00 kom
90	stalak za staklene pipete	-	2,00 kom
91	Stalak za tube	"za tube od 30mm dimenzija stalka 160x275x70mm"	3,00 kom
92	reagens boca	"tamna ŠG 500ml"	5,00 kom
93	reagens boca	"tamna ŠG 250ml"	5,00 kom
94	reagens boca	"tamna ŠG 100ml"	5,00 kom
95	reagens boca	"tamna ŠG 50ml"	5,00 kom

96	staklena winkler boca za kiseonik sa čepom	zapremine od 250 do 300ml	6,00 kom
97	Polipropilenski filter (rezervni dio)	"25,4cm-63,5cm – 1 micron Za demineralizator GPD 150 Hydrolux "	2,00 kom
98	Filter od aktivnog uglja (rezervni dio)	"25,4cm Za demineralizator GPD 150 Hydrolux "	1,00 kom
99	RO membrana 50 GPD (rezervni dio)	Za demineralizator GPD 150 Hydrolux	1,00 kom
100	Katjonsko/anjonski koktel jonoizmenjivačke smole - Mix BEAD masa (rezervni dio)	Za demineralizator GPD 150 Hydrolux	8,00 L
101	Vent filter	"LC291 Za Elga destilator Rok trajanja mora biti minimum 2 godine od dana isporuke. "	1,00 kom
102	Sanitizacioni pack	"LC 209 za Elga destilator Rok trajanja mora biti minimum 2 godine od dana isporuke."	1,00 kom
103	laboratorijska stolica	"sa sjedištem presvučenim vještačkom kožom plastični naslon podešavanje visine 450-650mm mekani točkići za tvrde podove "	4,00 kom

104	laboratorijska stolica	"sa sjedištem presvučenim vještačkom kožom visok naslon podešavanje visine 610-870mm mekani točkići za tvrde podove "	2,00 kom
105	Boca za uzorkovanje	"• 10/1 • 500ml • Staklene • Sa navojnim čepom "	5,00 pak
106	Staklene pipete graduisane	1ml,A klasa,sertifikat o kvalitetu po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO.Prilikom isporuke dostaviti šaržni sertifikat.	50,00 kom
107	Sprej pumpa	Zapremina do 1 l	5,00 kom
108	Plastične kašičice	Pogodne za odmjeravanje praškastih podloga	100,00 kom
109	Rukavice za zaštitu od toplote	"Izrađena od silikona otporna na niske i visoke temperature Model za 5 prstiju"	3,00 kom
110	Providno silikonsko crijevo	"Unutrašnji dijametar 8mm Dužina crijeva do 5m"	1,00 kom
111	Kese za autoklaviranje	"Zapremina: do 35l, providne, 100kom/pak"	1,00 pak
112	Stakleni erlenmajer	"Zapremina 100ml Široko grlo"	30,00 kom
113	Četke za pranje epruveta	"Pogodne za pranje epruveta dimenzija 12x180mm"	5,00 kom

114	Metalne kašike	"Nerđajući čelik Dužina do 160mm Pogodne za odmjeravanje praškastih podloga"	3,00 kom
115	Stakleni termometar za inkubator	"Opseg mjerenja od -2 do +10°C Graduisan na 0.1°C"	2,00 kom
116	Stakleni termometar za inkubator	"Opseg mjerenja od +25 do +45°C Graduisan na 0.1°C"	1,00 kom
117	"PDF Data logger za mjerenje temperature"	"Posjeduje display Opseg mjerenja od -40 do +70 Port: USB"	1,00 kom
118	Brojač kolonija	"Za Petrijeve ploče veličine od 40 do 100mm Adekvatna i podesiva lupa "	1,00 kom

Broj partije		2	
Opis partije		Nabavka mikrobioloških podloga i testova za brzu dijagnostiku	
Procijenjena vrijednost bez PDV		12.400,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Chromatic Coliform Agar ISO 9308-1	• 500g • Podloga mora biti isporučena sa: - Sertifikatom CoA po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO - Lotom ili serijskim brojem - Datumom proizvodnje/Rok trajanja • Rok trajanja mora biti minimum 24 mjeseca od datuma isporuke • Na svakoj kutiji mora biti naveden sastav i način pravljenja	4,00 kom
2	Yeast extract agar	• 500g • Podloga mora biti isporučena sa: - Sertifikatom CoA po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO - Lotom ili serijskim brojem - Datumom proizvodnje/Rok trajanja • Rok trajanja mora biti minimum 24 mjeseca od datuma isporuke • Na svakoj kutiji mora biti naveden sastav i način pravljenja	8,00 kom

3	Tegitol 1,5% suplement	". • 4x40ml • Suplement mora biti isporučena sa: - Sertifikatom CoA po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO - Lotom ili serijskim brojem - Datumom proizvodnje/Rok trajanja • Rok trajanja mora biti minimum 24 mjeseca od datuma isporuke "	4,00 pak
4	Cetrimid agar	" • 500g • Podloga mora biti isporučena sa: - Sertifikatom CoA po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO - Lotom ili serijskim brojem - Datumom proizvodnje/Rok trajanja • Rok trajanja mora biti minimum 24 mjeseca od datuma isporuke • Na svakoj kutiji mora biti naveden sastav i način pravljenja "	4,00 kom
5	Glicerol suplement	". • 4x50ml • Suplement mora biti isporučena sa: - Sertifikatom CoA po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO - Lotom ili serijskim brojem - Datumom proizvodnje/Rok trajanja • Rok trajanja mora biti minimum 24 mjeseca od datuma isporuke "	2,00 pak

6	SS agar	"• 100g • Podloga mora biti isporučena sa: - Sertifikatom CoA po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO - Lotom ili serijskim brojem - Datumom proizvodnje/Rok trajanja • Rok trajanja mora biti minimum 24 mjeseca od datuma isporuke • Na kutiji mora biti naveden sastav i način pravljenja "	1,00 kom
7	"Slanety Bartlez Agar Base + TTC, ISO 7899-2"	"• 500g • Podloga mora biti isporučena sa: - Sertifikatom CoA po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO - Lotom ili serijskim brojem - Datumom proizvodnje/Rok trajanja • Rok trajanja mora biti minimum 24 mjeseca od datuma isporuke • Na svakoj kutiji mora biti naveden sastav i način pravljenja "	4,00 kom

8	Oxidase Test stick 50 tests	• Oksidaza trake moraju biti isporučene sa: - Sertifikatom CoA po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO - Lotom ili serijskim brojem - Datumom proizvodnje/Rok trajanja • Rok trajanja mora biti minimum 24 mjeseca od datuma isporuke "	2,00 pak
9	KingS B Medium	• 20x5ml • Ukošena podloga razlivena u epruvetama • Podloga mora biti isporučena sa: - Sertifikatom CoA po EC i/ili EEC i/ili EN i/ili EN ISO - Lotom ili serijskim brojem - Datumom proizvodnje/Rok trajanja • Rok trajanja mora biti minimum 24 mjeseca od datuma isporuke "	1,00 pak
10	Kesice za stvaranje anaerobnih uslova	• 20/1 • Rok trajanja mora biti minimum 24 mjeseca od datuma isporuke "	1,00 pak

11	Colilert -18 za 100ml uzorka vode, odgovaraju aparatu IDEXX sistema	• Testovi za određivanje ukupnih koliformnih bakterija i E. coli u vodi za piće, • 200/1 • U skladu sa standardom MEST EN ISO 9308 -2:2016 • Daje rezultate nakon 18h-22h inkubacije • Rok upotrebe – minimum 1 godina od dana isporuke. "	3,00 pak
12	Pseudalert za 100ml uzorka vode, odgovaraju aparatu IDEXX sistema	• Testovi za određivanje Pseudomonas aeruginosa u vodi za piće • 200/1 • U skladu sa standardom MEST EN ISO 16266-2:2020 • Daje rezultate nakon 24h-28h inkubacije • Rok upotrebe – minimum 1 godina od dana isporuke. "	1,00 pak
13	Enterolert-DW za 100ml uzorka, odgovaraju aparatu IDEXX sistema	• Testovi za određivanje Enterococcus sp. u vodi za piće • odgovara aparatu za brzu pripremu i kvantifikaciju uzoraka • 200/1 • Daje rezultate nakon 24h-28h inkubacije • Rok upotrebe – minimum 1 godina od dana isporuke. "	1,00 pak

14	Tacne za kvantitativno testiranje uzoraka vode na prisustvo koliformnih bakterija , E. Coli, enterokoka i Pseudomonas aeruginosa u vodi , 97-well, odgovaraju aparatu IDEXX sistema	"• 100/1 • Zapremina 100ml • 97 mjesta (bazenčića) • Odgovaraju aparatu za brzu pripremu i kvantifikaciju po metodi MEST EN ISO 9308-2:2016 "	1,00 pak
15	Tacne za kvantitativno testiranje uzoraka vode na prisustvo koliformnih bakterija , E. Coli, enterokoka i Pseudomonas aeruginosa u vodi, 51-well, odgovaraju aparatu IDEXX sistema	"• 100/1 • Zapremina 100ml • 51 mjesto (bazenčić) • Odgovaraju aparatu za brzu pripremu i kvantifikaciju po metodi MEST EN ISO 9308-2:2016 "	9,00 pak
16	Komparator za procjenu prisustva koliformnih bakterija i E. coli u vodi za piće	Rok trajanja komparatora minimum 1 godina od dana isporuke	1,00 pak
17	Sterilne bočice bez Na-tiosulfata	"• 200/1 • Sterilne bočice Zapremina 120ml sa oznakom za 100ml "	1,00 pak

