

PREGLED POSTUPKA #117347

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE
PIB	02779773
E-mail	kontakt@hitna.me
Telefon	020/226-081
Internet adresa	www.hitna.me
Fax	020/226-082
Adresa	Vaka Đurovića bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Medicinska oprema za HMP Bijelo Polje
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Veselinka Vujović
Kontakt	020226081
Datum objave	11.06.2026. 14:30
Napomena	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	zahtjev za podnošenje ponuda	11.06.2026 14:30	16.06.2026 08:00	16.06.2026 08:15	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	JZU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE Medicinska oprema za HMP Bijelo Polje 33100000 - Medicinska oprema	8.265,00 EUR	1.735,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava privrednog subjekta-Izjavu Ponudjača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom OBRAZAC 2, kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke potpis treba da bude elektronski	Obrazac 2
Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
45 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od primljene fakture nakon uredno dostavljenog aparata	Rok plaćanja
virmanski	Način plaćanja
Prilikom primopredaje od strane ovlašćenog lica Zavoda	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Dozvole za predmet javne nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) –Dokaz od Crnogorskog instituta za medicinska sredstva, dostaviti do datuma otvaranja elektronski na Cejn	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Garantni rok minimum 12 mjeseci	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **2.300,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
--	-----------------------	---------------------------------------	----------

1	Pacijent monitor	Monitor mora omogućavati praćenje parametara ECG, RESP, SpO₂, 2×TEMP, PR i NIBP Ekran dijagonale najmanje 12,1" kolor TFT visoke rezolucije sa LED pozadinskim osvjetljenjem Mogućnost istovremenog prikaza najmanje 9 ECG talasa 3-kanalno pojačanje ECG signala Analiza aritmija i analiza ST segmenta Memorija za najmanje 2.000 grupa parametarskih podataka i čuvanje ECG talasa u trajanju od najmanje 24 sata Režimi mjerenja za odrasle, pedijatrijske i neonatološke pacijente Vizuelni i zvučni alarmni sistem Ugrađena punjiva litijumska baterija Ugrađeni termalni štampač Mrežni priključak putem Ethernet porta NIBP monitoring oscilometrijskom metodom sa opsezima mjerenja najmanje: Sistolni pritisak odrasli 40–275 mmHg, pedijatrija 40–200 mmHg, neonatologija 40–135 mmHg, ±5% Dijastolni pritisak odrasli 10–210 mmHg, pedijatrija 10–150 mmHg, neonatologija 20–165 mmHg, ±5% Srednji arterijski pritisak (MAP) odrasli 40–135 mmHg, pedijatrija 10–95 mmHg, neonatologija 20–110 mmHg, ±5% Mjerenje temperature u opsegu najmanje 21,0°C – 50,0°C sa tačnošću ±0,2°C i vremenom odziva do 150 sekundi SpO₂ mjerenje u opsegu 0–100% i puls u opsegu najmanje 0–250 otkucaja/min ECG mjerenje sa opsegom srčane frekvencije najmanje 15–350 otkucaja/min RESP monitoring metodom torakalne impedanse u opsegu najmanje 0–120 respiracija/min Napajanje 100–240 V AC, 50/60 Hz Maksimalna potrošnja energije do 80 VA Standardna oprema mora uključivati: SpO₂ sondu za odrasle NIBP manžetnu za odrasle Temperaturnu sondu za kožu ECG kabl sa 5 odvoda Punjivu bateriju Ugrađeni štampač Napojni kabl Jednokratne elektrode Zaštitnu navlaku protiv prašine Uputstvo za upotrebu	2,00 kom
---	------------------	--	----------