

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka EKG aparata

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ZU DOM ZDRAVLJA GLAVNOG GRADA

PIB:

02015374

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište .	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Rješenje o upisu ponuđača u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Izjava privrednog subjekta Obrazac 2	Obrazac 2
60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok važenja ugovora je 120 dana, a rok isporuke ne može biti duži od 45 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
ZU Dom zdravlja Glavnog grada – zdravstveni objekat „Nova Varoš“, ul. IV Proleterske brigade, 81 000 Pogorica.	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana uredno izvršene isporuke, ispostavljene fakture i obavljene obuke.	Rok plaćanja
Ponuđač je dužan da dostavi: Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlašćenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.) Izuzetno, ako niko od ponuđača čije su ponude ocijenjene kao ispravne ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: a. CE znak u zavisnosti od klase; b. Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; c. Deklaracija o konformitetu; d. Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača. Ukoliko neki od ponuđenih proizvoda nije medicinsko sredstvo, potrebno je dostaviti izjavu ponuđača pod punom odgovornošću da isto nije medicinsko sredstvo.	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da dostavi ovlaštenje proizvođača da može njegovu robu ponuditi i servisirati u predmetnom postupku javne nabavke. Ukoliko ovlaštenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlaštenje ponuđaču mora biti direktno ovlašćeno od strane proizvođača ponuđenih proizvoda, o čemu je ponuđač dužan da dostavi dokaz- ovlaštenje proizvođača ponuđenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke	Drugi uslovi
Ponuđač je obavezan da prilikom pripremanja Finansijskog dijela ponude za proizvod koji se nudi navede zaštićeni naziv proizvoda, proizvođača i kataloški broj proizvoda, ukoliko postoji.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude, u rubrici bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke, navede tačne tehničke karakteristike proizvoda koje nudi, prema zahtjevima iz Tehničkih karakteristika ili specifikacija predmeta javne nabavke.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenog proizvoda (uputstvo, katalog) u kojem su jasno označene (navođenjem pozicije na koju se odnosi) tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da na dostavljenim rješenjima o upisu u registar medicinskih sredstava, odnosno dokumentaciji koju dostavlja u slučaju da ponuđeno medicinsko sredstvo nije upisano u registar medicinskih sredstava, jasno označi proizvod i poziciju na koju se dokument odnosi.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da o svom trošku izvrši obuku medicinskog i tehničkog osoblja za rad na opremi koja je predmet nabavke, u prostorijama Naručioca.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da je u ponuđenu cijenu uračunata obuka medicinskog i tehničkog osoblja, isporuka, montaža, instaliranje. Drugi uslovi	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da obezbijedi da se serviser po pisanoj prijavi kvara, u toku trajanja garantnog roka, odazove u roku koji ne može biti duži od 24h na licu mjesta. Ponuđač je dužan da dostavi izvještaj Naručiocu o izvršenim servisima.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će najmanje 5 godina od dana biti dostupni rezervni djelovi.	Drugi uslovi

Garantni rok minimum 24 mjeseca na svu opremu od dana instalacije i puštanja u rad.	Garantni rok
---	--------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište .	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Rješenje o upisu ponuđača u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava privrednog subjekta Obrazac 2	Obrazac 2
60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok važenja ugovora je 120 dana, a rok isporuke ne može biti duži od 45 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
ZU Dom zdravlja Glavnog grada – zdravstveni objekat „Nova Varoš“, ul. IV Proleterske brigade, 81 000 Pogorica.	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana uredno izvršene isporuke, ispostavljene fakture i obavljene obuke.	Rok plaćanja

Ponuđač je dužan da dostavi: Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlašćenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.) Izuzetno, ako niko od ponuđača čije su ponude ocijenjene kao ispravne ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: a. CE znak u zavisnosti od klase; b. Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; c. Deklaracija o konformitetu; d. Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača. Ukoliko neki od ponuđenih proizvoda nije medicinsko sredstvo, potrebno je dostaviti izjavu ponuđača pod punom odgovornošću da isto nije medicinsko sredstvo.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi ovlašćenje proizvođača da može njegovu robu ponuditi i servisirati u predmetnom postupku javne nabavke. Ukoliko ovlašćenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlašćenje ponuđaču mora biti direktno ovlašćeno od strane proizvođača ponuđenih proizvoda, o čemu je ponuđač dužan da dostavi dokaz- ovlašćenje proizvođača ponuđenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke	Drugi uslovi
Ponuđač je obavezan da prilikom pripremanja Finansijskog dijela ponude za proizvod koji se nudi navede zaštićeni naziv proizvoda, proizvođača i kataloški broj proizvoda, ukoliko postoji.	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude, u rubrici bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke, navede tačne tehničke karakteristike proizvoda koje nudi, prema zahtjevima iz Tehničkih karakteristika ili specifikacija predmeta javne nabavke.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenog proizvoda (uputstvo, katalog) u kojem su jasno označene (navođenjem pozicije na koju se odnosi) tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da na dostavljenim rješenjima o upisu u registar medicinskih sredstava, odnosno dokumentaciji koju dostavlja u slučaju da ponuđeno medicinsko sredstvo nije upisano u registar medicinskih sredstava, jasno označi proizvod i poziciju na koju se dokument odnosi.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da o svom trošku izvrši obuku medicinskog i tehničkog osoblja za rad na opremi koja je predmet nabavke, u prostorijama Naručioca.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da je u ponuđenu cijenu uračunata obuka medicinskog i tehničkog osoblja, isporuka, montaža, instaliranje. Drugi uslovi	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da obezbijedi da se serviser po pisanoj prijavi kvara, u toku trajanja garantnog roka, odazove u roku koji ne može biti duži od 24h na licu mjesta. Ponuđač je dužan da dostavi izvještaj Naručiocu o izvršenim servisima.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će najmanje 5 godina od dana biti dostupni rezervni djelovi.	Drugi uslovi
Garantni rok minimum 24 mjeseca na svu opremu od dana instalacije i puštanja u rad.	Garantni rok

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: maksimalno 10 bodova. Ponude po podkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 10 bodova. Broj bodova po podkriterijumu kvalitet određuje se po formuli: Broj bodova = najkraći ponuđeni rok za isporuku dvanaestokanalnih EKG aparata (uređaja)/ponuđeni rok za isporuku dvanaestokanalnih EKG aparata (uređaja)*10 Napomena: Rok za isporuku dvanaestokanalnih EKG aparata (uređaja) je maksimalno 45 (četrdesetpet) dana od dana potpisivanja Ugovora. Ponuđači su dužni da se u svojim ponudama konkretno izjasne o roku isporuke (u danima) koji nude.	Dokaz	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: maksimalno 10 bodova. Ponude po podkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 10 bodova. Broj bodova po podkriterijumu kvalitet određuje se po formuli: Broj bodova = najkraći ponuđeni rok za isporuku dvanaestokanalnih EKG aparata (uređaja)/ponuđeni rok za isporuku dvanaestokanalnih EKG aparata (uređaja)*10 Napomena: Rok za isporuku dvanaestokanalnih EKG aparata (uređaja) je maksimalno 45 (četrdesetpet) dana od dana potpisivanja Ugovora. Ponuđači su dužni da se u svojim ponudama konkretno izjasne o roku isporuke (u danima) koji nude.	Dokaz	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
12396.69	1	DVANAESTOKANALNI EKG	Uređaj treba da posjeduje mogućnost prikaza svih 12 EKG odvoda istovremeno. Uređaj treba da ima stopu uzorkovanja u ulaznoj fazi: minimum 8000 uzoraka u sekundi po kanalu. Uređaj treba da ima stopu uzorkovanja za analizu signala: minimum 500 uzoraka u sekundi po kanalu. Uređaj treba da posjeduje mogućnost prepoznavanja neuspješnog odvoda nezavisno po odvodima. Uređaj treba da posjeduje mogućnost prepoznavanja pogrešnog rasporeda elektroda. Opseg otkucaja srca: minimum 30–300 otkucaja u minutu. Uređaj treba da posjeduje mogućnost prepoznavanja pejsmejkera. Uređaj treba da posjeduje najmanje osnovne filtere za eliminaciju smetnji. Uređaj treba da posjeduje zaštitu od defibrilacije. Uređaj treba da posjeduje mogućnost skladištenja minimum 100 EKG zapisa, sa mogućnošću izvoza ili proširenja memorije. Uređaj treba da posjeduje ekran u boji dijagonale minimum 5 inča sa pozadinskim osvjetljenjem. Na ekranu uređaja treba da se prikazuju EKG talasi u stvarnom vremenu, puls i osnovni statusni podaci uređaja, uključujući i prikaz statusa baterije. Uređaj treba da posjeduje termalni štampač kompatibilan sa standardnim EKG papirom veličine A4. Formati prikaza EKG-a na ekranu: uređaj treba da podržava više formata prikaza EKG odvoda. Konfiguracija odvoda: standardna i/ili Cabrera konfiguracija. Manuelno štampanje: najmanje 3, 6 ili 12 kanala. Automatsko štampanje: uređaj treba da podržava više formata automatskog štampanja. Brzina kod automatskog i manualnog štampanja: 5/10/25/50 mm/s. Osjetljivost: 5, 10, 20 mm/mV. Formati za štampanje: uređaj treba da	5.00	kom

			podržava više formata štampanja EKG zapisa. Uređaj treba da posjeduje mogućnost softverske nadogradnje za tumačenje EKG zapisa. Tastatura uređaja treba da bude sa alfanumeričkim tasterima i funkcijskim tasterima, prilagođena medicinskoj upotrebi i jednostavna za čišćenje. Za povezivanje sa drugim uređajima aparat treba da posjeduje USB priključak, dok LAN i/ili WiFi mogu biti opcioni. Uređaj treba da posjeduje mogućnost izvoza snimljenih podataka u SCP i/ili PDF formatu. Uređaj treba da koristi standardni pacijent kabl za 12-kanalni EKG. Uređaj treba da ima mogućnost unosa osnovnih podataka o pacijentu. Uređaj treba da ima dvojno napajanje: mrežno napajanje i unutrašnju punjivu bateriju. Punjiva baterija treba da omogući snimanje najmanje 200 EKG zapisa bez punjenja. Uređaj treba da posjeduje softver na engleskom jeziku i/ili na nekom od jezika u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. Uz uređaj treba isporučiti standardni pribor potreban za nesmetan rad uređaja, odnosno : pacijent kabl za 12-kanalni EKG, grudne elektrode 6 kom, štipaljke 4 kom, EKG papir 1 kom, strujni kabl, gel 1 kom, zaštitna navlaka, prevedeno uputstvo za upotrebu na službeni jezik koji se koristi u Crnoj Gori. Uz uređaj je potrebno isporučiti kolica za EKG aparat izrađena od čelika ili ekvivalentnog čvrstog materijala, sa toččićima radi lakšeg transporta, od kojih najmanje dva treba da budu rotirajuća sa mogućnošću kočenja, sa nosačem pacijent kabla, policom za smještaj EKG uređaja sa zaštitom od klizanja, korpom za pribor i nosačem kabla za napajanje.		
--	--	--	--	--	--

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

12396.69	1	DVANAESTOKANALNI EKG APARAT	Uređaj treba da posjeduje mogućnost prikaza svih 12 EKG odvoda istovremeno. Uređaj treba da ima stopu uzorkovanja u ulaznoj fazi: minimum 8000 uzoraka u sekundi po kanalu. Uređaj treba da ima stopu uzorkovanja za analizu signala: minimum 500 uzoraka u sekundi po kanalu. Uređaj treba da posjeduje mogućnost prepoznavanja neuspješnog odvoda nezavisno po odvodima. Uređaj treba da posjeduje mogućnost prepoznavanja pogrešnog rasporeda elektroda. Opseg otkucaja srca: minimum 30–300 otkucaja u minutu. Uređaj treba da posjeduje mogućnost prepoznavanja pejsmejkera. Uređaj treba da posjeduje najmanje osnovne filtere za eliminaciju smetnji. Uređaj treba da posjeduje zaštitu od defibrilacije. Uređaj treba da posjeduje mogućnost skladištenja minimum 100 EKG zapisa, sa mogućnošću izvoza ili proširenja memorije. Uređaj treba da posjeduje ekran u boji dijagonale minimum 5 inča sa pozadinskim osvetljenjem. Na ekranu uređaja treba da se prikazuju EKG talasi u stvarnom vremenu, puls i osnovni statusni podaci uređaja, uključujući prikaz statusa baterije. Uređaj treba da posjeduje termalni štampač kompatibilan sa standardnim EKG papirom veličine A4. Formati prikaza EKG-a na ekranu: uređaj treba da podržava više formata prikaza EKG odvoda. Konfiguracija odvoda: standardna i/ili Cabrera konfiguracija. Manuelno štampanje: najmanje 3, 6 ili 12 kanala. Automatsko štampanje: uređaj treba da podržava više formata automatskog štampanja. Brzina automatskog i manualnog štampanja: uređaj treba da podržava najmanje tri brzine štampanja, uključujući 25 mm/s i 50 mm/s. Osjetljivost: 5, 10, 20 mm/mV. Formati za štampanje: uređaj treba da podržava više formata štampanja EKG zapisa. Uređaj treba da posjeduje mogućnost	5.00	komada
----------	---	-----------------------------	--	------	--------

softverske nadogradnje za tumačenje EKG zapisa.

Uređaj treba da posjeduje korisnički interfejs koji omogućava unos alfanumeričkih podataka o pacijentu, putem fizičke tastature i/ili virtuelne tastature na ekranu osjetljivom na dodir (touchscreen)

Za povezivanje sa drugim uređajima aparat treba da posjeduje USB priključak, dok LAN i/ili WiFi mogu biti opcioni.

Uređaj treba da posjeduje mogućnost izvoza snimljenih podataka u SCP i/ili PDF formatu.

Uređaj treba da koristi standardni pacijent kabl za 12-kanalni EKG.

Uređaj treba da ima mogućnost unosa osnovnih podataka o pacijentu.

Uređaj treba da ima dvojno napajanje: mrežno napajanje i unutrašnju punjivu bateriju.

Uređaj treba da posjeduje ugrađenu punjivu bateriju koja omogućava rad uređaja u slučaju prekida mrežnog napajanja i izvođenje EKG snimanja bez priključenja na električnu mrežu. Punjiva baterija treba da obezbijedi autonomiju dovoljnu za izvođenje najmanje 100 standardnih 12-kanalnih EKG snimanja bez dopunjavanja.

Uređaj treba da posjeduje softver na engleskom jeziku i/ili na nekom od jezika u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Uz uređaj treba isporučiti standardni pribor potreban za nesmetan rad uređaja, odnosno: pacijent kabl za 12-kanalni EKG, grudne elektrode 6 kom, štipaljke 4 kom, EKG papir 1 kom, strujni kabl, gel 1 kom, zaštitna navlaka, prevedeno uputstvo za upotrebu na službeni jezik koji se koristi u Crnoj Gori.

Uz uređaj je potrebno isporučiti kolica za EKG aparat izrađena od čelika ili ekvivalentnog čvrstog materijala, sa točkicama radi lakšeg transporta, od kojih najmanje dva treba da budu rotirajuća sa mogućnošću kočenja, sa nosačem pacijent kabla, policom za smještaj EKG uređaja sa zaštitom od klizanja, korpom za pribor i nosačem kabla za napajanje.

Garancija na uređaj minimum 24 mjeseca.