

ZDRAVSTVENA USTANOVA
KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR BERANE
BR: 3074
BERANE: 15.06.2026.GODINE

Izmjena tenderske dokumentacije

Pitanje; Zahtijev za izmjenu i/ili dopunu tenderske dokumentacije broj 3010 od 10.06.2026. godine za postupak broj: #116673 – Nabavka medicinske opreme

U vezi sa gore navedenim postupkom javne nabavke, u skladu sa odredbama čl. 94 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, ovim putem podnosimo zahtjev za izmjenu i dopunu tenderske dokumentacije, i to u dijelu koji se odnosi na KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE za partiju 1: Motorni sistemi za ortopediju.

Naime, u dijelu KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE za partiju 1: Motorni sistemi za ortopediju trenutna tenderska dokumentacija predviđa dodjelu dodatnih 10 bodova za „1. Kućište bušilice od peek materijala“.

Smatramo da navedeni kriterijum nije zasnovan na objektivno mjerljivim funkcionalnim karakteristikama uređaja koje su od značaja za krajnjeg korisnika, već isključivo na vrsti materijala koji proizvođač koristi kao konstruktivno rješenje. U oblasti ortopedskih motornih sistema ne postoji opšte prihvaćen stručni standard koji potvrđuje da PEEK materijal sam po sebi obezbjeđuje veću funkcionalnost, pouzdanost, trajnost ili kliničku vrijednost u odnosu na sisteme izrađene od medicinskog titanijuma ili drugih visokokvalitetnih materijala koji se koriste u savremenoj medicinskoj praksi. Naprotiv, medicinski titanijum predstavlja materijal koji se decenijama koristi u ortopediji i traumatologiji upravo zbog svojih izuzetnih karakteristika, uključujući visoku mehaničku otpornost, dugotrajnost, otpornost na habanje i stabilnost tokom velikog broja ciklusa sterilizacije, bez gubitka funkcionalnih svojstava. Vrednovanjem samog sastava materijala, a ne performansi uređaja, krše se zakonske odredbe koje nalažu da kriterijumi za odabir ponude moraju garantovati stvarnu ekonomsku i funkcionalnu prednost za naručioca. Smatramo da ovaj kriterijum dovodi do neopravdanog favorizovanja pojedinih proizvođača i ograničavanja tržišne konkurencije, što je suprotno osnovnim načelima ZJN. Takođe, kriterijum za vrednovanje ponude je i „2. Li-ion baterija ili ekvivalent“ koji predviđa dodatnih 10 bodova. Iako je navedena odrednica "ili ekvivalent", u tenderskoj dokumentaciji nije definisana metodologija na osnovu koje će se ocjenjivati i bodovati ekvivalentna tehnološka rješenja. Osim što ovakvo definisanje kriterijuma čini postupak netransparentnim i ostavlja prostor za subjektivnu ocjenu, nije ni mjerljiv pokazatelj funkcionalnosti uređaja. U praksi, različite baterijske tehnologije mogu obezbijediti jednako pouzdan i siguran rad medicinskih motornih sistema kada su adekvatno integrisane u upravljački i zaštitni sistem uređaja, bez uticaja na osnovnu funkcionalnost u kliničkoj primjeni. Imajući u vidu prednje navedeno, predlažemo da se kriterijum kojim se dodjeljuju dodatni bodovi za motorni sistem izrađen od PEEK materijala i Li-on bateriju zamijeni kriterijumima koji predstavljaju objektivne i funkcionalno relevantne pokazatelje kvaliteta opreme i postprodajne podrške. U tom smislu smatramo da bi se vrednovanje ponuda trebalo fokusirati na elemente koji imaju direktan uticaj na rad krajnjeg korisnika i ekonomsku isplativost, kao što su:

- Dužina garantnog roka

- Obezbjedenje kontinuiteta rada kroz dostupnost zamjenske opreme u slučaju kvara ili servisne intervencije (rok za obezbjeđenje zamjenskog uređaja),
- Rok isporuke opreme

Na ovaj način bi se obezbijedilo da kriterijumi za vrednovanje budu zasnovani na stvarnoj korisničkoj vrijednosti, operativnoj pouzdanosti i kvalitetu podrške tokom eksploatacije, a ne na pojedinačnom materijalnom rješenju koje ne predstavlja dokazanu funkcionalnu prednost. Predloženim izmjenama bi se omogućila ravnopravna konkurencija među ponuđačima i učešće različitih tehnoloških rješenja, uz istovremeno očuvanje zahtijevanog nivoa kvaliteta, funkcionalnosti i bezbjednosti predmeta nabavke a sve u skladu sa ZJN. S poštovanjem,

Odgovor; "Naručilac je uzeo u obzir funkcionalne karakteristike u pogledu bodovanja kvaliteta. Zbog toga Naručilac traži da aparat posjeduje naprednu tehnologiju baterija kao što je Litijum jonska tehnologija baterija ili ekvivalentna je ona koja omogućava manju masu sistema, dužu autonomiju rada, brže punjenje i stabilnije performanse tokom životnog vijeka baterije u odnosu na zastarelije tehnologije kao što je niki-metal hibridna baterija (NiMH) ."

Briše se Kriterijum: Parametar „1. Kućište bušilice od Peek materijala. Ukoliko ponuđač dokaže da ponuđeni aparat ima ovu karakteristiku dobiće 10 bodova; Ponuđač koji ne dostavi traženi dokaz dobiće 0 (nula) bodova. Za dokazivanje parametara iz podkriterijuma kvalitet ponuđač je dužan da dostavi označene dokaze (katalog, izjavu proizvođača) na osnovu kojih Naručilac može da provjeri tačnost navoda. – Maksimalno 10 bodova“

Dodaje se Kriterijum: Rok isporuke ponuđenih proizvoda koji ne može biti duži od 60 dana od dana narudžbe, prema potrebama naručioca. Ponuđač je dužan da navede rok isporuke izražen u punim danima – Maksimalno 10 bodova

NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 30.06.2026. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 30.06.2026. godine u 10 sati.

- Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se: neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Svetosavsak br.33, 84300 Berane, preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Svetosavsak br.33, 84300 Berane, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponuda.

Radnim danima od 08 do 15 sati, zaključno sa danom 30.06.2026. godine do 09:30 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

