

JU GIMNAZIJA STOJAN CEROVIĆ NIKŠIĆ**Broj: 966****Mjesto i datum Nikšić, 15.06.2026.godine**

Na osnovu člana 144 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23), ovlašćeno lice JU GIMNAZIJA STOJAN CEROVIĆ NIKŠIĆ, u otvorenom postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji, broj 01/26 od 30.4.2026 21:30 (šifra postupka #114081), za izbor najpovoljnije ponude - Opremanje školskih laboratorija i kabineta za STEM nastavu, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE**

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 01/26 od 30.4.2026 21:30 (šifra postupka #114081), za izbor najpovoljnije ponude - Opremanje školskih laboratorija i kabineta za STEM nastavu, iz razloga što je ponuda ponuđača kompanija jovanovic doo neispravna, shodno odredbama člana 140 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23).

OBRAZLOŽENJE**1. Podaci o naručiocu**

<i>Naziv naručioca</i>	<i>JU GIMNAZIJA STOJAN CEROVIĆ NIKŠIĆ</i>
<i>Ovlašćeno lice naručioca</i>	<i>Dragan Mijušković</i>
<i>Kontakt osoba</i>	<i>Slobodanka Žižić</i>
<i>Adresa</i>	<i>Partizanski put bb</i>
<i>Grad</i>	<i>Nikšić</i>
<i>Poštanski broj</i>	<i>81400</i>
<i>Identifikacioni broj</i>	<i>02047063</i>

2. Podaci o postupku javne nabavke

Naziv naručioca	JU GIMNAZIJA STOJAN CEROVIĆ NIKŠIĆ
Opis predmeta nabavke	Opremanje školskih laboratorija i kabineta za STEM nastavu
Šifra postupka	114081
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Otvoreni postupak

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Vrsta faze	Poziv za nadmetanje
Redni broj faze	2
Procijenjena vrijednost nabavke	41.320,00 EUR
CPV	30213200 - Laptopovi 30232150 - Štampač na bazi mastila 33141411 - Skalpel i rezači 33192500 - Epruvete 38000000 - Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara) 38342000 - Osciloskopi 38410000 - Mjerni instrumenti 38411000 - Hidrometri 38412000 - Termometri 38437000 - Laboratorijske pipete i pribor 38437100 - Pipete 38510000 - Mikroskopi 38631000 - Dvogled 42310000 - Plamenici 42671110 - Stalkovi za epruvete

Razlozi za poništenje postupka

Pravni osnov za poništenje postupka je član 140 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23) kojim je propisano: „Naručilac je dužan da poništi postupak javne nabavke ako: ...4) nije podnijeta nijedna ili nijedna ispravna ponuda ili su ponuđači isključeni iz postupka;”.

Činjenice kojim se dokazuje ispunjenost uslova za poništenje postupka po navedenom osnovu.

PODACI O OTVORENIM PONUDAMA

Na osnovu člana 131 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19 i 3/23) sačinjen je Zapisnik o otvaranju ponuda, kreiran od strane ESJN neposredno nakon otvaranja ponuda i proslijeđen ponuđaču i naručiocu.

PONUDE / PRIJAVE PO REDOSLJEDU PRIJEMA PODNIJELI SU SLEDEĆI PONUĐAČI:

Naziv ponuđača	Vrsta ponude	Šifra ponude / prijave	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
kompanija jovanovic doo	Samostalna ponuda	163164	27.05.2026. 18:29	41.232,65 EUR

Datum i vrijeme otvaranja 28.05.2026. 10:00

O dostavljanju garancije ponude kompanija jovanovic doo, u skladu sa članom 122 stav 3 i 5 Zakona o javnim nabavkama, naručilac je sačinio potvrdu i priložio kao skeniranu kopije u ESJN u okviru Zapisnik o otvaranju ponuda/prijava, istog dana 28.5.2026 14:33 i dostavio ponuđaču kao skenirane kopije 28.5.2026 14:32 putem komunikacije u ESJN-u.

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE NEISPRAVNE:

Šifra	Naziv ponuđača	Razlog neispravnosti
163164	kompanija jovanovic doo	Ponuđač kompanija jovanovic doo, u finansijskom dijelu ponude za određen broj stavki tehničke specifikacije predmeta nabavke nije precizirao kojeg od navedenih proizvoda nudi, to je ponuda ponuđača kompanija jovanovic doo neispravna u smislu člana 133 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 003/23 i 011/23) kojim je propisano:” Neispravna ponuda je ponuda: ...; 2) ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude iz člana 134 stav 3 ovog zakona;”.

1. Ponuđač kompanija jovanovic doo

Šifra ponude: 163164	
Datum i vrijeme podnošenja	27.05.2026. 18:29
Naziv ponuđača	kompanija jovanovic doo
PIB	02307936
Podnijeto kao	Samostalna ponuda

Ponuđač kompanija jovanovic doo je podnio preko ESJN-a ponudu #163164 dana 27.05.2026. 18:29.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je u skladu sa članom 134 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, nakon otvaranja ponuda izvršila pregled i ocjenu dostavljenih ponuda, bez prisustva ovlašćenih predstavnika ponuđača, u smislu člana 134 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, kako slijedi:

- Da li su uz ponudu dostavljeni svi dokazi iz člana 120 stav 16 Zakona o javnim nabavkama:

kompanija jovanovic doo	Izjava privrednog subjekta	Da
	Garancija ponude	Da Putem ESJN dostavljena kopija garancije ponude, a original garancije dostavljen naručiocu neposredno na arhivi naručioca prije isteka roka za podnošenje ponuda
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
	Ugovor o zajedničkom nastupanju	Ne/Ponuda se podnosi kao Samostalna ponuda

- Da li je garancija ponude garancija ponude dostavljena na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 Zakona o javnim nabavkama i da li je garancija ponude izdata na traženi iznos i da li je ispravna:

GARANCIJA PONUDE

Naziv ponudjača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
kompanija jovanovic doo	Garancija za ozbiljnost ponude izdata od Hipotekarna Bank AD Podgorica broj garancije 100-3-1132/3 od 26.05.2026.godine	Način dostavljanja garancije	Putem ESJN dostavljena kopija garancije ponude, a original garancije dostavljen naručiocu neposredno na arhivi naručioca prije isteka roka za podnošenje ponuda 28.05.2026.godine u 08:53 časova, zavedena pod brjem 613	da
		Iznos garancije ponude	826,40 EUR	da
		Datum važenja garancije	ISTEK GARANCIJE: ROKA 09.11.2026.	da

Ponuđač je u okviru ponude putem ESJN u odgovoru naveo: „U prilogu dostavljamo skeniranu Garanciju ponude (u PDF formatu). Original Garancije ponude je dostavljen neposrednom predajom na arhivi Naručioca, na adresi Partizanski put bb Nikšić.“, i dostavio kopiju garancije ponude-skenirana kopija originala (Garancija ponude III Grupa linija.pdf), a original garancije dostavljen je naručiocu neposredno na arhivi naručioca prije isteka roka za podnošenje ponuda, dana 28.05.2026.godine u 08:53 časova, zavedena pod brjem 613, na zahtijevani iznos i rokom važnosti.

Ponuđač je dostavio garanciju ponude u zatvorenoj koverti na način predviđen članom 122 stav 5 Zakona o javnim nabavkama i tačkom 8 stav 5 tenderske dokumentacije, na način da je na koverti ispisano : naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije, naziv, sjedište i adresa ponuđača, i naznake: “GARANCIJA PONUDE“, "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač : 1) odustane od ponude u roku važenja ponude, i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum”, te shodno tome ne postoji razlog za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 108 stav 1 tačka 7 Zakona o javnim nabavkama.

- Da li je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da li sadrži sve tražene informacije i podatke:

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena (Da/Ne)	Izjava privrednog subjekta sadrži sve tražene informacije i podatke (Da/Ne)
kompanija jovanovic doo	Da	Da Izjava privrednog subjekta, podnosioca ponude Glunex doo sadrži sve tražene informacije i podatke

- Da li zbog sadržaja izjave privrednog subjekta postoji osnov iz čl. 108 i 110 Zakona o javnim nabavkama za isključenje ponuđača:

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta sadrži osnov za isključenje iz člana 108 I 110 ZJN (Da/Ne)	Ako je odgovor da obrazložiti
kompanija jovanovic doo	Ne	Ne Izjava privrednog subjekta, podnosioca ponude ne sadrži osnov za isključenje iz člana 108 I 110 ZJN

Ponuđač-podnosilac ponude kompanija jovanovic doo, je preko ESJN-a u okviru ponude dostavio Izjavu privrednog subjekta, koja je sačinjena na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore, broj 114/2024 od 29.11.2024."), u elektronskom obliku.

Obrazac 1- Izjava privrednog subjekta, elektronski potpisana 26.05.2026.godine 11:58:57, Jelena Stojanović, izvršni direktor, koja sadrži podatke o:naručiocu, postupku i predmetu javne nabavke i ponudi;privrednom subjektu;obaveznim uslovima za učešće u postupku javne nabavke; sprječavanju korupcije i sukoba interesa; uslovima sposobnosti privrednog subjekta; garantnoj izjavi, čime je postupio u smislu člana 111 Zakona o javnim nabavkama, te shodno tome ne postoji razlog za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 108 stav 1 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama.

Nakon izvršenog pregleda ponude u skladu sa članom 134 stava 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 074/19, 003/23 i 011/23), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke pristupila je ocjeni ovog ponuđača u skladu sa članom 134 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, u odnosu na razloge iz člana 133 ovog Zakona, kako slijedi:

Uvidom u dostavljenu ponudu Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda nije sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa Zakona o javnim nabavkama.

Uvidom u finansijski dio ponude ovog ponuđača i zahtjeve u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da Ponuda nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke i to:

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
R. broj 9 Vodeno kupatilo sa regulacijom temperature	Ponuđač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #163164) za stavku 9 tehničke specifikacije dao sljedeći odgovor:

Volumen 5–10 L, temperatura 20–100°C, preciznost $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, digitalna kontrola. Obračun po ugrađenoj priključnom ormariću sličnom tipu EKM- 1281, proizvod Raychem, ili boljeg ili sličnog kvaliteta.	„Vodeno kupatilo sa regulacijom temperature Volumen 5–10 L, temperatura 20–100°C, preciznost $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, digitalna kontrola.” Na ovaj način ponuđač nije precizno odredio predmet koji nudi, već je ponudio više mogućih rješenja, ostavljajući mogućnost izbora između različitih proizvoda. Kako tenderskom dokumentacijom nijesu bile dozvoljene alternativne (varijantne) ponude, ponuđač je bio dužan da ponudi jedno konkretno vodeno kupatilo sa jasno definisanim tehničkim karakteristikama.
R. broj 11 Desikator Stakleni ili plastični, pregradu za sušenje hemikalija, hermetički zatvaranj	Ponuđač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #163164) za stavku 11 tehničke specifikacije dao sljedeći odgovor: „Desikator Stakleni ili plastični, pregradu za sušenje hemikalija, hermetički zatvaranj.” Na ovaj način ponuđač nije precizno odredio predmet koji nudi, a tenderskom dokumentacijom nijesu bile dozvoljene alternativne (varijantne) ponude, pa nije moguće utvrditi koji konkretan proizvod će biti predmet ugovora.
R. broj 13 Stalak za epruvete Plastika ili metal, otporan na hemikalije, kapacitet min. 10 epruveta po stalku	Ponuđač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #163164) za stavku 13 tehničke specifikacije dao sljedeći odgovor: „Stalak za epruvete Plastika ili metal, otporan na hemikalije, kapacitet min. 10 epruveta po stalku ” Na ovaj način ponuđač nije precizno odredio predmet koji nudi, a tenderskom dokumentacijom nijesu bile dozvoljene alternativne (varijantne) ponude, pa nije moguće utvrditi koji konkretan proizvod će biti predmet ugovora.
R. broj 16 Hvataljka za epruvete Metalna/plastična; ergonomična; sigurno rukovanje vrućim epruvetama	Ponuđač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #163164) za stavku 16 tehničke specifikacije dao sljedeći odgovor: „Hvataljka za epruvete Metalna/plastična; ergonomična; sigurno rukovanje vrućim epruvetama ” Na ovaj način ponuđač nije precizno odredio predmet koji nudi, a tenderskom dokumentacijom nijesu bile dozvoljene alternativne (varijantne) ponude, pa nije moguće utvrditi koji konkretan proizvod će biti predmet ugovora.
R. broj 22 Avan sa tučkom Staklo ili keramika; za mljevenje i pripremu uzoraka	Ponuđač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #163164) za stavku 22 tehničke specifikacije dao sljedeći odgovor: „Avan sa tučkom Staklo ili keramika; za mljevenje i pripremu uzoraka ”

	Na ovaj način ponuđač nije precizno odredio predmet koji nudi, a tenderskom dokumentacijom nijesu bile dozvoljene alternativne (varijantne) ponude, pa nije moguće utvrditi koji konkretan proizvod će biti predmet ugovora.
R. broj 27 Pipeta Staklena ili plastična; za precizno doziranje tečnosti	Ponuđač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #163164) za stavku 27 tehničke specifikacije dao sljedeći odgovor: „Pipeta Staklena ili plastična ; za precizno doziranje tečnosti ” Na ovaj način ponuđač nije precizno odredio predmet koji nudi, a tenderskom dokumentacijom nijesu bile dozvoljene alternativne (varijantne) ponude, pa nije moguće utvrditi koji konkretan proizvod će biti predmet ugovora.
R. broj 28 Set automatskih mikropipeta Set 3–4 pipete (0,1–10 µL, 10–100 µL, 100–1000 µL); precizne, ergonomične; uključeni nastavci (tips)	Ponuđač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #163164) za stavku 28 tehničke specifikacije dao sljedeći odgovor: „Set automatskih mikropipeta Set 3–4 pipete (0,1–10 µL, 10–100 µL, 100–1000 µL); precizne, ergonomične; uključeni nastavci (tips) ” Na ovaj način ponuđač nije precizno odredio predmet koji nudi, a tenderskom dokumentacijom nijesu bile dozvoljene alternativne (varijantne) ponude, pa nije moguće utvrditi koji konkretan proizvod će biti predmet ugovora.
R. broj 32 Petri posude (staklene) Promjer 90–100 mm; staklene, otporne na grijanje; prozirne Petri posude (staklene)	Ponuđač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #163164) za stavku 32 tehničke specifikacije dao sljedeći odgovor: „Petri posude (staklene) Promjer 90–100 mm ; staklene, otporne na grijanje; prozirne Petri posude (staklene) ” Na ovaj način ponuđač nije precizno odredio predmet koji nudi, a tenderskom dokumentacijom nijesu bile dozvoljene alternativne (varijantne) ponude, pa nije moguće utvrditi koji konkretan proizvod će biti predmet ugovora.
R. broj 43 Kadica za disekciju Plastična ili metalna; otpornost na hemikalije; dovoljno velika za uzorke	Ponuđač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #163164) za stavku 43 tehničke specifikacije dao sljedeći odgovor: „Kadica za disekciju Plastična ili metalna ; otpornost na hemikalije; dovoljno velika za uzorke” Na ovaj način ponuđač nije precizno odredio predmet koji nudi, a tenderskom dokumentacijom nijesu bile dozvoljene alternativne (varijantne) ponude, pa nije moguće utvrditi koji konkretan proizvod će

	biti predmet ugovora.
R. broj 46 Plakar/ormar za laboratorijsku opremu Metalni ili laminirani drveni ormari, dimenzije cca 180×80×50 cm; sa policama, ventilacijom i bravama; za skladištenje mikroskopa, stakla i pribora	Ponuđač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #163164) za stavku 46 tehničke specifikacije dao sljedeći odgovor: „Plakar/ormar za laboratorijsku opremu Metalni ili laminirani drveni ormari , dimenzije cca 180×80×50 cm; sa policama, ventilacijom i bravama; za skladištenje mikroskopa, stakla i pribora” Na ovaj način ponuđač nije precizno odredio predmet koji nudi, a tenderskom dokumentacijom nijesu bile dozvoljene alternativne (varijantne) ponude, pa nije moguće utvrditi koji konkretan proizvod će biti predmet ugovora.
R. broj 47 Modeli organa čovjeka 3D modeli, anatomske precizni, PVC ili sličan materijal, postolja	Ponuđač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #163164) za stavku 47 tehničke specifikacije dao sljedeći odgovor: „Modeli organa čovjeka 3D modeli, anatomske precizni, PVC ili sličan materijal , postolja” Na ovaj način ponuđač nije precizno odredio predmet koji nudi, a tenderskom dokumentacijom nijesu bile dozvoljene alternativne (varijantne) ponude, pa nije moguće utvrditi koji konkretan proizvod će biti predmet ugovora.
R. broj 49 Skeleti životinja Prirodni ili replike, stabilna konstrukcija	Ponuđač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #163164) za stavku 49 tehničke specifikacije dao sljedeći odgovor: „Skeleti životinja Prirodni ili replike , stabilna konstrukcija” Na ovaj način ponuđač nije precizno odredio predmet koji nudi, a tenderskom dokumentacijom nijesu bile dozvoljene alternativne (varijantne) ponude, pa nije moguće utvrditi koji konkretan proizvod će biti predmet ugovora.
R. broj 57 Pametna tabla – veliki ekran Interaktivna površina 86–88 inča; multi-touch; kompatibilna sa Windows i Mac; softver za nastavu; HDMI, USB, Wi-Fi; visoka svjetlina i kontrast	Ponuđač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #163164) za stavku 57 tehničke specifikacije dao sljedeći odgovor: „Pametna tabla – veliki ekran Interaktivna površina 86–88 inča ; multi-touch; kompatibilna sa Windows i Mac; softver za nastavu; HDMI, USB, Wi-Fi; visoka svjetlina i kontrast” Na ovaj način ponuđač nije precizno odredio predmet koji nudi, a tenderskom dokumentacijom nijesu bile dozvoljene alternativne (varijantne) ponude, pa nije moguće utvrditi koji konkretan proizvod će biti predmet ugovora.

R. broj 65 Sočiva (sabirna i rasipna) Staklena ili akrilna, promjer 50–70 mm, različite žižne daljine, optički kvalitetna, za eksperimente sa svjetlom	Ponuđač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #163164) za stavku 65 tehničke specifikacije dao sljedeći odgovor: „Sočiva (sabirna i rasipna) Staklena ili akrilna, promjer 50–70 mm, različite žižne daljine, optički kvalitetna, za eksperimente sa svjetlom” Na ovaj način ponuđač nije precizno odredio predmet koji nudi, a tenderskom dokumentacijom nijesu bile dozvoljene alternativne (varijantne) ponude, pa nije moguće utvrditi koji konkretan proizvod će biti predmet ugovora.
R. broj 67 Ogledala (ravna, konkavna, konveksna) Staklo sa reflektirajućim slojem, promjer 50–70 mm, uključuje držače i postolje	Ponuđač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #163164) za stavku 67 tehničke specifikacije dao sljedeći odgovor: „Ogledala (ravna, konkavna, konveksna) Staklo sa reflektirajućim slojem, promjer 50–70 mm, uključuje držače i postolje” Na ovaj način ponuđač nije precizno odredio predmet koji nudi, a tenderskom dokumentacijom nijesu bile dozvoljene alternativne (varijantne) ponude, pa nije moguće utvrditi koji konkretan proizvod će biti predmet ugovora.
R. broj 68 Optička klupa Metalna ili aluminijska konstrukcija, dužina 1 m, za postavljanje sočiva, ogledala i lasera, sa mjernom skalom	Ponuđač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #163164) za stavku 68 tehničke specifikacije dao sljedeći odgovor: „Optička klupa Metalna ili aluminijska konstrukcija, dužina 1 m, za postavljanje sočiva, ogledala i lasera, sa mjernom skalom” Na ovaj način ponuđač nije precizno odredio predmet koji nudi, a tenderskom dokumentacijom nijesu bile dozvoljene alternativne (varijantne) ponude, pa nije moguće utvrditi koji konkretan proizvod će biti predmet ugovora.
R. broj 69 Mehanička klatna Drvena ili metalna konstrukcija, dužina 50–70 cm, kugla 50–100 g, precizno vješanje, za demonstraciju oscilacija	Ponuđač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #163164) za stavku 69 tehničke specifikacije dao sljedeći odgovor: „Mehanička klatna Drvena ili metalna konstrukcija, dužina 50–70 cm, kugla 50–100 g, precizno vješanje, za demonstraciju oscilacija” Na ovaj način ponuđač nije precizno odredio predmet koji nudi, a tenderskom dokumentacijom nijesu bile dozvoljene alternativne (varijantne) ponude, pa nije moguće utvrditi koji konkretan proizvod će biti predmet ugovora.
R. broj 70 Kalorimetar Metalni ili plastični izolovani	Ponuđač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #163164) za stavku 70

spremnik, kapacitet 500–1000 ml, termometar integrisan, za mjerenje toplote i specifične toplote	tehničke specifikacije dao sljedeći odgovor: „Kalorimetar Metalni ili plastični izolovani spremnik, kapacitet 500–1000 ml , termometar integrisan, za mjerenje toplote i specifične toplote” Na ovaj način ponuđač nije precizno odredio predmet koji nudi, a tenderskom dokumentacijom nijesu bile dozvoljene alternativne (varijantne) ponude, pa nije moguće utvrditi koji konkretan proizvod će biti predmet ugovora.
R. broj 77 Ploče za električna kola Plastične ili MDF ploče, veličina 30×40 cm, sa rupa i nosačima za povezivanje komponenti	Ponuđač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #163164) za stavku 77 tehničke specifikacije dao sljedeći odgovor: „Ploče za električna kola Plastične ili MDF ploče , veličina 30×40 cm, sa rupa i nosačima za povezivanje komponenti” Na ovaj način ponuđač nije precizno odredio predmet koji nudi, a tenderskom dokumentacijom nijesu bile dozvoljene alternativne (varijantne) ponude, pa nije moguće utvrditi koji konkretan proizvod će biti predmet ugovora.
R. broj 78 Plakar/ormar za laboratorijsku opremu Metalni ili laminirani drveni ormari, dimenzije cca 180×80×50 cm, sa policama i bravama, za sigurno skladištenje instrumenata i osjetljive opreme	Ponuđač je u okviru ponude podnijete na ESJN (šifra ponude #163164) za stavku 70 tehničke specifikacije dao sljedeći odgovor: „Plakar/ormar za laboratorijsku opremu Metalni ili laminirani drveni ormari, dimenzije cca 180×80×50 cm , sa policama i bravama, za sigurno skladištenje instrumenata i osjetljive opreme” Na ovaj način ponuđač nije precizno odredio predmet koji nudi, a tenderskom dokumentacijom nijesu bile dozvoljene alternativne (varijantne) ponude, pa nije moguće utvrditi koji konkretan proizvod će biti predmet ugovora.

Odredbom člana 120 stav 1 Zakona o javnim nabavkama je propisano da je ponuda izjava namjere ponuđača da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove za određenu cijenu i pod određenim uslovima, u skladu sa tenderskom dokumentacijomnakon, te stavom 17 tačka 2 ovog člana propisano da se nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ne smije mijenjati i/ili dopunjavati konačna ponuda, osim u slučaju otklanjanja računске greške, dok je članom 133 stav 1 tačka 2 ovog zakona propisano da je neispravna ponuda ponuda ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom.

Naručilac je Tenderske dokumentacije, u tački 3.“DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE“u dijelu Ponuda sa varijantama naveo:“ Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane“ .

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom utvrdio tehničku specifikaciju predmeta nabavke kojom je za stavke 9 , 11, 13, 16, 22, 27, 28, 32, 43, 46, 47, 49, 57, 65, 67, 68, 69, 70, 77, 78 , u rubrici „Opis predmeta nabavke“, predvidio: “9....Volumen 5–10 L“ , “11.... Stakleni ili plastični“ , “13.... Plastika ili metal,“ , “16.... Metalna/plastična“ , “22.... Staklo ili keramika“ , “27.... Staklena ili plastična“ , “28.... Set 3–4 pipete“ , “32.... Promjer

90–100 mm“ , “43.... Plastična ili metalna“ , “46.... Metalni ili laminirani drveni ormari“ , “47.... PVC ili sličan materijal“ , “49.... Prirodni ili replike“ , “57....86–88 inča“ , “65.... Staklena ili akrilna“ , “67.... promjer 50–70 mm“ , “68.... Metalna ili aluminijska konstrukcija“ “69.... Drvena ili metalna konstrukcija, dužina 50–70 cm, kugla 50–100 g“ , “70....Metalni ili plastični izolovani spremnik, kapacitet 500–1000 ml“ , “77.... Plastične ili MDF ploče,“ i “78.... Metalni ili laminirani drveni ormari, dimenzije cca“ .

Ponudač kompanija jovanovic doo je u finansijskom dijelu ponude, u rubrici „Odgovor“ za stavku 9 , 11, 13, 16, 22, 27, 28, 32, 43, 46, 47, 49, 57, 65, 67, 68, 69, 70, 77, 78 tehničke specifikacije predmeta nabavke, naveo:“ 9....Volumen 5–10 L“ , “11.... Stakleni ili plastični“ , “13.... Plastika ili metal,“ , “16.... Metalna/plastična“ , “22.... Staklo ili keramika“ , “27.... Staklena ili plastična“ , “28.... Set 3–4 pipete“ , “32.... Promjer 90–100 mm“ , “43.... Plastična ili metalna“ , “46.... Metalni ili laminirani drveni ormari“ , “47.... PVC ili sličan materijal“ , “49.... Prirodni ili replike“ , “57....86–88 inča“ , “65.... Staklena ili akrilna“ , “67.... promjer 50–70 mm“ , “68.... Metalna ili aluminijska konstrukcija“ “69.... Drvena ili metalna konstrukcija, dužina 50–70 cm, kugla 50–100 g“ , “70....Metalni ili plastični izolovani spremnik, kapacitet 500–1000 ml“ , “77.... Plastične ili MDF ploče,“ i “78.... Metalni ili laminirani drveni ormari, dimenzije cca“ .

Iz navedenog činjeničnog stanja jasno i nesumnjivo proizilazi da je ponudač navodio dvije alternativne mogućnosti, te iz sadržaja ponude nije moguće nedvosmisleno utvrditi koji proizvod je predmet ponude, odnosno da li ponudač nudi određeni proizvod. Na taj način ponuđeni predmet nabavke nije određen na jasan i nedvosmislen način.

Budući da iz navedenog nesporno proizilazi da se ponudač u odnosu na navedene stavke tehničke specifikacije predmeta nabavke nije izjasnio da nudi određeni proizvod, to je ponuda ponudača kompanija jovanovic doo neispravna u smislu člana 133 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 003/23 i 011/23) kojim je propisano:” Neispravna ponuda je ponuda: ...; 2) ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude iz člana 134 stav 3 ovog zakona;”.

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE, NA OSNOVU UTVRĐENOG, U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, PREDLAŽE OVLAŠĆENOM LICU NARUČIOCA DA DONESE:

☐ odluku o poništenju postupka javne nabavke

Kako je ponuda ponudača kompanija jovanovic doo neispravna, na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja, a u skladu sa članom 140 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 74/19, 3/23 i 11/23) kojim je propisano: “Naručilac je dužan da poništi postupak javne nabavke ako:...4) nije podnijeta nijedna ili nijedna ispravna ponuda ili su ponuđači isključeni iz postupka;“, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je predložila ovlašćenom licu naručioca da donese odluku o poništenju otvorenog postupka javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji broj 01/26 od 30.4.2026 21:30 (šifra postupka #114081), za izbor najpovoljnije ponude - Opremanje školskih laboratorija i kabineta za STEM nastavu, primjenom odredbi člana 144 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 74/19, 3/23 i 11/23).

Ovlašćeno lice naručioca predmetne javne nabavke je odlučio kao u dispozitivu odluke.

Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi preko naručioca, i to do uspostavljanja ESJN, neposredno ili putem preporučene pošte u pisanom obliku a nakon uspostavljanja ESJN elektornskim putem na ESJN.

Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENOLICE NARUČIOCA

Direktor

Dragan Mijušković

DMijušković

(potpis)

