

Broj: 05/01-6173
Mjesto i datum: Podgorica, 24.06.2026 godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama, (Otvoreni postupak javne nabavke za nabavku ultrazvučnog aparata sa linearnom i konveksnom sondom, šifra postupka 116915 od 19.06.2026. godine, kod nas zavedena pod brojem 05/01-6062-OP-5/2026 od 19.06.2026. godine, ZU Dom zdravlja Glavnog grada na osnovu zahtjeva za pojašnjenje zainteresovanog privrednog subjekta, dostavlja pojašnjenje:

Pitanje 1:

- Da li se pod zahtjevom „Napredni Doppler za mikroprotok“ podrazumijeva tehnologija koja omogućava ultra-visoku prostornu rezoluciju i visoku osjetljivost za prikaz izuzetno sporih i suptilnih mikrovaskularnih tokova, uz mogućnost primjene u B-mode, Color Doppler, Power Doppler, Contrast i 3D prikazu, kao i napredne podmodove za različite načine prikaza i analize mikrovaskularizacije?

Odgovor na pitanje broj 1:

- U dijelu tehničke specifikacije koji se odnosi na zahtjev „Napredni Doppler za mikroprotok“, naručilac pod tim zahtjevom podrazumijeva naprednu ultrazvučnu tehnologiju za vizualizaciju mikrovaskularnih i sporih krvnih tokova sa povećanom osjetljivošću i prostornom rezolucijom u odnosu na standardni Color Doppler i Power Doppler. Navedena funkcionalnost podrazumijeva mogućnost prikaza i analize vaskularizacije u B-mode, Color Doppler, Power Doppler, kontrastno pojačanom ultrazvučnom prikazu (CEUS) i 3D režimima rada ili ekvivalentno tehnološko rješenje.

Pitanje 2:

- Da li se pod Hepato-renalni indeks smatra automatski alat koji omogućava automatsku procjenu steatoze jetre tako što automatski izračunava odnos osvetljenosti (intenziteta sivih nijansi) između jetre i korteksa bubrega u B-modu?

Odgovor na pitanje broj 2:

- U dijelu tehničke specifikacije koji se odnosi na zahtjev „Hepato-renalni indeks ili ekvivalent“, naručilac pod tim zahtjevom podrazumijeva softverski alat za procjenu steatoze jetre zasnovan na analizi B-mode ultrazvučne slike i poređenju ehogenosti jetrenog parenhima i korteksa bubrega, sa mogućnošću kvantitativne ili polukvantitativne procjene stepena masne infiltracije jetre ili ekvivalentno rješenje.

Ovim pojašnjenjem ne vrši se izmjena tenderske dokumentacije, već se dodatno pojašnjava sadržaj postojećih tehničkih zahtjeva

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

