



Zdravstvena ustanova Apoteke CG Montefarm

Broj: 1204/1-5826

Podgorica, 24.06.2026.godine

Predmet: Odgovor na Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj 1160/1-5826 od 17.06.2026. godine, šifra postupka #116795 – Nabavka potrošnog materijala za operacione blokove (5826)

U vezi sa Zahtjevom za pojašnjenje Tenderske dokumentacije broj 1160/1-5826 od 17.06.2026. godine, dostavljenim putem ESJN dana 22.06.2026.godine u 09:43h, dajemo odgovor na postavljeno pitanje:

Pitanje:

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama, molimo za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj 1160/1-5826 od 17.06.2026. godine (postupak broj 116795), za otvoreni postupak javne nabavke“ Nabavka potrošnog materijala za operacione blokove (5826).“

1. Da li Naručilac, u okviru partije broj 7, pod setom za abdominalnu punkciju podrazumijeva set za perkutanu drenažu sa sigurnosnom perkutanom iglom promjera 9 CH ili 12 CH, sa dvije nepovratne valvule, sigurnosnom Veress iglom i radiopaktnim, biokompatibilnim poliuretanskim kateterom? Da li navedeni set treba da sadrži: kesu zapremine 2 L sa odvodim ventilom za vazduh, skalpel, špric zapremine 30ml, adapter za povezivanje i plastičnu klemu?
2. Da li je za Naručioca prihvatljivo da potencijalni ponuđač, u okviru partije broj 8 – set za torakalnu punkciju sa vodičem i Y nastavcima za torakalnu drenažu, u okviru stavke broj 1, ponudi špric zapremine 30 ml?
3. Da li je za Naručioca prihvatljivo da, u okviru partije broj 8, stavka 2, potencijalni ponuđač ponudi Y konektore za veličine drenova od 24 do 32 CH?

U nastavku dajemo sljedeći odgovor:

- Partija 7 prihvatljiv je predloženi opis proizvoda kako ste naveli u Vašem zahtjevu sa strukturom seta;
- Partija 8 – stavka 1- biće predmet izmjene tenderske dokumentacije;
- Partija 8 - stavka 2 prihvatljiv je opis proizvoda jer se radi o univerzalnom Y nastavku sa dva odvoda za drenažne katetere;

S poštovanjem,

Predsjednik komisije
za sprovođenje postupka za javne nabavke
Vladan Radović, dipl. oec.

