

PREGLED POSTUPKA #117615

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ZU KLINIČKO - BOLNIČKI CENTAR KOTOR
PIB	02032651
E-mail	mirjana.obk@t-com.me
Telefon	032/325-788
Internet adresa	www.jzuobkotor.me
Fax	032/325-405
Adresa	Njegoševa bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka parnog sterilizatora za potrebe Ginekološko-akušerske službe
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Mirjana Ivanović
Kontakt	032/325-788
Datum objave	26.06.2026. 14:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	ZU KLINIČKO - BOLNIČKI CENTAR KOTOR Parni sterilizator za potrebe Ginekologije KBC Kotor 33100000 - Medicinska oprema	13.000,00 EUR	2.730,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
1. U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku jednostavne nabavke: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a)kriminalnog udruživanja; b)stvaranja kriminalne organizacije; c)davanje mita; č) primanje mita ; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;	Obavezni uslovi
2. U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku jednostavne nabavke: 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko I zdravstveno osiguranje.	Obavezni uslovi
3. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
4. Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti, za obavljanje djelatnosti, da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem Rješenja o upisu ponuđača u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od Agencije/Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

5. Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24) - Obrazac 2.	Obrazac 2
6. Rok važenja ponude je 60 (šezdeset) dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
7. Rok izvršenja ugovora je maksimalno 30 (trideset) dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
8. Mjesto izvršenja ugovora: ZU Kliničko-bolnički centar Kotor	Mjesto izvršenja ugovora
9. Rok plaćanja: U roku od 60 (šezdeset) dana od dana uredno isporučene, instalirane i testirane opreme uz obavljenu obuku za medicinsko osoblje. Ispostavljena faktura treba da sadrži broj postupka javne nabavke i broj ugovora o javnoj nabavci.	Rok plaćanja
10. Način plaćanja je virmanski na žiro-račun ponuđača. Ponuđač je dužan da navede naziv poslovne banke i broj žiro-računa na koji će se izvršiti plaćanje.	Način plaćanja
11. Ponuđač je obavezan da prilikom pripremanja finansijskog dijela ponude navede zaštićeni naziv opreme koju nudi, naziv proizvođača i kataloške oznake proizvoda.	Drugi uslovi
12. Ponuđač definiše garantni rok za ponuđenu robu iz ponude, koji ne može biti kraći od 24 (dvadesetčetiri) mjeseci, a ponuđač je dužan da navede tačan rok u ponudi i uslove garancije. Takođe, ponuđač je u obavezi da dostavi izjavu o ispunjenosti dolje navedenih uslova: ▪ -da će izvršiti instalaciju uređaja kod korisnika -i da: će zvršiti obuku za rad na aparatu kod korisnika - da: će obezbijediti podršku putem telefona i elektronske pošte - da: će obezbijediti ovlašćeni servis u toku trajanja garantnog roka sa navođenjem naziva i sjedišta servisa; - Ponuđač je dužan da dostavi sertifikate za minimum 2 serviser a proizvođača aparata da su serviseri završili odgovarajuću obuku za održavanje ponuđene opreme sa jednim od navedenih dokaza: a) Ako je serviser zaposlen kod ponuđača - dokaz o radnom odnosu; b) Ako serviser nije zaposlen kod ponuđača - ugovor koji ponuđač ima sa ovlašćenim servisom.-da će se u garantnom roku ovlašćeni serviser ponuđača odazvati na poziv za servis u roku ne dužem od 24 (dvsdesetčetiri) časa na licu mjesta; -da će u roku od 5 (pet) dana od prijave kvara izvršiti popravku aparata; da će za vrijeme trajanja garantnog roka, ponuđač ukoliko ovlašćeni serviser ne vrati aparat u funkcionalno stanje u roku od 60 dana od dana prijave kvara o sopstvenom trošku izvršiti zamjenu aparata novim, istih ili boljih karakteristika.	Garantni rok

13. Ponuđač je dužan da na dostavljenim rješenjima o upisu u registar medicinskih sredstava, odnosno dokumentaciji koju dostavlja u slučaju da ponuđeno medicinsko sredstvo nije upisano u registar medicinskih sredstava jasno označi opremu/proizvod i poziciju na koju se dokument odnosi.	Drugi uslovi
14. Ponuđači su dužni da dostave rješenje o registraciji medicinskog sredstva kod Agencije /Instituta za lijekove i medicinska sredstva CG što dokazuje dostavljanjem Rješenje o registraciji predmeta nabavke. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlašćenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.) Izuzetno, ako niko od ponuđača, čije su ponude ocijenjene kao ispravne, ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: a. važeći CE znak (sertifikat) u zavisnosti od klase; b. Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; c. Declaration of Conformity – DoC (Izjava o usklađenosti) izdatu od strane proizvođača, kojom se potvrđuje da je ponuđeni proizvod usklađen sa relevantnim direktivama/uredbama EU za medicinska sredstva (MDR 2017/745); d. Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača. Pobrojana dokumenta moraju da glase jasno i precizno na ponuđeni model kojeg ponuđač nudi u finansijskom dijelu ponude (specifikaciji), odnosno u dostavljenom katalogu. Ukoliko neki od ponuđenih proizvoda nijesu deklarirani kao medicinsko sredstvo, ponuđač je dužan da dostavi rešenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili izjavu proizvođača kojom se to dokazuje.	Drugi uslovi

15. Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda (uputstvo, katalog) u kojem su jasno označene (navođenjem pozicije na koju se odnosi) tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda. Izjava proizvođača kao dopunski dokaz: Ukoliko određena tehnička karakteristika iz specifikacije nije navedena u katalogu proizvođača, ponuđač može dostaviti potpisanu i pečatiranu Izjavu proizvođača, kojom se dokazuje ispunjenost predmetne karakteristike. Izjava proizvođača služi isključivo kao dopuna priloženog kataloga/uputstva te se ne može prihvatiti kao jedini dokaz o ispunjenosti tehničkih karakteristika. Takođe, kao dokaz ekvivalentnosti , za određenu tehničku karakteristiku , potrebno je da ponuđač dostavi proizvođačku deklaraciju , iz koje se nedvosmisleno može utvrditi da ponuđeni ekvivalent ispunjava minimalne tehničke karakteristike zahtijevane tehničkom specifikacijom Naručioca za određenu stavku uz navođenje broja tehničke karakteristike na koju se odnosi ispunjenost iste na ekvivalentan način.	Drugi uslovi
16. Ponuđač je dužan da dostavi spisak najneophodnijih rezervnih dijelova i potrošnog materijala na godišnjem nivou, sa informativnim cijenama, koji bi se koristili posle isteka garantnog roka, kao preventiva za ispravan rad sterilizatora.	Drugi uslovi
17. Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da je u ponuđenu cijenu uračunata isporuka, montažu, instaliranje i puštanje u rad sterilizatora, kao i potrebni materijal i povezivanje na struju, vodu, vazduh i odvod u kanalizaciju i puštanje u funkcionalan rad na licu mjesta.	Drugi uslovi
18. Ponuđač je dužan da dostavi izjavu će o svom trošku da izvrši obuku za rad na predmetnoj opremi, kod korisnika, za medicinsko osoblje, koje će raditi na sterilizatoru, kao i tehničkog osoblja koje će biti zaduženo za održavanje sterilizatora. Ponuđač je dužan da dostavi izjavu će ukoliko njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija da dostavi set uputstava za upotrebu ponuđenog sterilizatora na službenom/jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.	Drugi uslovi
19. Ponudjaci su dužni da dostave ovlaštenje proizvođača da može njegovu robu ponuditi u predmetnom postupku javne nabavke. Ukoliko ovlaštenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlaštenje ponudjaci mora biti direktno ovlašteno od proizvođača ponudjene opreme, o čemu je ponudjaci dužan da dostavi dokaz-ovlaštenje proizvođača ponudjene opreme za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke,	Drugi uslovi

20. Ponuđač garantuje da je ponuđena roba po predmetnom postupku javne nabavke nova, neupotrebljavana i da će kao takva biti isporučena na adresi Naručioca. Takođe, Ponuđač je saglasan da o svom trošku izvrši isporuku, instalaciju, puštanje u rad i obuku medicinskog osoblja za rad na predmetnoj opremi kod korisnika, kao i da obavezno pruži podršku putem telefona i elektronske pošte. Obaveza dobavljača je da prilikom isporuke dostavi uputstvo za rukovanje na engleskom jeziku i uputstvo za rukovanje na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.	Drugi uslovi
21. Ponuđač je dužan dostaviti dokaz da je ponuđena oprema proizveden u skladu sa PED 2014/68 EU direktivom o posudama pod pritiskom kao i da zadovoljava standarde i sertifikate :EN 285 koji propisuje tehničke zahtjeve i metode ispitivanja za velike parne sterilizatore;CE znak kojim potvrđuje da je proizvod projektovan i proizveden u skladu sa zdravstvenim, sigurnosnim i ekološkim zahtjevima Europske unije kao i da je u skladu sa EU direktivom MDD 93/42/EC	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Podkriterijum kvalitet (K1) – Performanse vakuma Maksimalni broj bodova po ovom podkriterijumu je 10 bodova. Bodovanje ponuđenih vrijednosti vakuma aparata vršiće se na sljedeći način:Sve ponuđene vrijednosti vakuma koje su jednake ili manje od 50 mbar (npr. 40 mbar, 30 mbar itd.) automatski dobijaju maksimalan broj bodova – 10 bodova. Za ponuđene vrijednosti vakuma koje su veće od 50 mbar, bodovanje se vrši primjenom sljedeće formule:Broj bodova = $k1(\text{Minimalni vakum } 50 \text{ mbar}) / k1(\text{Ponuđeni vakum aparata(mbar)}) \times 10$

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 13.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		1. Zapremina komore Min. 150 litra 2. Materijal komore-Nerđajući čelik AISI 316L ili ekvivalent 3. Spoljašnji materijal-Nerđajući čelik sa epoksidno-poliesterskim premazom 4. Dimenzije komore - Navesti u „mm” 5. Spoljašnje dimenzije (Š × D × V) - Navesti dim u „mm” 6. Neto/Bruto težina-Navesti u „kg” 7. Radni parametri-Temperatura sterilizacije-121 - 136°C 8. Nivo vakuuma-navesti vrijednost u mbar 9. Snaga 6.000 - 11.500 W 10. Priključak za kanalizaciju-Navesti dim. i predvidjeti potreban rad, fitting i cijevi u dužini do 1 m, za prelaz sa priključka sterilizatora na cijev kanalizacije koju dovodi korisnik 11. Priključak za vodu -Navesti dim. i predvidjeti potreban rad, fitting i cijevi u dužini do 1 m, za prelaz sa priključka sterilizatora na cijev vode koju dovede korisnik 12. Napajanje-400 V, 50/60 Hz, 3 faze + N + G 13. Programi sterilizacijeUnaprijed podešeni programi 13.1. Otporni tekstil – 136°C / max. 10 min; 13.2. Umotani porozni materijali – 134°C / max. 10 min; 13.33. Prion – 134°C / max. 20 min;	

1	Horizontalni parni sterilizator	13.4. Brzi, neumotani – 134°C / max. 4 min; 13.5. Otporna guma – 125°C / max. 15 min; 13.6. Osjetljivi materijali – 121°C / 20 min; 13.7. Gravitacioni ciklus – 121°C / max. 25 min. 13.8 Navesti broj predvakuma i vrijeme sušenja za svaki od ovih programa 14. Slobodno programabilni programi -10 programa: 14.2 Temperatura 121 - 136°C 14.3 Vrijeme sterilizacije 1–99 min; navesti 14.4 Broj ponavljanja pred-vakuma 1–4; navesti 14.5Vrijeme sušenja 1–30 min, navesti 15. Posebni programi-2 programa: Sterilizacija tečnosti i sušenje 16. Test programi--Bowie & Dick test, test curenja 17. UBS port,za čuvanje temperaturnih zapisa na memorijskom disku 18. Dodatne funkcije 18.1 Predgrijavanje (preheating) za brži start i sprečavanje kondenzacije; 18.2 Stand-by sistem koji se može podesiti nakon završetka procesa 18.3 Frakcionisani predvakuum za potpuno uklanjanje mehurića vazduha iz šupljih instrumenata, tekstila i poroznih materijala i postizanje uspješne penetracije pare 18.4 Frakcionisani postvakuum za efikasno sušenje uzoraka 18.5 Zaptivka na vazdušni pogon, pomoću internog kompresora, koji se isporučuje uz autoklav 19. Kontrola i prikaz -Mikroprocesor i Min. 4,3" LCD displej u boji 19.1 Memorija i praćenje grešaka-Memorija za posljednjih 100 grešaka	1,00 kom
---	---------------------------------	--	----------

20. Sigurnost i filtracija-Sigurnosni ventil Zaštita od prekomjernog pregrijavanje i prekomjernog pritiska, navesti u „bar” pritisak sigurnosnog ventila

20.1 HEPA filter-Na ulaznoj liniji vazduha – sprečava kontaminaciju sterilisanih instrumenata

20.2 Elektromehanički sistem poklopca-Ne može se otvoriti dok je komora pod pritiskom; Program se ne može pokrenuti dok je poklopac otvoren

21. Nosač – 1 kom.

22. Police:4 komada (max. 420 × 740 mm), 1 komad (max. 275 × 740 mm),
1 komad (max. 330 × 740 mm)

22. Transportna kolica

23. Sistem za prečišćavanje vode reverznom osmozom

24. U sklopu sterilizatora-Ugrađeni – integrisan generator pare za brzo stvaranje pare ; Snažna dijafragmatska vakuum pumpa, bez potrebe za održavanjem; Automatsko punjenje i sušenje;Pregrijavanje komore za brži ciklus

Zaštita i sistem upozorenja

25. Rad, servis i kalibracija zaštićeni četvorocifrenom lozinkom

26.Ekran mijenja boju u crveno u slučaju bilo kakvog alarma i upozorava korisnika zvučnim signalom

26.1Slanje e-mail poruka na najmanje 1 adresu sa detaljnim informacijama u slučaju grešaka i kvarova

26.2 Podsjetnik za zamjenu zaptivke i filtera.

27.Standardni priključak za validaciju