

Broj: 05/01-6263

Mjesto i datum: Podgorica, 16.06.2016 godine

Na osnovu člana 94 stav 6 Zakona o javnim nabavkama, (Otvoreni postupak javne nabavke za nabavku ultrazvučnog aparata sa linearnom i konveksnom sondom, šifra postupka 116915 od 19.06.2026. godine, kod nas zavedena pod brojem 05/01-6062-OP-5/2026 od 19.06.2026. godine, ZU Dom zdravlja Glavnog grada na osnovu zahtjeva zainteresovanog privrednog subjekta, dostavlja sledeće:

Pitanje 1:

U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se rok isporuke aparata i to maksimalno 20 bodova: Smatramo da rok isporuke aparata ne predstavlja kvalitet koji bi trebao da utiče na krajnji ishod postupka, jer za krajnje korisnike - ljekare Centra za RTG i UZ dijagnostiku, nije Od velikog značaja da li će aparat dobiti u roku Od 30, 20 ili 15 dana Za razliku Od roka isporuke, vrednovanje garatnog roka bi predstavljalo dodatni kvalitet, jer bi na taj način dobili dodatni garantni period Od godinu ili više dana, tj. bili bi pokriveni svi troškovi preventivnog i korektivnog servisa opreme u tom periodu. Tražimo da uzmete u obzir navedeno i izvršite izmjenu tenderske dokumentacije.

Odgovor na pitanje broj 1:

Zahtjev koji se odnosi na izmjenu metodologije vrednovanja ponuda u dijelu podkriterijuma kvaliteta nije prihvaćen.

Naručilac ostaje pri opredjeljenju da se u okviru kriterijuma kvalitet vrednuje rok isporuke, imajući u vidu potrebu što skorijeg stavljanja medicinske opreme u funkciju radi obezbjeđenja kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite. Komisija smatra da rok isporuke predstavlja opravdan i objektivni element kvaliteta u konkretnom postupku javne nabavke, te da predložena izmjena nije od interesa za potrebe naručioca.

Pitanje 2:

Dodatno, traži se da konveksna sonda bude radiusa 60 mm.

Konveksne sonde velikog radiusa imaju opseg Od 40 mm do 60 mm, a traženo Vido polje Od 72 0 mm može da se postigne i sa konveksnim sondama radiusa Od 40 mm. Shodno navedenom, zahtijevamo da se izmijeni tenderska dokumentacija, tako da ponudaši koji mogu da ponude konveksne sonde radiusa 50 mm mogu da učestvuju. Na taj način bi se obezbijedila konkurentnost, a ne bi se negativno uticalo na kvalitet ponude.

Odgovor na pitanje broj 2:

U dijelu zahtjeva koji se odnosi na radijus konveksne sonde, naručilac je već izvršio izmjenu tehničke specifikacije, cijeneći da se izmijenjenim zahtjevom obezbjeđuje veća konkurencija uz zadržavanje zahtijevanih funkcionalnih i dijagnostičkih karakteristika ultrazvučnog aparata

Pitanje 3:

Traži se i da sistem posjeduje Automatski EF: Traženi softver se koristi kod kardioloških pregleda (mjerjenje količine krvi koju lijeva komora ispumpa sa svakim otkucajem), a s obzirom da u tehničkoj specifikaciji nije tražena kardiološka sonda, kao ni kardiološka 'licenca, navedeni softver se sigurno neće koristiti, a uticaće na krajnju cijenu aparata. Zahtijevamo da se tražena karakteristika ukloni iz tenderske specifikacije.

Odgovor na pitanje broj 3:

Stručni dio članova komisije je ocijenila da navedena funkcionalnost predstavlja sastavni dio zahtijevanog naprednog softverskog paketa ultrazvučnog aparata premium klase i doprinosi njegovoj ukupnoj funkcionalnosti. Zadržavanje ove karakteristike ne mijenja namjenu aparata niti neopravdano ograničava konkurenciju, zbog čega naručilac ostaje pri zahtjevu definisanom tenderskom dokumentacijom

Ovim pojašnjenjem ne vrši se izmjena tenderske dokumentacije, već se dodatno pojašnjava sadržaj postojećih tehničkih zahtjeva

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

